

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 642 DEL 03/04/2025

O G G E T T O

**SENSORI SPO2, MONOUSO, PER PAZIENTI ADULTI, PEDIATRICI, INFANTI E NEONATALI,
ORIGINALI O COMPATIBILI CON I MONITOR MULTIPARAMETRICI LIFESCOPE-CSM150:
DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 607/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

nel mese di luglio 2024, l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, ha proceduto con la pubblicazione, sul sito aziendale, di un avviso finalizzato a verificare la presenza sul mercato di Sensori SPO2, monouso, per pazienti adulti, pediatrici, infanti e neonatali, compatibili con i monitor multiparametrici "Lifescop-CM1502";

in esito a tale avviso ha reso riscontro la ditta Alea sas che ha proposto sensori compatibili trasmettendo, nel contempo, le relative schede tecniche, confermando a questa amministrazione la presenza sul mercato di prodotti compatibili;

pertanto con deliberazione n. 1902 del 21/11/2024 è stata indetta un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di "Sensori SPO2, monouso, per pazienti adulti, pediatrici, infanti e neonatali, originali o compatibili con i monitor multiparametrici Lifescop-CM1502";

successivamente, in data 22/11/2024 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale un'indagine di mercato monolotto aperta a tutti i fornitori iscritti su tale piattaforma, con un importo a base d'asta complessivo di € 139.000,00 IVA esclusa, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 16/12/2024, e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte delle ditte Alea di Dadone Silvio e C. Sas e Waldner Tecnologie Medicali srl;

in data 27/12/2024 è stata inoltrata la documentazione tecnica ed economica fornita dalle ditte al Gruppo di Esperti, nominato con nota prot. 132119/24, al quale è stato richiesto il parere circa la conformità dei prodotti rispetto agli elementi tecnici richiesti nell'indagine di mercato;

con nota agli atti del 17/03/2022, il Gruppo di Esperti ha confermato la congruità dei prodotti offerti dalla ditta Alea di Dadone Silvio e C. Sas e ha dichiarato non idonei e non rispondenti ai requisiti minimi richiesti i prodotti offerti dalla ditta Waldner Tecnologie Medicali srl, come specificato nella relazione pervenuta allegata alla presente;

pertanto, in data 20/03/2025 è stata pubblicata (ID 198708177 e CIG B61F1EB879) sulla piattaforma Sintel, una procedura di affidamento diretto con invito alla ditta Alea di Dadone Silvio e C. Sas, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 18 mesi, con termine ultimo per la presentazione dell'offerta entro il 26/03/2025;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte della ditta Alea di Dadone Silvio e C. Sas, che ha presentato la seguente offerta, per un importo pari ad € 104.919,00 iva esclusa:

Descrizione prodotto	Fabbisogno 18 mesi	Prezzo unitario	Importo complessivo
SENSORE SPO2 MONOUSO ADULTI cod. S0005J-L	11.250	€ 8,20	€ 92.250,00
SENSORE SPO2 MONOUSO PEDIATRICO cod. S0005K-L	450	€ 8,20	€ 3.690,00
SENSORE SPO2 MONOUSO INFANTE cod. S0005L-L	45	€ 8,20	€ 369,00
SENSORE SPO2 MONOUSO NEONATALE cod. S0005M-L	1050	€ 8,20	€ 8.610,00
CAVO E/O ADATTATORE	/	€ 0,00	€ 0,00
Importo totale			€ 104.919,00

si propone, pertanto, di assegnare la fornitura in argomento, alla ditta Alea di Dadone Silvio e C. Sas, per il periodo di 18 mesi, comunque fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.224,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di "Sensori SPO2, monouso, per pazienti adulti, pediatrici, infanti e neonatali, originali o compatibili con i monitor multiparametrici Lifescope-CSM150", per il periodo di 18 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, alla ditta Alea di Dadone Silvio e C. Sas, alle condizioni economiche così dettagliate:

Descrizione prodotto	Fabbisogno 18 mesi	Prezzo unitario	Importo complessivo
SENSORE SPO2 MONOUSO ADULTI cod. S0005J-L	11.250	€ 8,20	€ 92.250,00
SENSORE SPO2 MONOUSO PEDIATRICO cod. S0005K-L	450	€ 8,20	€ 3.690,00
SENSORE SPO2 MONOUSO INFANTE cod. S0005L-L	45	€ 8,20	€ 369,00
SENSORE SPO2 MONOUSO NEONATALE cod. S0005M-L	1050	€ 8,20	€ 8.610,00
CAVO E/O ADATTATORE	/	€ 0,00	€ 0,00
Importo totale			€ 104.919,00

2. di nominare come Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Lorenzo Musella – Coordinatore Gruppo Operatorio Centralizzato Ospedale di Vicenza;
3. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 128.001,18 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 5402000126/ECO del Bilancio Sanitario e ripartito come segue:
 - anno 2025:€ 64.000,59
 - anno 2026:€ 64.000,59
4. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento “disciplinare di gara”;
5. nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.224,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SENSORI SPO2 MONOUSO, ORIGINALI O COMPATIBILI CON I MONITOR MULTIPARAMETRICI “LIFESCOPE- CSM1502” DELLA DITTA NIHON KHODEN.

ID SINTEL: 192520073

RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 132119/24 del 27/12/2024 composto da:

Dott. Francesco Zen, Collaboratore Gruppo Operatorio Centralizzato presso Ospedale di Vicenza

Dott. Loris Zolin, Collaboratore Gruppo Operatorio Centralizzato presso Ospedale di Vicenza

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis si prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta due ditte: la ditta Alea Sas e la ditta Waldner Technologie Medicali srl.

Le due ditte hanno presentato le seguenti offerte, inferiori alla base d’asta:

Descrizione prodotto	Fabbisogno 18 mesi	Ditta Alea sas - Offerta	Ditta Waldner - Offerta
SENSORE SPO2 MONOUSO ADULTI	11.250	92.250,00 €	78.750,00 €
SENSORE SPO2 MONOUSO PEDIATRICO	450	3.690,00 €	3.285,00 €
SENSORE SPO2 MONOUSO INFANTE	45	369,00 €	315,00 €
SENSORE SPO2 MONOUSO NEONATALE	1050	8.610,00 €	7.350,00 €
CAVO E/O ADATTATORE (eventuale)	/	0,00 €	0,00 €
Importo totale		104.919,00 €	89.700,00 €

Per quanto riguarda gli elementi tecnici, si dà atto, prioritariamente, che i prodotti offerti dalla ditta Alea sas possiedono i requisiti minimi richiesti all’art. 1 del Disciplinare di gara, mentre la ditta Waldner presenta prodotti non idonei in quanto non compatibili con i Monitor Multiparametrici “Lifescape- CSM1502 con tecnologia Nihon Khoden, come previsto dall’art.1 del Disciplinare di Gara e successivi chiarimenti.

Con riferimento agli elementi preferenziali di cui all’art. 6, il Gruppo di esperti rileva che i prodotti offerti dalla Ditta Alea sas presentano:

- un'ottima velocità di visualizzazione del segnale;
- una buona tenuta del segnale durante tutto l'intervento;
- una sufficiente adesività intesa come assenza di distacco del sensore dalla cute durante tutto l'uso.

Pertanto, per le motivazioni sopra riportate, il Gruppo di esperti propone l'affidamento della fornitura alla ditta Alea sas

Vicenza, 17 marzo 2025

F.to Dott. Francesco Zen

F.to Dott. Loris Zolin
