

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera del 25.07.2018 n.1020

N. 180 DEL 15/04/2025

O G G E T T O

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI "TUBI DI ASPIRAZIONE IN PVC CON SEZIONE A BOLLA"

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 157/25

Il Responsabile della Sezione Beni Sanitari e Farmaci riferisce che:

Risultano in utilizzo presso le varie UU.OO. “Tubi per aspirazione in pvc”;

in data 30/10/2024, l’U.O.C Farmacia ha inviato la versione definitiva del Capitolato Tecnico;

pertanto, è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto (Id sintel 198586492) aperta a tutti i fornitori iscritti su tale piattaforma, con un importo a base d’asta complessivo di € 34.000,00 IVA esclusa, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 09/12/2024, e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell’offerta;

entro tale termine, hanno presentato offerta le seguenti ditte proponendo le seguenti offerte:

DITTA	REF.	IMPORTO TRIENNALE (IVA ESCLUSA)
Deas srl	TB7101015/50	22.275,00 €
Cair Italia srl	TR57B	24.300,00 €
Promed srl	HMC-M0171010151	27.000,00 €
Diemme dispositivi medici srl	SL8007	31.725,00 €
Medline International Italy srl	NBT7100	31.725,00 €
Fase srl	92010	33.750,00 €
Waldner Tecnologie Medicali srl	C-291/7381	33.993,00 €

in data 24/12/2024 è stata inoltrata la documentazione tecnica ed economica fornita dalle ditte al Gruppo di Esperti, nominato con nota prot. n. 131605/24, al quale è stato richiesto il parere circa la valutazione dei prodotti rispetto agli elementi tecnici ed economici previsti nell’indagine di mercato;

con nota agli atti, il Gruppo di Esperti ha escluso la ditta Fase srl, che “non ha presentato la campionatura e pertanto non è stato possibile valutarne l’idoneità” e ha proposto l’affidamento della fornitura alla ditta Cair Italia srl, per le motivazioni dedotte nella relazione prot. 0029834 del 21/03/2025, allegata alla presente;

pertanto, in data 25/03/2025 è stata pubblicata (ID 198975879 e CIG B6321DEC23) sulla piattaforma Sintel, una procedura di affidamento diretto con invito alla ditta Cair Italia srl, finalizzata all’assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 36 mesi, con termine ultimo per la presentazione dell’offerta entro il 31/03/2025;

entro tale termine, si prende atto che la ditta Cair Italia srl ha presentato, nei termini stabiliti, offerta per un valore complessivo di € 24.300,00 iva esclusa, come di seguito dettagliato:

Descrizione prodotto	Fabbisogno unità di misura metri	Fabbisogno 36 mesi bobina (50 m)	Ref.	Prezzo unitario bobina	CND e Rep.	Importo complessivo
Tubi di aspirazione in pvc con sezioni a bolla	67.500	1350	TR57B	€ 18,00	R0580-2450629	€ 24.300,00
Importo Totale (iva 22%)						€ 29.646,00

si propone, pertanto, di assegnare la fornitura in argomento, alla ditta Cair Italia srl, per il periodo di 36 mesi, comunque fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale;

nel quadro economico dei costi dell'appalto propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota pari ad € 684,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto;

il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

in base a D.Lgs n. 36/2023 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018;

IL DIRETTORE

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DISPONE

1. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di "Tubi di aspirazione in pvc con sezioni a bolla", per il periodo di 36 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, alla ditta Cair Italia srl, alle condizioni economiche così dettagliate:

Descrizione prodotto	Fabbisogno unità di misura metri	Fabbisogno 36 mesi bobina (50 m)	Ref.	Prezzo unitario bobina	CND e Rep.	Importo complessivo
Tubi di aspirazione in pvc con sezioni a bolla	67.500	1350	TR57B	€ 18,00	R0580-2450629	€ 24.300,00
Importo Totale (iva 22%)						€ 29.646,00

2. di nominare come Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Anna Radin- Direttore U.O.C. Farmacia di Vicenza;
3. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 29.646,00 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 5402000126/ECO del Bilancio Sanitario e ripartito come segue:
 - anno 2025: € 7.411,00
 - anno 2026: € 9.882,00
 - anno 2027: € 9.882,00
 - anno 2028: € 2.471,00
4. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento "disciplinare di gara";
5. nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023, la quota pari ad € 684,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.6.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
DI TUBI DI ASPIRAZIONE IN PVC CON SEZIONE A BOLLA.**

ID SINTEL:192526492

**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI
RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE**

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0131605/24 del 24/12/2024 composto da:

Dott.ssa Milena Lauri, Responsabile presso U.O.C. Farmacia Ospedaliera Vicenza

Dott. Lorenzo Musella, Coordinatore presso Gruppo Operatorio Centralizzato Ospedale Vicenza

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta sette ditte proponendo le seguenti offerte:

DITTA	REF.	IMPORTO TRIENNALE (IVA ESCLUSA)
Deas srl	TB7101015/50	22.275,00 €
Cair Italia srl	TR57B	24.300,00 €
Promed srl	HMC-M0171010151	27.000,00 €
Diemme dispositivi medici srl	SL8007	31.725,00 €
Medline International Italy srl	NBT7100	31.725,00 €
Fase srl	92010	33.750,00 €
Waldner Technologie Medicali srl	C-291/7381	33.993,00 €

Per quanti riguarda l’aspetto economico, si rileva che le ditte hanno presentato un’offerta inferiore alla base d’asta.

Per quanto riguarda gli elementi tecnici, si dà atto che la ditta Fase srl non ha presentato la campionatura, pertanto non è stato possibile valutarne l’idoneità.

Con riferimento agli elementi preferenziali di cui all’art. 6, di seguito riportati

- 1) maggior grado di trasparenza del tubo
- 2) maggior lunghezza della bobina (la bobina da 50m è preferibile a quella da 30m)

Responsabile del Procedimento: dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Anna Zanon

Tel. 0444-75.7242

e mail: anna.zanon@aulss8.veneto.it

Il Gruppo di esperti valuta nel seguente modo gli elementi qualitativi

	DEAS	CAIR	PROMED	DIEMME	MIDLINE	WALDNER
Grado di trasparenza del tubo	Sufficiente	Ottima	Sufficiente	Sufficiente	Buona	Buona
Lunghezza della bobina	Ottimo (50m)	Ottimo (50m)	Sufficiente (30 m)	Sufficiente (30 m)	Sufficiente (30 m)	Sufficiente (30 m)

Pertanto, per le valutazioni sopra riportate, considerando la preferenza prevista per la lunghezza della bobina di 50 mt e il maggior grado di trasparenza del tubo, il Gruppo di esperti propone l'affidamento della fornitura alla ditta CAIR, dispositivo Tubo di aspirazione con bolle ref TR57B, che presenta anche la seconda offerta economica più vantaggiosa.

Vicenza 19/03/2025

Dott.ssa Milena Lauzi

Dott. Lorenzo Musella
