

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 710 DEL 17/04/2025

O G G E T T O

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO. ID SINTEL: 186360690 – CIG: B267524935. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 715/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

a seguito della richiesta di acquisto urgente di n. 2 ecografi destinati ad applicazioni ostetriche e ginecologiche per esami ginecologici, inoltrata dai Direttori delle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. San Bortolo di Vicenza e Cazzavillan di Arzignano e al successivo parere favorevole all'acquisto rilasciato dal GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM, con Delibera del Direttore Generale n. 1085 del 27.06.2024, è stata bandita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 2 ecografi destinati ad applicazioni ostetriche e ginecologiche in fabbisogno alle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. San Bortolo di Vicenza e Cazzavillan di Arzignano ed avente base d'asta pari ad € 190.000,00 iva esclusa.

In data 10.07.2024 si è quindi avviata procedura negoziata, aperta a tutti i potenziali concorrenti, mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per l'affidamento di quanto in oggetto ed entro la data ultima per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 14:00 di giorno 29.07.2024, sono pervenute le offerte delle ditte di seguito indicati:

Operatore Economico	Sede legale e partiva IVA
Flexo srl	Verona - 04170470233
Sidem spa	Bellusco (MB) - 06664600159
Techosp srl	Udine - 02653450300

in data 06.08.2024 e in data 26.08.2024, come previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara e risultante dai verbali agli atti (All.01 e All.02), si sono tenute le sedute riservate per l'apertura delle buste n. 1 contenenti la documentazione amministrativa relativa alla gara in epigrafe, dalla quale è emerso che tutti gli operatori economici hanno presentato la documentazione richiesta dall'Avviso di gara e, pertanto, vengono ammesse alla fase successiva di gara;

a seguito della verifica dell'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità, con prot. n. 84606 del 13.08.2024 è stata nominata la commissione giudicatrice chiamata ad effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute;

come previsto dal "Codice degli Appalti", la suddetta nomina è stata pubblicata sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica che sulla piattaforma Sintel;

in data 30.08.2024, così come da verbale agli atti (All.03), si è provveduto all'apertura dei plichi per la verifica della regolare presentazione della documentazione tecnica riscontrando che la documentazione presentata dagli operatori economici risulta adeguata a quanto richiesto dal disciplinare di gara e conseguentemente le ditte partecipanti sono state ammesse alle fasi successive di gara;

come previsto dall'art. 11 del disciplinare di gara, a seguito di esplicita richiesta della Commissione Giudicatrice, è stata richiesta alle ditte partecipanti, la presentazione in prova dell'apparecchiatura offerte (All. 04);

nelle date comprese tra il 18.11.2024 e il 05.12.2024, sia presso il P.O San Bortolo di Vicenza, sia presso l'ospedale di Valdagno, sono state effettuate le prove visione come da verbali allegati (All.05, 06 e 07);

in data 24.01.2025 la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad inoltrare allo scrivente Servizio i verbali contenenti le valutazioni tecnico – qualitative ed i relativi punteggi (All.08), assegnati sulla base dei criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara, dal quale risulta che sono stati assegnati i seguenti punteggi:

Ditta	Prodotto offerto	Punteggio tecnico
Flexo srl	Samsung mod. Hera W10 Elite	56,2/70
S.I.D.E.M. spa	Philips Equipe Elite W	55,60/70
Techosp srl	GE Healthcare Voluson Expert 20 BT24	66,00/70

in data 31.03.2025, così come previsto dal disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice ha proceduto con l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche ed alla conseguente assegnazione del punteggio economico secondo quanto riportato nel disciplinare di gara ($PE= 30 \times P_{min}/P_i$) e come di seguito riepilogate (All.09):

Ditta	Importo offerto	Punteggio economico
Flexo srl	€ 130.000,00	30/30
S.I.D.E.M. spa	€ 148.800,00	26,21/30
Techosp srl	€ 186.000,00	20,97/30

si è quindi proceduto, al calcolo della somma dei punteggi qualità e prezzo ottenuti da ogni concorrente ed alla redazione della conseguente graduatoria di gara che risulta essere la seguente:

Graduatoria	Operatore Economico	Punteggio Qualità	Punteggio Prezzo	Punteggio finale (P+Q)
1° Classificato	Techosp srl	66,00/70	20,97/30	86,97
2° Classificato	Flexo srl	56.2/70	30/30	86,20
3° Classificato	S.I.D.E.M. spa	55.60/70	26,21/30	81,81

sulla base di tali risultanze, la Commissione Giudicatrice nello stesso verbale dichiara che:
“l'offerta della Techosp srl, 1^ in graduatoria, non risulta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023, e conseguentemente si approva la Graduatoria e si formula proposta di aggiudicazione alla ditta Techosp srl”;

i sopracitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell'U.O.C. proponente;

con provvedimento n. 91 del 21.02.2025 è stata aggiudicata la gara regionale relativa alla fornitura di ecografi e servizi accessori in fabbisogno alla Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione del Veneto, all'I.R.C.S.S. IOV e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, ma i contratti in Accordo quadro non sono ancora stati sottoscritti dalla centrale di Committenza e quindi, allo stato, non è possibile procedere con l'invio degli ordinativi, come da comunicazione CRAV del 10.03.2025;

il Direttore dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di Valdagno, con comunicazione del 24.03.2025, ha manifestato l'estrema urgenza di acquisizione dell'attrezzature, al fine di garantire la continuità dei

servizi e la gestione delle liste d'attesa dei pazienti;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 2 ecografi destinati ad applicazioni ostetriche e ginecologiche in fabbisogno alle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. San Bortolo di Vicenza e Cazzavillan di Arzignano, alla ditta Techosp srl per un importo di € 186.000,00 iva esclusa;

considerata l'urgenza di acquisire e di installare le attrezzature per le esigenze delle UU.OO di Ostetricia e Ginecologia, si rende necessaria l'esecuzione anticipata in via d'urgenza della fornitura;

ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità delle apparecchiature consegnate, accertarsi che tali apparecchiature vengano utilizzate solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 3.720,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare i verbali di apertura della busta amministrativa, di apertura della busta tecnica da parte del Rup (All.01, All.02 e All.03) e le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All.04, All.05, All.06, All.07, All.08 e All.09) di cui ne fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 2 ecografi destinati ad applicazioni ostetriche e ginecologiche in fabbisogno alle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. San Bortolo di Vicenza e Cazzavillan di Arzignano, alla ditta Techosp srl per un importo di € 226.920,00 iva inclusa;

3. di dare atto che il costo complessivo di € 226.920,00 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 25BD0715Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “budget aziendale investimenti anno 2025”;
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Marcello Scollo, Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 3.720,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, vista l'urgenza di acquisizione della fornitura e installazione delle attrezzature, manifestata dall'U.O.C. interessate, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO. ID SINTEL: 186360690 – CIG: B267524935

VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Alle ore 11:25 del 06 agosto 2024, in Vicenza, come previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l'ULSS 8 Berica, quali componenti del Seggio di Gara:

Presidente: Dott. Sandro Possamai - Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: Dott. Francesco Trunfio - Collaboratore Amministrativo dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: Sig.ra Laura Pierobon - Assistente Amministrativo dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica.

Premesso che:

- ✓ Con deliberazione a contrarre n. 1085 del 27.06.2024, questa Amministrazione ha indetto procedura negoziata senza bando ai sensi ai sensi dell'art. 50 lett. e) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 ecografi destinati ad applicazioni ostetriche e ginecologiche in fabbisogno alle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. San Bortolo di Vicenza e Lorenzo di Valdagno ed avente base d'asta pari ad € 190.000,00 iva esclusa;
- ✓ la gara si svolge attraverso il sistema telematico Sintel gestito dall'agenzia A.R.I.A. (Azienda regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia, cui è stato attribuito il codice di gara ID 186360690;
- ✓ a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 12:00 del 15/02/2024) ha presentato offerta il seguente operatore economico:

Protocollo Sintel offerta	Denominazione Operatore Economico	Sede legale e partiva IVA	Forma di partecipazione
1722244283371	Flexo srl	Verona - 04170470233	Singola
1722000302979	Sidem spa	Bellusco (MB) - 06664600159	Singola
1721395589330	Techosp srl	Udine - 02653450300	Singola

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma non rilevando alcuna anomalia.

Si procede, quindi, con l'apertura della busta telematica, contenente la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente che, come richiesto dal disciplinare di gara, viene di seguito riassunta:

- 1) Dichiarazione sostitutiva, da redigersi secondo l'“Allegato A”;
- 2) Deposito cauzionale provvisorio;
- 3) Ricevuta pagamento contributo A.N.A.C.

Si procede con la disamina della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.

Dalla disamina della documentazione presentata è emerso che le ditte Flexo srl e Sidem spa hanno presentato tutta la documentazione richiesta pertanto vengono ammesse alle fasi successive di gara.

Il Rup dà atto che la ditta Techosp srl pur presentando il deposito cauzionale provvisorio in forma ridotta, non ha presentato copia della documentazione che giustifichi la riduzione dell'importo come previsto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023; il RUP dispone, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa come sopra specificato mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL:

Il presente verbale verrà pubblicato nella “Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso ai suddetti Operatori economici.

La seduta termina in data di oggi 06.08.2024 ore 12:05

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

Dott. Sandro Possamai

Dott. Francesco Trunfio

Sig.ra Laura Pierobon

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO. ID SINTEL: 186360690 – CIG: B267524935

VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN SEDE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alle ore 11:25 del 26 agosto 2024, in Vicenza, come previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l'ULSS 8 Berica, quali componenti del Seggio di Gara:

Presidente: Dott. Sandro Possamai - Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: Dott. Francesco Trunfio - Collaboratore Amministrativo dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: Sig.ra Laura Pierobon - Assistente Amministrativo dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica.

Richiamato il verbale del 06 agosto 2024 nel quale veniva disposto di procedere, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa alla ditta Techosp srl in quanto, la stessa, pur presentando il deposito cauzionale provvisorio in forma ridotta, non ha presentato copia della documentazione che giustifichi la riduzione dell'importo come previsto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023;

Accertato che l'operatore economico Techosp srl ha provveduto, con comunicazione Sintel ID 188.197.001 del 07 agosto 2024 ad inviare la documentazione con la quale dichiara "di poter usufruire della riduzione del 50% in quanto la ditta Techosp Srl è una PMI", e considerato quanto dichiarato nell'Allegato A "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", richiesta dagli atti di gara e prodotta in sede di presentazione offerta, il RUP dichiara che l'operatore economico può essere ammesso alle successive fasi di gara

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso ai suddetti Operatori economici.

La seduta termina in data di oggi 26.08.2024 ore 12:05

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

Dott. Sandro Possamai

Dott. Francesco Trunfio

Sig.ra Laura Pierobon

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO. ID SINTEL: 186360690 – CIG: B267524935

VERBALE DI APERTURA BUSTA TECNICA

Alle ore 15:00 del 30 agosto 2024, in Vicenza, come previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione tecnica relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l'ULSS 8 Berica, quali componenti del Seggio di Gara:

Presidente: Dott. Sandro Possamai - Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: Dott. Francesco Trunfio - Collaboratore Amministrativo dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: Sig.ra Laura Pierobon - Assistente Amministrativo dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica.

Il Presidente prende preliminarmente atto che alle ditte partecipanti è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara, prendendo altresì atto che, come da verbali del 06.08.2024 e 26.08.2024, sono stati ammessi i seguenti operatori economici

Operatore Economico	Sede legale e partiva IVA
Flexo srl	Verona - 04170470233
Sidem spa	Bellusco (MB) - 06664600159
Techosp srl	Udine - 02653450300

Il Presidente procede a riscontrare la presenza della busta telematica “documentazione tecnica” presentata dai concorrenti ammessi nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

Il Presidente, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici li ammette alla successiva fase di gara

Il presente verbale verrà pubblicato nella “Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso ai suddetti Operatori economici.

La seduta termina in data di oggi 30.08.2024 ore 12:05

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

Dott. Sandro Possamai

Dott. Francesco Trunfio

Sig.ra Laura Pierobon



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO -
GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E
GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO.
ID SINTEL: 186360690- CIG: B267524935**

In data 11/09/2024 alle ore 14:30 presso il P.O. di Vicenza, si è riunito presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia la Commissione giudicatrice nominata con Prot. 84606/4 del 13/08/2024 chiamato ad effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute e di rassegnare il relativo verbale di valutazione.

La Commissione giudicatrice, nominato con prot. n. 0018534/24 del 19.02.24 risulta così composta:

- ✓ Dott. Dimosthenis Kaloudis – Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Lorenzo di Valdagno
- ✓ Dott.ssa Michela Marchesini – Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo di Vicenza
- ✓ Ing. Francesco Bellato – Servizio di Ingegneria Clinica Referente installazione grandi apparecchiature Azienda Ulss n. 8 Berica

preso atto delle offerte pervenute dalle ditte:

- Flexo S.r.l.
- S.I.D.E.M. S.p.a.
- Techosp Srl

La Commissione giudicatrice quindi con l'analisi della documentazione presentata, verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che tutte le offerte presentate soddisfano le caratteristiche minime richieste dagli atti di gara.

Nell'impossibilità di completare la valutazione della documentazione pervenuta, La Commissione giudicatrice decide di richiedere la campionatura dei prodotti proposti e rimandare l'attività alla successiva seduta da calendarizzare a campionatura eseguita.


La seduta termina alle ore 16:30

Vicenza, 11/09/2024

Dott. Dimosthenis Kaloudis

Dott.ssa Michela Marchesini

Ing. Francesco Bellato



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfo n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.500 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@auls8.veneto.it

PEC protocollo.auls8@pecveneto.it

www.auls8.veneto.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO - GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO.

ID SINTEL: 186360690

CIG: B267524935

VERBALE DI PROVA VISIONE

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2)

Nei giorni compresi tra 18/11/2024 e il 21/11/2024, in Vicenza, presso l'ospedale "San Bortolo" di Vicenza, e successivamente nei giorni compresi tra il 21/11/2024 e 25/11/2024, in Valdagno, presso l'ospedale "San Lorenzo" di Valdagno, vengono effettuate le prove visione dell'ecotomografo Samsung modello **HERA W10 Elite** proposto dalla **Flexo Srl** alla presenza della commissione giudicatrice composta da:

Presidente:

- Dr. Dimosthenis Kaloudis - Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Lorenzo di Valdagno

Commissari:

- Dott.ssa Michela Marchesini - Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo di Vicenza";

- Ing. Francesco Bellato - Referente installazione grandi apparecchiature Azienda Ulss n. 8 Berica";

Sono, altresì, presenti gli specialisti della ditta **Flexo Srl**

Nel corso della prova visione vengono analizzati gli aspetti relativi ai criteri oggettivi e discrezionali di aggiudicazione di gara, nonché l'effettiva qualità delle prestazioni e specifiche funzionali descritte nella documentazione pervenuta su uno spettro di pazienti selezionato per verificare l'effettivo standard clinico diagnostico atteso.

Gli specialisti hanno illustrato le caratteristiche dell'apparecchiatura, affiancando lo specialista clinico nei vari esami e casi clinici proposti.


IL PRESIDENTE

Dr. Dimosthenis Kaloudis

I COMMISSARI

Dott.ssa Michela Marchesini

Ing. Francesco Bellato



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail: protocollo@aulss8.veneto.it

PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO - GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO.

ID SINTEL: 186360690

CIG: B267524935

VERBALE DI PROVA VISIONE

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3)

Nei giorni compresi tra 25/11/2024 e il 28/11/2024, in Vicenza, presso l'ospedale "San Bortolo" di Vicenza, e successivamente nei giorni compresi tra il 28/11/2024 e 2/12/2024, in Valdagno, presso l'ospedale "San Lorenzo" di Valdagno, vengono effettuate le prove visione dell'ecotomografo Philips modello Epiq Elite Wproposto dalla SIDEM Spa alla presenza della commissione giudicatrice composta da:

Presidente:

- Dr. Dimosthenis Kaloudis - Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Lorenzo di Valdagno

Commissari:

- Dott.ssa Michela Marchesini - Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo di Vicenza";
- Ing. Francesco Bellato - Referente installazione grandi apparecchiature Azienda Ulss n. 8 Berica";

Sono, altresì, presenti gli specialisti della ditta SIDEM Spa

Nel corso della prova visione vengono analizzati gli aspetti relativi ai criteri oggettivi e discrezionali di aggiudicazione di gara, nonché l'effettiva qualità delle prestazioni e specifiche funzionali descritte nella documentazione pervenuta su uno spettro di pazienti selezionato per verificare l'effettivo standard clinico diagnostico atteso.

Gli specialisti hanno illustrato le caratteristiche dell'apparecchiatura, affiancando lo specialista clinico nei vari esami e casi clinici proposti.


IL PRESIDENTE

Dr. Dimosthenis Kaloudis

I COMMISSARI

Dott.ssa Michela Marchesini

Ing. Francesco Bellato



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfini n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.S.S. 508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. II°A AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO - GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO.

ID SINTEL: 186360690

CIG: B267524935

VERBALE DI PROVA VISIONE

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 4)

Nei giorni compresi tra 2/12/2024 e il 5/12/2024, in Vicenza, presso l'ospedale "San Bortolo" di Vicenza, e successivamente nei giorni compresi tra il 5/12/2024 e 12/12/2024, in Valdagno, presso l'ospedale "San Lorenzo" di Valdagno, vengono effettuate le prove visione dell'ecotomografo GE Healthcare modello **Voluson Expert 20 BT24** proposto dalla **Techosp Srl** alla presenza della commissione giudicatrice composta da:

Presidente:

- Dr. Dimosthenis Kaloudis - Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Lorenzo di Valdagno

Commissari:

- Dott.ssa Michela Marchesini - Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo di Vicenza";
- Ing. Francesco Bellato - Referente installazione grandi apparecchiature Azienda Ulss n. 8 Berica";

Sono, altresì, presenti gli specialisti della ditta **Techosp Srl**

Nel corso della prova visione vengono analizzati gli aspetti relativi ai criteri oggettivi e discrezionali di aggiudicazione di gara, nonché l'effettiva qualità delle prestazioni e specifiche funzionali descritte nella documentazione pervenuta su uno spettro di pazienti selezionato per verificare l'effettivo standard clinico diagnostico atteso.

Gli specialisti hanno illustrato le caratteristiche dell'apparecchiatura, affiancando lo specialista clinico nei vari esami e casi clinici proposti.

IL PRESIDENTE

Dr. Dimosthenis Kaloudis

I COMMISSARI

Dott.ssa Michela Marchesini

Ing. Francesco Bellato



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale E. Redolfi n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.S.S. 008 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO - GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO. ID SINTEL: 186360690- CIG: B267524935

In data 24/01/2024 alle ore 14:00 presso il P.O. di Vicenza, si è riunito presso la Sala Riunioni della Direzione Medica Ospedaliera al III piano la Commissione giudicatrice nominata con Prot. 84606/4 del 13/08/2024 chiamato ad effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute e di rassegnare il relativo verbale di valutazione.

La Commissione giudicatrice, nominato con prot. n. 0018534/24 del 19.02.24 risulta così composta:

- ✓ Dott. Dimosthenis Kaloudis – Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Lorenzo di Valdagno
- ✓ Dott.ssa Michela Marchesini – Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo di Vicenza
- ✓ Ing. Francesco Bellato – Servizio di Ingegneria Clinica Referente installazione grandi apparecchiature Azienda Ulss n. 8 Berica

preso atto delle offerte pervenute dalle ditte:

- Flexo S.r.l.
- S.I.D.E.M. S.p.a.
- Techosp Srl

La Commissione giudicatrice quindi, dall'analisi della documentazione presentata e delle campionature effettuate dalle rispettive Ditte proponenti come di seguito calendarizzate, procede all'analisi secondo i criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di gara nell'Art. 7:

- Flexo S.r.l.: dal 18/11/2024 al 25/11/2024
- S.I.D.E.M. S.p.a.: dal 25/11/2024 al 2/12/2024
- Techosp Srl: dal 2/12/2024 al 12/12/2024

Criteria di valutazione

Sez.	Criterio	Pt. max
A	Configurazione generale	12
	Sarà assegnato il coefficiente maggiore alla proposta che presenterà le migliori caratteristiche con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: anno di immissione nel mercato; capacità e tipologie di memoria; tempo di accensione e stand-by (sec.); eventuale presenza di batteria tampone per evitare bruschi spegnimenti e sue caratteristiche.	
B	Caratteristiche del monitor	8
	Saranno oggetto di maggior apprezzamento caratteristiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: maggior dimensione; maggior area utile dell'immagine ecografica in rapporto alla diagonale del monitor; migliore orientabilità; migliore risoluzione.	
C	Sonde ecografiche	8
	Saranno oggetto di maggior apprezzamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche dei trasduttori: Trasduttori multifrequenza, tecnologia, lavabilità e sanificazione/disinfezione, il maggior numero di trasduttori attivi supportati selezionabili contemporaneamente	
D	Analisi e gestione dell'immagine	12
	Saranno oggetto di valutazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la presenza di calcoli automatici sul tracciato doppler; la tipologia e la gamma di calcoli e misure dedicate ai vari distretti; la presenza di algoritmi di elaborazione del segnale e/o soluzioni hardware per la riduzione del rumore e degli artefatti; la presenza di algoritmi per l'ottimizzazione automatica dell'immagine B-Mode e Doppler; presenza di software specifici per pazienti complessi (es. obesi, ecc...)	
E	Caratteristiche funzionali ed ergonomiche	15
	Saranno oggetto di maggior apprezzamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche: miglior intuitività dell'interfaccia utente; velocità di passaggio tra modalità diverse (es: da imaging a doppler); semplicità e facilità di individuazione dei comandi e dell'utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo dei moduli base e specialistici; maneggevolezza ed ergonomia dei trasduttori durante l'utilizzo; ergonomia e movimentazione dell'ecografo.	
F	Performance dell'imaging Sarà assegnato il coefficiente maggiore all'offerta che presenterà le migliori funzionalità e qualità imaging	8
G	Caratteristiche migliorative	7
	Caratteristiche migliorative rispetto alle specifiche minime descritte da capitolato, in relazione alla configurazione, software, applicativi, funzionalità e sistemi di sicurezza e sanificazione che migliorino le prestazioni e l'efficacia clinica del sistema	

Giudizio sintetico	Analisi	Coeff.
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0

Ditta S.I.D.E.M. S.p.a.: ecotomografo Philips modello Epiq Elite W

Sez.	Criterio	Coeff.	Pt. assegnato
A	Configurazione generale	1	12
	La Ditta S.I.D.E.M. S.p.a. propone un apparecchio il cui anno di immissione sul mercato è il 2023, con capacità di memoria pari ad 1 Terabyte e tempi di accensione più che sufficienti per l'attività clinica ordinaria. Il sistema dispone di una batteria tampone per lo spostamento in caso di necessità senza lo spegnimento. Nel complesso proposta risulta ottimale rispetto agli standard qualitativi attesi.		
B	Caratteristiche del monitor Il monitor proposto ha le dimensioni di 24 pollici con una risoluzione full HD, con possibilità di movimentazione del display su braccio a 4 snodi, e elevata luminanza. La proposta risulta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi attesi.	0,8	6,4
C	Sonde ecografiche I trasduttori proposti sono tutti a tecnologia a multifrequenza, facilmente sanificabili. I connettori attivi contemporaneamente sono 4. La tecnologia proposta è di tipo proprietario Philips per il miglioramento della qualità dell'imaging nelle varie modalità funzionali, con modalità di connessione alla piattaforma ecografica pin-less. La proposta risulta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi attesi.	1	8
D	Analisi e gestione dell'immagine La tecnologia proposta risulta completa con presenza di calcoli automatici sul tracciato doppler, possibilità di calcoli e misure dedicate ai vari distretti, ampia presenza di algoritmi di elaborazione del segnale e soluzioni hardware per la riduzione del rumore e degli artefatti, algoritmi per l'ottimizzazione automatica dell'immagine nelle varie modalità, oltre ad essere presenti software specifici per pazienti critici. Nel complesso risulta buona la qualità generale dell'imaging su paziente, che però perde di definizione in fase di diagnosi su paziente critico. La proposta risponde in maniera più che adeguata agli standard qualitativi attesi.	0,8	9,6
E	Caratteristiche funzionali ed ergonomiche L'interfaccia utente risulta poco intuitiva, a discapito del passaggio tra modalità diverse non sempre rapido; l'individuazione dei comandi e dell'utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo dei moduli base e specialistici non è sempre logica e intuitiva. La maneggevolezza ed ergonomia dei trasduttori durante l'utilizzo è risultata buona, determinata da un peso contenuto e una buona ergonomia. La movimentazione dell'ecografo, per quanto necessaria, risulta abbastanza agevole. Nel complesso proposta risulta sufficiente rispetto agli standard qualitativi attesi.	0,6	9
F	Performance dell'imaging La qualità imaging è buona in relazione alla profondità di scansione, perdendo un po' di definizione su paziente critico. Imaging 2D nelle varie modalità risulta buono, con una modalità doppler buona, e un livello di qualità in modalità di imaging 3D sufficiente. Nel complesso proposta risulta buona rispetto agli standard qualitativi attesi.	0,8	6,4
G	Caratteristiche migliorative Le caratteristiche migliorative rispetto alle specifiche minime descritte da capitolato, in relazione alla configurazione, software, applicativi, funzionalità e sistemi di sicurezza e sanificazione che migliorino le prestazioni e l'efficienza clinica del sistema, sono sufficienti. A titolo esemplificativo, applicativi come l'Acquisizione volumetrica quantitativa 3D/4D, Flow Viewer, MicroFlow Imaging (MFI), aBiometry Assis, vanno a supporto della valutazione specialistica clinica, migliorando la qualità diagnostica, facendo sì che l'offerta risponda in maniera adeguata agli standard qualitativi richiesti.	0,6	4,2

Ditta Flexo S.r.l.: ecotomografo Samsung modello Hera W10 Elite

Sez.	Criterio	Coeff.	Pt. assegnato
A	Configurazione generale	0,8	9,6
	La Ditta propone un apparecchio il cui anno di immissione sul mercato è il 2023, con capacità di memoria pari ad 1 Terabyte e tempi di accensione più che sufficienti per l'attività clinica ordinaria. Il sistema non dispone di una batteria tampone per lo spostamento in caso di necessità senza lo spegnimento. Nel complesso proposta risulta più che adeguata agli standard qualitativi attesi.		
B	Caratteristiche del monitor	1	8
	Il monitor proposto risulta il più ampio (27 pollici) con una risoluzione in 4K, con possibilità di movimentazione del display su braccio a 4 snodi, buona luminanza e modalità di visione full screen. La proposta risulta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi attesi.		
C	Sonde ecografiche	1	8
	I trasduttori proposti sono tutti a tecnologia a multifrequenza, facilmente sanificabili. I connettori attivi contemporaneamente sono 4. La tecnologia proposta è di tipo proprietario Samsung per il miglioramento della qualità dell'imaging nelle varie modalità funzionali, con modalità di connessione alla piattaforma ecografica pin-less. La proposta risulta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi attesi.		
D	Analisi e gestione dell'immagine	0,8	9,6
	La tecnologia proposta risulta completa con presenza di calcoli automatici sul tracciato doppler, possibilità di calcoli e misure dedicate ai vari distretti, ampia presenza di algoritmi di elaborazione del segnale e soluzioni hardware per la riduzione del rumore e degli artefatti, algoritmi per l'ottimizzazione automatica dell'immagine nelle varie modalità, oltre ad essere presenti software specifici per pazienti critici. Nel complesso risulta buona la qualità generale dell'imaging su paziente, che però perde di definizione in fase di diagnosi su paziente critico. La proposta risponde in maniera più che adeguata agli standard qualitativi attesi.		
E	Caratteristiche funzionali ed ergonomiche	0,6	9
	L'interfaccia utente risulta sufficientemente intuitiva, permettendo il passaggio tra modalità diverse in tempi accettabili, con una semplicità e facilità di individuazione dei comandi e dell'utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo dei moduli base e specialistici sufficientemente logica e intuitiva. La maneggevolezza ed ergonomia dei trasduttori durante l'utilizzo è risultata buona, determinata da un peso contenuto e una buona ergonomia. La movimentazione dell'ecografo, per quanto necessaria, risulta abbastanza agevole. Nel complesso proposta risulta sufficiente rispetto agli standard qualitativi attesi.		
F	Performance dell'imaging	0,8	6,4
	La qualità imaging è buona in relazione alla profondità di scansione, perdendo un po' di definizione su paziente critico. Imaging 2D nelle varie modalità risulta sufficiente, con una modalità doppler buona, e un buon livello di qualità in modalità di imaging 3D. Nel complesso proposta risulta buona rispetto agli standard qualitativi attesi.		
G	Caratteristiche migliorative	0,8	5,6
	Le caratteristiche migliorative rispetto alle specifiche minime descritte da capitolato, in relazione alla configurazione, software, applicativi, funzionalità e sistemi di sicurezza e sanificazione che migliorino le prestazioni e l'efficienza clinica del sistema, sono buone. A titolo esemplificativo, applicativi come IOTA-ADNEX, Ovox, Polyline, Henri Assist, E-Cervix, Slice-A, tecnologie di manipolazione automatica dei volumi con I.A., vanno a supporto della valutazione specialistica clinica, migliorando la qualità diagnostica, facendo sì che l'offerta risponda in maniera buona agli standard qualitativi richiesti.		

Ditta Techosp Srl: ecotomografo GE Healthcare modello Voluson Expert 20 BT24

Sez.	Criterio	Coeff.	Pt. assegnato
A	Configurazione generale	0,8	9,6
	La Ditta propone un apparecchio il cui anno di immissione sul mercato è il 2023, con capacità di memoria pari ad 1 Terabyte e tempi di accensione più che sufficienti per l'attività clinica ordinaria. Il sistema non dispone di una batteria tampone per lo spostamento in caso di necessità senza lo spegnimento. Nel complesso proposta risulta più che adeguata agli standard qualitativi attesi.		
B	Caratteristiche del monitor	0,8	6,4
	Il monitor proposto risulta ha le dimensioni di 24 pollici con una risoluzione full HD, con possibilità di movimentazione del display su braccio a 4 snodi, elevata luminanza e modalità di visione full screen. La proposta risulta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi attesi.		
C	Sonde ecografiche	1	8
	I trasduttori proposti sono tutti a tecnologia a multifrequenza, facilmente sanificabili. I connettori attivi contemporaneamente sono 4. La tecnologia proposta è di tipo proprietario GE Healthcare per il miglioramento della qualità dell'imaging nelle varie modalità funzionali, con modalità di connessione alla piattaforma ecografica pin-less. La proposta risulta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi attesi.		
D	Analisi e gestione dell'immagine	1	12
	La tecnologia proposta risulta completa con presenza di calcoli automatici sul tracciato doppler, possibilità di calcoli e misure dedicate ai vari distretti, ampia presenza di algoritmi di elaborazione del segnale e soluzioni hardware per la riduzione del rumore e degli artefatti, algoritmi per l'ottimizzazione automatica dell'immagine nelle varie modalità, oltre ad essere presenti software specifici per pazienti critici. Nel complesso risulta ottima la qualità generale dell'imaging su paziente, che non perde di definizione in fase di diagnosi su paziente critico grazie alla modalità proprietaria <i>Augment</i> , mantenendo un alto livello di qualità di immagine diagnostica. La proposta risponde in maniera ottimale rispetto agli standard qualitativi attesi.		
E	Caratteristiche funzionali ed ergonomiche	1	15
	L'interfaccia utente risulta estremamente intuitiva, tale da permettere il passaggio tra modalità diverse sempre rapido nei tempi di esecuzione dell'esame. L'individuazione dei comandi e dell'utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo dei moduli base e specialistici è logica e intuitiva. La maneggevolezza ed ergonomia dei trasduttori durante l'utilizzo è risultata ottima, determinata da un peso contenuto e una elevata ergonomia. La movimentazione dell'ecografo, per quanto necessaria, risulta agevole. Nel complesso proposta risulta ottimale rispetto agli standard qualitativi attesi.		
F	Performance dell'imaging	1	8
	La qualità imaging è ottima in relazione alla profondità di scansione, anche su paziente critico. Anche la modalità doppler risulta ottimale, in relazione alla sensibilità stessa del doppler e all'applicazione dei filtri immagine. L'imaging 3D risulta di elevatissimo standard qualitativo. Nel complesso proposta risulta ottimale rispetto agli standard qualitativi attesi.		
G	Caratteristiche migliorative	1	7
	Le caratteristiche migliorative rispetto alle specifiche minime descritte da capitolato, in relazione alla configurazione, software, applicativi, funzionalità e sistemi di sicurezza e sanificazione che migliorino le prestazioni e l'efficienza clinica del sistema, sono ampie. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli applicativi AI Inside, fetal IHS, SonoLystLive, Report, RadiantFlow, Sono Flow4D, VCI, Uterine e Spin Trace, TUI, fanno sì che l'offerta risponda in maniera ottimale agli standard qualitativi richiesti.		

Di seguito si riepilogano i punteggi assegnati:

- Ditta Flexo S.r.l.: punti 56,2 su 70
- Ditta S.I.D.E.M. S.p.a.: punti 55,6 su 70
- Ditta Techosp Srl: punti 66,0 su 70


La seduta termina alle ore 16:00.

Vicenza, 19/02/2024

Dott. Dimosthenis Kaloudis

Dott.ssa Michela Marchesini

Ine. Francesco Bellato 



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441800242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICO DI FASCIA ALTA IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO. ID SINTEL: 186360690 - CIG: B267524935

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTA ECONOMICA

Alle ore 15:00 del 31.03.2025, in Vicenza, presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, si riunisce in seduta riservata la Commissione Tecnica nominata con nota del Direttore Generale prot. n. 84606 del 13.08.2024 così composta, per la valutazione economica della gara in oggetto:

- Presidente:** Dimosthenis Kaloudis – Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Lorenzo di Valdagno
- Componente:** Dott.ssa Michela Marchesini – Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo di Vicenza
- Componente:** Ing. Francesco Bellato – Referente installazione grandi apparecchiature Azienda Ulss n. 8 Berica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

È altresì presente il Dott. Biagio Marzo, dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Viene accertato che tramite l'area comunicazioni piattaforma Sintel è stata data preventiva comunicazione dello svolgimento della seduta odierna a tutte le Ditte concorrenti.

Il Presidente dà atto che la Commissione Giudicatrice ha terminato i lavori di valutazione delle offerte tecniche e assegnato i relativi punteggi.

Il presidente procede pertanto, con la lettura dei verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice, dai quali si richiamano le valutazioni di seguito riepilogate:

Operatore Economico	Prodotto offerto	Punteggio tecnico
Flexo srl	Samsung mod. Hera W10 Elite	56.2/70
S.I.D.E.M. spa	Philips Equipe Elite W	55.60/70
Techosp srl	GE Healthcare Voluson Expert 20 BT24	66,00/70

La Commissione inizia i lavori inserendo nella piattaforma SINTEL i punteggi assegnati all' offerta tecnica del concorrente come indicato nei verbali.

La Commissione, successivamente, procede a riscontrare la presenza delle buste 3 "Offerta Economica" presentate dai concorrenti ammessi alla fase successiva di apertura della busta economica, nonché ad effettuare il download della documentazione d'offerta ivi contenuta.

Successivamente viene aperta la busta n. 3 e sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati i seguenti punteggi:

Operatore Economico	Importo offerto	Punteggio economico
Flexo srl	€ 130.000,00	30/30
S.I.D.E.M. spa	€ 148.800,00	26,21/30
Techosp srl	€ 186.000,00	20,97/30

Si procede quindi con la somma dei punteggi assegnati alle offerte tecniche con i punteggi assegnati alle offerte economiche individuando i punteggi complessivi e la relativa graduatoria finale nei termini indicati nella tabella di seguito riportata.

Graduatoria	Operatore Economico	Punteggio Qualità	Punteggio Prezzo	Punteggio finale (P+Q)
1° Classificato	Techosp srl	66,00/70	20,97/30	86,97
2° Classificato	Flexo srl	56,2/70	30/30	86,20
3° Classificato	S.I.D.E.M. spa	55,60/70	26,21/30	81,81

La commissione propone quindi di aggiudicare la gara in oggetto alla ditta Techosp srl.

L'offerta della ditta Techosp srl, 1° in graduatoria, non risulta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 36/2023 e conseguentemente si approva la graduatoria finale degli offerenti e si formula proposta di aggiudicazione a favore della ditta Techosp srl.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta termina in data di oggi 31.03.2025 alle 15:25.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.ulss8.veneto.it.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMISSARI

Dott. Dimosthenis Kaloudis

Dott.ssa Michela Marchesini

Ing. Francesco Bellato