

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera del 25.07.2018 n.1020

N. 217 DEL 07/05/2025

O G G E T T O

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI RISCALDAMENTO PAZIENTE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 148/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con note agli atti i referenti dei Gruppi Operatori dei PP.OO. di Vicenza ed Arzignano hanno richiesto l'acquisto di "sistemi di riscaldamento paziente comprensivi di copertine/materassini pluriuso", utilizzati per mantenere la temperatura corporea del paziente durante gli interventi chirurgici e nel risveglio post-operatorio;

essendosi riscontrato, nel corso degli ultimi anni, un consistente aumento nell'utilizzo dei beni richiesti, al fine di avviare apposita procedura di gara, si è proceduto a richiedere ai Coordinatori Infermieristici delle UU.OO. interessate l'invio dei fabbisogni annuali dei beni richiesti nonché l'individuazione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di valutazione dei dispositivi da mettere in gara;

dall'analisi dei fabbisogni inviati, nonché dei costi di acquisto, è emerso che il valore biennale della fornitura è pari ad € 18.000,00 iva esclusa;

visto il disposto dell'art. 50 c.1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, in data 01.07.2024 è stata avviata indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto mediante pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel, sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per la fornitura biennale di n. 4 sistemi di riscaldamento paziente ed avente base d'asta pari ad € 18.000,00;

entro la data ultima per la presentazione delle offerte fissata al 10.06.2024 hanno presentato offerta le ditte con i prodotti e le offerte di seguito indicate:

Ditta	Prodotto offerto	Importo Unitario	Importo complessivo
Euromedical srl	Sistema riscaldamento Cod. TRMMEDP/S4.0		€ 17.734,00
SB Medical	Sistema riscaldamento Cod. IM-150MS	€ 3.100,00	€ 12.400,00
SC Medical	Sistema riscaldamento Cod. C-W6200	€ 4.318,00	€ 17.272,00
Seda spa	Sistema riscaldamento Cod. Astopad Duo	€ 4.500,00	€ 18.000,00

previa acquisizione delle dichiarazioni attestanti l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, con nota agli atti, è stato nominato il Gruppo di esperti incaricato di effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici delle offerte pervenute, il quale in data 26 febbraio 2025 ha fatto pervenire la propria relazione (All.01) con la quale propone l'aggiudicazione alla ditta Seda;

il sopracitato verbale viene allegato al presente provvedimento nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre la versione con le firme in originale è depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O.C. proponente;

stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, di assegnare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura 4 sistemi di riscaldamento paziente, alla ditta Seda per un importo complessivo pari ad 18.000,00 IVA esclusa (€ 21.960,00 iva inclusa);

il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

In base al D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

D I S P O N E

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare la relazione del gruppo di esperti allegata al presente provvedimento (All. 01) di cui ne fa parte integrante ed il cui originale è agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura 4 sistemi di riscaldamento paziente, alla ditta Seda per l'importo complessivo di € 21.960,00 iva inclusa;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 21.960,00 iva inclusa sarà a imputato al conto di contabilità generale 0204000010 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendale 2025";
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

2024_185

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 060-COD. U.L.S.S. 508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753609 Mail: protocollo@aulss8.veneto.it

PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Vicenza 26 febbraio 2025

Oggetto: **Sistemi riscaldamento paziente**

Al Direttore
Servizio Approvvigionamenti Generali
Dr. Sandro Possamai

Gent.mo Direttore,

visionate le offerte ricevute e le relative schede tecniche pervenute dei 4 sistemi di riscaldamento è stata chiesta la prova di tutti i sistemi proposti. Si sono presentate la ditta Euromedical, la SB Medical e la ditta SEDA. La ditta SC Medical non si è presentata e quindi è stata esclusa.

Dalle prove pratiche e dalle schede tecniche è emerso quanto segue:

- **Euromedical:** il sistema offerto composto da centralina di comando WARMAT-12V, materassino in fibra di carbonio, materassino in gel e copertura monouso risulta idoneo all'utilizzo con il defibrillatore. La centralina di comando presenta una connessione singola e NON è dotata di batteria per il mantenimento della temperatura durante il trasporto del paziente. Vengono offerti sistemi di copertura monouso mentre il disciplinare richiede n. 4 materassini pluriuso.
- **SB Medical:** il sistema offerto composto da centralina di comando W500D e relativo materassino risulta NON idoneo all'utilizzo con defibrillatore. La centralina di comando presenta la possibilità di connettere due materassini in maniera indipendente. Il sistema risulta NON IDONEO
- **SC Medical:** il sistema offerto non è stato valutato in quanto l'azienda non è stata in grado di consegnare l'apparecchiatura per la prova. Il sistema risulta NON IDONEO.
- **SEDA:** il sistema offerto composto da centralina di comando ASTOPAD DUO310 e relativo materassino risulta idoneo all'utilizzo con defibrillatore, inoltre è dotato di batteria per il mantenimento della temperatura durante il trasporto del paziente. La centralina di comando presenta la possibilità di connettere due materassini in maniera indipendente. Il sistema risulta IDONEO.

Alla luce di quanto sopra descritto, tenuto conto delle diverse esigenze tra il Gruppo Operatorio Generale, la Sala Operatoria di Cardiocirurgia e l' U.O. di Anestesia e Rianimazione di Arzignano il Gruppo Tecnico propone l'affidamento della fornitura alla ditta **SEDA**.