

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 887 DEL 15/05/2025

### **O G G E T T O**

**SET DI IRRIGAZIONE E COAGULAZIONE PER IL SISTEMA DI ELETTROCOAGULAZIONE  
BIPOLARE PER MICROCHIRURGIA NEUROCHIRURGICA: DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 902/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

in data 31/01/2025 è scaduto il contratto relativo alla fornitura di “Cavi di irrigazione monouso per elettrocoagulatore Malis”, affidato alla Ditta Stryker Italia S.r.l. di cui alla Delibera n. 460 del 21/03/2024;

per i dispositivi in oggetto è stata indetta la nuova procedura di gara denominata “Sistema di elettrocoagulazione bipolare per microchirurgia neurochirurgica” con Delibera n. 213 del 16/02/2024;

in data 15/04/2024 con ID Sintel n. 182300406 è stata pubblicata una procedura di gara monolotto (elettrocoagulatore a noleggio e set di irrigazione/coagulazione), risultata deserta per la mancata presentazione di offerte;

l'U.O.C. Neurochirurgia ha proceduto con un'ulteriore istruttoria per verificare l'attuale situazione di mercato e verificare la tipologia di fornitura, al termine della quale, dopo una valutazione sui costi, la stessa U.O.C. ha deciso di procedere con un'indagine di mercato per i soli “*Set di Irrigazione e coagulazione per il sistema di elettrocoagulazione bipolare per microchirurgia neurochirurgica*” (composto da Set di irrigazione e coagulazione, completo di cavo bipolare e tubo di irrigazione);

pertanto, in data 06/12/2024 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale un'indagine di mercato monolotto aperta a tutti i fornitori iscritti su tale piattaforma, con un importo a base d'asta complessivo di € 67.000,00 IVA esclusa, per un periodo di 48 mesi, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 10/01/2025, e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte delle ditte Stryker Italia S.r.l e Integra Lifesciences Italy S.r.l.;

in data 22/01/2025 è stata inoltrata la documentazione tecnica ed economica fornita dalle ditte al Gruppo di Esperti, nominato con nota prot. n. 6820/25, al quale è stata richiesta la valutazione dei prodotti rispetto agli elementi tecnici ed economici richiesti nell'indagine di mercato;

con nota agli atti del 28/03/2025, il Gruppo di Esperti ha dichiarato non idonei e non rispondenti ad un requisito minimo richiesto i prodotti offerti dalla Integra Lifesciences Italy S.r.l. e ha confermato la congruità dei prodotti offerti dalla ditta Stryker Italia S.r.l., come specificato nella relazione pervenuta allegata alla presente (Allegato 1);

pertanto, in data 20/03/2025 è stata pubblicata (Id Sintel 199662757 e CIG B662F7E098) sulla piattaforma Sintel, una procedura di affidamento diretto con invito alla ditta Stryker Italia S.r.l, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 48 mesi, con termine ultimo per la presentazione dell'offerta entro l'11/04/2025;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte della ditta Stryker Italia S.r.l, la quale ha dichiarato che i prodotti presentati in fase di indagine di mercato sono i medesimi offerti in fase di affidamento diretto e riscontrando alle medesime condizioni offerte nell'indagine di mercato, di seguito riepilogate:

<b>Descrizione prodotto</b>	<b>Fabbisogno 48 mesi</b>	<b>Prezzo unitario (iva 22% esclusa)</b>	<b>Importo complessivo</b>
Set di irrigazione/coagulazione, (composto da cavo bipolare e tubo di irrigazione) ref. 6790100004	1.800	€ 36,85	€ 66.330,00
<b>Importo totale ( iva inclusa)</b>			<b>€ 80.922,60</b>

si propone, pertanto, di assegnare la fornitura in argomento, alla ditta Stryker Italia S.r.l, per il periodo di 48 mesi, comunque fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale;

nel quadro economico dei costi dell'appalto propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 536,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di "Set di Irrigazione e coagulazione per il sistema di elettrocoagulazione bipolare per microchirurgia neurochirurgica", per il periodo di 48 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, alla ditta Stryker Italia S.r.l, alle condizioni economiche così dettagliate:

<b>Descrizione prodotto</b>	<b>Fabbisogno 48 mesi</b>	<b>Prezzo unitario (iva 22% esclusa)</b>	<b>Importo complessivo</b>
Set di irrigazione/coagulazione, (composto da cavo bipolare e tubo di irrigazione) ref. 6790100004	1.800	€ 36,85	€ 66.330,00
<b>Importo totale ( iva inclusa)</b>			<b>€ 80.922,60</b>

2. di nominare come Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Lorenzo Alvaro – Direttore U.O.C. Neurochirurgia;
3. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 80.922,60 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 5402000126/ECO del Bilancio Sanitario e ripartito come segue:
  - anno 2025: € 13.487,00
  - anno 2026: € 20.230,50
  - anno 2027: € 20.230,50
  - anno 2028: € 20.230,50
  - anno 2029: € 6.744,10
4. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento “disciplinare di gara”;
5. nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 536,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  
FORNITURA DI SET DI IRRIGAZIONE E COAGULAZIONE PER IL SISTEMA DI  
ELETTROCOAGULAZIONE BIPOLARE PER MICROCHIRURGIA NEUROCHIRURGICA  
DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.**

**ID SINTEL – 193504626**

**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI  
TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE**

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0006820/25 del 22.01.2025 composto da:

**Dott. Fabio Angelo Raneri**, Dirigente Medico U.O.C. Neurochirurgia

**Dott. Giampaolo Zambon**, Dirigente Medico U.O.C. Neurochirurgia

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta la ditta Integralifesciences Italy srl e la ditta Stryker Italia srl proponendo le seguenti offerte:

Descrizione	Ditta	Base d'asta	Importo quadriennale (iva esclusa)	Ref.
Set di irrigazione/coagulazione	Integralifesciences Italy srl	€ 67.000,00	€ 65.700,00	9190001RP
	Stryker Italia srl		€ 66.330,00	6790100004

Per quanti riguarda l’aspetto economico, si rileva che le ditte ditte offerenti hanno presentato offerte inferiori alla base d’asta.

Per quanto riguarda gli elementi tecnici minimi richiesti all’art.1 del Disciplinare di Gara, il Gruppo di Esperti segnala che:

- il prodotto offerto dalla ditta Integralifesciences Italy srl, non possiede uno dei requisiti minimi richiesti in quanto non ha la caratteristica di irrigare direttamente sulle punte delle pinze bipolari nel momento in cui avviene l’avvio del segnale elettrico;

---

**Responsabile del Procedimento: dott. Sandro Possamai**

Referente procedura: Anna Zanon

Tel. 0444-75.7242

e mail: [anna.zanon@aulss8.veneto.it](mailto:anna.zanon@aulss8.veneto.it)

- il prodotto offerto dalla ditta Stryker Italia srl risponde alle caratteristiche minime richieste;

Inoltre la ditta Stryker risponde alle caratteristiche preferenziali presentando:

- un set di irrigazione di materiale di buona morbidezza e con una buona resistenza ai tagli da frizione durante la peristalsi della pompa;
- un cavo per coagulazione con una buona morbidezza e una buona capacità di evitare le piegature di memoria;
- il confezionamento è a doppia busta;

Pertanto, per le motivazioni sopra riportate, il Gruppo di esperti propone l'affidamento della fornitura alla ditta Stryker Italia srl.

Vicenza, 28/3/2025

F.to **Dott. Fabio Angelo Raneri**

F.to **Dott. Giampaolo Zambon**