

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1191 DEL 03/07/2025

O G G E T T O

**FORNITURA DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE INTRACRANICA E
RELATIVI KIT: DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1208/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione n. 1799 del 31/10/2024 è stata indetta un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di "Sistemi di monitoraggio della pressione intracranica e relativi kit";

successivamente, in data 07/11/2024 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale un'indagine di mercato monolotto aperta a tutti i fornitori iscritti su tale piattaforma, con un importo a base d'asta complessivo di € 105.000,00 IVA esclusa, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 25/11/2024, e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta;

entro tale termine, hanno presentato offerte la ditta Integra Lifesciences srl e la ditta Tecnohealth srl;

con nota agli atti in data 24/12/2024 è stato nominato il Gruppo degli Esperti ed è stata inoltrata la documentazione tecnica ed economica fornita dalle ditte, al quale è stato richiesto il parere circa la conformità dei prodotti rispetto agli elementi tecnici richiesti nell'indagine di mercato;

in data 10/06/2025, il Gruppo di Esperti ha rilevato che la ditta Integra Lifesciences srl ha presentato un'offerta superiore alla base d'asta e pertanto, come previsto dall'art. 2 dell'Indagine di Mercato, è stata esclusa;

lo stesso Gruppo di Esperti ha confermato la congruità dei prodotti offerti dalla ditta Tecnohealth srl, come specificato nella relazione pervenuta allegata alla presente;

pertanto, in data 16/06/2025 è stata pubblicata (ID 203064690 e CIG B7487B4818) sulla piattaforma Sintel, una procedura di affidamento diretto con invito alla ditta Tecnohealth srl, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 36 mesi, con termine ultimo per la presentazione dell'offerta entro il 20/06/2025;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte della ditta Tecnohealth srl, che ha presentato la seguente offerta, per un importo pari ad € 103.350,00 iva esclusa:

DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO 36 MESI	CODICE REF	BASE D'ASTA (36 MESI)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE(IVA ESCLUSA)
Apparecchiatura: Monitor+ sistema di collegamento e cavi	6	AR-50092637+AR-50094328	103.350,00 €	0,00 €	0,00 €
DM: Kit misurazione press. Intracranica parenchimale	150	AR-50092946+ AR-50091888		530,00 €	79.500,00 €

DM: Kit misurazione press. Intracranica ventricolare	45	AR-50092956+ AR-50090727		530,00 €	23.850,00 €
Importo totale					103.350,00 €

si propone, pertanto, di assegnare la fornitura in argomento, alla ditta Tecnohealth srl, per il periodo di 36 mesi;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.680,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di "Sistemi di monitoraggio della pressione intracranica e relativi kit", per il periodo di 36 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, alla ditta Tecnohealth srl, alle condizioni economiche così dettagliate:

DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO 36 MESI	CODICE REF	BASE D'ASTA (36 MESI)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE(IVA ESCLUSA)
Apparecchiatura: Monitor+ sistema di collegamento e cavi	6	AR-50092637+AR-50094328		0,00 €	0,00 €
DM: Kit misurazione press. Intracranica parenchimale	150	AR-50092946+ AR-50091888	103.350,00 €	530,00 €	79.500,00 €

DM: Kit misurazione press. Intracranica ventricolare	45	AR-50092956+ AR-50090727		530,00 €	23.850,00 €
Importo totale					103.350,00 €

2. di nominare come Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Lorenzo Alvaro – Direttore U.O.C. Neurochirurgia dell'Ospedale di Vicenza;
3. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 128.001,18 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 5402000126/ECO del Bilancio Sanitario e ripartito come segue:
 - anno 2025: € 21.014,50
 - anno 2026: € 42.029,00
 - anno 2027: € 42.029,00
 - anno 2028: € 21.014,50
4. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento “disciplinare di gara”;
5. nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.680,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato - dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Achille Di Falco – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
IN SERVICE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE INTRACRANICA E
RELATIVI KIT**

ID SINTEL:191759403

**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI
ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE**

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 3602533/24 del 24/12/2024 composto da:

Dott.ssa Elisa Boni, Dirigente Medico presso l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione di Vicenza

Dott. Giacomo Beggio, Dirigente Medico presso l’U.O.C. Neurochirurgia di Vicenza

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis si prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta due ditte: la ditta Tecnohealth srl e la ditta Integra Lifesciences srl.

La ditta Integra Lifesciences Italy srl ha presentato un'offerta superiore alla base d'asta e pertanto non si procede alla valutazione dei prodotti offerti dalla medesima.

La ditta Tecnohealth srl ha presentato un’offerta inferiore alla base d’asta, di seguito dettagliata:

Materiale di consumo	Descrizione prodotto	Fabbisogno triennale	Prezzo unitario	Importo triennale (iva esclusa)
KIT MISURAZIONE PRESS. INTRACRANICA PARENCHIMALE	NEUROVENT-P + BOLT-DRILL KIT CHS	150	€ 530,00	€ 78.900,00
KIT MISURAZIONE PRESS. INTRACRANICA VENTRICOLARE	NEUROVENT + TUNNELLING CH12	45	€ 530,00	€ 23.850,00
Apparecchiatura		Fabbisogno triennale	Canone annuale	Canone triennale
CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE MONITOR	AR-50092637	6	€ 0,00	€ 0,00

Per quanto riguarda gli elementi tecnici, si dà atto, prioritariamente, che i prodotti offerti dalla ditta Tecnohealth srl possiedono i requisiti minimi richiesti all’art. 1 del Disciplinare di gara.

Responsabile del Procedimento: dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Anna Zanon

Tel. 0444-75.7242

e mail: anna.zanon@aulss8.veneto.it

Con riferimento agli elementi preferenziali di cui all'art. 6, di seguito riportati

- Flessibilità (possibilità di piegare la sonda permanentemente oltre i 90°)
- Dimensioni (diametro della sonda intraparenchimale più sottile possibile)
- Affidabilità (drift dei 10 gg di utilizzo previsti)
- Facilità di taratura della sonda con procedura intuibile e veloce (se prevista)
- Sonda resistente ai traumi e ben visibile per evitare stramenti o traumi accidentali durante lo spostamento dei pz.

Il Gruppo di esperti rileva che:

- Ditta Tecnohealth srl: il prodotto offerto (Sonda per il monitoraggio della pressione intracranica parenchimale e catetere per derivazione ventricolare esterna con sensore per monitoraggio della pressione intracranica) presenta sufficiente flessibilità (non possibile piegare la sonda mantenendo la curvatura della stessa), dimensioni nella norma (relativamente al sensore per il monitoraggio intraparenchimale della pressione endocranica; catetere di DVE di dimensioni standard), buona affidabilità , facilità di taratura ottima (possibilità di settare la pressione di riferimento anche non durante la procedura chirurgica), buona resistenza ai traumi e ben visibile rispetto alla cute e alle medicazioni del paziente.
- Il sistema di monitoraggio fornito risulta conforme alle richieste: interfacciabile con i monitor multi parametrici in uso in Rianimazione e TIPO, valori forniti visualizzabili sia in formato numerico che grafico, dotato di allarmi sia ottici che acustici con possibilità di impostare valori di riferimento.

Pertanto, per le motivazioni sopra riportate, il Gruppo di esperti propone l'affidamento della fornitura alla alle ditte come di seguito indicato:

- **1° classificato:**

Ditta **Tecnohealth srl**

Prodotto: **Neurovent-P + Bolt-Drill kit CHS e Neurovent + Tunnelling CH12**

Vicenza 05/06/2025

F.to

