

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1861 DEL 17/10/2025

O G G E T T O

AGGIORNAMENTO TAVOLI OPERATORI GRUPPO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CAZZAVILLAN DI ARZIGNANO E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN LORENZO DI VALDAGNO

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1923/25

Il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che:

- presso il Gruppo operatorio del P.O. Cazzavillan di Arzignano e San Lorenzo di Valdagno sono in uso 6 (sei) tavoli operatori prodotti dalla Ditta Trumpf Medizin Systeme GMBH, oggi Altamed S.r.l., modello Jupiter, acquisiti tra il 2003 e il 2004, completi di accessori di base generici (reggi braccia, fasce di contenimento, archetti reggitelo), e accessori dedicati per le specialità chirurgiche come ortopedia, ginecologia, urologia;
- tutti i tavoli operatori sopra citati sono soggetti ad un utilizzo continuativo ed intensivo con un’incidenza guasti superiore allo standard medio e risultano tecnicamente obsoleti;
- la manutenzione rientra nell’Appalto Integrato per la Gestione e Assistenza Tecnica delle Apparecchiature Biomediche, stipulato tramite Gara regionale, aggiudicata con Deliberazione di Azienda Zero num. 486/2020, con inizio dell’appalto presso l’Ulss 8 berica a partire dal 1/11/2022, come disposto con Deliberazione n. 1121 del 7/07/2022.

Considerato che è stata fatta una ricognizione dei fabbisogni da parte del Servizio di Ingegneria Clinica dove emerge che l’incidenza dei guasti continua a crescere, in quanto i sistemi sono sempre più usurati, unitamente alla difficoltà da parte della Ditta produttrice di fornire tutti i ricambi per il ripristino funzionale dei sistemi, dichiarati “end of service” dal Produttore stesso.

Rilevato quanto sopra, l’Ufficio Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta Altamed S.r.l. di eseguire una analisi tecnica di tutti i tavoli operatori in uso e di tutti gli accessori a corredo di ogni singolo tavolo, al fine di determinare le criticità non più risolvibili.

Dalla verifica eseguita a settembre 2025 è emerso che lo stato funzionale di 2 (due) tavoli operatori risulta critico e non sono più presenti sul mercato le componentistiche di ricambio, con forte rischio di impossibilità di ripristino funzionale, già concretizzatosi per una unità del P.O. di Arzignano, e conseguente blocco dell’attività chirurgica, che viene mantenuta utilizzando un tavolo operatorio di backup di livello tecnologico e prestazionale inferiore rispetto allo standard necessario.

Su richiesta dell’Ufficio di Ingegneria Clinica, la Ditta Altamed S.r.l. ha formulato una proposta di aggiornamento tecnologico delle 2 (due) unità modello Jupiter matricola 100093144 e 100219694 dedicate alla chirurgia ortopedica e traumatologica, volte ad aggiornare per ognuno dei sistemi la colonna base del tavolo, il carrello per il trasporto, il piano e gli accessori per il controllo delle funzioni e la ricarica delle batterie interne, mantenendo la compatibilità con tutti gli accessori dedicati per la traumatologia a corredo in uso, per un importo complessivo di € 149.000,00 al netto dell’iva al 22%, pari a € 181.780,00 Iva inclusa.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, l’Ufficio di Ingegneria Clinica ritiene congrua la proposta di aggiornamento tecnologico formulata da Altamed S.r.l., in quanto risolutiva per garantire la continuità funzionale dei 2 (due) tavoli operatori dedicati alla chirurgia ortopedica e traumatologica, la cui criticità potrebbe determinare un blocco dell’attività chirurgica, pur mantenendo in uso l’accessoristica traumatologica dedicata già in dotazione.

La spesa complessiva di € 149.000,00 (Iva esclusa) verrà suddivisa come di seguito riportato:

- € 74.500,00 (Iva esclusa): aggiornamento tecnologico al cespite 48841;
- € 74.500,00 (Iva esclusa): aggiornamento tecnologico al cespite 49840.

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023, si propone di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'ing. Francesco Bellato.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, con l'accettazione della proposta di aggiornamento dei 2 (due) tavoli operatori modello Jupiter matricola 100093144 e 100219694 in uso presso il Gruppo Operatorio del P.O. Cazzavillan di Arzignano e San Lorenzo di Valdagno, della Ditta Altamed S.r.l. di Limena (PD), per un importo complessivo di € 149.000,00 (Iva esclusa), pari a € 181.780,00 (Iva inclusa);
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 181.780,00 (Iva inclusa), verrà imputata al conto 02040000010 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" /SIC per l'anno 2025 e finanziata con erogazioni liberali da privati;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Francesco Bellato.
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
