

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1830 DEL 17/10/2025

O G G E T T O

FORNITURA PER I SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE MEDIANTE TERAPIA BIOFOTONICA: DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1859/25

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota prot. n. 92482/24 del 10/09/2024 è stato nominato un Gruppo di Lavoro incaricato di definire un protocollo aziendale volto a individuare i criteri di appropriatezza clinica per l’impiego di sistemi per il trattamento delle lesioni cutanee mediante terapia biofotonica, in utilizzo presso le diverse UU.OO.CC. dell’Aulss 8;

al medesimo Gruppo di Lavoro è stato altresì affidato l’incarico di redigere il Capitolato Tecnico della gara aziendale, che è pervenuto in data 26/05/2025;

pertanto, è stata pubblicata, con ID 202143069 sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, una procedura monolotto, aperta a tutti i fornitori iscritti su tale piattaforma, finalizzata all’assegnazione della fornitura di “Sistemi per il trattamento delle lesioni cutanee mediante terapia biofotonica”, per il periodo di 36 mesi e l’importo a base d’asta complessivo di € 54.000,00 IVA esclusa, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 25/06/2025 e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell’offerta;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte delle ditte Emoled srl e Promed srl, che hanno presentato le seguenti offerte:

| Fornitore | Descrizione | Base d’asta | Importo triennale (iva esclusa) | Ref. |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| Emoled srl | Mediatore chimico+ | € 54.000,00 | € 51.996,00 | 9800010001 |
| Promed srl | Lampada a luce led a noleggio | | € 53.877,00 | Klox Multi-LED KT-LTM Lamp |

in data 16/07/2025 è stata inoltrata la documentazione tecnica ed economica, fornita dalle ditte, al Gruppo di Esperti nominato con prot. 0073882/25, al quale è stata richiesta la valutazione dei prodotti rispetto agli elementi tecnici ed economici richiesti nell’indagine di mercato;

in data 16/09/2025, il Gruppo di Esperti ha proposto l’affidamento della fornitura alla ditta Promed srl, per le motivazioni riportate nella relazione allegata;

i prezzi offerti risultano in linea con quelli delle altre aziende sanitarie venete;

si propone, pertanto, di assegnare la fornitura in argomento alla ditta Promed srl, per il periodo di 36 mesi, comunque fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale;

nel quadro economico dei costi dell’appalto propone di riservare, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 432,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell’esecuzione del contratto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di "Sistemi per il trattamento delle lesioni cutanee mediante terapia biofotonica" destinate alle varie UOC dell'Aulss 8 Berica, per il periodo di 36 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, alla ditta Promed srl, alle condizioni economiche sopra dettagliate;
2. di allegare la relazione del Gruppo di esperti (Allegato 1);
3. di nominare come Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Stefano Auriemma – Dirigente Medico Sanitario e Referente dell'Ambulatorio Vulnologico;
4. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 65.729,94 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 5402000126/ECO e 5603000010/ECO del Bilancio Sanitario e ripartito come segue:

| | 5402000126/ECO | 5603000010/ECO |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| anno 2025: | 5.451,87 | 25,62 |
| anno 2026: | 21.807,50 | 102,48 |
| anno 2027: | 21.807,50 | 102,48 |
| anno 2028: | 16.355,65 | 76,86 |

5. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento "disciplinare di gara";
6. nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 432,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI “ SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE MEDIANTE TERAPIA BIOFOTONICA”
 ID SINTEL 202331515**

RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 00073882/25 del 16/07/2025 composto da:

Dott. Danilo Boatto, Dirigente Medico presso l’U.O.C. Chirurgia Plastica di Vicenza

Dott.ssa Anna Schiatti, Dirigente Medico presso la Farmacia Ospedaliera di Vicenza

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta le seguenti ditte, come sotto specificato:

| Fornitore | Descrizione | Base d'asta | Importo triennale (iva esclusa) | Ref. |
|------------|--|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Emoled srl | Mediatore chimico+ Lampada a luce led a noleggio | € 54.000,00 | € 51.996,00 | 9800010001 |
| Promed srl | | | € 53.877,00 | Klox Multi-LED KT-LTM Lamp |

Per quanto riguarda l’aspetto economico, si rileva che le ditte Emoled srl e Promed srl hanno presentato un’offerta inferiore alla base d’asta.

Per quanto riguarda gli elementi tecnici, si riportano di seguito gli elementi preferenziali, di cui all’art. 6 del Disciplinare:

| | Caratteristiche preferenziali: |
|--------------------------------|--|
| Lampade | Disponibilità di più configurazioni (portatile e a pavimento); |
| | Preferibilmente timer automatico, con impostazione trattamento a singola seduta max 5 min; |
| Gel/ mediatori chimici | Pronto all’uso o di facile allestimento; |
| | Non richiede tempo di attivazione; |
| Letteratura scientifica | Pubblicazioni con indicazione bibliografica valutabili in base all’impact factor (trials clinici, metanalisi, multicentrici, case-report); |

il Gruppo di esperti rileva che:

Ditta Promed srl

Il prodotto offerto (Klox Multi-LED KT-LTM Lamp) presenta le caratteristiche tecniche individuate del disciplinare e alcune delle caratteristiche preferenziali:

- le configurazioni disponibili sono sia pavimento che portatile;
- il gel con cromofori da applicare a livello delle lesioni, che ha lo scopo di veicolare la luce blu alle cellule dei tessuti da stimolare (fotobiomodulazione), è di facile allestimento e applicazione, permettendo così di ottimizzare tempi e risorse umane disponibili.

Ditta Emoled Srl:

- il sistema è composto da una lampada che emette una luce nella fascia 400-430 nm, corrispondente alla zona viola dello spettro visibile;
- è possibile trattare aree di dimensioni non superiori a 5 cm², di conseguenza, lesioni di dimensioni maggiori richiedono applicazioni sequenziali multiple, della durata compresa tra 1 e 3 minuti ciascuna. Tale procedura implica un cambio sequenziale di posizione da parte dell'operatore, con un potenziale significativo prolungamento dei tempi di trattamento;
- l'assenza gel per la conduzione della luce rende impossibile il trattamento delle lesioni cavitarie di difficile guarigione; il gel mediatore ha la capacità antibatterica quando attivato da luce blu, che nel prodotto presentato dalla ditta Emoled srl viene a mancare;
- le configurazioni disponibili sono sia portatile che a pavimento con dimensione compatta;

Per quanto riguarda la letteratura scientifica richiesta, entrambe le ditte non hanno presentato pubblicazioni con indicazione bibliografica valutabile in base all'impact factor (trial clinici, meta-analisi, studi multicentrici, case report);

Pertanto, per le motivazioni sopra riportate, il Gruppo di esperti propone l'affidamento della fornitura alla ditta Promed srl con ref del prodotto Klox Multi-LED KT-LTM Lamp.

Luogo e data ____16/09/2025_____

F.to Dott. Danilo Boatto

FT

F.to Dott.ssa Anna Schiatti

FT

