

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2404 DEL 30/12/2025

O G G E T T O

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
DI N. 15 LETTI BILANCIA PER DIALISI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.
DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2453/25

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con note agli atti, il Direttore dell’UOC di Nefrologia dell’Azienda Ulss n. 8 Berica ha richiesto l’acquisizione di n. 15 letti bilancia, specificando che la richiesta è dettata dalla necessità di sostituzione dei letti attualmente in uso, in quanto obsoleti e soggetti a numerosi guasti;

interpellato, il GDL – Apparecchiature Elettromedicali – UVA DM – ha espresso parere positivo all’acquisto;

a seguito dell’invio, da parte del Servizio Ingegneria Clinica, del capitolato tecnico, in data 14.07.2025 si è quindi avviata, mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, indagine di mercato finalizzata ad individuare l’operatore economico con il quale concludere l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in parola, avente base d’asta pari ad € 65.000,00;

entro la data ultima per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 15:00 del giorno 30.07.2025, sono pervenute le offerte delle ditte di seguito indicate:

Ditta	Importo offerto
5.9 srl CARE WEIGHTING SYSTEM	€ 64.110,00
Favero Health Project spa	€ 57.409,80
Gardhen Bilance srl	€ 45.000,00

in data 21.08.2025 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, dalla quale è emerso che tutti gli operatori economici hanno presentato la documentazione richiesta dall’Avviso di gara e, pertanto, vengono ammessi alla fase successiva di gara;

a seguito della verifica dell’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità, con prot. n. 87754/25 del 26.08.2025 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute, il quale, in data 03.09.2025, a seguito della valutazione delle schede tecniche, richiedeva la visione dei prodotti offerti in sede di gara (All.01);

sulla base della visione della campionatura dei prodotti offerti, il Gruppo di Esperti faceva pervenire allo scrivente Servizio la propria relazione (All.02) nella quale comunicava che “... *Il Gruppo richiede l’acquisizione del prodotto maestro DEC proposto dalla ditta 5.9 srl, in quanto il complesso degli aspetti costruttivi, funzionali e operativi danno garanzia di solidità e affidabilità nel tempo del prodotto, semplicità d’uso in tutti gli aspetti quotidiani della procedura di dialisi dei pazienti e sicurezza anche in situazione di emergenza*”;

i sopracitati verbali vengono allegati al presente provvedimento nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell’UOC proponente;

a seguito delle valutazioni effettuate dal Gruppo di Esperti, in data 12.11.2025 si è quindi provveduto, tramite la Piattaforma Sintel, ad avviare la procedura di affidamento diretta ID Sintel: 210058630 – CIG: B910C094CA, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti della ditta 5.9

S.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM per la fornitura di n. 15 letti bilancia per dialisi in fabbisogno all’Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza;

entro la scadenza, fissata per il giorno 21.11.2025 ore 15:00, la ditta 5.9 S.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM ha presentato offerta, nei termini stabiliti, per un valore complessivo di € 64.110,00 iva 4% esclusa;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 15 letti bilancia in fabbisogno all’Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta 5.9 S.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM per un importo di € 64.110,00 iva esclusa pari ad € 66.674,40 iva 4% inclusa;

ai sensi dell’art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l’integrità delle apparecchiature consegnate, accertarsi che tali apparecchiature vengano utilizzate solo dopo l’esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell’appalto si propone di riservare, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.300,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti indicate al presente provvedimento (All. 01 e All. 02) di cui ne fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
2. di assegnare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 15 letti bilancia per dialisi in fabbisogno all’Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta 5.9 S.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM per un importo pari ad € 66.674,40 iva 4% inclusa;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 66.674,42 iva inclusa, sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 25BD2453Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “budget degli investimenti aziendale 2026”;

4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Monica Zanella, Direttore UOC Nefrologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.300,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 15 LETTI BILANCIA PER DIALISI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 204890017

In data 3/09/2025 alle ore 10:00 presso il P.O. di Vicenza, si è riunito presso lo l'Ufficio dell'Ingegneria Clinica il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0087754/25 del 26.08.25 risulta così composto:

- ✓ Dott.ssa Monica Zanella – Direttore U.O.C. di Nefrologia e Dialisi e Trapianto Renale Azienda Ulss 8 Berica
- ✓ Sig.ra Franca Lovato – Coord. Infermieristico Emodialisi Extracorporea Azienda Ulss 8 Berica
- ✓ Ing. Francesco Bellato – Servizio di Ingegneria Clinica Azienda Ulss 8 Berica

preso atto delle offerte pervenute dalle ditte, per gli importi come di seguito indicati:

Ditta	Importo
Gardhen Bilance	€ 46.800,00
Favero Health Projects	€ 57.264,00
5.9 Tassinari Bilance	€ 64.110,00

Il gruppo di esperti procede quindi alla verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti ritenendo necessario richiedere alle summenzionate ditte la presentazione della campionatura come previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara

Nell'impossibilità di procedere con la valutazione delle offerte, il Gruppo di Esperti si aggiorna a data da destinarsi.

La seduta termina alle ore 12:00

Vicenza, 3/09/2025

Dott.ssa Monica Zanella

Sig.ra Franca Lovato

Ing. Francesco Bellato

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 15 LETTI BILANCIA PER DIALISI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 204890017

In data 8/10/2025 alle ore 9:00 presso il P.O. di Vicenza, si è riunito presso lo l'Ufficio dell'Ingegneria Clinica il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0087754/25 del 26.08.25 risulta così composto:

- ✓ Dott.ssa Monica Zanella – Direttore U.O.C. di Nefrologia e Dialisi e Trapianto Renale Azienda Ulss 8 Berica
- ✓ Sig.ra Franca Lovato – Coord. Infermieristico Emodialisi Extracorporea Azienda Ulss 8 Berica
- ✓ Ing. Francesco Bellato – Servizio di Ingegneria Clinica Azienda Ulss 8 Berica

Preso atto delle offerte pervenute dalle ditte, per gli importi come di seguito indicati:

Ditta	Importo
Gardhen Bilance	€ 46.800,00
Favero Health Projects	€ 57.264,00
5.9 Tassinari Bilance	€ 64.110,00

Il gruppo di esperti continua la verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti, anche sulla base delle valutazioni rilevate in fase di campionatura, come previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara, eseguita nella settimana dal 22 al 25 settembre.

Sulla base dei criteri di valutazione descritti all'Art. 5 del Disciplinare di gara

- ✓ Aspetti costruttivi migliorativi rispetto alle specifiche di minima
- ✓ Aspetti funzionali migliorativi rispetto alle specifiche di minima
- ✓ Prezzo

si riportano le seguenti valutazioni.

Ditta Gardhen Bilance

Il prodotto proposto modello Alex Standard risulta rispondente alle specifiche tecniche indicative del disciplinare di gara.

In relazione agli aspetti costruttivi e funzionali, si evidenzia che le sezioni mobili lato testa e lato gambe sono rimovibili con un sistema di aggancio e sgancio poco funzionale, non facilmente visibile e raggiungibile dall'operatore. Infatti, per rimuovere le sezioni, è necessario svitare due leve per ogni sezione poste nella parte inferiore, operazione meno funzionale e lenta da eseguire rispetto ad un classico sistema di sgancio rapido a leva unica. Questa caratteristica risulta poco funzionale soprattutto in ambito di emergenza, per cui è necessario rimuovere la sezione nel minimo tempo possibile per la sicurezza del paziente.

Le coperture plastiche del piano risultano fragili, con angoli vivi, a discapito dell'efficienza della pulizia, e possono danneggiare facilmente un guanto siliconico ad uso comune degli operatori. La staffa con maniglione in dotazione, se posta sotto carico, induce un movimento generale della sezione piano del letto poco confortevole.

Il collegamento seriale al sistema di monitoraggio ISI BOX SINED è stato verificato e risulta funzionale. L'asta portaflebo non è stata fornita in fase di campionatura; non è stato possibile verificarne l'efficacia. Il tavolino sulla sezione piedi è presente ed estraibile, ma non asportabile in caso di necessità.

La bilancia e il sistema di gestione del peso paziente e del letto risultano molto funzionali, con la dotazione di un ampio display facilmente leggibile a distanza e molto intuitivo. Le funzioni aggiuntive introdotte sono state apprezzate, anche se in parte sovrapponibili alle funzioni già espletate dal sistema ISI BOX SINED.

Nel complesso il prodotto risulta buono solo per la componentistica riguardante le funzionalità ultime descritte della bilancia, ma non risulta sufficientemente rispondente alle aspettative attese per tutte le caratteristiche costruttive riguardanti il corpo del letto, gli accessori e gli aspetti legati all'operatività quotidiana.

Ditta Favero Health Projects

Il prodotto proposto modello Next Precision risulta rispondente alle specifiche tecniche indicative del disciplinare di gara.

In relazione agli aspetti costruttivi e funzionali migliorativi rispetto alle specifiche di gara, si evidenzia che il prodotto proposto è dotato di sistema di allungamento del piano letto, funzione molto utile per il trattamento di pazienti di elevata statura. Il tavolino sulla sezione piedi è presente ed estraibile, facilmente asportabile al bisogno. Le sezioni mobili lato testa e lato gambe sono rimovibili con un sistema di aggancio e sgancio rapidi e facilmente raggiungibili dall'operatore. Le coperture plastiche del piano sono solide, prive di angoli vivi, facilmente rimuovibili e sanificabili. La bilancia risulta poco funzionale, dotata di un display piccolo e non facilmente leggibile a distanza; risulta inoltre poco intuitivo il funzionamento. A differenza dei più moderni sistemi di pesatura, è presente solo un display numerico con i valori difficilmente leggibili a distanza, non modificabile o ingrandibile. In caso di necessità, inoltre, in corso di trattamento dialisi non è

possibile togliere peso, come ad esempio per la taratura di apparecchio gessato, per poi rifare la taratura. Questo aspetto rappresenta un grosso limite funzionale del sistema proposto. Il collegamento seriale al sistema di monitoraggio ISI BOX SINED è stato verificato e risulta funzionale. Nel complesso il prodotto risulta sufficiente per gli aspetti strutturali e costruttivi, ma non risulta sufficientemente rispondente alle aspettative attese per la parte di misurazione del peso del paziente, con una proposta non corrispondente agli standard più moderni dei sistemi di pesatura paziente a letto.

Ditta 5.9 Tassinari Bilance

Il prodotto Maestro DEC risulta rispondente alle specifiche tecniche indicative del disciplinare di gara. In relazione agli aspetti costruttivi e funzionali migliorativi rispetto alle specifiche di gara, si evidenzia che il prodotto proposto è dotato di sistema di allungamento del piano letto, funzione molto utile per il trattamento di pazienti di elevata statura. Il tavolino sulla sezione piedi è presente ed estraibile, facilmente asportabile al bisogno. Le sezioni mobili lato testa e lato gambe sono rimovibili con un sistema di aggancio e sgancio rapido molto funzionale e facilmente raggiungibili dall'operatore. Le coperture plastiche del piano sono solide, prive di angoli vivi, facilmente rimuovibili e sanificabili. La bilancia risulta semplice da utilizzare e con un display adeguato alla visualizzazione anche da distante da parte dell'operatore. Il collegamento seriale al sistema di monitoraggio ISI BOX SINED è stato verificato e risulta funzionale. Nel complesso il prodotto risponde in maniera ottimale alle aspettative attese.

In relazione a quanto sopra descritto, il Gruppo di lavoro richiede l'acquisizione del prodotto Maestro DEC proposto dalla Ditta 5.9 Tassinari Bilance, in quanto il complesso degli aspetti costruttivi, funzionali e operativi danno garanzia di solidità e affidabilità nel tempo del prodotto, semplicità d'uso in tutti gli aspetti quotidiani della procedura di dialisi dei pazienti e sicurezza anche in situazione di emergenza.

La seduta termina alle ore 11:00

Vicenza, 8/10/2025

Dott.ssa Monica Zanella

Sig.ra Franca Lovato

Ing. Francesco Bellato