

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 163 DEL 05/02/2026

O G G E T T O

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
DI N. 4 LETTI PER SALA PARTO IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID
SINTEL: 206751605. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 135/26

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con note agli atti, il Direttore dell’UOC Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Bortolo dell’Azienda Ulss n. 8 Berica ha richiesto l’acquisizione di n. 4 letti per sala parto, specificando che la richiesta è dettata dalla necessità di sostituzione dei letti attualmente in uso, in quanto obsoleti;

interpellato, il GDL – Apparecchiature Elettromedicali – UVA DM – ha espresso parere positivo all’acquisto;

a seguito dell’invio, da parte del Servizio Ingegneria Clinica, del capitolato tecnico, in data 01.09.2025 si è quindi avviata, mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, indagine di mercato finalizzata ad individuare l’operatore economico con il quale concludere l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in parola, avente base d’asta pari ad € 74.000,00;

entro la data ultima per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 14:00 del giorno 18.09.2025, sono pervenute le offerte delle ditte di seguito indicate:

Ditte	Importo
HILL-ROM	€ 52.790,02
SEAGULL MEDICA	€ 62.900,00
Linet Italia Srl con unico socio	€ 72.520,00
SCHMITZ ITALIA S.R.L	€ 73.920,00

in data 22.09.2025 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, dalla quale è emerso che tutti gli operatori economici hanno presentato la documentazione richiesta dall’Avviso di gara e, pertanto, vengono ammesse alla fase successiva;

a seguito della verifica dell’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità, con prot. n. 102288/25 del 07.10.2025 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute, il quale, in data 16/10/2025, a seguito della valutazione delle schede tecniche richiedeva la visione dei prodotti offerti in sede di gara (All.01);

sulla base della visione della campionatura dei prodotti offerti, il Gruppo di Esperti faceva pervenire allo scrivente Servizio la propria relazione (All.02) nella quale comunicava che “ *sulla base delle valutazioni espresse, relativamente ai criteri di aggiudicazione che prediligono la funzionalità, l’ergonomia, gli aspetti migliorativi ed il prezzo finale, si propone di aggiudicare la fornitura di n. 4 letti per sala parto, in fabbisogno all’Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta Linet Italia che propone il modello AVE2.* ”;

i sopracitati verbali vengono allegati al presente provvedimento nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell’U.O.C. proponente;

a seguito delle valutazioni effettuate dal Gruppo di Esperti, in data 23.12.2025 si è quindi provveduto, tramite la Piattaforma Sintel, ad avviare la procedura di affidamento diretta ID Sintel: 212124860 – CIG: B9C51DFC5F, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti della ditta Linet Italia srl per la fornitura di n. 4 letti per sala parto, in fabbisogno all’Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza;

entro la scadenza fissata per il giorno 09.01.2026, ore 14:00, la ditta Linet Italia srl ha presentato offerta, nei termini stabiliti, per un valore complessivo di € 72.520,00 iva 22% esclusa;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 4 letti per sala parto, in fabbisogno all’Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta Linet Italia srl per un importo di € 72.520,00 iva esclusa pari ad € 88.474,40 iva 22% inclusa;

ai sensi dell’art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l’integrità delle apparecchiature consegnate, accertarsi che tali apparecchiature vengano utilizzate solo dopo l’esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice, nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell’appalto si propone di riservare, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.480,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All.01 e All.02), di cui ne fanno parte integrante, e i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 4 letti per sala parto in fabbisogno all’UOC Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Bortolo di Vicenza dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta Linet Italia srl per un importo pari ad € 88.474,40 iva 22% inclusa;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 88.474,40 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 26VD0135Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “budget degli investimenti aziendale 2026”;

4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Marcello Scollo, Direttore dell'UOC Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.480,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 LETTI PER SALA PARTO IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 206751605

In data 16/10/2025 alle ore 10:00 si è riunito presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Bortolo di Vicenza il gruppo di esperti, chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 1002288/25 del 07/10/2025 risulta così composto:

Dott. ssa Elisabetta Rebellato – Dirigente medico UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo Vicenza;
Dott. ssa Sara Biason – Coordinatrice UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo Vicenza;
Ing. Francesco Bellato- Servizio di Ingegneria Clinica

preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte e per gli importi come di seguito indicati:

Ditte	Importo
HILL-ROM	€ 52.790,02
SEAGULL MEDICA	€ 62.900,00
Linet Italia Srl con unico socio	€ 72.520,00
SCHMITZ ITALIA S.R.L	€ 73.920,00

Il gruppo di esperti procede quindi con l'analisi della documentazione presentata verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che tutte le offerte presentate soddisfano le caratteristiche richieste.

Nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna, il Gruppo di Esperti ritiene necessario richiedere alle già menzionate ditte la presentazione della campionatura come previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott. ssa Elisabetta Rebellato

Dott.ssa Sara Biason

Ing. Francesco Bellato

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4
 LETTI PER SALA PARTO IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL:
 206751605**

In data 26/11/2025 alle ore 10:00 si è riunito presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia, il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 1002288/25 del 07/10/2025 risulta così composto:

- ✓ Dott. ssa Elisabetta Rebellato – Dirigente medico UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo Vicenza;
- ✓ Dott. ssa Sara Biason – Coordinatrice UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. San Bortolo Vicenza;
- ✓ Ing. Francesco Bellato- Servizio di Ingegneria Clinica

preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte e per gli importi come di seguito indicati:

Ditte	Importo
HILL-ROM	€ 52.790,02
SEAGULL MEDICA	€ 62.900,00
Linet Italia Srl con unico socio	€ 72.520,00
SCHMITZ ITALIA S.R.L	€ 73.920,00

Constatata la presenza di tutti i componenti e preso atto di quanto deciso nella seduta precedente così come risulta dal verbale datato 16/10/2025, il gruppo di esperti prosegue quindi nei lavori passando alla valutazione delle singole proposte e delle campionature presentate sulla base dei criteri di valutazione, indicati all'art. 5 del disciplinare di gara, di seguito riportati:

- ✓ Ergonomia funzionale e semplicità utilizzo
- ✓ Specifiche costruttive relative alla solidità e affidabilità del prodotto
- ✓ Specifiche migliorative rispetto alle minime indicate
- ✓ Prezzo

riscontrando quanto segue:

Ditta Hill-Rom

Il prodotto proposto dalla Ditta Hill Rom, modello Affinity 4, si presenta in configurazione più assimilabile ad un letto da degenza, più che ad una poltrona/tavolo operatorio; tale caratteristica risulta più funzionale per la movimentazione della paziente in fase di trasferimento dalla sala parto alla sala cesarei, ma con una struttura più leggera per il parto naturale. Non è prevista la fornitura di un sistema a scomparsa della sezione piedi, ma viene proposto un sistema sganciabile, che deve poi essere posizionato negli spazi disponibili della sala parto, a discapito degli ingombri di sala e della praticità di usufruire dell'accessorio al bisogno. Tale specifica, di conseguenza, si ripercuote nella possibilità di trasformazione del letto in poltrona ginecologica in maniera rapida e dinamica. Per il medesimo motivo la bacinella raccogli liquidi va posizionata appositamente al momento dell'utilizzo, essendo accessorio parte della sezione piedi sganciabile. La dotazione a corredo è completa, con un buon materasso confortevole, dotato anche di sistema rifoderabile, e una capacità di carico di lavoro sicuro che risulta entro i limiti richiesti, ma inferiore a tutte le altre proposte. La movimentazione risulta abbastanza agevole. I supporti reggi cosce e le maniglie sono integrati forniti di un sistema a scomparsa. La batteria interna garantisce una autonomia funzionale di circa 48 ore a seconda delle movimentazioni che vengono eseguite.

Nel complesso il prodotto risulta rispondere in modo sufficiente agli standard attesi.

Ditta Seagull medica


Il prodotto proposto dalla Ditta Seagull, modello Nathalia, si presenta in configurazione più assimilabile ad un letto da degenza, più che ad una poltrona/tavolo operatorio; tale caratteristica risulta più funzionale per la movimentazione della paziente in fase di trasferimento dalla sala parto alla sala cesarei, ma con una struttura più leggera per il parto naturale. Non è prevista la fornitura di un sistema a scomparsa della sezione piedi, ma viene proposto un sistema sganciabile, che deve poi essere posizionato negli spazi disponibili della sala parto, a discapito degli ingombri di sala e della praticità di usufruire dell'accessorio al bisogno. Tale specifica, di conseguenza, si ripercuote nella possibilità di trasformazione del letto in poltrona ginecologica in maniera rapida e dinamica. La bacinella raccogli liquidi risulta in pronto uso in caso di necessità. I supporti reggi cosce e le maniglie sono da montare, non forniti di un sistema integrato a scomparsa. La batteria interna garantisce una autonomia funzionale di circa 18 minuti.

Nel complesso il prodotto risulta rispondere in modo appena sufficiente agli standard attesi.

Ditta Linet Italia

Il prodotto proposto dalla Ditta Linet Italia, modello AVE 2, si presenta in configurazione poltrona/tavolo operatorio, più che ad un letto per degenza; tale soluzione conferisce una caratteristica strutturata per l'utilizzo dedicato al parto naturale. La proposta prevede la fornitura di un sistema a scomparsa della sezione piedi, molto pratico e funzionale ai fini dell'ingombro di sala di eventuali accessori non utilizzati. La dotazione è completa, con un buon materasso, e un carico di lavoro sicuro nettamente superiore ai limiti minimi richiesti. La sezione testa è rimovibile. Sia i supporti reggi coscia che i poggiapiedi sono integrati e a scomparsa. La bacinella raccogli liquidi risulta in pronto uso in caso di necessità. L'escursione verticale è la maggiore tra i prodotti proposti. Nonostante la configurazione strutturale sopra descritta, il sistema risulta molto agevole anche nello spostamento per il trasporto urgente in sala cesarei.

Nel complesso il prodotto risulta rispondere in modo ottimale agli standard attesi.



Ditta Schmitz Italia


Il prodotto proposto dalla Ditta Schmitz Italia, modello Partura, si presenta in configurazione poltrona/tavolo operatorio, più che ad un letto per degenza; tale soluzione conferisce una caratteristica strutturata per l'utilizzo dedicato al parto naturale o utilizzabile come vero e proprio tavolo operatorio. La proposta non dispone di sponde a scomparsa, ma rimovibili al bisogno, e la sezione gambe è a parte, composta da una sezione completamente separabile. Sono inclusi in offerta solo i supporti reggi coscia, i poggiapiedi sono opzionali da acquisire a parte. La movimentazione del sistema per il trasporto in emergenza in sala cesarei risulta difficoltosa, a causa del peso notevole del sistema che è strutturato per una ampia portata del paziente (335 Kg), che lo rende un tavolo operatorio a tutti gli effetti in configurazione completa con sezione centrale più sezione gambe.

Nel complesso il prodotto risulta rispondere in modo adeguato agli standard attesi.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse, relativamente ai criteri di aggiudicazione che prediligono la funzionalità, l'ergonomia, gli aspetti migliorativi ed il prezzo finale, si propone di aggiudicare la fornitura di n. 4 letti per sala parto in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica, alla ditta Linet Italia che propone il modello AVE 2 per le motivazioni sopra espresse.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott.ssa Elisabetta Rebellato



Dott.ssa Sara Biason



Ing. Francesco Bellato

