

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1148 DEL 02/07/2026

O G G E T T O

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, SUDDIVISA IN 9 LOTTI: AGGIUDICAZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1150/26

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con l'atto deliberativo n. 1900 del 23/10/2025 è stato disposto di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante piattaforma telematica "Sintel", con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, suddivisa in n. 9 lotti, per l'affidamento della *fornitura, in accordo quadro, di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 Berica*, per un periodo di 24 mesi, salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione di gara regionale o Consip, con facoltà di rinnovo per 12 mesi, ed eventuale opzione di acquisto di dispositivi medici analoghi (CUI 02441500242202400111), il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in euro 598.421,85 (IVA esclusa), di cui euro 306.883,00 per la base d'asta biennale ed euro 291.538,85 per le opzioni;

il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023, nella GUUE n. OJ S 206/2025 del 27/10/2025 (n. pubblicazione avviso 708286-2025), nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC in data 28/10/2025 e sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica;

i documenti di gara, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati resi disponibili nel sito internet dell'Azienda Ulss n. 8 Berica e nella piattaforma telematica Sintel - ID procedura 209170530 del 28/10/2025;

alla procedura in oggetto, cod. appalto "ACCESSORI_FONATORIE_2025, sono stati attribuiti i seguenti CIG:

Lotto	Descrizione lotto	CIG
1	Dischi adesivi standard	B8C76CB421
2	Dischi adesivi per stomi profondi	B8C76CC4F4
3	Filtri scambiatori	B8C76CD5C7
4	Cannule	B8C76CE69A
5	Fascetta di fissaggio	B8C76CF76D
6	Clip di fissaggio	B8C76D0840
7	Colla siliconica	B8C76D1913
8	Salviette dedicate	B8C76D29E6
9	Spazzolini di pulizia	B8C76D3AB9

alle richieste di chiarimenti pervenute è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare di gara;

entro il termine di ricezione delle offerte, fissato per il giorno 10/12/2025 alle ore 12:00, sono pervenute le offerte delle ditte partecipanti e in data 12/12/2025, si è svolta la seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa, a conclusione della quale tutti gli operatori economici partecipanti sono stati ammessi al prosieguo della gara, come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);

la presente gara è volta alla stipula di un accordo quadro, senza rilancio di un nuovo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 co. 4 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, ed è prevista l'aggiudicazione a

favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un punteggio massimo di 70 punti per la qualità e di 30 punti per il prezzo;

ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, il Direttore Generale ha nominato la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte;

tutti i commissari hanno prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente, nonché i loro curricula, pubblicati nel sito dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", che dimostrano adeguata esperienza clinica/tecnica nel settore oggetto della gara, secondo quanto previsto dall'art. 2 "*Competenza della Commissione*" del *Regolamento Aziendale per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici*", di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 291 del 26/02/2020;

nella seduta riservata del 21/01/2026, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica, come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (allegato 2);

successivamente, la Commissione Giudicatrice, riunitasi in sedute riservate, ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche, come risulta dai verbali all'uopo redatti nelle date 26/01, 24/02, 03/03, 20/03 e 07/04/2026, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (allegati 3, 4, 5, 6 e 7);

nella seduta riservata del 13/04/2026, la Commissione Giudicatrice, come risulta da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (Allegato 8), ha dato atto delle esclusioni delle offerte delle ditte Claber Srl e Teleflex Medical Srl dal lotto n. 9, come da verbale del 07/04/2026, per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento fissata in 42 punti su 70;

nella medesima seduta, la Commissione ha quindi proceduto, utilizzando le funzionalità disponibili nella piattaforma "Sintel", per le Ditte ammesse, a riparametrare i punteggi tecnici (come previsto dall'art. 18.2 del disciplinare di gara), ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche, attribuendo i punteggi economici, a termini del Disciplinare di gara e a individuare i punteggi complessivi come riportato nel verbale allegato (Allegato 8);

dopo che la Commissione Giudicatrice ha rilevato che alcune offerte presentano i caratteri dell'anomalia ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara, come risulta dalla suddetta tabella, il RUP con note agli atti del 16/04/2026, ha richiesto alle ditte Coloplast S.p.A., Seda S.p.A. e Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., di fornire idonee giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare gli importi complessivi offerti per lotto;

nella seduta riservata del 29/04/2026, la Commissione, di concerto con il RUP, come risulta da verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 9), preso atto delle precisazioni fornite dalle ditte Coloplast S.p.A., Seda S.p.A. e Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., agli atti dell'UOC proponente, ha ritenuto le offerte presentate dalle suddette ditte congrue e sostenibili ed ha quindi formulato la graduatoria finale;

nella medesima seduta la Commissione Giudicatrice ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione della *fornitura, in accordo quadro, di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 Berica*, per un periodo di 24 mesi, salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione di gara regionale o Consip, con facoltà di rinnovo per 12 mesi, ed

eventuale opzione di acquisto di dispositivi medici analoghi, nei termini di cui all'Allegato 9;

nell'ambito degli operatori economici collocatesi utilmente nella graduatoria di aggiudicazione di ciascun lotto, verrà stipulato l'accordo quadro, secondo le seguenti percentuali minime e massime di fornitura:

Posizionamento in graduatoria	Quantitativi minimi di fornitura	Quantitativi massimi di fornitura
Prima in graduatoria	20%	100%
Successivi posizionamenti	0%	80%

l'acquisto di prodotti da uno dei fornitori in graduatoria avverrà sulla base del criterio della scelta clinica, in relazione alle specifiche esigenze, ferma la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti;

i sopraccitati verbali vengono allegati (Allegati 1-9) alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente;

il disciplinare di gara prevedeva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida pervenuta, come nel caso del lotto n. 7;

la verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 si è conclusa con esito positivo con riferimento alle ditte Claber S.r.l. (lotto n. 5), Coloplast S.p.A. (lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), Medival S.r.l. (lotto n. 5), mentre non risultano ancora conclusi con riferimento alle ditte Convatec Italia S.r.l. (lotto n. 8), Seda S.p.A. (lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9), Teleflex Medical S.r.l. (lotti nn. 5 e 8) e Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. (lotto n. 5);

considerato che sono trascorsi oltre 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e che sussiste la necessità di concludere la procedura di gara e dare sollecito avvio alla fornitura, si ritiene opportuno procedere all'aggiudicazione della gara pur in pendenza della verifica dell'assenza delle cause di esclusione, dopo aver acquisito agli atti le autocertificazioni aggiornate degli offerenti, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, che attestano il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione;

resta inteso che nei contratti di accordo quadro sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 del Codice Civile, da attivare in caso di riscontro della sussistenza delle cause di esclusione indicate al punto precedente;

si propone, quindi, di aggiudicare la *fornitura, in accordo quadro, di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 Berica* (ID sintel 209170530 – cod. appalto "ACCESSORI_FONATORIE_2025"), per un periodo di 24 mesi, salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione di gara regionale o Consip, con facoltà di rinnovo per 12 mesi, ed eventuale opzione di acquisto di dispositivi medici analoghi, alle ditte e alle condizioni dettagliate nell'Allegato 10, parte integrante del presente provvedimento;

per questa fornitura, in base alla Legge n. 263 del 28/07/1989, l'IVA da applicarsi è al 4%, in quanto trattasi di dispositivi destinati all'uso di pazienti con menomazioni funzionali permanenti;

la spesa totale massima dell'accordo quadro di cui si tratta risulta stimata:

	(IVA 4% esclusa)	(IVA 4% inclusa)
importo biennale complessivo massimo	€ 302.425,40	€ 314.522,42
importo per l'eventuale rinnovo annuale	€ 151.212,70	€ 157.261,21

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, risulta necessario nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) diverso dal RUP, in quanto, come previsto dell'art. 32 c. 2 e 3 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs., trattasi di fornitura di particolare importanza dato che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impone il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

il DEC dovrà provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile relativamente alle prestazioni oggetto del contratto e agli altri compiti previsti dal Capo II dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023;

per tale ruolo, il Direttore dell'UOC Otorinolaringoiatria di Vicenza ha individuato la Sig.ra Lara Cazzola, infermiere professionale presso l'Azienda Ulss 8, la quale ha già prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, depositata agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente;

infine si precisa che, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione del Direttore Generale n. 984 dell'08/06/2026, avente ad oggetto la riorganizzazione delle UU.OO.CC. Farmacia del Presidio Ospedaliero di Vicenza e del Presidio Ospedaliero di Arzignano-Montecchio, il monitoraggio sui consumi dei dispositivi medici oggetto della fornitura in esame sarà effettuato dall'UOC Farmacia Arzignano-Montecchio, sotto la direzione della dr.ssa Margherita Andretta;

si richiama la Deliberazione n. 1900 del 23/10/2025, in ordine agli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale è stato disposto il relativo accantonamento, nel quadro economico dei costi dell'appalto, della quota di € 11.968,44.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di aggiudicare *la fornitura, in accordo quadro, di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 Berica* (ID sintel 209170530 – cod. appalto "ACCESSORI_FONATORIE_2025"), per un periodo di 24 mesi, salvo recesso

anticipato in caso di aggiudicazione di gara regionale o Consip, con facoltà di rinnovo per 12 mesi, ed eventuale opzione di acquisto di dispositivi medici analoghi, per un importo complessivo biennale stimato in € 302.425,40 (IVA 4% esclusa), alle ditte e alle condizioni dettagliate nell'Allegato 10, parte integrante del presente provvedimento, prendendo atto che le ditte Claber Srl e Teleflex Medical Srl sono state escluse dal lotto n. 9 della presente procedura per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento fissata in 42 punti su 70;

2. di dare atto che l'onere complessivo di spesa per la fornitura biennale pari ad € 314.522,42 (IVA 4% inclusa), sarà imputato nei Bilanci Sanitari degli anni 2026-2028, come segue:

conto	2026	2027	2028
5402000126 "dispositivi medici"	€ 50.787,07	€ 152.361,21	€ 101.574,14
5402000140 "Dispositivi protesici impiantabili"	€ 1.633,33	€ 4.900,00	€ 3.266,67
Totale	€ 52.420,40	€ 157.261,21	€ 104.840,81

3. di richiamare la Deliberazione n. 1900 del 23/10/2025, in ordine agli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale è stato disposto il relativo accantonamento, nel quadro economico dei costi dell'appalto, per € 11.968,44;
4. di stipulare con gli operatori economici collocatesi utilmente nella graduatoria di ciascun lotto, un contratto di accordo quadro con possibilità di acquisto, sulla base del criterio della scelta clinica, rispettando le percentuali minime e massime indicate in premessa;
5. di dare atto che i contratti saranno stipulati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai alla sottoscrizione degli stessi con le Ditte aggiudicatrici;
6. di inserire nei contratti un'apposita clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 del Codice Civile, in caso di sussistenza delle cause di esclusione richiamate in premessa;
7. di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la Sig.ra Lara Cazzola, infermiere professionale presso l'Azienda Ulss 8, la quale ha già fornito idonea dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell'UO proponente;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line di questa Azienda Ulss 8.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assemergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**

cod. appalto: ACCESSORI_FONATORIE_2025
ID SINTEL 209170530

VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Alle ore 10:00 del 12 dicembre 2025, in Vicenza, come indicato nel Bando di gara, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l'ULSS 8 Berica, quali componenti del Seggio di Gara:

Presidente: dott. Sandro Possamai - Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;
Testimone: dott.ssa Laura Tedeschi - collaboratore amministrativo-professionale dell'UOS Gare;
Testimone: dott.ssa Laura Trentin - collaboratore amministrativo-professionale dell'UOS Gare e segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 8 Berica n. 1900 del 23/10/2025 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, suddivisa in n. 9 lotti, per la fornitura, in accordo quadro, di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, per un periodo di 24 mesi, come segue:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo biennale a base di gara
1	Dischi adesivi standard	B8C76CB421	€ 32.313,60
2	Dischi adesivi per stomi profondi	B8C76CC4F4	€ 87.199,20
3	Filtri scambiatori	B8C76CD5C7	€ 107.917,20
4	Cannule	B8C76CE69A	€ 16.821,00
5	Fascetta di fissaggio	B8C76CF76D	€ 4.788,00
6	Clip di fissaggio	B8C76D0840	€ 11.610,00
7	Colla siliconica	B8C76D1913	€ 5.082,00
8	Salviette dedicate	B8C76D29E6	€ 29.380,00
9	Spazzolini di pulizia	B8C76D3AB9	€ 11.772,00

- la gara si svolge per mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "Sintel" gestita da A.R.I.A, cui è stato attribuito il codice di gara ID 209170530;

- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 12:00 del 10/12/2025) hanno presentato offerta i seguenti operatori economici per i rispettivi lotti:

Denominazione Operatore Economico	Protocollo Sintel offerta	Codice Fiscale	Forma di partecipazione	Lotti
Teleflex Medical S.r.l.	1764672870306	06324460150	singola	5, 8 e 9
Medival S.r.l.	1764674190841	00759430267	singola	5
ConvaTec Italia srl	1764750154586	06209390969	singola	8
Waldner Tecnologie Medicali Srl a socio unico	1764754691207	01542210222	singola	5
Smith & Nephew Srl	1764860951271	09331210154	singola	8
Seda S.P.A.	1764925025914	01681100150	singola	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9
Claber Srl	1765294544893	02198590248	singola	5 e 9
Coloplast Spa	1765351370507	04029180371	singola	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma di ciascun operatore economico non rilevando alcuna anomalia.

Si procede, quindi, con l'apertura della busta telematica, secondo l'ordine stabilito dalla Piattaforma Sintel, contenente la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti che, come richiesto dal disciplinare di gara, viene di seguito riassunta:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) documento a comprova del pagamento dell'imposta di bollo;
- 3) dichiarazioni integrative;
- 4) documento di gara unico europeo (DGUE);
- 5) eventuale procura;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) eventuale certificazione per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 8) documento attestante il versamento del contributo A.N.A.C. per i lotti nn. 2 e 3;
- 9) eventuale altra documentazione in caso di operatori ammessi al concordato preventivo, in caso di avvalimento o in caso di soggetti associati.

Si procede con la disamina della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, come di seguito riepilogato:

Teleflex Medical S.r.l.

Dalla disamina dell'allegato alle Dichiarazioni integrative (all. 2 al Disciplinare) presentato dall'operatore economico Teleflex Medical S.r.l., il seggio di gara prende atto delle situazioni segnalate rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di quelle segnalate in relazione all'art. 98 comma 3 lettere c) e h) punto 5) del D.lgs. n. 36/2023, e, tenuto conto della natura delle situazioni evidenziate, non ravvisa presupposti di gravità e significatività tali da incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente.

La restante documentazione amministrativa risulta completa e regolare e di conseguenza l'operatore economico Teleflex Medical S.r.l. viene ammesso alla fase successiva di gara.

Medival S.r.l.

La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e l'operatore economico Medival S.r.l. viene quindi ammesso alla fase successiva di gara.

ConvaTec Italia S.r.l.

La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e l'operatore economico ConvaTec Italia S.r.l. viene quindi ammesso alla fase successiva di gara.

Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.

La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e l'operatore economico Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. viene quindi ammesso alla fase successiva di gara.

Smith & Nephew S.r.l.

La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e l'operatore economico Smith & Nephew S.r.l. viene quindi ammesso alla fase successiva di gara.

Seda S.p.A.

La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e l'operatore economico Seda S.p.A. viene quindi ammesso alla fase successiva di gara.

Il seggio di gara interrompe i lavori alle ore 12:40.

Il seggio di gara riprende i lavori alle ore 15:00.

Claber S.r.l.

La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e l'operatore economico Claber S.r.l. viene quindi ammesso alla fase successiva di gara.

Coloplast S.p.A.

La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e l'operatore economico Coloplast S.p.A. viene quindi ammesso alla fase successiva di gara.

Si precisa che, come previsto nella comunicazione congiunta sulle garanzie finanziarie per le P.A. redatto da ANAC, Banca d'Italia e IVASS, del 18 luglio 2025, è stata verificata la legittimità dei soggetti che hanno emesso le garanzie provvisorie sotto forma di fideiussione per i partecipanti alla presente procedura.

Si precisa che la verifica telematica presso gli istituti emittenti delle garanzie fideiussorie prodotte dai concorrenti ha dato esito positivo.

E' stato, altresì, verificato che entro la data di scadenza delle offerte sono pervenuti i campioni come da documenti agli atti dell'UOS Gare. La Commissione giudicatrice provvederà alla verifica della tipologia e delle quantità dei campioni presentati dalle ditte.

A conclusione dei lavori, il Seggio di Gara, ammette alla fase successiva di gara tutti gli operatori economici partecipanti:

- a) Teleflex Medical S.r.l.

- b) Medival S.r.l.
- c) ConvaTec Italia srl
- d) Waldner Tecnologie Medicali Srl a socio unico
- e) Smith & Nephew Srl
- f) Seda S.P.A.
- g) Claber Srl
- h) Coloplast Spa.

La seduta termina in data di oggi 12 dicembre 2025 alle ore 15:45.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

f.to dott. Sandro Possamai

f.to dott.ssa Laura Tedeschi

f.to dott.ssa Laura Trentin



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**

cod. appalto: ACCESSORI_FONATORIE_2025
ID SINTEL 209170530

**VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1)**

Alle ore 14:05 del giorno 21 gennaio 2026, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, si riunisce per l'apertura delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

E' altresì presente la Dott.ssa Laura Trentin dell'UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che alle ditte partecipanti è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

La Commissione prende atto altresì che, come risulta dal verbale del 12/12/2025, sono stati ammessi alla presente gara i seguenti operatori economici, per i lotti di seguito indicati:

Denominazione Operatore Economico	Codice Fiscale	Lotti
Teleflex Medical S.r.l.	06324460150	5, 8 e 9
Medival S.r.l.	00759430267	5
ConvaTec Italia srl	06209390969	8
Waldner Tecnologie Medicali Srl a socio unico	01542210222	5
Smith & Nephew Srl	09331210154	8
Seda S.P.A.	01681100150	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9
Claber Srl	02198590248	5 e 9
Coloplast Spa	04029180371	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

La Commissione acquisisce e fa propri il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico nonché le richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte.

Il Presidente richiama l'articolo 18 "Criterio di aggiudicazione" del Disciplinare di Gara, il quale dispone che l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti elementi e criteri:

- Offerta tecnica: punteggio massimo punti 70/100
- Offerta economica: punteggio massimo punti 30/100

LOTTO 1 Dischi adesivi standard – LOTTO 4 Cannule

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6
2	Varietà della gamma	D	15
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	12
4	Applicazione agile, forma adeguata, adattabilità ai diversi stomi	D	20
5	Sistema di sicurezza nell'aggancio con clic udibile	D	10
6	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1
Totale			70

LOTTO 2 Dischi adesivi per stomi profondi

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6
2	Varietà della gamma	D	15
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	12
4	Ampio diametro del sistema di ancoraggio	D	20
5	Sistema di sicurezza nell'aggancio con clic udibile	D	10
6	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1
Totale			70

LOTTO 3 Filtri scambiatori

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6
2	Varietà della gamma	D	12
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	5
4	Qualità dei materiali	D	5
5	Capacità di riabilitazione polmonare	D	15
6	Sistema di occlusione per la fonazione (Verranno valutati positivamente i sistemi che garantiscono una maggior funzionalità fonatoria)	D	20
7	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6

8	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1
Totale			70

LOTTO 5 Fascetta di fissaggio - **LOTTO 6** Clip di fissaggio

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	5
2	Sicurezza e stabilità nel fissaggio della cannula	D	14
3	Facilità di posizionamento e rimozione	D	13
4	Atraumaticità e comfort	D	13
5	Resistenza all'uso	D	10
6	Adattamento alle diverse conformazioni anatomiche	D	14
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1
Totale			70

LOTTO 7 Colla siliconica

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max
1	Tenuta dell'adesivo a lungo termine	D	25
2	Facilità di applicazione	D	24
3	Componenti compatibili con l'applicazione cutanea	D	20
4	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1
Totale			70

LOTTO 8 Salviette dedicate

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max
1	Efficacia nella rimozione adesivo	D	20
2	Efficacia nell'applicazione adesivo	D	20
3	Non irritante per la respirazione (assenza di componenti alcoliche o altri componenti che possano causare irritazione)	D	29
4	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1
Totale			70

LOTTO 9 Spazzolini di pulizia

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max
1	Compatibilità con le protesi fonatorie "Provox Vega" e "Blom Singer" e versatilità di utilizzo	D	20
2	Forma adatta all'utilizzo per i diversi stomi	D	29
3	Varietà della gamma	D	20
4	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1
Totale			70

Si dà atto altresì che, al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si dà inoltre atto che i giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

La Commissione procede, per ogni lotto, a riscontrare la presenza delle buste telematiche “documentazione tecnica” presentate dai concorrenti ammessi nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

Lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 6

Ditte offerenti: Coloplast Spa; Seda S.P.A.

La Commissione procede alla verifica della documentazione tecnica presentata dalla ditta Coloplast S.p.A. che risulta regolare.

Per quanto riguarda la ditta Seda S.p.A., la Commissione non rileva la presenza dei documenti di cui ai punti e) *Catalogo articoli* e g) *dichiarazione ditta produttrice e stabilimento di produzione* dell'art. 16 del Disciplinare di gara; la Commissione ritiene quindi necessario chiedere all'operatore partecipante di precisare in quale parte della documentazione tecnica prodotta sia possibile avere evidenza delle informazioni richieste con i predetti documenti e concorda di inviare la suddetta richiesta al RUP affinché proceda a inoltrarla alla ditta Seda S.p.A..

Lotto n. 5

Ditte offerenti: Teleflex Medical S.r.l.; Medival S.r.l.; Waldner Tecnologie Medicali Srl; Seda S.P.A.; Claber Srl e Coloplast Spa

La Commissione dà atto che la documentazione tecnica prodotta dalle ditte Teleflex Medical S.r.l., Medival S.r.l., Waldner Tecnologie Medicali Srl, Claber Srl e Coloplast Spa, risulta congruente con quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda la ditta Seda S.p.A., la Commissione non rileva la presenza dei documenti di cui ai punti e) *Catalogo articoli* e g) *dichiarazione ditta produttrice e stabilimento di produzione* dell'art. 16 del Disciplinare di gara; la Commissione ritiene quindi necessario chiedere all'operatore partecipante di precisare in quale parte della documentazione tecnica prodotta sia possibile avere evidenza delle informazioni richieste con i predetti documenti e concorda di inviare la suddetta richiesta al RUP affinché proceda a inoltrarla alla ditta Seda S.p.A..

Lotto n. 7

Ditte offerenti: Coloplast Spa

La Commissione verifica che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Coloplast Spa risulta congruente con quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

Lotto n. 8

Ditte offerenti: Teleflex Medical S.r.l.; ConvaTec Italia srl; Smith & Nephew Srl; Seda S.P.A. e Coloplast Spa

La Commissione verifica la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte Teleflex Medical S.r.l., ConvaTec Italia srl, Smith & Nephew Srl e Coloplast Spa, che risulta congruente con quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda la ditta Seda S.p.A., la Commissione non rileva la presenza dei documenti di cui ai punti e) *Catalogo articoli* e g) *dichiarazione ditta produttrice e stabilimento di produzione* dell'art. 16 del Disciplinare di gara; la Commissione ritiene quindi necessario chiedere all'operatore partecipante di precisare in quale parte della documentazione tecnica prodotta sia possibile avere evidenza delle informazioni richieste con i predetti documenti e concorda di inviare la suddetta richiesta al RUP affinché proceda a inoltrarla alla ditta Seda S.p.A..

Lotto n. 9

Ditte offerenti: Teleflex Medical S.r.l.; Seda S.P.A.; Claber Srl e Coloplast Spa

La Commissione verifica che la documentazione tecnica prodotta dalle ditte Teleflex Medical S.r.l., Claber Srl e Coloplast Spa risulta congruente con quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda la ditta Seda S.p.A., la Commissione non rileva la presenza dei documenti di cui ai punti e) *Catalogo articoli* e g) *dichiarazione ditta produttrice e stabilimento di produzione* dell'art. 16 del Disciplinare di gara; la Commissione ritiene quindi necessario chiedere all'operatore partecipante di precisare in quale parte della documentazione tecnica prodotta sia possibile avere evidenza delle informazioni richieste con i predetti documenti e concorda di inviare la suddetta richiesta al RUP affinché proceda a inoltrarla alla ditta Seda S.p.A..

La Commissione, a fronte della complessità dei documenti da valutare e di indifferibili impegni lavorativi, ritiene di concludere la seduta e di rinviare alla prossima riunione il prosieguo dei lavori di valutazione.

La documentazione tecnica e la campionatura pervenuta verranno messe a disposizione dei membri della Commissione per le valutazioni.

La seduta termina alle ore 15:15.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott. Andrea Ossato

Dott.ssa Pietrobelli Adele

Dott. Sacchetto Andrea

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E.P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

1



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**

cod. appalto: ACCESSORI_FONATORIE_2025
ID SINTEL 209170530

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3)**

Alle ore 09:30 del 24/02/2026, in Vicenza, si riunisce tramite piattaforma Google Meet in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che, a seguito di quanto rilevato nella seduta del 21/01/2026, con nota del RUP prot. n. 14046 del 06/02/2026 è stato chiesto alla ditta Seda di precisare in quale parte della documentazione tecnica prodotta sia possibile avere evidenza delle informazioni richieste con i documenti "catalogo articoli" e "dichiarazione indicante la ditta produttrice e lo stabilimento di produzione", documenti non presenti nella busta tecnica caricata in piattaforma dalla suddetta ditta.

Preso atto altresì che la ditta ha riscontrato la suddetta richiesta, tramite comunicazione Sintel n. 214661940 del 11/02/2026, non precisando in quale parte della documentazione tecnica prodotta sia possibile avere evidenza delle informazioni richieste con i documenti "catalogo articoli" e "dichiarazione indicante la ditta produttrice e lo stabilimento di produzione", la Commissione si riserva comunque di valutare compiutamente la restante documentazione.

La Commissione prosegue l'analisi della documentazione tecnica caricata sulla piattaforma dalle ditte partecipanti.

La Commissione, non potendo proseguire i lavori, a fronte della complessità dei documenti da valutare, ne rinvia la continuazione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

 PRESIDENTE  I COMMISSARI

Dott. Andrea Ossato Dott.ssa Pietrobelli Adele Dott. Sacchetto Andrea



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.itPEC protocollo.aulss8@pecveneto.itwww.aulss8.veneto.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI
cod. appalto: ACCESSORI FONATORIE_2025
ID SINTEL 209170530**

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 4)**

Alle ore 09:00 del 03/03/2026, in Vicenza, si riunisce tramite piattaforma Google Meet, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue l'analisi della documentazione tecnica caricata sulla piattaforma dalle ditte partecipanti e procede alla verifica della tipologia e delle quantità dei campioni presentati dalle ditte come previsto dall'art. 13.2 del Disciplinare di gara.

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dalla ditta Seda per i lotti n. 1, 2, 3 e 4, la Commissione non rileva la presenza del documento relativo al *"piano di formazione del personale e di supporto tecnico-clinico post vendita"*, di cui al chiarimento n. 2.

Inoltre, con riferimento ai lotti nn. 2 e 6 la Commissione ritiene necessario richiedere ulteriore campionatura alla ditta Seda, e pertanto concorda di segnalare detta necessità al RUP affinché proceda a inviare richiesta alla ditta.



La Commissione, non potendo proseguire i lavori, a fronte della complessità dei documenti da valutare, ne rinvia la continuazione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE **I COMMISSARI**



 Dott. Andrea Ossato  Dott.ssa Pietrobelli Adele  Dott. Sacchetto Andrea



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfini n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail: protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIE E
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**

cod. appalto: ACCESSORI_FONATORIE_2025
ID SINTEL 209170530

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 5)**

Alle ore 15:00 del 20/03/2026, in Vicenza, si riunisce tramite piattaforma Google Meet, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

- Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
- Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue l'analisi della documentazione tecnica caricata sulla piattaforma dalle ditte partecipanti e la verifica della tipologia e delle quantità dei campioni presentati dalle ditte.

A conclusione dell'analisi effettuata sulla documentazione tecnica e tenuto conto della visione della campionatura presentata, la Commissione, procede alla valutazione della qualità delle offerte tecniche pervenute in attuazione dell'art. 22 del Disciplinare di gara e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara.


Lotto 1 Dischi adesivi standard

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 1 sono i seguenti:

- Ditta Coloplast: *"Provox Life Standard Adhesive Round / Oval / Plus"*
- Ditta Seda: *"Basi adesive Accufit"*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolare modo con riferimento al confezionamento proposto, all'adeguatezza e compatibilità con protesi fonatorie e altri accessori, alle modalità di applicazione e aggancio.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026, del 24/02/2026 e del 03/03/2026, nei quali è stato rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti (tra cui il piano di formazione) la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.



La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6	ottima la confezione proposta: facile da aprire e stoccare, con informazioni e simboli ben evidenti	1	6	ottima la confezione proposta: facile da aprire e stoccare, con informazioni e simboli ben evidenti	1	6
2	Varietà della gamma	D	15	ampia varietà della gamma di prodotti	1	15	Ampia varietà della gamma di prodotti	1	15
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	12	Dischi perfettamente compatibili a protesi ed accessori stomali	1	12	Dischi perfettamente compatibili a protesi ed accessori stomali	1	12
4	Applicazione agile, forma adeguata, adattabilità ai diversi stomi	D	20	Forma sufficientemente adattabile ai diversi stomi, applicazione facile ed agevole	0,6	12	Forma ottimale per l'applicazione peristomale, applicazione agevole, eccellente adattabilità ai diversi stomi	1	20
5	Sistema di sicurezza nell'aggancio con clic udibile	D	10	Click di aggancio perfettamente udibile	1	10	Click di aggancio perfettamente udibile	1	10
6	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6	La ditta non ha presentato il piano di formazione	0	0	Ottimo il piano di formazione proposto, viene garantito un supporto specialistico al paziente laringectomizzato totale durante tutto l'iter riabilitativo fonatorio e respiratorio post-intervento	1	6
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70	55			70		

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 3 Filtri scambiatori

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 3 sono i seguenti:

- Ditta Coloplast: *“Provox Life Home HME”* e *“Provox Life Go HME”*
- Ditta Seda: *“hme day&night e speakfree”*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, all'adeguatezza e compatibilità con protesi fonatorie e altri accessori, alla qualità dei materiali e al sistema di occlusione.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026, del 24/02/2026 e del 03/03/2026, nei quali è stato rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti (tra cui il piano di formazione) la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6	Buona la confezione proposta, prodotti imbustati singolarmente con confezione ed apertura di piccole dimensioni che può risultare non facilmente accessibile per persone con poca manualità (es. anziani)	0,8	4,8	Buona la confezione proposta, prodotti imbustati singolarmente con confezione ed apertura di piccole dimensioni che può risultare non facilmente accessibile per persone con poca manualità (es. anziani)	0,8	4,8
2	Varietà della gamma	D	12	Ampia varietà della gamma	1	12	buona varietà della gamma	0,8	9,6
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	5	Buona compatibilità	0,8	4	Ottima compatibilità	1	5
4	Qualità dei materiali	D	5	Qualità discreta dei materiali	0,6	3	Ottima qualità dei materiali	1	5
5	Capacità di riabilitazione polmonare	D	15	Buona capacità di riabilitazione polmonare	0,8	12	Ottima capacità di riabilitazione	1	15
6	Sistema di occlusione per la fonazione (Verranno valutati positivamente i sistemi che garantiscono una maggior funzionalità fonatoria)	D	20	Semplice nell'utilizzo, lieve frizione alla pressione del filtro in fonazione che può rendere la manovra di occlusione per la fonazione lievemente poco agevole	0,8	16	Semplice nell'utilizzo, stabile sullo stoma, agevole la pressione del filtro in fonazione con occlusione per la fonazione molto agevole	1	20
7	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6	La ditta non ha presentato il piano di formazione	0	0	Ottimo il piano di formazione proposto, viene garantito un supporto specialistico al paziente laringectomizzato totale durante tutto l'iter riabilitativo fonatorio e respiratorio post-intervento	1	6
8	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70			51,8			66,4

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 4 Cannule

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 4 sono i seguenti:

- Ditta Coloplast
sub a: "Provox Life LaryTube Standard"
sub b: "Provox Life LaryTube Fenestrated"
- Ditta Seda
sub a: "cannule Stomasoft standard"
sub b: "Cannule Stomasoft fenestrate"

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, all'adeguatezza e compatibilità con protesi fonatorie e altri accessori, alle modalità di applicazione e aggancio, all'adattabilità ai diversi stomi.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026, del 24/02/2026 e del 03/03/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti (tra cui il piano di formazione) la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6	Confezione integra, facile apertura con linguetta di invito	1	6	Confezione integra, facile apertura con linguetta di invito	1	6
2	Varietà della gamma	D	15	Buona proposta di cannule sia standard che fenestrate, di diversa lunghezza e diametro, con possibilità di adattarsi a diverse situazioni anatomiche	0,8	12	Ottima ampia proposta di cannule sia standard che fenestrate, di diversa lunghezza e diametro, con possibilità di adattarsi a diverse situazioni anatomiche	1	15
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	12	Ottima compatibilità della gamma proposta	1	12	Ottima compatibilità della gamma proposta	1	12
4	Applicazione agile, forma adeguata, adattabilità ai diversi stomi	D	20	Facilità di utilizzo e di adattabilità ai diversi stomi	1	20	Facilità di utilizzo e di adattabilità ai diversi stomi	1	20
5	Sistema di sicurezza nell'aggancio con clic udibile	D	10	Fissaggio sicuro e solido	1	10	Fissaggio sicuro e solido	1	10
6	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6	La ditta non ha presentato il piano di formazione	0	0	Ottimo il piano di formazione proposto, viene garantito un supporto specialistico al paziente laringectomizzato totale durante tutto l'iter riabilitativo fonatorio e respiratorio post-intervento.	1	6

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70	60			70		

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 5 Fascetta di fissaggio

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 5 sono i seguenti:

- ditta Teleflex Medical: *"Fascia di fissaggio"*
- ditta Medival: *"fissatore per cannule tracheostomiche"*
- ditta Waldner Technologie Medicali: *"TTH"*
- ditta Seda: *"Fascetta Optiflausch"*
- ditta Claber: *"fascetta sterile di fissaggio per cannula tracheostomica"*
- ditta Coloplast: *"Provox TubeHolder"*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, alle modalità di posizionamento e rimozione, alle modalità e tenuta del fissaggio, alle caratteristiche di comfort e autramacità, alla resistenza all'uso, alla lunghezza ed alla modulabilità della lunghezza delle fascette al fine di consentire l'adattamento alle diverse conformazioni anatomiche.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026 e del 24/02/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti, la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati nella tabella allegata, quale parte integrante.

La commissione da atto che tutte le offerte presentate per il lotto n. 5 hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

La Commissione, non potendo proseguire i lavori, a fronte della complessità dei documenti da valutare, ne rinvia la continuazione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


 Dott. Andrea Ossato Dott.ssa Pietrobelli Adele Dott. Sacchetto Andrea

Lotto 5 Fascetta di fissaggio

N.	Criteri di valutazione	tipo	Teleflex Medical S.r.l.			Medival S.r.l.			Waldner Tecnologie Medicali Srl			Seda S.P.A.			Claber Srl			Coloplast Spa		
			valutazione	Coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.	valutazione	coef. punt.	punt.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5	Confezione ottimale (facile da aprire, informazioni chiare e simboli ben evidenti)	1	5
2	Sicurezza e stabilità nel fissaggio della cannula	D	Fissaggio tramite velcro con tenuta molto stabile e sicura	1	14	Fissaggio tramite velcro con buona tenuta	0,8	11,2	Fissaggio tramite velcro con tenuta molto stabile e sicura	1	14	Fissaggio tramite velcro con buona tenuta	0,8	11,2	Fissaggio tramite velcro con buona tenuta	0,8	11,2	Fissaggio con clip in plastica che non garantisce una tenuta stabile e sicura con cannule non in lattice (di altro produttore)	0,4	5,6
3	Facilità di posizionamento e rimozione	D	Il posizionamento e la rimozione risultano molto agevoli	1	13	Il posizionamento e la rimozione risultano molto agevoli	0,8	10,4	Il posizionamento e la rimozione risultano molto agevoli	1	13	Il posizionamento e la rimozione risultano molto agevoli	1	13	Il posizionamento e la rimozione risultano adeguatamente facili	0,8	10,4	Il sistema di chiusura tramite clip richiede un posizionamento più indaginoso	0,6	7,8
4	Atraumaticità e comfort	D	Comfort ottimale, fascetta non traumatica	1	13	La fascetta risulta poco confortevole se portata a lungo, a causa dello spessore	0,6	7,8	Comfort ottimale, fascetta non traumatica	1	13	Comfort ottimale, fascetta non traumatica	1	13	Fascetta ruvida e spesso che risulta poco confortevole, un uso prolungato può causare lieve irritazione cutanea	0,4	5,2	Buon comfort, fascetta non traumatica	0,8	10,4
5	Resistenza all'uso	D	Fascetta che risulta molto resistente anche a sollecitazioni importanti. Ottima la resistenza all'uso	1	10	Buona la resistenza all'uso	0,8	8	Buona la resistenza all'uso	0,8	8	Fascetta che risulta molto resistente anche a sollecitazioni importanti. Ottima la resistenza all'uso	1	10	Sufficiente la resistenza all'uso	0,6	6	Fascetta che risulta molto resistente anche a sollecitazioni importanti. Ottima la resistenza all'uso	1	10
6	Adattamento alle diverse conformazioni anatomiche	D	Fascetta corta poco adattabile in lunghezza alle diverse conformazioni anatomiche	0,4	5,6	Fascetta mediamente lunga adattabile alla buona parte delle conformazioni anatomiche	0,6	8,4	Fascetta con design a 2 pezzi adattabile a qualsiasi conformazione anatomica	1	14	Fascetta con design a 2 pezzi adattabile a qualsiasi conformazione anatomica	1	14	Fascetta corta e non regolabile, poco adattabile in lunghezza alle diverse conformazioni anatomiche	0,4	5,6	Fascetta con 2 pezzi non ottimamente adattabile ai colli magri	0,8	11,2

Lotto 5 Fascetta di fissaggio

N. valutazione	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Teleflex Medical S.r.l.			Medival S.r.l.			Waldner Tecnologie Medicali Srl			Seda S.P.A.			Claber Srl			Coloplast Spa		
				valutazione	Coef. punt.		valutazione	coef. punt.		valutazione	coef. punt.		valutazione	coef. punt.		valutazione	coef. punt.		valutazione	coef. punt.	
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI Pdr 125:2022	SI	1
Totale					60,6				50,8			67			66,2			43,4			51



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**

cod. appalto: ACCESSORI_FONATORIE_2025

ID SINTEL 209170530

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 6)

Alle ore 09.15 del 07/04/2026, in Vicenza, si riunisce tramite piattaforma Google Meet, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

- Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
- Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che, come da DDT agli atti, è pervenuta l'ulteriore campionatura richiesta alla ditta Seda, a seguito di quanto rilevato nella seduta del 03/03/2026.

La Commissione prosegue con la valutazione della qualità delle offerte tecniche pervenute in attuazione dell'art. 22 del Disciplinare di gara e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara.

Lotto 2 Dischi adesivi per stomi profondi

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 2 sono i seguenti:

- Ditta Coloplast: *"Provox Life Stability Adhesive"*
- Ditta Seda: *"Base adesiva Trufit"*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, all'adeguatezza e compatibilità con protesi fonatorie e altri accessori, alle modalità di aggancio.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026, del 24/02/2026 e del 03/03/2026, nei quali è stato rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti (tra cui il piano di formazione) la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	6	Ottima la confezione proposta: facile da aprire e stoccare, con informazioni e simboli ben evidenti	1	6	Ottima la confezione proposta: facile da aprire e stoccare, con informazioni e simboli ben evidenti	1	6
2	Varietà della gamma	D	15	Buona la varietà della gamma	0,8	12	Buona la varietà della gamma	0,8	12
3	Adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori	D	12	Dischi perfettamente compatibili a protesi ed accessori stomali	1	12	Dischi perfettamente compatibili a protesi ed accessori stomali	1	12
4	Ampio diametro del sistema di ancoraggio	D	20	Diametro del sistema di ancoraggio ampio ed adeguato per stomi profondi	1	20	Diametro del sistema di ancoraggio ampio ed adeguato per stomi profondi	1	20
5	Sistema di sicurezza nell'aggancio con clic udibile	D	10	Click di aggancio perfettamente udibile	1	10	Click di aggancio perfettamente udibile	1	10
6	Formazione del personale e supporto tecnico-clinico post vendita	D	6	La ditta non ha presentato il piano di formazione	0	0	Ottimo il piano di formazione proposto, viene garantito un supporto specialistico al paziente laringectomizzato totale durante tutto l'iter riabilitativo fonatorio e respiratorio post-intervento	1	6
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70	60			67		

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 6 Clip di fissaggio

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 6 sono i seguenti:

- ditta Seda: "Set di 40 fascette fissaggio Laryvox"
- ditta Coloplast: "Provox LaryClip"

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo con riferimento al confezionamento proposto, alle modalità di posizionamento e rimozione, alla stabilità nel fissaggio, alle caratteristiche di atraumaticità e comfort, alla resistenza all'uso ed alla possibilità di adattamento delle clip a diverse conformazioni anatomiche.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026 e del 24/02/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti, la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Seda S.P.A.			Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.	valutazione	coeffic.	punteg.
1	Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli)	D	5	La confezione proposta è facile da aprire, contenente numerose clip, non imbustate singolarmente	0,8	4	La confezione proposta è facile da aprire, contenente numerose clip, non imbustate singolarmente	0,8	4
2	Sicurezza e stabilità nel fissaggio della cannula	D	14	Tenuta molto stabile e sicura	1	14	Tenuta molto stabile e sicura	1	14
3	Facilità di posizionamento e rimozione	D	13	Adesivo di facile adattabilità	1	13	Adesivo di facile adattabilità	1	13
4	Atraumaticità e comfort	D	13	Buon comfort, clip non traumatica	0,8	10,4	Comfort ottimale, clip non traumatica	1	13
5	Resistenza all'uso	D	10	Buona resistenza all'usura	0,8	8	Ottima resistenza all'usura	1	10
6	Adattamento alle diverse conformazioni anatomiche	D	14	Buona adattabilità	0,8	11,2	Ottima adattabilità	1	14
7	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70			60,6			69

La commissione da atto che entrambe le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 7 Colla siliconica

Il prodotto offerto dalla ditta Coloplast, unica partecipante al lotto n. 7, è "Provax Silicone Glue".

La campionatura presentata dalla suddetta ditta è stata valutata in particolar modo con riferimento alla facilità di applicazione, alla tenuta dell'adesivo ed alla potenziale irritabilità del prodotto per la cute.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati di seguito:

N.	Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Coloplast Spa		
				valutazione	coeffic.	punteg.
1	Tenuta dell'adesivo a lungo termine	D	25	Buona tenuta e resistenza	0,6	15
2	Facilità di applicazione	D	24	Stesura ottimale	1	24
3	Componenti compatibili con l'applicazione cutanea	D	20	prodotto privo di componenti irritanti, anche all'olfatto	1	20

4	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70			60

La commissione da atto che l'offerta presentata dalla ditta Coloplast ha superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Lotto 8 Salviette dedicate

I prodotti offerti dall' ditte partecipanti al lotto n. 8 sono i seguenti:

- ditta Teleflex Medical: sub a *"Salviette per rimozione adesivi, senza alcool"* e sub b *"Film protettivo per cute peristomale in salviette, senza alcool"*
- ditta ConvaTec Italia: sub a *"ESENTA salviette rimozione adesivo Sting Free"* e sub b *"ESENTA salviette protettive Sting Free"*
- ditta Smith & Nephew: sub a *"REMOVE Salviette imbevute"* e sub b *"SECURA NO-STING BARRIER FILM Salviette"*
- ditta Seda: sub a *"Salviette remove"* e sub b *"Salviette Optigard"*
- ditta Coloplast: sub a *"Provox Adhesive Remover"* e sub b *"Provox Skin Barrier"*

La campionatura presentata dalle ditte è stata valutata in particolar modo, con riferimento all'efficacia nella rimozione dell'adesivo (n. di passaggi necessari per rimuovere l'adesivo) per le salviette rimuovi-adesivo e l'efficacia nella successiva applicazione dell'adesivo per le salviette protettive della cute (tempo di "asciugatura" e presenza di componenti oleose), nonché all'irritazione di entrambi i prodotti per la cute e le mucose.

Con riferimento all'offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026 e del 24/02/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti, la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell'offerta tecnica basandosi sulla documentazione effettivamente presentata e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative le relative motivazioni, come indicati nella tabella sotto riportata.

La commissione da atto che tutte le offerte presentate per il lotto n. 8 hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

LOTTO 8 Salviette dedicate

N. Criteri di valutazione	tipo	Punti max	Teleflex Medical S.r.l.			ConvaTec Italia srl			Smith & Nephew Srl			Seda S.p.a.			Coloplast Spa		
			valutazione	coef.	punt.	valutazione	coef.	punt.	valutazione	coef.	punt.	valutazione	coef.	punt.	valutazione	coef.	punt.
1	Efficacia nella rimozione adesivo	D	20	0,4	8	Le salviette garantiscono una rimozione al primo passaggio e senza necessità di più passaggi e rischio di irritazione	1	20	Le salviette garantiscono una rimozione al primo passaggio e senza necessità di frizione	1	20	Le salviette garantiscono una rimozione al primo passaggio e senza necessità di frizione	1	20	Buona efficacia nella rimozione dell'adesivo	0,8	16
2	Efficacia nell'applicazione adesivo	D	20	0,8	16	Buona efficacia nella successiva applicazione adesivo	1	20	Efficacia eccellente nella successiva applicazione dell'adesivo: si asciuga in fretta e la pella non risulta unta	1	20	Efficacia eccellente nella successiva applicazione dell'adesivo: si asciuga in fretta e la pella non risulta unta	1	20	Efficacia eccellente nella successiva applicazione dell'adesivo: si asciuga in fretta e la pella non risulta unta	1	20
3	Non irritante per la respirazione (assenza di componenti alcoliche o altri componenti che possano causare irritazione)	D	29	0,8	23,2	Le salviette, sebbene contengano derivati dell'etere, non risultano irritanti né per la pelle né per le mucose	1	29	La presenza di componenti alcoliche rende il prodotto molto irritante se inalato	0,4	11,6	La presenza di componenti alcoliche rende il prodotto molto irritante se inalato	0,4	11,6	Le salviette non risultano irritanti né per la pelle né per le mucose	1	29
4	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	T	1	NO	0	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale			70		47,2			69			51,6			51,6			66

Lotto 9 Spazzolini di pulizia

I prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 9 sono i seguenti:

- ditta Teleflex Medical “*Spazzolino per pulizia e disostruzione cannule tracheostomiche*”
- ditta Seda: “*Spazzolini Laryvox duo brush*”
- ditta Claber: “*spazzolino per la pulizia delle cannule tracheostomiche*”
- ditta Coloplast: “*Provox Brush*” e “*Provox Brush Long*”

La campionatura presentata dalla suddetta ditta è stata valutata in particolar modo con riferimento alla compatibilità con le protesi fonatorie in uso e all’adattabilità ai diversi stomi (diametro e tipologie setole).

Con riferimento all’offerta presentata dalla ditta Seda, richiamati i verbali del 21/01/2026 e del 24/02/2026, nei quali è stata rilevato che la suddetta ditta non ha prodotto alcuni documenti, la Commissione ha potuto effettuare la valutazione dell’offerta tecnica solamente basandosi sull’altra documentazione presente e sulla campionatura.

La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 18 del Disciplinare di gara, e, tenuto conto della documentazione tecnica presentata e della visione della campionatura, procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come indicati nella tabella di seguito riportata.

La commissione dà atto che le offerte delle ditte Seda e Coloplast per il lotto n. 9 hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70.

Si riscontra invece che le offerte delle ditte Claber e Teleflex per il lotto n. 9 non hanno raggiunto il suddetto punteggio minimo previsto per la qualità.

LOTTO 9 Spazzolini di pulizia

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Teleflex Medical S.r.l.			Seda S.P.A.			Claber Srl			Coloplast Spa		
			valutazione	coef.	punt.	valutazione	coef.	punt.	valutazione	coef.	punt.	valutazione	coef.	punt.
1	Compatibilità con le protesi fonatorie "Provox Vega" e "Blom Singer" e versatilità di utilizzo	20	lo spazzolino è destinato all'uso con cannule tracheostimiche e risulta di diametro eccessivo e quindi non compatibile con le protesi fonatorie	0,2	4	Spazzolini adattabili alla protesi fonatorie con setole morbide ed efficaci	1	20	lo spazzolino è destinato all'uso con cannule tracheostimiche e risulta di diametro eccessivo e quindi non compatibile con le protesi fonatorie	0,2	4	Spazzolini adattabili alla protesi fonatorie con setole morbide ed efficaci	1	20
2	Forma adatta all'utilizzo per i diversi stomi	29	Spazzolino con diametro ampio poco adattabile a stomi di piccole dimensioni	0,6	17,4	Spazzolino versatile e utilizzabile con stomi sia di grandi che di piccole dimensioni	1	29	Lo spazzolino con diametro ampio difficilmente adattabile a stomi di piccole dimensioni	0,4	11,6	Spazzolino versatile e utilizzabile con stomi sia di grandi che di piccole dimensioni	1	29
3	Varietà della gamma	20	Buona la varietà della gamma	0,8	16	Ottima la varietà di dimensioni	1	20	Un'unica misura disponibile e poco versatile	0,2	4	Buona la varietà della gamma	0,8	16
4	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023	1	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Non presente	NO	0	Possesso certificazione ai sensi di UNI PdR 125:2022	SI	1
Totale					37,4			69			19,6			66

Di seguito vengono riepilogati i punteggi totali assegnati nella seduta del 20/03/2026 e nella seduta odierna:

Lotto	CIG	Descrizione lotto	Ditta offerente	Prodotto offerto	Punteggio tecnico
1	B8C76CB421	Dischi adesivi standard	Seda S.p.A.	Basi adesive Accufit	55,00/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Life Standard Adhesive Round / Oval / Plus	70,00/70
2	B8C76CC4F4	Dischi adesivi per stomi profondi	Seda S.p.A.	Base adesiva Trufit	60,00/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Life Stability Adhesive	67,00/70
3	B8C76CD5C7	Filtri scambiatori	Seda S.p.A.	hme day&night e speakfree	51,80/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Life Home HME e Provox Life Go HME	66,40/70
4	B8C76CE69A	Cannule	Seda S.p.A.	cannule Stomasoft standard / fenestrata	60,00/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Life LaryTube Standard / Fenestrated	70,00/70
5	B8C76CF76D	Fascetta di fissaggio	Teleflex Medical S.r.l.	Fascia di fissaggio	60,60/70
			Medival s.r.l.	fissatore per cannule tracheostomiche	50,80/70
			Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	TTH	67,00/70
			Seda S.p.A.	Fascetta Optiflauch	66,20/70
			Claber S.r.l.	fascetta sterile di fissaggio per cannula tracheostomica	43,40/70
			Coloplast S.p.A.	Provox TubeHolder	51,00/70
6	B8C76D0840	Clip di fissaggio	Seda S.p.A.	set di 40 fascette fissaggio Laryvox	60,60/70
			Coloplast S.p.A.	Provox LaryClip	69,00/70
7	B8C76D1913	Colla siliconica	Coloplast S.p.A.	Provox Silicone Glue	60,00/70
8	B8C76D29E6	Salviette dedicate	Teleflex Medical S.r.l.	Salviette per rimozione adesivi, senza alcool e Film protettivo per cute peristomale in salviette, senza alcool	47,20/70
			ConvaTec Italia S.r.l.	ESENTA salviette	69,00/70
			Smith & Nephew S.r.l.	REMOVE Salviette imbevute e SECURA NO-STING BARRIER FILM Salviette	51,60/70
			Seda S.p.A.	Salviette remove e Salviette Optigard	51,60/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Adhesive Remover e Provox Skin Barrier	66,00/70

Lotto	CIG	Descrizione lotto	Ditta offerente	Prodotto offerto	Punteggio tecnico
9	B8C76D3AB9	Spazzolini di pulizia	Teleflex Medical s.r.l.	Spazzolino per pulizia e disostruzione cannule tracheostomiche	37,40/70
			Seda S.p.A.	Spazzolini Laryvox duo brush	69,00/70
			Claber S.r.l.	spazzolino per la pulizia delle cannule tracheostomiche	19,60/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Brush e Provox Brush Long	66,00/70

La Commissione da atto che tutte le offerte che hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti su 70, vengono ammesse all'apertura dell'offerta economica.

Le offerte presentate dalle ditte Claber e Teleflex Medical per il lotto n. 9, non avendo raggiunto il suddetto punteggio minimo previsto per la qualità, non vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta termina alle ore 11:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott. Andrea Ossato

Dott.ssa Pietrobelli Adele

Dott. Sacchetto Andrea



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E
PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**

cod. appalto: ACCESSORI_FONATORIE_2025

ID SINTEL 209170530

**VERBALE DI APERTURA BUSTE ECONOMICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 7)**

Alle ore 12:10 del 13 aprile 2026, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, si riunisce in seduta riservata, per l'apertura delle buste economiche, la Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

- Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
- Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

E' altresì presente la dott.ssa Laura Trentin, dell'U.O.S. Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e accerta che, tramite l'area comunicazioni della piattaforma SINTEL è stata data preventiva comunicazione dello svolgimento della seduta odierna di apertura delle offerte economiche, alle ditte partecipanti alla procedura di gara in parola.

Il Presidente dà atto che la Commissione Giudicatrice ha terminato i lavori di valutazione delle offerte tecniche e assegnato i relativi punteggi.

Il presidente procede pertanto, con la lettura dei verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice, datati 20 marzo e 7 aprile 2026, dei quali si richiamano i punteggi complessivi assegnati alle offerte, di seguito riepilogati:

Lotto	CIG	Descrizione lotto	Ditta offerente	Prodotto offerto	Punteggio tecnico
1	B8C76CB421	Dischi adesivi standard	Seda S.p.A.	Basi adesive Accufit	55,00/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Life Standard Adhesive Round / Oval / Plus	70,00/70
2	B8C76CC4F4	Dischi adesivi per stomi profondi	Seda S.p.A.	Basc adesiva Trufit	60,00/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Life Stability Adhesive	67,00/70
3	B8C76CD5C7	Filtri scambiatori	Seda S.p.A.	hme day&night e speakfree	51,80/70

Lotto	CIG	Descrizione lotto	Ditta offerente	Prodotto offerto	Punteggio tecnico
			Coloplast S.p.A.	Provox Life Home HME e Provox Life Go HME	66,40/70
4	B8C76CE69A	Cannule	Seda S.p.A.	cannule Stomasoft standard / fenestrate	60,00/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Life LaryTube Standard / Fenestrated	70,00/70
5	B8C76CF76D	Fascetta di fissaggio	Teleflex Medical S.r.l.	Fascia di fissaggio	60,60/70
			Medival s.r.l.	fissatore per cannule tracheostomiche	50,80/70
			Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	TTH	67,00/70
			Seda S.p.A.	Fascetta Optiflauch	66,20/70
			Claber S.r.l.	fascetta sterile di fissaggio per cannula tracheostomica	43,40/70
			Coloplast S.p.A.	Provox TubeHolder	51,00/70
6	B8C76D0840	Clip di fissaggio	Seda S.p.A.	set di 40 fascette fissaggio Laryvox	60,60/70
			Coloplast S.p.A.	Provox LaryClip	69,00/70
7	B8C76D1913	Colla siliconica	Coloplast S.p.A.	Provox Silicone Glue	60,00/70
8	B8C76D29E6	Salviette dedicate	Teleflex Medical S.r.l.	Salviette per rimozione adesivi, senza alcool e Film protettivo per cute peristomale in salviette, senza alcool	47,20/70
			ConvaTec Italia S.r.l.	ESENTA salviette	69,00/70
			Smith & Nephew S.r.l.	REMOVE Salviette imbevute e SECURA NO-STING BARRIER FILM Salviette	51,60/70
			Seda S.p.A.	Salviette remove e Salviette Optigard	51,60/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Adhesive Remover e Provox Skin Barrier	66,00/70
9	B8C76D3AB9	Spazzolini di pulizia	Teleflex Medical s.r.l.	Spazzolino per pulizia e disostruzione cannule tracheostomiche	37,40/70
			Seda S.p.A.	Spazzolini Laryvox duo brush	69,00/70
			Claber S.r.l.	spazzolino per la pulizia delle cannule tracheostomiche	19,60/70
			Coloplast S.p.A.	Provox Brush e Provox Brush Long	66,00/70

Con riferimento al lotto n. 9, la Commissione richiama il verbale del 07/04/2026, dando atto che le ditte Claber e Teleflex Medical non sono ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche per il lotto n. 9, in quanto le rispettive offerte non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per la qualità ai sensi dell'art. 18.1 del disciplinare di gara.

La Commissione procede inserendo nella piattaforma SINTEL i punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti come indicati nei suindicati verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice.

Successivamente la Commissione, utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, procede, per ogni lotto, a riparametrare i punteggi tecnici come previsto dall'art. 18.2 del Disciplinare, qui richiamato: *“Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente”*, e a darne atto nella tabella di seguito riepilogata:

Lotto	Ditta offerente	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato
1	Seda S.p.A.	55,00/70	55
	Coloplast S.p.A.	70,00/70	70
2	Seda S.p.A.	60,00/70	62,69
	Coloplast S.p.A.	67,00/70	70
3	Seda S.p.A.	51,80/70	54,61
	Coloplast S.p.A.	66,40/70	70
4	Seda S.p.A.	60,00/70	60
	Coloplast S.p.A.	70,00/70	70
5	Teleflex Medical S.r.l.	60,60/70	63,31
	Medival s.r.l.	50,80/70	53,07
	Waldner Technologie Medicali S.r.l.	67,00/70	70
	Seda S.p.A.	66,20/70	69,16
	Claber S.r.l.	43,40/70	45,34
	Coloplast S.p.A.	51,00/70	53,28
6	Seda S.p.A.	60,60/70	61,48
	Coloplast S.p.A.	69,00/70	70
7	Coloplast S.p.A.	60,00/70	70
8	Teleflex Medical S.r.l.	47,20/70	47,88
	ConvaTec Italia S.r.l.	69,00/70	70
	Smith & Nephew S.r.l.	51,60/70	52,35
	Seda S.p.A.	51,60/70	52,35
	Coloplast S.p.A.	66,00/70	66,96
9	Seda S.p.A.	69,00/70	70
	Coloplast S.p.A.	66,00/70	66,96

La Commissione, procede, quindi per ogni lotto, a riscontrare la presenza delle buste 3 “Offerta Economica” presentate dai concorrenti ammessi alla fase di apertura delle buste economiche nonché ad effettuare il download della documentazione d’offerta ivi contenuta.

Successivamente vengono aperte, per ogni lotto, le buste economiche di ciascun offerente per la verifica della regolare presentazione della documentazione economica, l’analisi delle offerte economiche dettagliate e la verifica che gli importi complessivi offerti per ciascun lotto non siano superiori alla corrispondente base d’asta.

All’esito della suddetta verifica, con riferimento all’offerta presentata dalla ditta Coloplast per il lotto n. 9, la Commissione rileva discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in piattaforma pari a € 11.760,00 e quanto indicato nell’offerta economica dettagliata redatta secondo lo schema predisposto da questa stazione appaltante (*Allegato 4b*), pari a € 11.772,00; analizzando dettagliatamente l’offerta presentata, risulta evidente che l’importo offerto è quello indicato nel suddetto allegato 4 pari a € 11.772,00, che si determina dal prodotto tra i prezzi unitari e i fabbisogni biennali indicati nel medesimo allegato 4.

Gli importi complessivi offerti dalle ditte ammesse alla fase di apertura delle buste economiche risultano i seguenti:

Lotto	Importo biennale a base d'asta	Ditta offerente	Importo biennale offerto (IVA esclusa)
1	€ 32.313,60	Seda S.p.A.	€ 27.993,90
		Coloplast S.p.A.	€ 32.313,60
2	€ 87.199,20	Seda S.p.A.	€ 71.565,00
		Coloplast S.p.A.	€ 87.199,20
3	€ 107.917,20	Seda S.p.A.	€ 101.535,00
		Coloplast S.p.A.	€ 107.917,20
4	€ 16.821,00	Seda S.p.A.	€ 16.100,00
		Coloplast S.p.A.	€ 16.821,00
5	€ 4.788,00	Teleflex Medical S.r.l.	€ 1.482,00
		Medival s.r.l.	€ 1.710,00
		Waldner Technologie Medicali S.r.l.	€ 1.140,00
		Seda S.p.A.	€ 3.420,00
		Claber S.r.l.	€ 1.330,00
		Coloplast S.p.A.	€ 4.522,00
6	€ 11.610,00	Seda S.p.A.	€ 10.000,00
		Coloplast S.p.A.	€ 11.610,00
7	€ 5.082,00	Coloplast S.p.A.	€ 5.082,00
8	€ 29.380,00	Teleflex Medical S.r.l.	€ 16.620,00
		ConvaTec Italia S.r.l.	€ 15.176,00
		Smith & Nephew S.r.l.	€ 9.000,00
		Seda S.p.A.	€ 20.000,00
		Coloplast S.p.A.	€ 29.380,00
9	€ 11.772,00	Seda S.p.A.	€ 8.400,00
		Coloplast S.p.A.	€ 11.772,00

Riscontrato che gli importi offerti risultano pari o inferiori agli importi a base d'asta, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara e utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, tenuto conto della correzione necessaria con riferimento all'offerta di Coloplast per il lotto n. 9, vengono assegnati i seguenti punteggi economici:

Lotto	Ditta offerente	Importo biennale offerto (IVA esclusa)	Punteggio economico
1	Seda S.p.A.	€ 27.993,90	30,00/30
	Coloplast S.p.A.	€ 32.313,60	25,99/30
2	Seda S.p.A.	€ 71.565,00	30,00/30
	Coloplast S.p.A.	€ 87.199,20	24,62/30
3	Seda S.p.A.	€ 101.535,00	30,00/30
	Coloplast S.p.A.	€ 107.917,20	28,23/30
4	Seda S.p.A.	€ 16.100,00	30,00/30
	Coloplast S.p.A.	€ 16.821,00	28,71/30
5	Teleflex Medical S.r.l.	€ 1.482,00	23,08/30
	Medival s.r.l.	€ 1.710,00	20,00/30
	Waldner Technologie Medicali S.r.l.	€ 1.140,00	30,00/30
	Seda S.p.A.	€ 3.420,00	10,00/30
	Claber S.r.l.	€ 1.330,00	25,71/30
	Coloplast S.p.A.	€ 4.522,00	7,56/30
6	Seda S.p.A.	€ 10.000,00	30,00/30
	Coloplast S.p.A.	€ 11.610,00	25,84/30
7	Coloplast S.p.A.	€ 5.082,00	30,00/30
8	Teleflex Medical S.r.l.	€ 16.620,00	16,24/30
	ConvaTec Italia S.r.l.	€ 15.176,00	17,79/30
	Smith & Nephew S.r.l.	€ 9.000,00	30,00/30
	Seda S.p.A.	€ 20.000,00	13,50/30
	Coloplast S.p.A.	€ 29.380,00	9,19/30
9	Seda S.p.A.	€ 8.400,00	30,00/30
	Coloplast S.p.A.	€ 11.772,00	21,41/30

Si procede quindi con la somma dei punteggi assegnati alle offerte tecniche con i punteggi assegnati alle offerte economiche individuando i punteggi complessivi nei termini indicati nella tabella di seguito riportata, nella quale viene altresì data evidenza delle offerte che hanno raggiunto la soglia per la valutazione della congruità delle offerte di cui all'art 23 del Disciplinare di gara, (pari ai 4/5 dei punteggi complessivi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, per il cui calcolo è stato considerato il punteggio tecnico prima della riparametrazione):

Lotto	Ditta offerente	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico	Totale punteggio	Offerta anomala
1	Seda S.p.A.	55	55	30	85	no
	Coloplast S.p.A.	70	70	25,99	95,99	sì
2	Seda S.p.A.	60	62,69	30	92,69	sì
	Coloplast S.p.A.	67	70	24,62	94,62	sì
3	Seda S.p.A.	51,8	54,61	30	84,61	no
	Coloplast S.p.A.	66,4	70	28,23	98,23	sì
4	Seda S.p.A.	60	60	30	90	sì
	Coloplast S.p.A.	70	70	28,71	98,71	sì
5	Teleflex Medical S.r.l.	60,6	63,31	23,08	86,39	no
	Medival s.r.l.	50,8	53,07	20	73,07	no
	Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	67	70	30	100	sì
	Seda S.p.A.	66,2	69,16	10	79,16	no
	Claber S.r.l.	43,4	45,34	25,71	71,05	no
	Coloplast S.p.A.	51	53,28	7,56	60,84	no
6	Seda S.p.A.	60,6	61,48	30	91,48	sì
	Coloplast S.p.A.	69	70	25,84	95,84	sì
7	Coloplast S.p.A.	60	70	30	100	-
8	Teleflex Medical S.r.l.	47,2	47,88	16,24	64,12	no
	ConvaTec Italia S.r.l.	69	70	17,79	87,79	no
	Smith & Nephew S.r.l.	51,6	52,35	30,00	82,35	no
	Seda S.p.A.	51,6	52,35	13,50	65,85	no
	Coloplast S.p.A.	66	66,96	9,19	76,15	no
9	Seda S.p.A.	69	70	30	100	sì
	Coloplast S.p.A.	66	66,96	21,41	88,37	no

La Commissione, valutato che risulta necessario procedere alla verifica della congruità e sostenibilità delle offerte risultate anomale, rimette gli atti al RUP, per il seguito di competenza, trasmettendogli allo scopo il presente verbale unitamente ai verbali delle precedenti riunioni.

La seduta termina alle ore 13:35

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE Il COMMISSARIO

Dott. Andrea Ossato

Dott.ssa Pietrobelli Adele

Dott. Sacchetto Andrea

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO
 QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E
 PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA,
 SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI**
 cod. appalto: ACCESSORI_FONATORIE_2025
 ID SINTEL 209170530

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE

Il giorno 29/04/2026, alle ore 10:00, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la valutazione della congruità delle offerte presentate in merito alla gara per la *“fornitura in accordo quadro, di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati”*.

Sono presenti la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 2768 del 12/01/2026, così composta:

Presidente: Dott. Ossato Andrea – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
 Componenti: Dott.ssa Pietrobelli Adele – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
 Dott. Sacchetto Andrea – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

unitamente al Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Dott. Sandro Possamai - Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica.

La Commissione dà atto che con precedente verbale del 13/04/2026, in occasione dell'apertura e valutazione delle offerte economiche, ha rappresentato al RUP la necessità di procedere ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara alla verifica della congruità e sostenibilità delle offerte presentate::

Lotto	CIG	Ditta offerente	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Totale punteggio
1	B8C76CB421	Seda S.p.A.	55	30	85
		Coloplast S.p.A.	70	25,99	95,99
2	B8C76CC4F4	Seda S.p.A.	60	30	92,69
		Coloplast S.p.A.	67	24,62	94,62
3	B8C76CD5C7	Seda S.p.A.	51,8	30	84,61
		Coloplast S.p.A.	66,4	28,23	98,23
4	B8C76CE69A	Seda S.p.A.	60	30	90
		Coloplast S.p.A.	70	28,71	98,71
5	B8C76CF76D	Teleflex Medical S.r.l.	60,6	23,08	86,39

		Medival s.r.l.	50,8	20	73,07
		Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	67	30	100
		Seda S.p.A.	66,2	10	79,16
		Claber S.r.l.	43,4	25,71	71,05
		Coloplast S.p.A.	51	7,56	60,84
6	B8C76D0840	Seda S.p.A.	60,6	30	91,48
		Coloplast S.p.A.	69	25,84	95,84
9	B8C76D3AB9	Seda S.p.A.	69	30	100
		Coloplast S.p.A.	66	21,41	88,37

La Commissione prende atto che il RUP, con note prot. n. 42646, 42652 e 42655 del 16/04/2026, inviate tramite la piattaforma Sintel, ha richiesto alle ditte Coloplast, Seda e Waldner Tecnologie Medicali, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo complessivo offerto, per i diversi lotti al fine di valutare la congruità e la sostenibilità delle offerte economiche presentate, considerato che le stesse hanno raggiunto la soglia per la valutazione della congruità delle offerte pari ai 4/5 dei punteggi complessivi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La Commissione prende altresì atto che con note agli atti dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, le suddette ditte hanno fornito le precisazioni richieste dal RUP, come di seguito specificato:

Coloplast S.p.A. – lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 6

Con comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel n. 218498912 del 24/04/2026 la ditta Coloplast ha inviato riscontro alla richiesta predetta, deducendo le giustificazioni come da nota agli atti, con particolare riferimento, tra l'altro, alle soluzioni tecniche adottate, all'originalità della fornitura e dettagliando, per ogni lotto, la suddivisione nelle varie voci di costo e i costi del personale.

Seda S.p.A. – lotti nn. 2, 4, 6 e 9

Con comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel n. 218196800 del 22/04/2026 la ditta Seda ha inviato riscontro alla richiesta predetta, deducendo le giustificazioni come da nota agli atti, con particolare riferimento tra l'altro, alle soluzioni tecniche prescelte e alle condizioni favorevoli di cui dispone la stessa per la commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura, che le permettono di ottenere significative economie di gestione. Viene anche fornito, per ogni lotto, il dettaglio delle voci di costo che compongono l'offerta.

Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. – lotto n. 5

Con comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel n. 218259187 del 23/04/2026 la ditta Waldner ha inviato riscontro alla richiesta predetta, deducendo le giustificazioni come da nota agli atti, con particolare riferimento, tra l'altro, alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone la stessa per la commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura e dettagliando la suddivisione nelle varie voci di costo.

Considerate le giustificazioni inviate dagli operatori economici suddetti, la Commissione, di concerto con il RUP ritiene le offerte presentate da Coloplast, Seda e Waldner Tecnologie Medicali complessivamente adeguate in termini di congruità e sostenibilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs n. 36/2023.

La Commissione procede, quindi, sulla base dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e alle offerte economiche, alla formulazione della graduatoria finale nei termini esposti nella tabella sottostante.

Lotto	Graduatoria	Ditta offerente	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico	Totale punteggio
1	1	Coloplast S.p.A.	70	70	25,99	95,99
	2	Seda S.p.A.	55	55	30	85
2	1	Coloplast S.p.A.	67	70	24,62	94,62
	2	Seda S.p.A.	60	62,69	30	92,69
3	1	Coloplast S.p.A.	66,4	70	28,23	98,23
	2	Seda S.p.A.	51,8	54,61	30	84,61
4	1	Coloplast S.p.A.	70	70	28,71	98,71
	2	Seda S.p.A.	60	60	30	90
5	1	Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	67	70	30	100
	2	Teleflex Medical S.r.l.	60,6	63,31	23,08	86,39
	3	Seda S.p.A.	66,2	69,16	10	79,16
	4	Medival s.r.l.	50,8	53,07	20	73,07
	5	Claber S.r.l.	43,4	45,34	25,71	71,05
	6	Coloplast S.p.A.	51	53,28	7,56	60,84
6	1	Coloplast S.p.A.	69	70	25,84	95,84
	2	Seda S.p.A.	60,6	61,48	30	91,48
7	1	Coloplast S.p.A.	60	70	30	100
8	1	ConvaTec Italia S.r.l.	69	70	17,79	87,79
	2	Smith & Nephew S.r.l.	51,6	52,35	30,00	82,35
	3	Coloplast S.p.A.	66	66,96	9,19	76,15
	4	Seda S.p.A.	51,6	52,35	13,50	65,85
	5	Teleflex Medical S.r.l.	47,2	47,88	16,24	64,12
9	1	Seda S.p.A.	69	70	30	100
	2	Coloplast S.p.A.	66	66,96	21,41	88,37

La commissione propone quindi di aggiudicare la fornitura, in accordo quadro, di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, suddivisa in n. 9 lotti, alle ditte e per gli importi di seguito riepilogati:

Lotto	CIG	Descrizione lotto	Graduatoria	Ditta offerente	Prodotto offerto	Importo biennale offerto (IVA esclusa)
1	B8C76CB421	Dischi adesivi standard	1	Coloplast S.p.A.	Provox Life Standard Adhesive Round / Oval / Plus	€ 32.313,60
			2	Seda S.p.A.	Basi adesive Accufit	€ 27.993,90
2	B8C76CC4F4	Dischi adesivi per stomi profondi	1	Coloplast S.p.A.	Provox Life Stability Adhesive	€ 87.199,20
			2	Seda S.p.A.	Base adesiva Trufit	€ 71.565,00
3	B8C76CD5C7	Filtri scambiatori	1	Coloplast S.p.A.	Provox Life Home HME e Provovox Life Go HME	€ 107.917,20
			2	Seda S.p.A.	hme day&night e speakfree	€ 101.535,00
4	B8C76CE69A	Cannule	1	Coloplast S.p.A.	Provovox Life LaryTube Standard / Fenestrated	€ 16.821,00
			2	Seda S.p.A.	cannule Stomasoft standard / fenestrate	€ 16.100,00
5	B8C76CF76D	Fascetta di fissaggio	1	Waldner Technologie Medicali S.r.l.	TTH	€ 1.140,00
			2	Teleflex Medical S.r.l.	Fascia di fissaggio	€ 1.482,00
			3	Seda S.p.A.	Fascetta Optiflauch	€ 3.420,00
			4	Medival s.r.l.	fissatore per cannule tracheostomiche	€ 1.710,00
			5	Claber S.r.l.	fascetta sterile di fissaggio per cannula tracheostomica	€ 1.330,00
			6	Coloplast S.p.A.	Provovox TubeHolder	€ 4.522,00
6	B8C76D0840	Clip di fissaggio	1	Coloplast S.p.A.	Provovox LaryClip	€ 11.610,00
			2	Seda S.p.A.	set di 40 fascette fissaggio Laryvox	€ 10.000,00
7	B8C76D1913	Colla siliconica	1	Coloplast S.p.A.	Provovox Silicone Glue	€ 5.082,00
8	B8C76D29E6	Salviette dedicate	1	ConvaTec Italia S.r.l.	ESENTA salviette	€ 15.176,00
			2	Smith & Nephew S.r.l.	REMOVE Salviette imbevute e SECURA NO-STING BARRIER FILM Salviette	€ 9.000,00
			3	Coloplast S.p.A.	Provovox Adhesive Remover e Provovox Skin Barrier	€ 29.380,00
			4	Seda S.p.A.	Salviette remove e Salviette Optigard	€ 20.000,00
			5	Teleflex Medical S.r.l.	Salviette per rimozione adesivi, senza alcool e Film protettivo per cute peristomale in salviette, senza alcool	€ 16.620,00
9	B8C76D3AB9	Spazzolini di pulizia	1	Seda S.p.A.	Spazzolini Laryvox duo brush	€ 8.400,00
			2	Coloplast S.p.A.	Provovox Brush e Provovox Brush Long	€ 11.772,00

La Commissione rimette gli atti al RUP per i seguiti di competenza, trasmettendogli allo scopo i verbali.

La seduta ha termine alle ore 11:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Ossato


Dott.ssa Pietrobelli Adele

Dott. Sacchetto Andrea

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO



Dott. Sandro Possamai



[illegible]

Lotto / sub	CIG Accordo quadro	Nome lotto	Descrizione lotto	unità di misura	Fabbisogno biennale	Graduatoria	Ditta	Denominazione commerciale / descrizione	Codice articolo	CND	n. repertorio	Prezzo unitario di listino (IVA esclusa)	% sconto applicato	Prezzo unitario offerto (IVA escl.)	Importo biennale offerto per lotto (IVA escl.)	Aliquota IVA
		a	Cannule standard	pz	70	2	Seda	CANNULE STOMASOFT STANDARD	BE6698- BE6699- BE6700- BE6701- BE6702- BE6703- BVE6704- BE6705	R010599	2292461	€ 244,00	53,00%	€ 115,000	€ 8.050,00	4
		b	Cannule fenestrate	pz	70			CANNULE STOMASOFT FENESTRATE	BE6698F- BE6699F- BE6700F- BE6701F- BE6702F- BE6703F- BVE6704F- BE6705F	R010599	2292462	€ 244,00	53,00%	€ 115,000	€ 8.050,00	
5	B8C76CF76D	Fascetta di fissaggio	Fascetta di fissaggio per cannula	pz	380	1	Waldner	TTH (regolabile da 220 a 700 mm)	TTH	R01058099	2618169			€ 3,000	€ 1.140,00	4%
						2	Teleflex	Fascia di fissaggio blu, chiusura velcro, per tutte le cannule tracheostomiche	507900-000000	R010580	338631	€ 4,50	13,333333%	€ 3,900	€ 1.482,00	22%
						3	Seda	FASCETTA OPTIFLAUSCH	32550	R010580	1209994	€ 9,00	0,00%	€ 9,000	€ 3.420,00	4
						4	Medival	FISSATORE PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE	290000024000	R010580	25831	€ 7,35	38,7755%	€ 4,500	€ 1.710,00	22
						5	Claber	FASCETTA STERILE DI FISSAGGIO PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE	AK-TT-COLL-01	R010580	1476929	€ 4,10	14,63%	€ 3,500	€ 1.330,00	22%
						6	Coloplast	Provox TubeHolder	7668	Q0399	1493031	€ 14,00	15,00%	€ 11,900	€ 4.522,00	4
6	B8C76D0840	Clip di fissaggio	Clip di fissaggio per cannula	set	100	1	Coloplast	Provox LaryClip	7669	Q0399	1492997	€ 129,00	10,00%	€ 116,100	€ 11.610,00	4
						2	Seda	Set di 40 fascette fissaggio Laryvox	32680	R010580	n.a. (classe I)	€ 250,00	60,00%	€ 100,000	€ 10.000,00	4
7	B8C76D1913	Colla siliconica	Colla siliconica in bottiglia/barattolo completa di pennellino	ml	4.200	1	Coloplast	Provox Silicone Glue	7720	Q0399	1493020	€ 1,70	28,8235	€ 1,210	€ 5.082,00	4
8	B8C76D29E6	Salviette dedicate	Salviette dedicate													
						1	ConvaTec								€ 15.176,00	
		a	Salviette dedicate per rimuovere adesivo - senza alcool	pz	16.000			ESENTA salviette per la rimozione di residui di adesivo	423281	A108005	2152345	€ 0,53	30,00%	€ 0,371	€ 5.936,00	4%
		b	Salviette dedicate per proteggere la cute prima del posizionamento dell'adesivo - senza alcool	pz	11.000	ESENTA salviette per la protezione della cute	423282	A108004	2152347	€ 1,20	30,00%	€ 0,840	€ 9.240,00	4%		
						2	SMITH & NEPHEW								€ 9.000,00	
		a						REMOVE Salviette imbevute (NO MARCHIO CE) (conf. 50 pz.)	59403125	NO DM	NO MD	€ 0,18	16,667%	€ 0,150	€ 2.400,00	22%
		b				SECURA NO-STING BARRIER FILM Salviette 1 ml (conf. 50 pz.)	66800712	M9002	2826355	€ 1,16	48,454%	€ 0,600	€ 6.600,00	22%		
a				3	Coloplast	Provox Adhesive Remover	8012	M9003	1418276	€ 1,08	0	€ 1,080	€ 17.280,00	4		
b						Provox Skin Barrier	8011	M9003	1418261	€ 1,10	0	€ 1,100	€ 12.100,00			

Lotto / sub	CIG Accordo quadro	Nome lotto	Descrizione lotto	unità di misura	Fabbisogno biennale	Graduatoria	Ditta	Denominazione commerciale / descrizione	Codice articolo	CND	n. repertorio	Prezzo unitario di listino (IVA esclusa)	% sconto applicato	Prezzo unitario offerto (IVA escl.)	Importo biennale offerto per lotto (IVA escl.)	Aliquota IVA
						4	Seda								€ 20.000,00	
		a						Salviette remove	33500	R010580	88595	€ 1,00	30%	€ 0,700	€ 11.200,00	4%
		b						Salviette Optigard	33600	R010580	1210038	€ 1,00	20%	€ 0,800	€ 8.800,00	22%
		a				5	Teleflex	Salviette per rimozione adesivi, senza alcool	WAD-050	M9002	1428019	€ 0,50	21,60000%	€ 0,392	€ 6.272,00	4%
		b						Film protettivo per cute peristomale in salviette, senza alcool	WBF-050	M9002	1427977	€ 1,20	21,60000%	€ 0,941	€ 10.348,80	4%
9	B8C76D3AB9	Spazzolini di pulizia	Spazzolini dedicati alla pulizia della protesi fonatoria, varie lunghezze	pz	1.200	1	Seda	Spazzolini Laryvox duo brush	29110-XX	V9099	1209949	€ 10,66	34,00%	€ 7,000	€ 8.400,00	22
						2	Coloplast	Provox Brush	7204	P0280	1483301	€ 10,33	5,06%	€ 9,810	€ 11.772,00	4
								Provox Brush Long	8404	P0280	2139598	€ 10,33	5,06%	€ 9,810		