

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1521 DEL 02/09/2026

O G G E T T O

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA CIG BADA97236F - ID SINTEL 216460672 - COD. APPALTO "ISOLATORE_2026": AGGIUDICAZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1641/26

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con l'atto deliberativo n. 405 del 13/03/2026 è stato disposto di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, invitando tutti gli operatori abilitati alla categoria merceologica oggetto dell'affidamento sulla piattaforma Sintel, con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento della *“fornitura di un isolatore schermato a flusso laminare di classe A GMP per la manipolazione e dispensazione dei radiofarmaci gamma/beta emittenti, comprensivo di garanzia full risk per 24 mesi e assistenza tecnica full-risk post garanzia per un periodo di 36 mesi”*, per un importo complessivo posto a base d'asta pari a € 199.500,00 (IVA esclusa) e oneri per la sicurezza pari a € 100,00 – CUI F02441500242202400115;

alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG BADA97236F;

la documentazione di gara è stata resa disponibile nel sito internet dell'Azienda ULSS n. 8 “Berica” e nella piattaforma telematica Sintel ID procedura 216460672 del 16/03/2026;

alle richieste di chiarimenti pervenute è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previste dalla lettera d'invito;

entro il termine di ricezione delle offerte, fissato per il giorno 04/05/2026 alle ore 12:00, è pervenuta l'offerta dal seguente operatore economico:

- Tema Sinergie S.p.A. - C.F. 00970310397

in data 04/05/2026, si è svolta la seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa, a conclusione della quale l'operatore economico partecipante è stato ammesso al prosieguo della gara, come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);

in data 13/05/2026, si è svolta la seduta per l'apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica, come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2);

ai sensi degli art. 93 e 51 del D.Lgs. n. 36/2023, con nota del Direttore Generale prot. n. 53921 del 13/05/2026 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte, nella seguente composizione:

- Presidente:** Dott.ssa Marta Zaroccolo – Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
- Componenti:** Dott.ssa Chiara Orlandi – Dirigente Fisico presso l'U.O.C. Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
Dott.ssa Valentina Tabelli – Dirigente Farmacista responsabile dell'U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;

tutti i commissari hanno prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente, nonché i loro curricula che dimostrano adeguata esperienza clinica/tecnica nel settore oggetto della gara;

nella seduta riservata del 29/05/2026, la Commissione Giudicatrice ha effettuato la valutazione

dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Tema Sinergie S.p.A. come risulta dal verbale all'uopo redatto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 3);

come previsto dal Disciplinare di gara, in data 01/07/2026, si è svolta la seduta per l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (Allegato 4);

successivamente, nella seduta riservata del 10/07/2026, la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione dell'offerta economica, ad attribuire il punteggio economico e a individuare il punteggio complessivo come risulta da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (Allegato 5);

nella medesima seduta la Commissione Giudicatrice ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Tema Sinergie S.p.A. di Faenza (RA), previa verifica di congruità dell'offerta, nei termini riportati nel verbale allegato (Allegato 5);

ai sensi dell'art 110 del D.Lgs. n. 36/2013, è stato richiesto all'operatore economico Tema Sinergie S.p.A. di presentare le giustificazioni al fine di valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata e il RUP, come da verbale del 30/07/2025, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 6), ha ritenuto l'offerta complessivamente congrua;

i sopracitati verbali vengono allegati (Allegati 1-6) alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell'U.O.C. proponente;

la verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 in capo alla ditta Tema Sinergie S.p.A. si è conclusa con esito positivo ad eccezione della verifica delle cause di esclusione di cui all'art 95, co. 1 lett. e) e all'art. 98, co. 3, lett. g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non sono ancora pervenuti i certificati dei carichi pendenti;

considerato che sono trascorsi oltre 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e che sussiste la necessità di concludere la procedura di gara e dare sollecito avvio alla fornitura, si ritiene opportuno procedere all'aggiudicazione della gara pur in pendenza della verifica dell'assenza delle cause di esclusione sopra menzionate, dopo aver acquisito agli atti (con comunicazioni Sintel n. 223041000 del 11/08/2026) l'autocertificazione aggiornata dell'offerente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesta il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione;

resta inteso che nel contratto sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 del Codice Civile, da attivare in caso di riscontro della sussistenza delle cause di esclusione sopra indicate;

si propone, quindi, di affidare alla ditta Tema Sinergie S.p.A. di Faenza (RA) (C.F. 00970310397), la *fornitura di un isolatore schermato a flusso laminare di classe A GMP per la manipolazione e dispensazione dei radiofarmaci gamma/beta emittenti, comprensivo di garanzia full risk per 24 mesi e assistenza tecnica full-risk post garanzia per un periodo di 36 mesi, per l'Azienda ULSS n. 8 Berica - CIG BADA97236F, ID sintel 216460672, cod. appalto "ISOLATORE_2026", per l'importo complessivo di € 196.600,00 (IVA 22% esclusa) pari a € 239.852,00 (IVA inclusa), oltre oneri DUVRI pari a € 100,00, alle condizioni di seguito riepilogate:*

- 1) fornitura di n. 1 isolatore schermato a flusso laminare di classe a GMP con garanzia full risk per 24 mesi:

Descrizione apparecchiatura / componente	Nome Commerciale / modello	Codice	Prezzo offerto per la fornitura dell'apparecchiatura comprensiva di consegna, installazione, collaudo e garanzia full risk 24 mesi (IVA 22% esclusa)
Isolatore schermato per Gallio 68 – Pb 50	<i>NMC GALLIA 50</i>	<i>NM-0068</i>	€ 111.551,00
Attuatore motorizzato per il calibratore di dose	<i>CAL-TIGHT ACT</i>	<i>NM-A015</i>	€ 3.609,00
Camere per rifiuti ventilata Classe B	<i>WD Gallia</i>	<i>PS-A565</i>	€ 6.803,00
Controllo velocità flusso laminare e temperatura	<i>LAF CHECK</i>	<i>PS-A303</i>	€ 1.311,00
Controllo di prese interne (fino a 3) dal pannello di controllo dell'isolatore	<i>SOCK CONT</i>	<i>PS-A307</i>	€ 1.908,00
Monitoraggio e controllo continuo della radiazione sull'aria di scarico delle celle calde	<i>CES 1</i>	<i>PS-A310</i>	€ 3.564,00
Monitor della temperature e umidità relativa dell'aria all'interno della box	<i>T & RH%</i>	<i>PS-A326</i>	€ 1.646,00
Modulo per la gestione dei cicli di sterilizzazione VHP	<i>VHP MODE</i>	<i>PS-A304</i>	€ 2.759,00
Finestra ampia	<i>WIDE GLASS</i>	<i>EX-GL</i>	€ 5.021,00
Calibratore di dose	<i>CRC RPh</i>	<i>HL-A720</i>	€ 14.113,00
Software del calibratore di dose	<i>CALIBRATOR VIEWER</i>	<i>CAL-VIE</i>	€ 7.473,00
Controllo automatico del ricambio d'aria completo di anemometro digitale certificato di calibrazione e ventilatore	<i>M3 CONT+</i>	<i>PS-A300</i>	€ 2.858,00
Totale IVA 22% esclusa			€ 162.616,00
Totale IVA 22% inclusa			€ 198.391,52

- 2) assistenza tecnica full risk per 36 mesi (post garanzia di 24 mesi)

Canone mensile di assistenza tecnica FULL RISKS (IVA 22% esclusa)	Canone ANNUO di assistenza tecnica FULL RISKS (IVA esclusa)	Importo TRIENNALE post garanzia di 24 mesi per l'assistenza tecnica FULL RISKS (IVA esclusa)
€ 944,00	€ 11.328,00	€ 33.984,00
Totale IVA inclusa		€ 41.460,48

l'acquisizione dell'apparecchiatura è ricompresa nel piano investimenti 2026-2028 con il cod. "ATT_155";

come da nota CRITE prot. n. 0396209/2025, l'acquisto dell'isolatore oggetto del presente provvedimento è finanziato con risorse CRITE ex DGR 938/2024;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, risulta necessario nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) diverso dal RUP, in quanto, come previsto dell'art. 32 c. 3 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs., trattasi di fornitura di particolare importanza per le seguenti ragioni:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- forniture che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

il DEC dovrà provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile relativamente alle prestazioni oggetto del contratto e agli altri compiti previsti dal Capo II dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023;

per tale ruolo viene individuata la dott.ssa Monica Santimaria, Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ulss 8, la quale ha già prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O.C. proponente;

si richiama la Deliberazione n. 405 del 13/03/2026, in ordine agli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale è stato disposto il relativo accantonamento, nel quadro economico dei costi dell'appalto, della quota di € 3.990,00.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di affidare alla ditta Tema Sinergie S.p.A. di Faenza (RA) (C.F. 00970310397), la *fornitura di un isolatore schermato a flusso laminare di classe A GMP per la manipolazione e dispensazione dei radiofarmaci gamma/beta emittenti, comprensivo di garanzia full risk per 24 mesi e assistenza tecnica full-risk post garanzia per un periodo di 36 mesi, per l'Azienda ULSS n. 8 Berica - CIG BADA97236F, ID sintel 216460672, cod. appalto "ISOLATORE_2026"*, per l'importo complessivo di € 196.600,00 (IVA 22% esclusa), pari a € 239.852,00 (IVA inclusa), oltre oneri DUVRI pari a € 100, alle condizioni di seguito riepilogate:

- fornitura di n. 1 isolatore schermato a flusso laminare di classe a GMP con garanzia full risk per 24 mesi:

Descrizione apparecchiatura / componente	Nome Commerciale / modello	Codice	Prezzo offerto per la fornitura dell'apparecchiatura comprensiva di consegna, installazione, collaudo e garanzia full risk 24 mesi (IVA 22% esclusa)
Isolatore schermato per Gallio 68 – Pb 50	<i>NMC GALLIA 50</i>	<i>NM-0068</i>	€ 111.551,00
Attuatore motorizzato per il calibratore di dose	<i>CAL-TIGHT ACT</i>	<i>NM-A015</i>	€ 3.609,00
Camere per rifiuti ventilata Classe B	<i>WD Gallia</i>	<i>PS-A565</i>	€ 6.803,00
Controllo velocità flusso laminare e temperatura	<i>LAF CHECK</i>	<i>PS-A303</i>	€ 1.311,00
Controllo di prese interne (fino a 3) dal pannello di controllo dell'isolatore	<i>SOCK CONT</i>	<i>PS-A307</i>	€ 1.908,00
Monitoraggio e controllo continuo della radiazione sull'aria di scarico delle celle calde	<i>CES 1</i>	<i>PS-A310</i>	€ 3.564,00
Monitor della temperature e umidità relativa dell'aria all'interno della box	<i>T & RH%</i>	<i>PS-A326</i>	€ 1.646,00
Modulo per la gestione dei cicli di sterilizzazione VHP	<i>VHP MODE</i>	<i>PS-A304</i>	€ 2.759,00
Finestra ampia	<i>WIDE GLASS</i>	<i>EX-GL</i>	€ 5.021,00
Calibratore di dose	<i>CRC RPh</i>	<i>HL-A720</i>	€ 14.113,00
Software del calibratore di dose	<i>CALIBRATOR VIEWER</i>	<i>CAL-VIE</i>	€ 7.473,00
Controllo automatico del ricambio d'aria completo di anemometro digitale certificato di calibrazione e ventilatore	<i>M3 CONT+</i>	<i>PS-A300</i>	€ 2.858,00
Totale IVA 22% esclusa			€ 162.616,00
Totale IVA 22% inclusa			€ 198.391,52

- assistenza tecnica full risk per 36 mesi (post garanzia di 24 mesi)

Canone mensile di assistenza tecnica FULL RISKS (IVA 22% esclusa)	Canone ANNUO di assistenza tecnica FULL RISKS (IVA esclusa)	Importo TRIENNALE post garanzia di 24 mesi per l'assistenza tecnica FULL RISKS (IVA esclusa)
€ 944,00	€ 11.328,00	€ 33.984,00
Totale IVA inclusa		€ 41.460,48

2. di dare atto che l'onere di spesa per l'acquisto dell'isolatore schermato pari a € 198.391,52 (IVA 22% inclusa), è previsto nel Piano Investimenti 2026-2028, codice investimento ATT_155, al conto 0204000010 "attrezzature sanitarie e scientifiche", e sarà finanziato con risorse CRITE ex DGR 938/2024;
3. di dare atto che l'onere di spesa per l'assistenza tecnica triennale pari a € 41.460,48 (IVA 22% inclusa), sarà imputato nei Bilanci Sanitari degli anni 2029, 2030 e 2031, al conto 5507000160 "manutenzione attrezzature sanitarie" come segue:
 - anno 2029 € 13.820,16;
 - anno 2030 € 13.820,16;
 - anno 2031 € 13.820,16;
4. di richiamare la Deliberazione n. 405 del 13/03/2026, in ordine agli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale è stato disposto il relativo accantonamento, nel quadro economico dei costi dell'appalto, per € 3.990,00;
5. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
6. di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Monica Santimaria, Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ulss 8;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo online di questa Azienda Ulss.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP PER LA MANIPOLAZIONE E DISPENSAZIONE DEI RADIOFARMACI GAMMA/BETA EMITTENTI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

COD. APPALTO “ISOLATORE_2026”

ID SINTEL 216460672

CIG BADA97236F

VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Alle ore 16:05 del 04 maggio 2026, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l’ULSS 8 Berica:

- il RUP di gara: dott. Sandro Possamai - Direttore dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;
- Testimone: dott.ssa Laura Trentin - Collaboratore Amministrativo Professionale dell’UOS Gare e segretario verbalizzante.

Il RUP prende preliminarmente atto che alle ditte partecipanti è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 8 Berica n. 405 del 13/03/2026 è stata indetta una procedura una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, invitando tutti gli operatori abilitati alla categoria merceologica oggetto dell’affidamento sulla piattaforma Sintel, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la “fornitura di un isolatore schermato a flusso laminare di classe A GMP per la manipolazione e dispensazione dei radiofarmaci gamma/beta emittenti, comprensivo di garanzia full risk per 24 mesi e assistenza tecnica full-risk post garanzia per un periodo di 36 mesi”;
- la gara si svolge per mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale “Sintel” gestita da A.R.I.A, cui è stato attribuito il codice ID 216460672;
- la procedura è stata pubblicata sul sito internet aziendale e sulla piattaforma telematica “sintel”;
- entro i termini previsti (ore 12:00 del 04/05/2026) ha presentato offerta il seguente operatore economico:

Protocollo Sintel offerta	Denominazione Operatore Economico	Codice Fiscale	Forma di partecipazione
1777558907303	Tema Sinergie S.p.A.	00970310397	singola

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma di ciascun operatore economico non rilevando alcuna anomalia.

Si procede, quindi, con l'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa richiesta dalla lettera d'invito, di seguito riassunta:

- 1) Dichiarazione sostitutiva – Allegato A;
- 2) Dichiarazione di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità;
- 3) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Documento attestante il versamento del contributo A.N.A.C.

Si procede con la disamina della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente.

Verificato che la documentazione prodotta risulta completa e congruente con quanto richiesto dalla lettera d'invito, l'operatore economico Tema Sinergie S.p.A. viene ammesso al proseguo della gara.

La seduta termina alle ore 16:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

IL TESTIMONE

f.to dott. Sandro Possamai

f.to dott.ssa Laura Trentin

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP PER LA MANIPOLAZIONE E DISPENSAZIONE DEI RADIOFARMACI GAMMA/BETA EMITTENTI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

COD. APPALTO "ISOLATORE_2026"

ID SINTEL 216460672

CIG BADA97236F

VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE

Alle ore 16:20 del 13 maggio 2026, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, si svolge la seduta riservata per l'apertura delle buste tecniche relative alla procedura negoziata per la *fornitura di isolatore schermato a flusso laminare di classe A GMP per la manipolazione e dispensazione dei radiofarmaci gamma/beta emittenti comprensiva del servizio di assistenza tecnica full risk.*

Sono presenti per l'ULSS 8 Berica:

il RUP di gara: dott. Sandro Possamai - Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: dott.ssa Laura Trentin - Collaboratore Amministrativo Professionale dell'UOS Gare e segretario verbalizzante.

Il RUP prende preliminarmente atto che alle ditte partecipanti è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

Il RUP prende atto altresì che come risulta dal verbale del 04 maggio 2026, è stato ammesso alla presente gara il seguente operatore economico:

Denominazione Operatore Economico	Codice Fiscale	Forma di partecipazione
Tema Sinergie S.p.A.	00970310397	singola

Ai sensi dell'art. 8 della lettera d'invito, il Rup procede a riscontrare, attraverso la piattaforma Sintel, la presenza della busta telematica "documentazione tecnica" presentata dal suddetto concorrente nonché ad effettuare il download della documentazione ivi contenuta.

Il Rup verifica che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Tema Sinergie S.p.A di Faenza (RA) risulta congruente con quanto richiesto dall'art. 4.2 della lettera d'invito.

La documentazione tecnica verrà messa a disposizione dei membri della Commissione, nominata con nota prot. n. 53921 del 13/05/2026, ai sensi dell'art. 8 della lettera d'invito, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte, nonché per l'assegnazione dei relativi punteggi.

La seduta termina alle ore 16.55.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

IL TESTIMONE

f.to dott. Sandro Possamai

f.to dott.ssa Laura Trentin

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP PER LA MANIPOLAZIONE E DISPENSAZIONE DEI RADIOFARMACI GAMMA/BETA EMITTENTI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

COD. APPALTO "ISOLATORE_2026"

ID SINTEL 216460672

CIG BADA97236F

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1)**

Alle ore 13:30 del 29/05/2026, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOC di Medicina Nucleare, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 53921 del 13/05/2026, così composta:

- Presidente:** Dott.ssa Marta Zaroccolo – Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
- Componenti:** Dott.ssa Chiara Orlandi – Dirigente Fisico presso l'U.O.C. Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
Dott.ssa Valentina Tabelli – Dirigente Farmacista responsabile dell'U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende atto che, come comunicato dal RUP, è stato ammesso alla presente procedura il seguente operatore economico:

Denominazione Operatore Economico	Codice Fiscale	Forma di partecipazione
Tema Sinergie S.p.A.	00970310397	singola

La Commissione prende atto altresì che la documentazione tecnica presentata dal suddetto operatore economico, risulta congruente con quanto richiesto dall'art. 4.2 della lettera d'invito, come comunicato dal RUP.

La Commissione acquisisce e fa propri la Lettera d'invito, il Capitolato Tecnico nonché le richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte.

Il Presidente richiama l'articolo 7 "Criterio di aggiudicazione" della Lettera d'invito, il quale dispone che l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti elementi e criteri:

- Offerta tecnica: punteggio massimo punti 70/100
- Offerta economica: punteggio massimo punti 30/100

n.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
1	Caratteristiche tecniche in termini di qualità costruttiva, di isolamento della camera principale e delle precamere	10
2	Caratteristiche della camera principale in relazione alle dimensioni, all'ergonomia, all'estensione e organizzazione degli spazi di lavoro e compliance con le GMP	10
3	Caratteristiche del calibratore di dose, versatilità di utilizzo, presenza di controlli di qualità automatizzati, parametri e funzionalità disponibili, interfaccia utente, interfacciamento con i sistemi software disponibili	10
4	Caratteristiche di interdizione apertura porte e sistema di controllo della radioattività nei condotti di aspirazione e soluzioni per implementazione sistema integrato VHP di sanificazione degli ambienti in classe A GMP e di conte particellare e microbiologica	15
5	Caratteristiche del servizio di convalida, protocolli di qualifica/convalida forniti	5
6	Caratteristiche, posizionamento, forma e dimensione delle visive anti-X ai fini della migliore visione della zona di lavoro	5
7	Servizio di manutenzione offerto: tempo di risposta dalla chiamata - Tempi di intervento dalla chiamata - Tempi di disponibilità in loco delle parti di ricambio - Tempi di up-time garantito - Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dalla chiamata - Organizzazione del servizio di assistenza, disponibilità di affiancamento con personale qualificato, ed in generale, eventuali proposte migliorative	15
	TOTALE	70

Si dà atto altresì che, al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si dà inoltre atto che i giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

La Commissione, a questo punto, inizia ad esaminare la documentazione tecnica trasmessa dal RUP, presentata dall'unica ditta partecipante Tema Sinergie S.p.A..

La Commissione procede alla verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto presentato dalla ditta Tema Sinergie, (isolatore schermato per Gallio 68 – pb 50 “NMC Gallia 50” e relativi componenti e accessori), riscontrando che i dispositivi offerti soddisfano tutti i requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico di gara.

La Commissione procede quindi alla valutazione della qualità dell'offerta tecnica pervenuta e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 7 della lettera d'invito, sopra richiamati, e assegna i punteggi, come di seguito dettagliato:

n.	Criterio di valutazione	Punteggi o massimo	Valutazione	Coeffic. attribuit o	Punteggi o attribuito
1	Caratteristiche tecniche in termini di qualità costruttiva, di isolamento della camera principale e delle precamere	10	<i>L'isolatore presenta adeguate caratteristiche in termini di qualità costruttiva, che consentono la preparazione di radiofarmaci in condizioni di sterilità e sicurezza secondo le linee guida GMP, anche grazie all'isolamento delle camere garantito dalla presenza guarnizioni gonfiabili.</i>	0,8	8
2	Caratteristiche della camera principale in relazione alle dimensioni, all'ergonomia, all'estensione e organizzazione degli spazi di lavoro e compliance con le GMP	10	<i>La camera presenta dimensioni che consentono di eseguire tutte le operazioni di manipolazione dei radiofarmaci in accordo con le linee guida GMP, in maniera agevole e con particolare attenzione ai criteri di ergonomia. Gli spazi di lavoro sono organizzati in maniera ottimale per poter accogliere tutta la dotazione necessaria per lo svolgimento della pratica quotidiana di manipolazione dei radiofarmaci e di dotazione aggiuntiva (ad esempio modulo di sintesi).</i>	1	10
3	Caratteristiche del calibratore di dose, versatilità di utilizzo, presenza di controlli di qualità	10	<i>Il calibratore di dose presenta adeguate caratteristiche e viene</i>	0,8	8

	automatizzati, parametri e funzionalità disponibili, interfaccia utente, interfacciamento con i sistemi software disponibili		fornito con sistemi che ne consentono una gestione avanzata rispetto alla versione della casa madre (stampante di etichette autoadesive, PC portatile) e una maggiore versatilità di utilizzo. Il calibratore è dotato di un adeguato sistema automatico di controllo di qualità e diagnostica del sistema. Il software fornito per il funzionamento del calibratore è altamente configurabile, la grafica del software è semplice e chiara. Il sistema fornito è facilmente interfacciabile con gli altri sistemi software disponibili nella U.O.C. Medicina Nucleare.		
4	Caratteristiche di interdizione apertura porte e sistema di controllo della radioattività nei condotti di aspirazione e soluzioni per implementazione sistema integrato VHP di sanificazione degli ambienti in classe A GMP e di conte particellare e microbiologica	15	L'isolatore è dotato dei dispositivi di interdizione apertura porte e sistema di controllo della radioattività richiesti, presentando ottime soluzioni per garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente evitando fuoriuscite di aria contaminata da radiazione. L'isolatore è dotato delle predisposizioni necessarie per l'implementazione di sistemi integrati di sanificazione (VHP) e conte particellare e microbiologica.	1	15
5	Caratteristiche del servizio di convalida, protocolli di qualifica/convalida forniti	5	I servizi e i protocolli risultano adeguati in relazione alla normativa cogente.	0,8	4
6	Caratteristiche, posizionamento, forma e dimensione delle visive anti-X ai fini della migliore visione della zona di lavoro	5	La visiva schermata presenta caratteristiche adeguate allo svolgimento delle attività previste in termini di posizionamento, forma, dimensioni e attenuazione della radiazione. La migliore visione della zona di lavoro è garantita dall'inclinazione della visiva rispetto al piano	0,8	4

			<i>verticale.</i>		
7	Servizio di manutenzione offerto: tempo di risposta dalla chiamata - Tempi di intervento dalla chiamata - Tempi di disponibilità in loco delle parti di ricambio - Tempi di up-time garantito - Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dalla chiamata - Organizzazione del servizio di assistenza, disponibilità di affiancamento con personale qualificato, ed in generale, eventuali proposte migliorative	15	<i>Il servizio di manutenzione offerto presenta adeguati tempi di risposta e di intervento dalla chiamata, e un adeguato tempo di risoluzione delle problematiche con ripristino delle funzionalità (garanzia di disponibilità di parti di ricambio, up-time).</i> <i>Buona organizzazione del servizio di assistenza in termini di numerosità del personale qualificato coinvolto.</i>	0,8	12
	TOTALE	70			61

La Commissione da atto che l'offerta ha superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti su 70, e, pertanto, viene ammessa all'apertura dell'offerta economica.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare il verbale al RUP.

La seduta termina (in data di oggi 29/05/2026) alle ore 15:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott.ssa Marta Zaroccolo

Dott.ssa Chiara Orlandi

Dott.ssa Valentina Tabelli

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP PER LA MANIPOLAZIONE E DISPENSAZIONE DEI RADIOFARMACI GAMMA/BETA EMITTENTI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
COD. APPALTO "ISOLATORE_2026"
ID SINTEL 216460672
CIG BADA97236F

VERBALE DI APERTURA BUSTA ECONOMICA

Alle ore 14:35 del giorno 01/07/2026, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, si svolge la seduta riservata per l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e al controllo della completezza della documentazione economica presentata per la procedura in oggetto.

Sono presenti il dott. Sandro Possamai, Direttore del Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e RUP di gara e la dott.ssa Laura Trentin - Collaboratore Amministrativo dell'UOS Gare e segretario verbalizzante.

Il RUP prende preliminarmente atto che alla ditta partecipante è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

Si dà atto che la Commissione Giudicatrice ha terminato la valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'unica ditta partecipante Tema Sinergie S.p.A e assegnato i relativi punteggi.

Il RUP procede pertanto con la lettura del verbale redatto dalla stessa Commissione Giudicatrice datato 29/05/2026, del quale si richiama il punteggio complessivo assegnato alla ditta suddetta, di seguito riportato:

Denominazione Operatore Economico	Punteggio tecnico
Tema Sinergie S.p.A.	61

Si procede quindi con l'inserimento nella piattaforma SINTEL del punteggio assegnato all'offerta tecnica del concorrente come sopra indicato.

La seduta viene sospesa alle ore 15:00.

La seduta riprende alle ore 16:00.

Successivamente si procede con l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica prodotta dal concorrente e alla verifica della regolare presentazione della documentazione economica riscontrando la sua corrispondenza con quanto richiesto nel disciplinare.

L'offerta presentata dall'operatore Tema Sinergie S.p.A. pari a € 196.600,00 risulta inferiore all'importo a base d'asta fissato in € 199.500,00.

La documentazione economica sarà quindi inviata, ai sensi dell'art. 8 della lettera d'invito, alla Commissione Giudicatrice, per le valutazioni di competenza.

La seduta ha termine alle ore 16:25.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

IL TESTIMONE

f.to dott. Sandro Possamai

f.to dott.ssa Laura Trentin

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP PER LA MANIPOLAZIONE E DISPENSAZIONE DEI RADIOFARMACI GAMMA/BETA EMITTENTI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
 COD. APPALTO "ISOLATORE_2026"
 ID SINTEL 216460672
 CIG BADA97236F

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTA ECONOMICA

Alle ore 14:00 del 10/07/2026 si riunisce in seduta riservata tramite la piattaforma Google Meet, per la valutazione dell'offerta economica presentata per la procedura in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 53921 del 13/05/2026, così composta:

- Presidente:** Dott.ssa Marta Zaroccolo – Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
Componenti: Dott.ssa Chiara Orlandi – Dirigente Fisico presso l'U.O.C. Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
 Dott.ssa Valentina Tabelli – Dirigente Farmacista responsabile dell'U.O.S. Unità Farmaci Antitumorali dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione procede, ai sensi dell'art. 8 della lettera d'invito, alla valutazione dell'offerta economica dell'unica ditta partecipante, Tema Sinergie S.p.A..

Viene analizzata l'offerta economica dettagliata, resa secondo lo schema d'offerta allegato alla lettera d'invito di seguito riepilogata, riscontrando che l'importo complessivo offerto pari a € 196.600,00 risulta inferiore all'importo a base d'asta fissato in € 199.500,00:

1) fornitura di n. 1 isolatore schermato a flusso laminare di classe A GMP con garanzia full risk per 24 mesi

Descrizione apparecchiatura / componente	Nome Commerciale / modello	Codice	Prezzo offerto per la fornitura dell'apparecchiatura comprensiva di consegna, installazione, collaudo e garanzia full risk 24 mesi (IVA 22% esclusa)
Isolatore schermato per Gallio 68 – Pb 50	NMC GALLIA 50	NM-0068	€ 111.551,00
Attuatore motorizzato per il calibratore di dose	CAL-TIGHT ACT	NM-A015	€ 3.609,00
Camere per rifiuti ventilata Classe B	WD Gallia	PS-A565	€ 6.803,00
Controllo velocità flusso laminare e temperatura	LAF CHECK	PS-A303	€ 1.311,00
Controllo di prese interne (fino a 3) dal pannello di controllo dell'isolatore	SOCK CONT	PS-A307	€ 1.908,00

Monitoraggio e controllo continuo della radiazione sull'aria di scarico delle celle calde	<i>CES I</i>	<i>PS-A310</i>	€ 3.564,00
Monitor della temperature e umidità relativa dell'aria all'interno della box	<i>T & RH%</i>	<i>PS-A326</i>	€ 1.646,00
Modulo per la gestione dei cicli di sterilizzazione VHP	<i>VHP MODE</i>	<i>PS-A304</i>	€ 2.759,00
Finestra ampia	<i>WIDE GLASS</i>	<i>EX-GL</i>	€ 5.021,00
Calibratore di dose	<i>CRC RPh</i>	<i>HL-A720</i>	€ 14.113,00
Software del calibratore di dose	<i>CALIBRATOR VIEWER</i>	<i>CAL-VIE</i>	€ 7.473,00
Controllo automatico del ricambio d'aria completo di anemometro digitale certificato di calibrazione e ventilatore	<i>M3 CONT+</i>	<i>PS-A300</i>	€ 2.858,00
TOTALE			€ 162.616,00

2) assistenza tecnica full risk per 36 mesi (post garanzia di 24 mesi)

Canone mensile di assistenza tecnica FULL RISKS (IVA 22% esclusa)	Canone ANNUO di assistenza tecnica FULL RISKS (IVA esclusa)	importo TRIENNALE post garanzia di 24 mesi per l'assistenza tecnica FULL RISKS (IVA esclusa)
€ 944,00	€ 11.328,00	€ 33.984,00

Sulla base di quanto previsto dalla lettera d'invito, viene assegnato il seguente punteggio economico:

Operatore Economico	Offerta economica complessiva (Iva esclusa)	Punteggio economico
Tema Sinergie S.p.A	€ 196.600	30

Si procede quindi con la somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica con il punteggio assegnato all'offerta economica individuando il punteggio complessivo come segue:

Operatore Economico	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
Tema Sinergie S.p.A	61	30	91

L'offerta della ditta presenta sia il punteggio tecnico sia il punteggio economico, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti.

La Commissione propone di aggiudicare la *fornitura di isolatore schermato a flusso laminare di classe A GMP per la manipolazione e dispensazione dei radiofarmaci gamma/beta emittenti comprensiva del servizio di assistenza tecnica full risk per l'Azienda ULSS n. 8 Berica* alla ditta Tema Sinergie S.p.A di Faenza (RA), nei termini indicati nella tabella sopra riportata, con la precisazione che l'aggiudicazione verrà disposta, ai sensi dell'art. 110 del D Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, previa verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 8 della lettera d'invito.

La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

La seduta ha termine alle ore 15:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott.ssa Marta Zaroccolo

Dott.ssa Chiara Orlandi

Dott.ssa Valentina Tabelli

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP PER LA MANIPOLAZIONE E DISPENSAZIONE DEI RADIOFARMACI GAMMA/BETA EMITTENTI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

COD. APPALTO "ISOLATORE_2026"

ID SINTEL 216460672

CIG BADA97236F

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

Il giorno 30/07/2026, alle ore 14:30, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Dott. Sandro Possamai - procede con la valutazione della congruità dell'offerta presentata in merito alla procedura negoziata per la *fornitura di isolatore schermato a flusso laminare di classe A GMP per la manipolazione e dispensazione dei radiofarmaci gamma/beta emittenti comprensiva del servizio di assistenza tecnica full risk.*

Premesso che nel corso della seduta di valutazione delle buste relative alle offerte economiche del 10/07/2026, l'offerta presentata da Tema Sinergie S.p.A. è risultata soggetta alla verifica di congruità, ai sensi dell'art. 8 della Lettera d'invito, in quanto presenta sia il punteggio tecnico sia il punteggio economico, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti.

Con nota prot. n. 78568 del 13/07/2026, al fine di verificare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta economica presentata, sono state chieste al suddetto operatore economico le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto.

Considerate le giustificazioni inviate a mezzo piattaforma Sintel dalla concorrente Tema Sinergie S.p.A (comunicazione n. 222687549 del 30/07/2026), il Responsabile Unico del Progetto ritiene l'offerta complessivamente congrua, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, co. 2 del D.Lgs n. 36/2023.

Vicenza, 30 luglio 2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
f.to Dott. Sandro Possamai