

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1689 DEL 23/09/2026

O G G E T T O

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI “SISTEMI PER CHIRURGIA ORL E DELL’ORECCHIO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO”: AGGIUDICAZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1497/26

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1549 del 15/09/2025 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, una procedura di gara per la fornitura di "*Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo*", suddivisa in 2 lotti, per un periodo di trenta mesi ed un importo a base d'asta complessivo di € 188.000,00 IVA esclusa;

in data 17/09/2025, con ID 207359420, è stata quindi pubblicata sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura di gara di cui sopra, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento;

nell'ambito di tale procedura di gara, la cui richiesta di offerta è stata pubblicata contestualmente sul sito dell'Azienda Ulss 8 Berica, sono state invitate a presentare offerta, entro il giorno 15/10/2025, tutte le ditte registrate ed abilitate alla piattaforma SINTEL;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

- Conmed Italia S.r.l. Lotti 1 e 2;
- Medtronic Italia S.p.a. Lotti 1 e 2;

in data 16/10/2025, in seduta riservata (come da verbale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - Allegato 1), il RUP, alla presenza di due testimoni, ha proceduto, tramite l'utilizzo della piattaforma, a verificare la regolare presenza della documentazione amministrativa pervenuta, constatando la completezza della documentazione presentata da tutte le ditte partecipanti;

la Commissione Giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, con nota prot. n. 0121594/25 del 25/11/2025, si è riunita in varie date, per la verifica della regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, nonché per la valutazione qualitativa e l'attribuzione dei punteggi di qualità secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara e, con nota prot. n. 0073291/26 del 30/06/2026, ha trasmesso al RUP il verbale relativo ai lavori svolti recante i punteggi qualità attribuiti alle ditte partecipanti (Allegato 2), verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

in base alle valutazioni ivi contenute si prende atto dei punteggi di seguito attribuiti:

Lotto	Ditta	Punteggio
1	Conmed Italia S.r.l.	48
	Medtronic Italia S.p.a.	68
2	Conmed Italia S.r.l.	51
	Medtronic Italia S.p.a.	70

successivamente, in data 08/07/2026, la Commissione Giudicatrice ha proceduto con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in seduta riservata come da verbale (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare di gara, entrambe le ditte sono state ammesse, per entrambi i lotti, alla successiva fase di gara, avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia di 42/70;

la graduatoria, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale
1	1^	Medtronic Italia S.p.a.	€ 41.187,50	68	30	98
	2^	Conmed Italia S.r.l.	€ 51.087,49	48	24,19	72,19
2	1^	Medtronic Italia S.p.a.	€ 128.000,00	70	30	100
	2^	Conmed Italia S.r.l.	€ 132.399,00	51	29	80

si propone pertanto l'aggiudicazione dei lotti n. 1 e 2 della procedura di gara avente per oggetto la fornitura di *“Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo”* alla ditta Medtronic Italia S.p.a., per un periodo di mesi 30, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio, come da offerte di seguito riepilogate:

Lotto 1 - CIG B8426FB6F6

Lotto	Voce	Descrizione	Fabbis.	Canone annuo di noleggio/ manutenzione (per n.1 apparecchiatura)	Importo annuo di spesa per il totale delle apparecchiature (Iva escl.)
1	A	Consolle IPC 1898001 INTEGRATED POWER CONSOLE, con pedale di controllo IPC multifunzionale 1898430 e cavo di alimentaz.	2	€ 200,00	€ 1.000,00
	B	Manipolo Microdebrider StraightShot M5 alta velocità con aspirazione in linea 1899200	4	€ 150,00	
	Voce	Descrizione	Fabb. Annuo	Prezzo unit. offerto	Importo annuo di spesa (Iva escl.)
	C	Lame monouso per Chirurgia Rino-Sinusale Lame Tricut XPS e Curve RAD codici vari	125	€ 115,00	€ 14.375,00
	D	Kit Irrigazione monouso	125	sono compresi all'interno delle confezioni di lame rette offerte alle voci C ed E	€ 0,00
	E	Lame monouso per chirurgia della laringe (Lame laringee Skimmer punta angolata, Lame Tricut® punta retta / angolata XPS, Lame tracheali) codici vari	5	€ 220,00	€ 1.100,00
Importo complessivo annuale Iva 22% esclusa (comprensivo delle voci A, B, C, D, E)					16.475,00 €
Importo complessivo per la durata contrattuale 30 mesi - Iva 22% Esclusa					41.187,50 €
Importo complessivo per la durata contrattuale 30 mesi - Iva 22% Inclusa					50.248,75 €

Lotto 2 - CIG B842762BF4

Lotto	Voce	Descrizione	Fabbis.	Canone annuo di noleggio/ manutenzione (per n. 1 apparecchiatura)	Importo annuo di spesa per il totale delle apparecchiature (Iva escl.)
2	A	Consolle IPC 1898001 INTEGRATED POWER CONSOLE, con pedale di controllo IPC multifunzionale 1898430 e cavo di alimentaz.	4	€ 200,00	€ 2.000,00
	B	Trapani per chirurgia dell'orecchio ENT MR8™ con attacchi	5	€ 240,00	
	Voce	Descrizione	Fabb. Annuo	Prezzo unit. offerto	Importo annuo di spesa (Iva escl.)
	C	Frese monouso per Orecchio da taglio - diamantate ref. vari	420	€ 110,00	€ 46.200,00
	D	Kit Irrigazione monouso ENT MR8™ ref. 1847IRTUBBX - 1847IRTUBEA	100	€ 30,00	€ 3.000,00
Importo complessivo annuale Iva esclusa (comprensivo delle voci A, B, C, D)					€ 51.200,00
Importo complessivo per la durata contrattuale 30 mesi - Iva 22% Esclusa					€ 128.000,00
Importo complessivo per la durata contrattuale 30 mesi - Iva 22% Inclusa					€ 156.160,00

la spesa stimata complessiva per 30 mesi è pari ad € 169.187,50 (Iva 22% esclusa);

si dà atto che, in attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1395 del 6 agosto 2026, la dott.ssa Margherita Andretta, in qualità di Responsabile del progetto sperimentale «*Governance integrata dei processi farmaceutici aziendali*», ha espresso il proprio assenso all'adozione del presente provvedimento, per i profili di competenza relativi al governo della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 3.008,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con Deliberazione n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- di aggiudicare, a conclusione della procedura, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta Medtronic Italia S.p.a. la fornitura di “*Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo*”, per un periodo di mesi 30, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio, per un importo complessivo di spesa di € 206.408,75 (Iva 22% inclusa), come di seguito dettagliato:

Lotto 1 - CIG B8426FB6F6

Lotto	Voce	Descrizione	Fabbis.	Canone annuo di noleggio/ manutenzione (per n.1 apparecchiatura)	Importo annuo di spesa per il totale delle apparecchiature (Iva escl.)
1	A	Consolle IPC 1898001 INTEGRATED POWER CONSOLE, con pedale di controllo IPC multifunzionale 1898430 e cavo di alimentaz.	2	€ 200,00	€ 1.000,00
	B	Manipolo Microdebrider StraightShot M5 alta velocità con aspirazione in linea 1899200	4	€ 150,00	
	Voce	Descrizione	Fabb. Annuo	Prezzo unit. offerto	Importo annuo di spesa (Iva escl.)
	C	Lame monouso per Chirurgia Rino-Sinusale Lame Tricut XPS e Curve RAD codici vari	125	€ 115,00	€ 14.375,00
	D	Kit Irrigazione monouso	125	sono compresi all'interno delle confezioni di lame rette offerte alle voci C ed E	€ 0,00
	E	Lame monouso per chirurgia della laringe (Lame laringee Skimmer punta angolata, Lame Tricut® punta retta / angolata XPS, Lame tracheali) codici vari	5	€ 220,00	€ 1.100,00
Importo complessivo annuale Iva 22% esclusa (comprensivo delle voci A, B, C, D, E)					16.475,00 €
Importo complessivo per la durata contrattuale 30 mesi - Iva 22% Esclusa					41.187,50 €
Importo complessivo per la durata contrattuale 30 mesi - Iva 22% Inclusa					50.248,75 €

Lotto 2 - CIG B842762BF4

Lotto	Voce	Descrizione	Fabbis.	Canone annuo di noleggio/ manutenzione (per n. 1 apparecchiatura)	Importo annuo di spesa per il totale delle apparecchiature (Iva escl.)
2	A	Consolle IPC 1898001 INTEGRATED POWER CONSOLE, con pedale di controllo IPC multifunzionale 1898430 e cavo di alimentaz.	4	€ 200,00	€ 2.000,00
	B	Trapani per chirurgia dell'orecchio ENT MR8™ con attacchi	5	€ 240,00	
	Voce	Descrizione	Fabb. Annuo	Prezzo unit. offerto	Importo annuo di spesa (Iva escl.)
	C	Frese monouso per Orecchio da taglio - diamantate ref. vari	420	€ 110,00	€ 46.200,00
	D	Kit Irrigazione monouso ENT MR8™ ref. 1847IRTUBBX - 1847IRTUBEA	100	€ 30,00	€ 3.000,00
Importo complessivo annuale Iva esclusa (comprensivo delle voci A, B, C, D)					€ 51.200,00
Importo complessivo per la durata contrattuale 30 mesi - Iva 22% Esclusa					€ 128.000,00
Importo complessivo per la durata contrattuale 30 mesi - Iva 22% Inclusa					€ 156.160,00

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
3. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente Deliberazione verrà imputato, per un ammontare pari ad € 206.408,75 (Iva 22% inclusa), tra i costi sul conto 54.02.126/ECO del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2026 - 2029 e ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:
 - anno 2026 € 23.000,00;
 - anno 2027 € 82.563,50;
 - anno 2028 € 82.563,50;
 - anno 2029 € 18.281,75;
4. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Anna Radin, Direttore U.O.C. Farmacia Vicenza;
5. ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n. 801 del 10/06/2020, si riserva la quota massima distribuibile al personale del comparto, per l'intero periodo di durata contrattuale, pari a 30 mesi, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, pari ad € 3.008,00;

6. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 207359420 del 17/09/2025;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



**VERBALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN ORDINE
ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI
"SISTEMI PER CHIRURGIA ORL E DELL'ORECCHIO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO"
- ID SINTEL 207359420**

L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì 16 del mese di ottobre, alle ore 12.30, in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si è svolta la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine alla procedura di gara per la fornitura in service di "*Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo*" di cui alla Richiesta di Offerta ID SINTEL 207359420.

Presiede la seduta il RUP alla presenza di due testimoni:

dott. Sandro Possamai	Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Chiara Menin	Collaboratore Amministrativo
dott.ssa Elisa Borin	Collaboratore Amministrativo

Preliminarmente il RUP, alla presenza di due testimoni, verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo ed il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro il termine previsto (entro le ore 14.00 del giorno 15/10/2025). Sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

- Conmed Italia S.r.l.;
- Medtronic Italia S.p.a.;

Il RUP alla presenza di due testimoni:

- verifica la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica la corretta apposizione della firma digitale da parte degli offerenti nei documenti presentati;
- procede all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" contenente la Documentazione amministrativa;
- ammette al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale nei documenti presentati, la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Successivamente si prosegue con il download della documentazione amministrativa e successivamente all'esame della stessa per verificare la completezza documentale e la correttezza della firma digitale secondo quanto disposto all'art. 4 Modalità di partecipazione - "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Al termine dell'esame della documentazione prodotta, risultando completa e regolare la documentazione pervenuta, si ammettono i concorrenti alla fase successiva.

La seduta ha termine alle ore 13.10. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Firmato Dott. Sandro Possamai

Firmato Dott.ssa Chiara Menin

Firmato Dott.ssa Elisa Borin

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS. 508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
"Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo"
ID SINTEL 207359420
PRIMO INCONTRO

In data 16/01/2026 alle ore 15:00 si è riunita presso la sala riunioni della Farmacia Ospedaliera dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di "Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo" ID SINTEL 207359420

La Commissione, nominata con prot. 121594/2025, risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Viola Donadello - Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Ospedaliera
Componenti: Dott. Antonio Frisina - Dirigente medico U.O.C. Otorinolaringoiatria Valdagno
Sig. Massimo Fornasier - Gruppo Operatorio Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Alla gara sono state ammesse le seguenti Ditte:

CONMED ITALIA S.r.l. lotti 1, 2
Medtronic Italia S.p.A. lotti 1, 2

La Commissione inizia l'analisi della documentazione del lotto 1 in base a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Completata la disamina della documentazione trasmessa dalla ditta CONMED ITALIA S.r.l, la Commissione, decide di chiedere alla ditta un chiarimento cioè di indicare in quale documento sia possibile evincere la velocità di oscillazione e rotazione del manipolo offerto.

La Commissione ritiene la documentazione presentata dalla ditta Medtronic Italia S.p.A. completa e conforme.

La Commissione concorda di riunirsi nuovamente in data 23/01/2026 alle ore 14:30 per proseguire il lavoro e analizzare la documentazione del lotto 2.

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 15:30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE F.to Dott.ssa Viola Donadello

Firma oscurata ai sensi delle linee guida
del Garante per la Privacy

I COMPONENTI F.to Dott. Antonio Frisina

Firma oscurata ai sensi delle linee guida
del Garante per la Privacy

F.to Sig. Massimo Fornasier

Firma oscurata ai sensi delle linee guida
del Garante per la Privacy

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
"Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo"
ID SINTEL 207359420
SECONDO INCONTRO

In data 23/01/2026 alle ore 14:30 si riunisce, presso la sala riunioni della Farmacia Ospedaliera dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata al fine proseguire la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura "Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo" ID SINTEL 207359420.

La Commissione, nominata con prot. 121594/2025, risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Viola Donadello - Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Ospedaliera
Componenti: Dott. Antonio Frisina - Dirigente medico U.O.C. Otorinolaringoiatria Valdagno
Sig. Massimo Fornasier - Gruppo Operatorio Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione inizia l'analisi della documentazione del lotto 2 in base a quanto previsto dal disciplinare di gara.

La Commissione ritiene la completa e conforme la documentazione tecnica dei lotti 1 e del lotto 2 presentata da entrambe le ditte partecipanti, CONMED ITALIA S.r.l. e Medtronic Italia S.p.A..

La Commissione, successivamente, concorda di delegare i due componenti della Commissione, a presenziare alla visione e prova dei sistemi presentati dalle ditte offerenti e, nello specifico il sig. Massimo Fornasier per l' U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza e il dott. Antonio Frisina per l' U.O.C. Otorinolaringoiatria Valdagno.

La Commissione concorda di riunirsi nuovamente al termine delle prove effettuate per l'assegnazione dei punteggi.

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 16:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE F.to Dott.ssa Viola Donadello
Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

I COMPONENTI F.to Dott. Antonio Frisina
Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

F.to Sig. Massimo Fornasier
Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
"Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo"
ID SINTEL 207359420
VALUTAZIONE CAMPIONATURA/VISIONE DEI SISTEMI OFFERTI

Si dà atto che, presso l' U.O.C. Otorinolaringoiatria Presidio Ospedaliero di Vicenza, alla presenza del sig. Massimo Fornasier, delegato dalla Commissione Giudicatrice

nelle date 02.02.2026 e 05.03.2026 la ditta Conmed ha presentato i sistemi offerti nei lotti 1 e 2,
nelle date 09.02.2026 e 27.02.2026 la ditta Medtronic ha presentato i sistemi offerti nei lotti 1 e 2

Si procede all'analisi della visione dei sistemi offerti e della campionatura dei relativi dispositivi e, in particolare:
alla verifica del funzionamento dei programmi in merito alla loro facilità di lettura ed esecuzione;
al funzionamento ed efficacia dei sistemi di allarme,
al sistema di regolazione della velocità,
alla potenza, velocità (minima e massima) e rumorosità
alla leggerezza, manovrabilità, facilità d'uso e facilità di innesto

Il componente della Commissione Giudicatrice

- Sig. Massimo Fornasier -

**Firma oscurata ai sensi delle
linee guida del Garante per la
Privacy**

Si dà atto che, presso l' U.O.C. Otorinolaringoiatria Presidio Ospedaliero di Valdagno, alla presenza del dr. Antonio Frisina, delegato dalla Commissione Giudicatrice

nelle date 10.02.2026 e 23.03.2026 la ditta Conmed ha presentato i sistemi offerti nei lotti 1 e 2;
in data 24.02.2026 la ditta Medtronic Italia ha presentato i sistemi offerti nei lotti 1 e 2

Si procede all'analisi della visione dei sistemi offerti e della campionatura dei relativi dispositivi e, in particolare:
alla verifica del funzionamento dei programmi in merito alla loro facilità di lettura ed esecuzione;
al funzionamento ed efficacia dei sistemi di allarme,
al sistema di regolazione della velocità,
alla potenza, velocità (minima e massima) e rumorosità
alla leggerezza, manovrabilità, facilità d'uso e facilità di innesto

Il componente della Commissione Giudicatrice

- Dr. Antonio Frisina -

**Firma oscurata ai sensi delle
linee guida del Garante per la
Privacy**

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
"Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo"
ID SINTEL 207359420
TERZO INCONTRO

In data 08/05/2026 alle ore 14:30 si riunisce, presso la sala riunioni della Farmacia Ospedaliera dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata al fine di completare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura "Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo" ID SINTEL 207359420.

La Commissione, nominata con prot. 121594/2025, risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Viola Donadello - Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Ospedaliera
Componenti: Dott. Antonio Frisina - Dirigente medico U.O.C. Otorinolaringoiatria Valdagno
Sig. Massimo Fornasier - Gruppo Operatorio Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione riepiloga quanto fatto e concordato:

- Relativamente all'analisi della documentazione del lotto 1, la ditta CONMED ITALIA S.r.l. ha risposto alla richiesta di chiarimenti della Commissione, indicando che la velocità di oscillazione e rotazione del manipolo offerto sono riportate a pagina 2 della Scheda Tecnica del debrider (REF MC9840) e a pagina 2 della Scheda Tecnica della consolle (REF D4000A). Pertanto la Commissione ha ritenuto la documentazione tecnica completa e conforme.

L'art. 8 del disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. 36/2023, ed il Presidente, ad inizio seduta, richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato di gara:

- a) Qualità: punteggio massimo - 70/100
- b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100

Il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito in base ai criteri ed i punti massimi specificati nell'art. 8 del disciplinare.

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 42 su 70** complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

I componenti dott. Antonio Frisina e sig. Massimo Fornasier relazionano alla Commissione in merito allo svolgimento delle prove visioni effettuate e le conseguenti valutazioni.

La Commissione procede quindi, previa condivisione, alla valutazione qualitativa delle offerte presentate e all'attribuzione dei seguenti punteggi:

Lotto 1: Fornitura in service di sistemi per la chirurgia ORL e relativi materiali di consumo

Lotto 1		CONMED ITALIA S.r.l.		Medtronic Italia S.p.A.	
Criteri di Valutazione	Punteggio max	Punti	Motivazione	Punti	Motivazione
Caratteristiche dei materiali di consumo					
Vasta gamma di frese / lame disponibili per forme, dimensioni e applicazioni chirurgiche; il punteggio sarà assegnato in base alla disponibilità di frese / lame adatte a soddisfare le esigenze cliniche delle Unità Operative richiedenti.	10	6	Il listino presenta una gamma di frese/lame per tipologia e numerosità sufficiente a soddisfare le esigenze cliniche.	10	Il listino presenta una gamma di frese/lame molto ampia per tipologia e numerosità che permette di soddisfare pienamente le esigenze cliniche.
Caratteristiche della consolle					
Facilità di lettura e di selezione/esecuzione dei programmi di funzionamento del sistema	4	3	Il display della consolle ha dimensioni ridotte e la lettura a distanza risulta difficoltosa.	4	Il display è ampio e la visione da lontano risulta facile. La lettura del display è di facile interpretazione.
Tipologia di allarme (verrà valutata l'efficacia dei sistemi di allarmi proposti)	2	1	Durante la prova di utilizzo la consolle non ha segnalato l'interruzione dell'irrigazione.	2	Gli allarmi si attivano regolarmente.
Sistema di regolazione della velocità	4	4	Il sistema di regolazione della velocità è ottimale.	4	Il sistema di regolazione della velocità è ottimale.
Possibilità di funzionamento della fresa anche senza l'utilizzo del pedale	2	0	Il funzionamento della fresa non è possibile senza l'utilizzo del pedale.	2	Il funzionamento della fresa è possibile anche senza l'utilizzo del pedale.
Possibilità di modulare / regolare gli step del sistema di irrigazione/lavaggio	3	1	Il sistema non permette l'irrigazione alternata. La consolle presenta 1 sola pompa per l'irrigazione.	3	Il sistema di regolazione dell'irrigazione permette di ridurre la velocità di irrigazione fino a 0,5 mL/min e consente l'irrigazione alternata. La consolle presenta 2 pompe per l'irrigazione quindi in caso di rottura di una pompa è possibile proseguire selezionando la seconda.
Caratteristiche del motore fornito					
Potenza, velocità (minima e massima) e rumorosità	10	6	La velocità di rotazione del debrider è sufficiente nonostante non raggiunga i requisiti di velocità previsti dal capitolato tecnico. La rumorosità del motore è accettabile.	10	Il debrider ha un motore che garantisce elevate velocità di rotazione e di oscillazione. La rumorosità del motore è accettabile.
Gamma di tipologie dei manipoli /trapani (per es. retto, curvo, ecc.)	10	10	Conforme alle esigenze dei reparti utilizzatori.	10	Conforme alle esigenze dei reparti utilizzatori.
Modalità di sanificazione e sterilizzazione	5	5	Le istruzioni per la sanificazione e la sterilizzazione sono chiare ed esaustive.	5	Le istruzioni per la sanificazione e la sterilizzazione sono chiare ed esaustive.
Ergonomia e facilità d'uso dei motori, trapani e dei manipoli					
Leggerezza, manovrabilità, facilità d'uso e facilità di innesto	20	12	Il debrider risulta leggero e facilmente manovrabile. L'innesto delle frese e delle lame non è semplice ed immediato per l'utilizzatore.	18	Il debrider risulta leggero e facilmente manovrabile. L'innesto delle frese e delle lame risulta molto semplice. Il manipolo presenta un sistema che consente la rotazione dell'asse della fresa.
		48		68	

Lotto 2: Fornitura in service di sistemi per la chirurgia dell'orecchio e relativi materiali di consumo

Lotto 2		CONMED ITALIA S.r.l.		Medtronic Italia S.p.A.	
Criteri di Valutazione	Punteggio max	Punti	Motivazione	Punti	Motivazione
Caratteristiche dei materiali di consumo					
Vasta gamma di frese / lame disponibili per forme, dimensioni e applicazioni chirurgiche: il punteggio sarà assegnato in base alla disponibilità di frese / lame adatte a soddisfare le esigenze cliniche delle Unità Operative non edenti.	10	6	Il listino presenta una gamma di frese per tipologia e numerosità (circa 40) sufficiente a soddisfare le esigenze cliniche.	10	Il listino presenta una gamma di frese molto ampia per tipologia e numerosità (circa 90) che permette di soddisfare pienamente le esigenze cliniche.
Caratteristiche della consolle					
Facilità di lettura e di selezione/esecuzione dei programmi di funzionamento del sistema	4	3	Il display della consolle ha dimensioni ridotte e la lettura a distanza risulta difficoltosa.	4	Il display è ampio e la visione da lontano risulta facile. La lettura del display è di facile interpretazione.
Tipologia di allarme (verrà valutata l'efficacia dei sistemi di allarmi proposti)	2	1	Durante la prova di utilizzo la consolle non ha segnalato l'interruzione dell'irrigazione.	2	Gli allarmi si attivano regolarmente.
Sistema di regolazione della velocità	4	4	Il sistema di regolazione della velocità è ottimale.	4	Il sistema di regolazione della velocità è ottimale.
Possibilità di funzionamento della fresa anche senza l'utilizzo del pedale	2	0	Il funzionamento della fresa non è possibile senza l'utilizzo del pedale.	2	Il funzionamento della fresa è possibile anche senza l'utilizzo del pedale.
Possibilità di modulare / regolare gli step del sistema di irrigazione/lavaggio	3	1	Il sistema non permette l'irrigazione alternata. La consolle presenta 1 sola pompa per l'irrigazione.	3	Il sistema di regolazione dell'irrigazione permette di ridurre la velocità di irrigazione fino a 0,5 mL/min e consente l'irrigazione alternata. La consolle presenta 2 pompe per l'irrigazione quindi in caso di rottura di una pompa è possibile proseguire selezionando la seconda.
Caratteristiche del motore fornito					
Potenza, velocità (minima e massima) e rumorosità	10	6	Il motore del trapano ha una sufficiente potenza (30 Watt) e una buona velocità (80.000 giri/minuto). La rumorosità del trapano è accettabile (75 dBA).	10	Il motore del trapano ha un'ottima potenza (154 Watt) e una buona velocità (75.000 giri/minuto). La rumorosità del trapano è bassa (minore di 55 dBA).
Gamma di tipologie dei manipoli /trapani (per es. retto, curvo, ecc.)	10	10	La punta del trapano può essere angolata di 20° e pertanto è possibile soddisfare adeguatamente le esigenze chirurgiche senza dover utilizzare diversi manipoli (retti e angolati).	10	Disponibilità di manipoli retti e angolati per soddisfare adeguatamente le diverse esigenze chirurgiche.
Modalità di sanificazione e sterilizzazione	5	5	Le istruzioni per la sanificazione e la sterilizzazione sono chiare ed esaustive.	5	Le istruzioni per la sanificazione e la sterilizzazione sono chiare ed esaustive.
Ergonomia e facilità d'uso dei motori, trapani e dei manipoli					
Leggerezza, manovrabilità, facilità d'uso e facilità di innesto	20	15	Il trapano risulta manovrabile anche se non molto leggero (150 g). L'innesto delle frese risulta semplice.	20	Il trapano risulta leggero (87 g) e facilmente manovrabile. L'innesto delle frese risulta molto semplice.
		51		70	

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 16.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE F.to Dott.ssa Viola Donadello

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

I COMPONENTI F.to Dott. Antonio Frisina

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

F.to Sig. Massimo Fornasier

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI PER CHIRURGIA ORL E DELL'ORECCHIO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO" ID SINTEL 207359420

Alle ore 13.25 del 08.07.2026, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, per la lettura dei verbali di valutazione qualitativa e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla procedura per la fornitura in service di "Sistemi per chirurgia ORL e dell'orecchio e relativi materiali di consumo", di cui alla Richiesta di Offerta ID SINTEL 207359420.

La Commissione, nominata con nota prot. 0121594/25 del 25.11.2025, risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Viola Donadello, Dirigente Farmacista presso U.O.C. Farmacia Ospedaliera;

Componenti: Dott. Antonio Frisina – Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria di Valdagno (collegato in videoconferenza);

Sig. Massimo Fornasier – Infermiere c/o Gruppo Operatorio di Vicenza (collegato in videoconferenza).

Sono altresì presenti la dott.ssa Chiara Menin e la dott.ssa Elisa Borin, collaboratori Amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e accerta che, tramite l'area comunicazioni della piattaforma SINTEL, è stata data preventiva comunicazione dello svolgimento della seduta odierna di apertura delle offerte economiche, alle ditte partecipanti della procedura di gara in parola.

Il Presidente procede pertanto alla lettura dei verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice, trasmessi con nota prot. 0073291/26 del 30.06.2026.

I punteggi complessivi assegnati alle offerte, sulla scorta di quanto indicato nei verbali sopra richiamati, sono di seguito riportati:

Lotto	Ditta	Punteggio
1	Conmed Italia S.r.l.	48
	Medtronic Italia S.p.a.	68
2	Conmed Italia S.r.l.	51
	Medtronic Italia S.p.a.	70

Come previsto dall'art. 7 del Disciplinare di gara, tutte le ditte sono ammesse alla successiva fase di gara per entrambi i lotti, avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia di 42/70.

La Commissione, successivamente, procede, per ogni lotto, a riscontrare la presenza delle buste "Offerta Economica" presentate dai concorrenti ammessi alla fase successiva di apertura delle buste economiche, nonché ad effettuare il download della documentazione d'offerta ivi contenuta.

Successivamente vengono aperte le buste economiche di ciascun offerente e, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati i punteggi delle offerte economiche (punteggio prezzo).

Si procede quindi con la somma dei punteggi assegnati alle offerte tecniche con i punteggi assegnati alle offerte economiche individuando i punteggi complessivi e relativa graduatoria finale, nei termini indicati nelle tabelle di seguito riportate:

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	punteggio qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale
1	1^	Medtronic Italia S.p.a.	€ 41.187,50	68	30	98
	2^	Conmed Italia S.r.l.	€ 51.087,49	48	24,19	72,19
2	1^	Medtronic Italia S.p.a.	€ 128.000,00	70	30	100
	2^	Conmed Italia S.r.l.	€ 132.399,00	51	29	80

La Commissione approva le graduatorie finali e propone quindi di aggiudicare i lotti della gara per la fornitura in service di *“Sistemi per chirurgia ORL e dell’orecchio e relativi materiali di consumo”* come di seguito riepilogato:

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto
1	1^	Medtronic Italia S.p.a.	€ 41.187,50
2	1^	Medtronic Italia S.p.a.	€ 128.000,00

La seduta ha termine alle ore 14.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Firmato dott.ssa Viola Donadello

Firmato dott. Antonio Frisina

Firmato Sig. Massimo Fornasier

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy