

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1676 DEL 23/09/2026

O G G E T T O

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
DI "SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE": ASSEGNAZIONE FORNITURA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1818/26

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1756 del 09.10.2025 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto della fornitura di “*Sonde per alimentazione ed aspirazione*”, suddivisa in n. 6 lotti, per il periodo di 36 mesi e l'importo a base d'asta complessivo di € 120.700,00 IVA esclusa;

in data 13.10.2025 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con ID 208452595, sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, tale indagine di mercato, aperta a tutti i fornitori iscritti, finalizzata all'assegnazione della fornitura di “*Sonde per alimentazione ed aspirazione*”, suddivisa in n. 6 lotti, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 04.11.2025, e assegnazione della fornitura per singolo lotto, valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di uno o più esperti;

successivamente, in data 24.10.2025, sono stati pubblicati su Sintel e sul sito aziendale, i riscontri alle richieste di chiarimento pervenute, con contestuale pubblicazione, su indicazione dell'U.O.C. Farmacia, di disciplinare di gara rettificato in relazione alla descrizione corretta del lotto n. 6;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- Benefis S.r.l.: lotti n. 2 e 4;
- Cair Italia S.r.l.: Lotto n. 1;
- Clini-Lab S.r.l.: lotto n. 4;
- Farmac-Zabban S.p.a.: lotto n. 4;
- Vygon Italia S.r.l.: lotti n. 2, 3, 5 e 6;
- HMC Premedical S.p.a.: lotti n. 1 e 6;
- Sim Italia S.r.l.: lotto n. 2;

sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara, in data 14.11.2025 è stato effettuato il download di tutta la documentazione e si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata, ritenuta regolare, come risulta da verbale allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), a farne parte integrante e sostanziale;

Lotto 1

	Ditta	Codici prodotti offerti	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
1A	Cair	NCE306PU, NCE308PU, NCE310PU	€ 1,25	€ 18.562,50
1B	Cair	NCE512AU, NCE514AU, NCE516AU	€ 2,35	
1A	HMC	LGLG6/120LG8/120LG10/120	€ 2,1900	€ 18.067,50
1B	HMC	LG12/120LG14/120LG16/120	€ 2,1900	

Lotto 2

Ditta	Codici prodotti offerti	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Vygon	391.10, 391.12, 391.14, 391.16, 391.18	€ 1,1500	€ 5.175,00
Benefis	194 1020 1, 194 1220 1, 194 1420 1, 194 1620 1, 194 1820 1	€ 0,3000	€ 1.350,00
Sim Italia	681012501 - 681212501 - 681412501 - 681612501 - 681812501	€ 1,3000	€ 5.850,00

Lotto 3

Ditta	Codici prodotti offerti	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Vygon	1391.12, 1391.14, 1391.16, 1391.18	€ 7,7300	€ 64.932,00

Lotto 4

Ditta	Codici prodotti offerti	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Clini-Lab	Sonda rettale ref. 54829 (CH 22) 54830 (CH 25)	€ 0,2900	€ 30.450,00
Farmac Zabban	Sonda rettale Ref.2803000022-CH22 Ref.2803000024-CH24	€ 0,1320	€ 13.860,00
Benefis	Sonda rettale ref. 199 2201 1 - 199 2401 1	€ 0,1500	€ 15.750,00

Lotto 5

Ditta	Codici prodotti offerti	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Vygon	70533.04, 70533.05, 70533.06, 70533.07	€ 0,4900	€ 8.820,00

Lotto 6

Ditta	Codici prodotti offerti	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Vygon	1340.16, 1340.18	€ 6,5400	€ 5.886,00
HMC	ST16 ST20	€ 6,2000	€ 5.580,00

in data 15.12.2025 è stata inoltrata la documentazione tecnica al gruppo di esperti, nominato con nota prot. n. 0128853/25 del 15.12.2025, per la verifica degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate;

con nota prot. 0093867/26 del 25.08.2026, allegata alla presente (Allegato 2), gli esperti hanno, per le motivazioni ivi specificate, proposto l'affidamento della fornitura in argomento alle seguenti ditte:

Lotto	Ditte
1	Cair Italia S.r.l.
2	Vygon Italia S.r.l.
3	Vygon Italia S.r.l.
4	Farmac -Zabban S.p.a.
5	Vygon Italia S.r.l.
6	HMC Premedical S.p.a.

in tale relazione viene altresì rilevato che le ditte Benefis S.r.l. e Clini-Lab S.r.l. hanno presentato per il lotto n. 4 offerta superiore alla base d'asta prevista dal disciplinare a pena di esclusione e pertanto tali ditte sono state escluse dall'indagine di mercato;

in data 27.08.2026 si è quindi proceduto all'affidamento diretto alle ditte individuate dal Gruppo di Esperti;

le ditte, entro il termine previsto, hanno dichiarato che i prodotti presentati in fase di indagine di mercato sono i medesimi offerti in fase di affidamento diretto, al contempo confermando le medesime condizioni offerte nell'indagine di mercato, di seguito riepilogate:

Lotto 1 – Ditta Cair Italia S.r.l. – ID Sintel 223585424 - CIG BCC77EB2F4

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	Prezzo unit. (Iva escl.)	CND - RDM	Importo annuo (Iva 22% escl.)
1071824 - 1074007	Sonda naso gastrica pediatrica, diametro da 6 CH a 10 CH circa, lungh. 110 cm circa ref. NCE306PU, NCE308PU, NCE310PU	250	€ 1,25	G02020101 1386515 - 2610053 - 2610054	312,50 €
1074009 – 1074980 – 1074985 - 1074989	Sonda naso gastrica, diametro da 12 CH a 16 CH, lungh. 130 cm circa ref. NCE512AU, NCE514AU, NCE516AU	2.500	€ 2,35	G02020101 2624880 – 2624868- 2624881	5.875,00 €
Importo complessivo ANNUALE (Iva 22% esclusa)					€ 6.187,50
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% esclusa)					€ 18.562,50
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% inclusa)					€ 22.646,25

Lotti 2, 3 e 5 – Ditta Vygon Italia S.r.l. – ID Sintel 223586575 - CIG BCC78A6D42

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	Prezzo unit. (Iva escl.)	CND - RDM	Importo annuo (Iva 22% escl.)
107817 107818 107819 107820 107821	Sonda gastrica, diametro da 10 CH a 18 CH lungh. 120 cm circa ref. 391.10 - 391.12 - 391.14 - 391.16 - 391.18	1.500	€ 1,15	G02020102 - 70173	€ 1.725,00
1074008 1075110 1075111	Sonda gastrica, diametro da 12 CH a 18 CH lungh. 120 cm circa ref. 1391.12 - 1391.14 - 1391.16 - 1391.18	2.800	€ 7,73	G02020102 - 58749	€ 21.644,00
107456 107464 1073220	Sonda aspirazione, diametro da 4 CH a 6 CH, lungh. 30 cm circa ref. 70533.04 - 70533.05 - 70533.06 - 70533.07	6.000	€ 0,49	R05010101 - 2385375	€ 2.940,00
Importo complessivo ANNUALE (Iva 22% esclusa)					€ 26.309,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% esclusa)					€ 78.927,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% inclusa)					€ 96.290,94

Lotto 4 – Ditta Farmac - Zabban S.p.a. – ID Sintel 223587740 - CIG BCC77BBB55

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	Prezzo unit. (Iva escl.)	CND - RDM	Importo annuo (Iva 22% escl.)
107852	Sonda rettale, diametro da 22 CH a 24 CH, lungh. 40 cm circa - ref. CH 22 Cod. 2803000022 CH 24 Cod. 2803000024	35.000	€ 0,132	G020301 - 1984560	4.620,000 €
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% esclusa)					€ 13.860,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% inclusa)					€ 16.909,20

Lotto 6 – Ditta HMC Premedical S.p.a. – ID Sintel 223588738 - CIG BCC76B317C

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	Prezzo unit. (Iva escl.)	CND - RDM	Importo annuo (Iva 22% escl.)
107A3112010 107A3112014 107A3112034 107A3112073 1075392 - 1075393	Sonda PU, diametro da 16 CH a 18 CH, lungh. 120 cm circa ref. ST16, ST18	300	€ 6,20	G02020101 - 2906048	€ 1.860,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% esclusa)					€ 5.580,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% inclusa)					€ 6.807,60

nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 0440315 del 28.07.2026 dalla Regione Veneto non è presente per i dispositivi in argomento un prezzo O.P.R.V.E. di riferimento, ma le quotazioni proposte a questa Azienda Sanitaria risultano in linea ed in alcuni casi più favorevoli rispetto a quelle praticate ad altre Aziende Sanitarie della Regione Veneto;

si dà atto che, in attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1395 del 06.08.2026, la dott.ssa Margherita Andretta, in qualità di Responsabile del progetto sperimentale «*Governance integrata dei processi farmaceutici aziendali*», ha espresso il proprio assenso all'adozione del presente provvedimento, per i profili di competenza relativi al governo della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici;

si propone pertanto di assegnare la fornitura di “*Sonde per alimentazione ed aspirazione*”, alle ditte Cair Italia S.r.l. (lotto n. 1), Vygon Italia S.r.l. (lotti n. 2, 3 e 5), Farmac – Zabban S.p.a. (lotto n. 4) e HMC Premedical S.p.a. (lotto n. 6) per un importo complessivo triennale pari ad € 116.929,50 (Iva 22% esclusa), comunque fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.931,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di “*Sonde per alimentazione ed aspirazione*”, rispettivamente alle ditte Cair Italia S.r.l. (lotto n. 1), Vygon Italia S.r.l. (lotti n. 2, 3 e 5), Farmac – Zabban S.p.a. (lotto n. 4) e HMC Premedical S.p.a. (lotto n. 6), per il periodo di 36 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto (fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale), come da relazione allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 e 2), alle condizioni economiche di seguito dettagliate:

Lotto 1 – Ditta Cair Italia S.r.l. – ID Sintel 223585424 - CIG BCC77EB2F4

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	Prezzo unit. (Iva escl.)	CND - RDM	Importo annuo (Iva 22% escl.)
1071824 - 1074007	Sonda naso gastrica pediatrica, diametro da 6 CH a 10 CH circa, lungh. 110 cm circa ref. NCE306PU, NCE308PU, NCE310PU	250	€ 1,25	G02020101 1386515 - 2610053 - 2610054	312,50 €
1074009 1074980 1074985 - 1074989	Sonda naso gastrica, diametro da 12 CH a 16 CH, lungh. 130 cm circa ref. NCE512AU, NCE514AU, NCE516AU	2.500	€ 2,35	G02020101 2624880 - 2624868- 2624881	5.875,00 €
Importo complessivo ANNUALE (Iva 22% esclusa)					€ 6.187,50
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% esclusa)					€ 18.562,50
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% inclusa)					€ 22.646,25

Lotti 2, 3 e 5 – Ditta Vygon Italia S.r.l. – ID Sintel 223586575 - CIG BCC78A6D42

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	Prezzo unit. (Iva escl.)	CND - RDM	Importo annuo (Iva 22% escl.)
107817 107818 107819 107820 107821	Sonda gastrica, diametro da 10 CH a 18 CH lungh. 120 cm circa ref. 391.10 - 391.12 - 391.14 - 391.16 - 391.18	1.500	€ 1,15	G02020102 - 70173	€ 1.725,00
1074008 1075110 1075111	Sonda gastrica, diametro da 12 CH a 18 CH lungh. 120 cm circa ref. 1391.12 - 1391.14 - 1391.16 - 1391.18	2.800	€ 7,73	G02020102 - 58749	€ 21.644,00
107456 107464 1073220	Sonda aspirazione, diametro da 4 CH a 6 CH, lungh. 30 cm circa ref. 70533.04 - 70533.05 - 70533.06 - 70533.07	6.000	€ 0,49	R05010101 - 2385375	€ 2.940,00
Importo complessivo ANNUALE (Iva 22% esclusa)					€ 26.309,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% esclusa)					€ 78.927,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% inclusa)					€ 96.290,94

Lotto 4 – Ditta Farmac - Zabban S.p.a. – ID Sintel 223587740 - CIG BCC77BBB55

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	Prezzo unit. (Iva escl.)	CND - RDM	Importo annuo (Iva 22% escl.)
107852	Sonda rettale, diametro da 22 CH a 24 CH, lung. 40 cm circa - ref. CH 22 Cod. 2803000022 CH 24 Cod. 2803000024	35.000	€ 0,132	G020301 - 1984560	4.620,000 €
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% esclusa)					€ 13.860,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% inclusa)					€ 16.909,20

Lotto 6 – Ditta HMC Premedical S.p.a. – ID Sintel 223588738 - CIG BCC76B317C

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	Prezzo unit. (Iva escl.)	CND - RDM	Importo annuo (Iva 22% escl.)
107A3112010 107A3112014 107A3112034 107A3112073 1075392 - 1075393	Sonda PU, diametro da 16 CH a 18 CH, lung. 120 cm circa ref. ST16, ST18	300	€ 6,20	G02020101 - 2906048	€ 1.860,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% esclusa)					€ 5.580,00
Importo complessivo TRIENNALE (Iva 22% inclusa)					€ 6.807,60

2. di dare atto che i contratti saranno stipulati, ai sensi dell'art. 18 del del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
3. di nominare, quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Anna Radin – Direttore U.O.C. Farmacia Vicenza;
4. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 142.653,99 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 54.02.000126/ECO del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2026 / 2029 e ripartito orientativamente come segue:
 - anno 2026: € 11.900,00;
 - anno 2027: € 47.550,00;
 - anno 2028: € 47.550,00;
 - anno 2029: € 35.653,99;
5. nel quadro economico dei costi dell'appalto, si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.931,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento

adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

6. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nei documenti “disciplinare di gara”, individuati con ID Sintel 208452595 del 13.10.2025 e successivi ID Sintel 223585424 - CIG BCC77EB2F4, ID Sintel 223586575 - CIG BCC78A6D42 - ID Sintel 223587740 - CIG BCC77BBB55 e ID Sintel 223588738 - CIG BCC76B317C del 27.08.2026;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI
“SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE” – ID SINTEL 208452595**

VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Alle ore 09.00 del giorno 14 Novembre 2025, in Vicenza, presso gli uffici dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il RUP, dott. Sandro Possamai - Direttore dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ed i testimoni, dott.ssa Chiara Menin e dott.ssa Elisa Borin, Collaboratori Amministrativi della medesima UOC, procedono alla verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto.

Premesso che:

- con ID Sintel n. 208452595 questa Amministrazione ha pubblicato l’Indagine di mercato finalizzata al successivo affidamento diretto della fornitura di “Sonde per alimentazione ed aspirazione”, ai sensi dell’art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.lg.s n. 36/2023;
- entro i termini previsti (ore 15:00 del 04/11/2025) hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
 - Benefis S.r.l.;
 - Cair Italia S.r.l.;
 - Clini-Lab S.r.l.;
 - Farmac-Zabban S.p.a.;
 - Hmc Premedical S.p.a.
 - Sim Italia S.r.l.;
 - Vygon Italia S.r.l..

Si procede, quindi, con il download della busta telematica contenente la documentazione amministrativa richiesta e presentata dai concorrenti ed alla successiva disamina per verificare la completezza documentale.

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, si riscontra che la documentazione risulta completa e regolare, quindi le ditte concorrenti vengono ammesse alla successiva fase di gara.

Il presente verbale verrà pubblicato nella “Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it

La seduta termina alle ore 10.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

I TESTIMONI

Firmato
Dott. Sandro Possamai

Firmato
Dott.ssa Chiara Menin

Firmato
Dott.ssa Elisa Borin



**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE IN
ESITO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI "SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE"**

ID SINTEL 208452595

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0128853/25 del 15/12/2025, risulta composto da:

- Dott.ssa Milena Lauri – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera;
- Dott.ssa Melania Disfatti - Coordinatore U.O.C. Geriatria – Sezione 1 di Vicenza;
- Dott. Matteo Venzi – Infermiere Professionale presso l'U.O.C. Gruppo Operatorio di Vicenza.

In data 20/03/2026, alle ore 11, il gruppo di esperti si riunisce presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera di Vicenza.

Il Gruppo di esperti, ricevuta la documentazione tecnica, economica e la campionatura pervenuta, inizia l'analisi della documentazione e della campionatura.

In primis prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato preventivi, per i diversi lotti le seguenti ditte, proponendo le seguenti offerte:

Lotto 1

Sublott	Ditta	Descrizione	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
1A	Cair	NCE306PU, NCE308PU, NCE310PU	€ 1,25	€ 18.562,50
1B	Cair	NCE512AU, NCE514AU, NCE516AU	€ 2,35	
1A	HMC	LGLG6/120LG8/120LG10/120	€ 2,1900	€ 18.067,50
1B	HMC	LG12/120LG14/120LG16/120	€ 2,1900	

Lotto 2

Ditta	Descrizione	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Vygon	391.10, 391.12, 391.14, 391.16, 391.18	€ 1,1500	5.175,00 €
Benefis	194 1020 1, 194 1220 1, 194 1420 1, 194 1620 1, 194 1820 1	€ 0,3000	1.350,00 €
Sim Italia	681012501 - 681212501 - 681412501 - 681612501 - 681812501	€ 1,3000	5.850,00 €

Lotto 3

Ditta	Descrizione	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Vygon	1391.12, 1391.14, 1391.16, 1391.18	€ 7,7300	64.932,00 €

Lotto 4

Ditta	Descrizione	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Clini-Lab	Sonda rettale ref. 54829 (CH 22) 54830 (CH 25)	€ 0,2900	30.450,00 €
Farmac Zabban	Sonda rettale Ref.2803000022- CII22 Ref.2803000024-CH24	€ 0,1320	13.860,00 €
Benefis	Sonda rettale ref. 199 2201 1, ref. 199 2401 1	€ 0,1500	15.750,00 €

Lotto 5

Ditta	Descrizione	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Vygon	70533.04, 70533.05, 70533.06, 70533.07	€ 0,4900	8.820,00 €

Lotto 6

Ditta	Descrizione	Prezzo unit. offerto	Totale 36 mesi
Vygon	1340.16, 1340.18	€ 6,5400	5.886,00 €
HMC	ST16 ST20	€ 6,2000	5.580,00 €

Per quanto riguarda l'**aspetto economico**, si rileva che tutte le ditte hanno presentato, per i singoli lotti, offerta inferiore alla base d'asta definita per 36 mesi, tranne che le ditte Benefis S.r.l. e Clini-Lab S.r.l. che per il lotto n. 4 hanno presentato offerta superiore alla base d'asta prevista a pena di esclusione, e pertanto Benefis S.r.l. e Clini-Lab S.r.l. vengono escluse per il lotto n. 4 dall'indagine di mercato.

Il gruppo di esperti conclude i lavori alle ore 13.00

Dott.ssa Milena Lauri

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott.ssa Melania Disfatti

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott. Matteo Venzi

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy



**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE IN
ESITO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI "SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE"**

ID SINTEL 208452595

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0128853/25 del 15/12/2025, risulta composto da:

- Dott.ssa Milena Lauri – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera;
- Dott.ssa Melania Disfatti - Coordinatore U.O.C. Geriatria – Sezione 1 di Vicenza;
- Dott. Matteo Venzi – Infermiere Professionale presso l'U.O.C. Gruppo Operatorio di Vicenza.

In data 14/05/2026, alle ore 11, il gruppo di esperti si riunisce presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera di Vicenza.

Il Gruppo di esperti prosegue con la valutazione degli elementi tecnici e qualitativi dei dispositivi offerti.

Si dà atto i prodotti offerti per i lotti 1,2 e 3 dalle ditte Cair, HMC, Vygon, Benefis, SIM Italia, possiedono i requisiti minimi richiesti all'art. 1 del Disciplinare di gara.

Si procede quindi con la valutazione con riferimento agli elementi preferenziali di cui all'art. 6, di seguito riportati:

Descrizione
Lotti 1 e 3
Facilità di inserimento e rimozione della sonda
Facilità di visualizzazione dei marker di profondità
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda
Tempo di permanenza, dichiarato in scheda tecnica, maggiore del tempo minimo richiesto da capitolato
Facilità di apertura del confezionamento e completezza e chiarezza dell'etichettatura
Ampia gamma di misure offerte
Lotti 2 e 6
Facilità di inserimento e rimozione della sonda
Facilità di visualizzazione dei marker di profondità
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda
Facilità di apertura del confezionamento, completezza e chiarezza dell'etichettatura
Ampia gamma di misure offerte
Lotti 4 e 5
Facilità di inserimento e rimozione della sonda
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda
Facilità di apertura del confezionamento, completezza e chiarezza dell'etichettatura
Ampia gamma di misure offerte

Lotto 1: Sonda per nutrizione enterale, con connessione enfit, misure da CH6 a CH16

Lotto1	CAIR		HMC	
ELEMENTI PREFERENZE ALI	Giudizio	Motivazione	Giudizio	Motivazione
Facilità di inserimento e rimozione della sonda	Ottimo	Semplice sia l'inserimento che la rimozione	Ottimo	Semplice sia l'inserimento che la rimozione
Facilità di visualizzazione dei marker di profondità	Ottimo	Numeri grandi e ben visibili	Sufficiente	I numeri molto piccoli e le tacche di profondità ridotte nelle dimensioni, rendono difficile la visualizzazione della scala
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)	Ottimo	La sonda risulta resistente alla deformazione	Buono	La sonda tende all'inginocchiamento
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda	Ottimo	Il materiale risulta morbido riducendo il rischio di traumi sulla mucosa nasale.	Buono	Il materiale risulta abbastanza morbido
Tempo di permanenza, dichiarato in scheda tecnica, maggiore del tempo minimo richiesto da capitolato	Buono	Il tempo di permanenza è di 29 giorni	Ottimo	Il tempo di permanenza è di 30 giorni, testato fino a 90 giorni
Facilità di apertura del confezionamento e completezza e chiarezza dell'etichettatura	Buono	-La facilità di apertura è buona, in quanto l'invito all'apertura risulta piccolo e poco evidente. -l'etichetta risulta completa -l'etichetta risulta chiara e ben leggibile	Sufficiente	La facilità di apertura è buona, in quanto l'invito all'apertura risulta piccolo e poco evidente. -l'etichetta manca dell'indicazione "flatati free" -l'etichetta risulta chiara e ben leggibile.
Ampia gamma di misure offerte	Ottimo	Offerte 6 misure; nel listino presenti 8 diametri per le lunghezze richieste	Buono	Offerte 6 misure; nel listino presenti 7 diametri per le lunghezze richieste

Lotto 2: Sonda gastroduodenale tipo Levin in pvc, misure da CH10 a CH18

Lotto2	BENEFIS		VYGON		SIM ITALIA	
ELEMENTI PREFERENZIALI	Giudizio	Motivazione	Giudizio	Motivazione	Giudizio	Motivazione
Facilità di inserimento e rimozione della sonda	Sufficiente	La sonda si inserisce poco agevolmente in quanto poco scorrevole	Ottimo	La sonda si inserisce in modo agevole in quanto molto scorrevole	Sufficiente	La sonda si inserisce poco agevolmente in quanto poco scorrevole
Facilità di visualizzazione dei marker di profondità	Non sufficiente	La scala di profondità da indicazioni approssimative in quanto non è centimetrata ma è composta da tacche di profondità presenti ogni 10 cm.; negli interventi di chirurgia addominale la sonda deve essere inserita ad una profondità precisa determinata dal chirurgo che deve essere individuabile con precisione dalla lettura della scala.	Ottimo	Tacche presenti ogni centimetro e ben visibili; la numerazione presente ogni 5 centimetri	Non sufficiente	La scala di profondità da indicazioni approssimative in quanto non è centimetrata ma è composta da tacche di profondità presenti ogni 10 cm e solo dal 45cm al 75cm; negli interventi di chirurgia addominale la sonda deve essere inserita ad una profondità precisa determinata dal chirurgo che deve essere individuabile con precisione dalla lettura della scala.
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)	Non sufficiente	sonda che non torna alla forma originale dopo il kinking	Ottimo	La sonda risulta resistente alla deformazione ed alla torsione	Sufficiente	sonda che torna con difficoltà alla forma originale dopo il kinking
Atraumaticità del materiale di composizione e della sonda	Non sufficiente	Il materiale risulta troppo rigido e poco confortevole per il paziente	Ottimo	Il materiale risulta morbido e quindi atraumatico	Non sufficiente	Il materiale risulta troppo rigido e poco confortevole per il paziente
Facilità di apertura del confezionamento e completezza e chiarezza	Buono	-La facilità di apertura è ottima - l'etichetta manca dell'indicazione "flat free"	Sufficiente	-La facilità di apertura è ottima - l'etichetta manca dell'indicazione "flat free" e "latex free"	Sufficiente	--La facilità di apertura è ottima - l'etichetta manca dell'indicazione "flat free" e "latex free"

dell'etichetta tura		-l'etichetta risulta chiara e ben leggibile con una rapida individuazione della misura		-l'etichetta risulta chiara e ben leggibile		-l'etichetta risulta chiara e ben leggibile
Ampia gamma di misure offerte	Buono	Offerte 5 misure; nel listino presenti 8 diametri per le lunghezze richieste	Buono	Offerte 5 misure; nel listino presenti 8 diametri per le lunghezze richieste	Ottimo	Offerte 5 misure; nel listino presenti 10 diametri per le lunghezze richieste

Lotto 3: Sonda gastroduodenale tipo Levin in poliuretano, misure da CH12 a CH18

Lotto3 VYGON		
ELEMENTI PREFERENZIALI	Giudizio	Motivazione
Facilità di inserimento e rimozione della sonda	Ottimo	Semplice sia l'inserimento che la rimozione
Facilità di visualizzazione dei marker di profondità	Ottimo	Numeri indicanti la profondità presente ogni centimetro e ben visibili
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)	Ottimo	La sonda risulta resistente alla deformazione ed alla torsione
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda	Ottimo	Il materiale risulta morbido e quindi atraumatico
Tempo di permanenza, dichiarato in scheda tecnica, maggiore del tempo minimo richiesto da capitolato	Buono	28 giorni (quello richiesto da scheda tecnica)
Facilità di apertura del confezionamento e completezza e chiarezza dell'etichettatura	Buono	-La facilità di apertura è ottima - l'etichetta manca dell'indicazione "ftalati free" e "latex free" -l'etichetta risulta chiara e ben leggibile, rapida la visualizzazione di: misure, codici e data di scadenza
Ampia gamma di misure offerte	Ottimo	Offerte 4 misure; nel listino presenti 8 diametri per le lunghezze richieste

I restanti lotti saranno oggetto di valutazione in una seduta successiva.

La riunione si conclude alle ore 13.00

Dott.ssa Milena Lauri

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott.ssa Melania Disfatti

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott. Matteo Venzi

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy



**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE IN
ESITO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI "SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE"**

ID SINTEL 208452595

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0128853/25 del 15/12/2025, risulta composto da:

- Dott.ssa Milena Lauri – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera;
- Dott.ssa Melania Disfatti - Coordinatore U.O.C. Geriatria – Sezione 1 di Vicenza;
- Dott. Matteo Venzi – Infermiere Professionale presso l'U.O.C. Gruppo Operatorio di Vicenza.

In data 23/07/2026, alle ore 11, il gruppo di esperti si riunisce presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera di Vicenza per la prosecuzione dei lavori di valutazione.

Si dà atto che i prodotti offerti nei lotti 5 e 6 dalle ditte , HMC, Vygon, possiedono i requisiti minimi richiesti all'art. 1 del Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda il lotto 4, si rileva che il certificato CE presentato dalla Ditta Farmac-Zabban non risulta completo in quanto la tabella 1, allegata alla "confirmation letter" dell'Ente Notificato, pur riferendosi al certificato CE n. G2 076830 0008 rev2, non riporta il dispositivo offerto "tubo rettale".

Si decide di chiedere un chiarimento in merito.

La seduta si conclude alle ore 12.00.

Dott.ssa Milena Lauri

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott.ssa Melania Disfatti

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott. Matteo Venzi

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy



**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE IN
ESITO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI "SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE"**

ID SINTEL 208452595

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0128853/25 del 15/12/2025, risulta composto da:

- Dott.ssa Milena Lauri – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera;
- Dott.ssa Melania Disfatti - Coordinatore U.O.C. Geriatria – Sezione 1 di Vicenza;
- Dott. Matteo Venzi – Infermiere Professionale presso l'U.O.C. Gruppo Operatorio di Vicenza.

In data 25/08/2026, alle ore 11.30, il gruppo di esperti si riunisce presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera di Vicenza.

Si dà atto di quanto inviato dalla Ditta Farma-Zabban per il lotto 4 in merito all'estensione della validità del certificato CE n. G2 076830 0008: la documentazione risulta completa.

Si dà atto i prodotti offerti dalle ditte Cair, HMC, Vygon, Benefis, SIM Italia, Farmac-Zabban possiedono i requisiti minimi richiesti all'art. 1 del Disciplinare di gara.

Si procede quindi con la valutazione con riferimento agli elementi preferenziali di cui all'art. 6, di seguito riportati:

<i>Descrizione</i>
<i>Lotti 1 e 3</i>
Facilità di inserimento e rimozione della sonda
Facilità di visualizzazione dei marker di profondità
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda
Tempo di permanenza, dichiarato in scheda tecnica, maggiore del tempo minimo richiesto da capitolato
Facilità di apertura del confezionamento e completezza e chiarezza dell'etichettatura
Ampia gamma di misure offerte
<i>Lotti 2 e 6</i>
Facilità di inserimento e rimozione della sonda
Facilità di visualizzazione dei marker di profondità
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda
Facilità di apertura del confezionamento, completezza e chiarezza dell'etichettatura
Ampia gamma di misure offerte
<i>Lotti 4 e 5</i>
Facilità di inserimento e rimozione della sonda
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda

Facilità di apertura del confezionamento, completezza e chiarezza dell'etichettatura
Ampia gamma di misure offerte

Lotto 4: Sonda rettale in pvc, misure da CH22 a CH24

Lotto4	FARMAC-ZABBAN	
ELEMENTI PREFERENZIALI	Giudizio	Motivazione
Facilità di inserimento e rimozione della sonda	Ottimo	Si inserisce facilmente
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)	Ottimo	La sonda risulta resistente alla deformazione
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda	Ottimo	I pazienti non lamentano particolari fastidi
Facilità di apertura del confezionamento e completezza e chiarezza dell'etichettatura	Ottimo	-La facilità di apertura è ottima - l'etichetta risulta completa -l'etichetta risulta chiara e ben leggibile, rapida la visualizzazione di: misure, codici e data di scadenza
Ampia gamma di misure offerte	Sufficiente	offerte 2 misure; nella scheda presentata ci sono le due misure offerte

Lotto 5: Sonda per aspirazione tracheale in pvc, misure da CH4 a CH6

Lotto5	VYGON	
ELEMENTI PREFERENZIALI	Giudizio	Motivazione
Facilità di inserimento e rimozione della sonda	Ottimo	Si inserisce facilmente
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)	Ottimo	La sonda risulta resistente alla deformazione

Atraumaticità del materiale di composizione della sonda	Ottimo	i pazienti non lamentano particolari fastidi
Facilità di apertura del confezionamento e completezza e chiarezza dell'etichettatura	Buono	-La facilità di apertura è ottima - l'etichetta manca delle indicazioni "italati free" e "latex free" - l'etichetta risulta chiara e ben leggibile
Ampia gamma di misure offerte	Buono	Offerte 4 misure; nel listino presenti 10 diametri per le lunghezze richieste (anche se sono per misure da adulti)

Lotto 6: Sonda gastroduodenale a doppio lume tipo Salem in pu, misure da CH16 a CH18

Lotto6	HMC		VYGON	
ELEMENTI PREFERENZIALI	Giudizio	Motivazione	Giudizio	Motivazione
Facilità di inserimento e rimozione della sonda	Ottimo	Semplice sia l'inserimento che la rimozione	Ottimo	Semplice sia l'inserimento che la rimozione
Facilità di visualizzazione dei marker di profondità	Buono	numeri non molto grandi e tacche di lunghezza ridotta riducono la visualizzazione dei marker	Ottimo	Tacche e numeri ben visibili
Indeformabilità della sonda (resistenza alla deformazione e alla torsione)	Ottimo	La sonda risulta resistente alla deformazione ed alla torsione	Ottimo	La sonda risulta resistente alla deformazione ed alla torsione
Atraumaticità del materiale di composizione della sonda	Buono	Il materiale risulta non molto morbido	Ottimo	Il materiale risulta morbido e quindi atraumatico
Facilità di apertura del confezionamento e completezza e chiarezza dell'etichettatura	Buono	-La facilità di apertura è ottima - l'etichetta manca delle indicazioni "italati free" e "latex free" - l'etichetta risulta chiara e ben leggibile	Buono	-La facilità di apertura è ottima - l'etichetta manca delle indicazioni "italati free" e "latex free" - l'etichetta risulta chiara e ben leggibile
Ampia gamma di misure offerte	Buono	Offerte 2 misure; nel listino presenti 5 diametri per le lunghezze richieste	Buono	Offerte 2 misure; nel listino presenti 5 diametri per le lunghezze richieste

Pertanto, per le motivazioni sopra riportate, il Gruppo di Esperti propone l'affidamento della fornitura come di seguito indicato:

Lotto n. 1 (A-B) ref NCE306PU, NCE308PU, NCE310PU, NCE512AU, NCE514AU, NCE516AU della Ditta Cair in quanto i dispositivi risultano ottimi per facilità di inserimento, per la visualizzazione dei marker, nell'indeformabilità della sonda e nell'atraumaticità del materiale

Lotto n. 2 ref 391.10, 391.12, 391.14, 391.16, 391.18 della Ditta Vygon in quanto i dispositivi risultano ottimi per facilità di inserimento, per la visualizzazione dei marker (caratteristica fondamentale negli interventi di chirurgia addominale), nell'indeformabilità della sonda e nell'atraumaticità del materiale

Lotto n. 3 ref 1391.12, 1391.14, 1391.16, 1391.18 della Ditta Vygon in quanto i dispositivi risultano ottimi per facilità di inserimento, per la visualizzazione dei marker, nell'indeformabilità della sonda e nell'atraumaticità del materiale

Lotto n. 4 ref 2803000022-2803000024 della Ditta Farmac-Zabban in quanto i dispositivi risultano ottimi per facilità di inserimento, nell'indeformabilità della sonda e nell'atraumaticità del materiale.

Lotto n. 5 ref 70533.04, 70533.05, 70533.06, 70533.07 della Ditta Vygon in quanto i dispositivi risultano ottimi per facilità di inserimento, nell'indeformabilità della sonda e nell'atraumaticità del materiale

Lotto n. 6 entrambi i dispositivi offerti rispondono alle esigenze, si sceglie il prodotto della Ditta HMC, ref ST16 ST20, alla luce del miglior prezzo offerto.

La riunione termina alle ore 13.00

Dott.ssa Milena Lauri

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott.ssa Melania Disfatti

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott. Matteo Venzi

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy