

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE**

N. 780 DEL 13/05/2022

## **O G G E T T O**

**FORNITURA DI BISTURI E LAME BISTURI: AGGIUDICAZIONE.**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 819/22

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 1564 del 09.09.2021 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, una procedura di gara, articolata in tre lotti, per la fornitura di "Bisturi e lame bisturi";

in data 16.09.2021, con ID 145316733, è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tale procedura aperta a tutti i fornitori iscritti, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per l'importo triennale a base d'asta complessivo di € 87.500,00 IVA esclusa, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

nell'ambito di tale procedura di gara, la cui richiesta di offerta è stata pubblicata contestualmente sul sito dell'Azienda Ulss 8 Berica, sono state invitate a presentare offerta, entro il giorno 12.10.2021, termine poi prorogato su istanza delle ditte interessate al 19.10.2021, tutte le ditte registrate ed abilitate alla piattaforma SINTEL;

in data 08.10.2021, sono state pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti tempestivamente pervenute ed entro il termine ultimo, è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- BENEFIS SRL;
- PIKDARE SPA;
- CROMA GIO.BATTA SRL;
- BERICAH SPA;
- FARMAC-ZABBAN SPA;
- LA SANITARIA LEUCCI SRL;
- CHEMIL SRL;
- WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO;
- MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL;
- CLINI-LAB SRL.

in data 25.10.2021, in seduta riservata (allegato 1), il Seggio di Gara ha proceduto, tramite l'utilizzo della piattaforma, a verificare la regolare presenza della documentazione amministrativa pervenuta, constatando la completezza della documentazione presentata da tutte le ditte partecipanti;

la Commissione Giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 0127306 del 13.12.2021, si è riunita in varie date, per la verifica della regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, nonché per la valutazione qualitativa e l'attribuzione dei punteggi di qualità secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara ed in data 12.04.2022 ha trasmesso al RUP il verbale relativo ai lavori svolti recante i punteggi qualità attribuiti alle varie ditte partecipanti (allegato 2), verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

successivamente, in data 19.04.2022 e in data 02.05.2022, il RUP, in presenza di due testimoni, ha proceduto con l'apertura, in seduta riservata (come da verbale denominato allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), delle offerte economiche ed in tale sede, in via preliminare ha proceduto alla lettura del sopracitato verbale della Commissione Giudicatrice;

In base alle valutazioni ivi contenute si prende atto di quanto segue in merito all'ammissione delle ditte partecipanti alla successiva fase di gara:

**Lotto 1**

Ditta	Punteggio qualità attribuito	Esito
Benefis S.r.l.	38/70	Non Ammessa
Bericah srl	63/70	Ammessa
Clinilab srl	63/70	Ammessa
Farmac Zabban spa	66/70	Ammessa

**Lotto 2**

Ditta	Punteggio qualità attribuito	Esito
Clinilab srl	Non idoneo	Non ammessa
Chemil srl	Scheda tecnica e campionatura riferite al Lotto 3	Ammessa per il Lotto 3

**Lotto 3**

Ditta	Punteggio qualità attribuito	Esito
Benefis S.r.l.	56/70	Ammessa
Bericah srl	66/70	Ammessa
Chemil srl	56/70	Ammessa
Clinilab srl	60/70	Ammessa
Croma Giobatta srl	64/70	Ammessa
La Sanitaria	40/70	Non ammessa
Megapharma srl	40/70	Non ammessa
Pikdare srl	64/70	Ammessa
Waldner Tecnologie srl	56/70	Ammessa

successivamente il RUP ha proceduto con l'apertura delle offerte economiche, riferite ai Lotti 1 e 3 presentate dalla ditte ammesse, da cui risulta, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, la seguente graduatoria per lotto:

**Lotto 1**

graduatoria	Ditta	Punteggio qualità	Prezzo offerto	Punteggio finale
1°	Farmac Zabban spa	66	€ 34.042,50	95,66
2°	Bericah srl	63	€ 33.660,00	93,00
3°	Clinilab srl	63	€ 33.660,00	93,00

**Lotto 3**

graduatori a	Ditta	Punteggio qualità	Prezzo offerto	Punteggio prezzo	Punteggio finale
1°	Bericah spa	66	€ 8.760,00	22,50	88,50
2°	Benefis srl	56	€ 6.570,00	30,00	86,00
3°	Chemil srl	56	€ 8.322,00	23,68	79,68
4°	Pikdare srl	64	€ 13.797,00	14,29	78,29
5°	CromaGiobatta srl	64	€ 19.710,00	10,00	74,00

6°	Clinilab srl	60	€ 28.470,00	6,92	66,92
7°	Waldner srl	56	€ 24.090,00	8,18	64,18

dalla graduatoria risulta quindi l'aggiudicazione provvisoria della procedura multilotto in argomento a favore delle ditte Farmac Zabban Spa per il Lotto 1 e ditta Bericah srl per il Lotto 3 che hanno presentato le seguenti offerte:

#### Farmac Zabban spa

Lotto	Descrizione	Fabbisogno triennale	Prezzo unitario offerto	Importo triennale (iva esclusa)	Aliquot a IVA	CND	RDM	Ref.
1	BISTURI STERILI MONOUSO COMPLETI DI SISTEMA DI SICUREZZA (almeno figure: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22 23, 24)	76.500	€ 0,4450	€ 34.042,50	22	V0101	1366414	Codice 2205851010 Codice 2205851011 Codice 2205851012 Codice 2205851015 Codice 2205851020 Codice 2205851021 Codice 2205851022 Codice 2205851023 Codice 2205851024

#### Bericah srl

Lotto	Descrizione	Fabbisogno triennale	Prezzo unitario offerto	Importo triennale (IVA esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
3	LAME BISTURI STERILI MONOUSO (almeno figure: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24)	219.000	€ 0,04	€ 8.760,00	22%	V0103	1789247/R 1789248/R 1789249/R 1789251/R 1789253/R 1789254/R 1789255/R 1789256/R 1789257/R	40090 (fig. 10) 40091 (fig. 11) 40092 (fig. 12) 40094 (fig. 15) 40096 (fig. 20) 40097 (fig. 21) 40098 (fig. 22) 40099 (fig. 23) 40100 (fig. 24)

Dalla ricerca di mercato, si è rilevato che le quotazioni proposte risultano in linea con quelle praticate ad altre Aziende Sanitarie oggetto di verifica;

si propone pertanto l'aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di "Bisturi e Lame bisturi" a favore delle ditte Farmac Zabban spa (Lotto 1) e Bericah srl (Lotto 3), per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una spesa complessiva triennale pari ad € 42.802,50 (Iva 22% esclusa);

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31, comma e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016, che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:

- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

nel concreto, il Dec dovrà dare avvio all'esecuzione della prestazione (fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie), verificare la regolarità dell'esecuzione della fornitura, accertare che la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice e del RUP (allegati 1, 2 e 3) allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
2. di dare atto che il Lotto 2 "Lame bisturi sterili monouso con dispositivo di sicurezza" è risultato deserto e che, in sostituzione di questa tipologia di prodotto, saranno utilizzati, a seconda delle necessità, i dispositivi offerti nel Lotto 1 o nel Lotto 3;
3. di aggiudicare, a conclusione della procedura aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di "Bisturi e Lame bisturi" a favore delle ditte Farmac Zabban spa (Lotto 1) e Bericah srl (Lotto 3), per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una spesa complessiva triennale pari ad € 42.802,50 (Iva 22% esclusa), alle seguenti condizioni;

**Farmac Zabban spa**

Lotto	Descrizione	Fabbisogn o triennale	Prezzo unitario offerto	Importo triennale (iva esclusa)	Aliquot a IVA	CND	RDM	Ref.
1	BISTURI STERILI MONOUSO COMPLETI DI SISTEMA DI SICUREZZA (almeno figure: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22 23, 24)	76.500	€ 0,4450	€ 34.042,50	22	V0101	1366414	Codice 2205851010 Codice 2205851011 Codice 2205851012 Codice 2205851015 Codice 2205851020 Codice 2205851021 Codice 2205851022 Codice 2205851023 Codice 2205851024

**Bericah srl**

Lotto	Descrizione	Fabbisogno triennale	Prezzo unitario offerto	Importo triennale (IVA esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
3	LAME BISTURI STERILI MONOUSO (almeno figure: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24)	219.000	€ 0,04	€ 8.760,00	22%	V0103	1789247/R 1789248/R 1789249/R 1789251/R 1789253/R 1789254/R 1789255/R 1789256/R 1789257/R	40090 (fig. 10) 40091 (fig. 11) 40092 (fig. 12) 40094 (fig. 15) 40096 (fig. 20) 40097 (fig. 21) 40098 (fig. 22) 40099 (fig. 23) 40100 ( fig. 24)

4. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione, per un ammontare pari ad € 52.219,05 (Iva 22% inclusa), sarà ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:

	<b>5402000126</b>
2022	10.153,71 €
2023	17.406,36 €
2024	17.406,36 €
2025	7.252,62 €

5. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Anna Radin, Direttore dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera;
6. ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, è necessario accantonare la quota massima distribuibile al personale del

comparto, per l'intero periodo di durata contrattuale, pari a 3 anni, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, pari ad € 560,00;

7. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 145316733 del 16.09.2021;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---



## **VERBALE DELLA SEDUTA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "BISTURI E LAME BISTURI"**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 25 del mese di ottobre, alle ore 11:30, in Vicenza, presso L'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si è svolta la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine alla procedura di gara per la fornitura di "*Bisturi e lame bisturi*" di cui alla Richiesta di Offerta ID Sintel n. 145316733 del 16.09.2021.

Preliminarmente il RUP – dott. Miotto Giorgio, Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – verifica sulla piattaforma Sintel, alla presenza di due testimoni – dott.ssa Menin Chiara, collaboratore amministrativo, e dott.ssa Spagnolo Manuela, assistente amministrativo –, il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro il termine previsto (ovvero le ore 11:00 del giorno 19.10.2021).

Il RUP verifica che, nei termini, sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti ditte:

- BENEFIS SRL;
- PIKDARE SPA;
- CROMA GIO.BATTA SRL;
- BERICAH SPA;
- FARMAC-ZABBAN SPA;
- LA SANITARIA LEUCCI SRL;
- CHEMIL SRL;
- WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO;
- MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL;
- CLINI-LAB SRL.

Il RUP procede quindi:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- alla verifica della corretta apposizione della firma digitale da parte delle ditte offerenti nei documenti presentati;
- all'apertura delle buste telematiche denominate "BUSTE AMMINISTRATIVE", contenenti la documentazione amministrativa;
- ad ammettere al prosieguo della gara le concorrenti che ha prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale nei documenti presentati, la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Il RUP prosegue con il download della documentazione amministrativa e, successivamente, all'esame della stessa per verificare la completezza documentale e la correttezza della firma digitale, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Disciplinare di gara – “Modalità di partecipazione” – nel paragrafo rubricato “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – Step 1.

Al termine dell'esame della documentazione prodotta, non avendo riscontrato anomalie, si ammettono i concorrenti alla fase successiva.

La seduta ha termine alle ore 13:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

F.to Dott. Miotto Giorgio

F.to Dott.ssa Chiara Menin

F.to Dott.ssa Manuela Spagnolo

**VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE E DEI CAMPIONI RELATIVI  
ALLA FORNITURA DI "BISTURI E LAME BISTURI"**

Il giorno 04/03/2022 alle ore 14.30 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 0127306/2021 del 13/12/2021, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all'attribuzione dei punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

**Presidente:** Dr.ssa Milena Lauri c/o U.O.C. di Farmacia Distretto Est- A.Ulss 8 Berica

**Componenti:** Dott. Angelo Basso c/o U.O.C. di Chirurgia Generale, Distretto Ovest Az.Ulss 8 Berica;

Dr.ssa Sara Napetti c/o U.O.C. di Chirurgia Generale, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che alla gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- ❖ Benefis srl
- ❖ Pkdare spa
- ❖ Croma Giobatta srl
- ❖ Farmac-Zabban spa
- ❖ La Sanitaria Leucci srl
- ❖ Chemil srl
- ❖ Waldner Tecnologie Medicali srl a socio unico
- ❖ Magapharma Ospedaliera srl
- ❖ Clinilab srl

ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, dott. Giorgio Miotto, i documenti tecnici prodotti dalle ditte, la Commissione procede alla verifica della documentazione ivi contenuta.

Il Presidente richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato Speciale di gara:

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016:

**A) PREZZO:** punteggio massimo punti 30

**B) QUALITA':** punteggio massimo punti 70

Il punteggio relativo alla qualità verrà suddiviso in base ai criteri e pesi di seguito individuati:

**LOTTO 1**

	<b>Criteri di Valutazione della qualità</b>	<b>PUNTI MAX</b>
<i>Impugnatura</i>	Ergonomicità dell'impugnatura	5
	Tenuta della lama all'impugnatura	5
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

**LOTTI 2 e 3**

	<b>Criteri di Valutazione della qualità</b>	<b>PUNTI MAX</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

Le ditte che dovessero conseguire un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70, non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

La Commissione rileva che la documentazione richiesta è stata presentata.

La Commissione inizia la valutazione della documentazione tecnica e della campionatura pervenuta e rileva quanto segue:

#### LOTTO 1

- ❖ Ditta Benefis: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Bericah: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Clinilab: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Farmac-Zabban: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

#### LOTTO 2

- ❖ Ditta Clinilab: il dispositivo presentato è un bisturi con sistema di sicurezza e non la lama come richiesto dal capitolato: **NON IDONEO**.
- ❖ Ditta Chemil: la documentazione pervenuta, pur essendo collocata nella cartella del lotto 2, si riferisce al lotto 3 (l'intestazione del file presenta la dicitura Lotto 3 lame per bisturi). Anche la campionatura presentata ha come riferimento il lotto 3. La commissione decide di valutare il dispositivo nel lotto 3.

#### LOTTO 3

- ❖ Ditta Benefis: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Bericah: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Chemil: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Clinilab: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Croma Giobatta: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta La Sanitaria: manca nella documentazione presentata l'indicazione se il dispositivo è "latex free". Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione al riguardo. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Megapharma: manca nella documentazione presentata l'indicazione se il dispositivo è "latex free". Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione al riguardo. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Pkdare: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Waldner: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

La riunione si conclude alle ore 17.00.

---

Il giorno 18/03/2022 alle ore 14.30 la Commissione si riunisce per proseguire i lavori di valutazione.

Si passa alla valutazione della campionatura pervenuta.

## LOTTO 1

### Ditta BENEFIS

Dispositivo: BISTURI DI SICUREZZA ref 0303XX

	<b>Criteria di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Ergonomicità dell'impugnatura	5	2
	Tenuta della lama all'impugnatura	5	5
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	15
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	10
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>38</b>

#### *Motivazioni:*

Ergonomicità dell'impugnatura: il bottone di attivazione del sistema di sicurezza in posizione laterale, e non superiore, rende poco ergonomico il movimento di attivazione del sistema di sicurezza.

Precisione dell'incisione: il taglio risulta irregolare.

Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli: già al secondo taglio si evidenzia mancata precisione sia nella profondità del taglio che nella linearità.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

### Ditta BERICAH

Dispositivo: DERMA STEEL-FINE ref 4007X

	<b>Criteria di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Ergonomicità dell'impugnatura	5	5
	Tenuta della lama all'impugnatura	5	3
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	20
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	30
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	2
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>63</b>

Tenuta della lama all'impugnatura: quando si esercita più pressione si evidenzia una ridotta stabilità della lama.

Facilità di apertura della confezione: la confezione, priva di una parte rigida, risulta poco pratica e meno sicura.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

### Ditta CLINILAB

Dispositivo: SURGEON SAFETY SCALPELS ref 0191X

	<b>Criteria di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
--	--	--------------------------	--------------------

<i>Impugnatura</i>	Ergonomicità dell'impugnatura	5	5
	Tenuta della lama all'impugnatura	5	3
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	20
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	30
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	2
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>63</b>

Tenuta della lama all'impugnatura: quando si esercita più pressione si evidenzia una ridotta stabilità della lama.

Facilità di apertura della confezione: la confezione, priva di una parte rigida, risulta poco pratica e meno sicura.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

### **Ditta FARMAC-ZABBAN**

Dispositivo: BISTURI CON SISTEMA DI SICUREZZA KIATO ref 1301X

	<b>Criteri di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Ergonomicità dell'impugnatura	5	5
	Tenuta della lama all'impugnatura	5	5
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	20
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	30
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>66</b>

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

### **LOTTO 3**

#### **Ditta BENEFIS**

Dispositivo: LAME PER BISTURI STERILI MONOUSO ref LM1X

	<b>Criteri di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	14
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	26
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>56</b>

*Motivazioni:*

Precisione dell'incisione: evidenziata una ridotta scorrevolezza della lama che comporta la necessità di dover applicare una maggiore pressione per effettuare il taglio, soprattutto nel taglio superficiale.

Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli: ridotta precisione sia nella profondità del taglio che nella linearità dopo ripetuti tagli.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

#### **Ditta BERICAH**

Dispositivo: DERMA STEEL-FINE ref 4009X

	<b>Criteri di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	20
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	30
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>66</b>

*Motivazioni:*

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

#### **Ditta CHEMIL**

Dispositivo: LAME PER BISTURI STERILI MONOUSO ref LBST1X

	<b>Criteri di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	14
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	26
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>56</b>

*Motivazioni:*

Precisione dell'incisione: evidenziata una ridotta scorrevolezza della lama che comporta la necessità di dover applicare una maggiore pressione per effettuare il taglio, soprattutto nel taglio superficiale.

Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli: ridotta precisione sia nella profondità del taglio che nella linearità dopo ripetuti tagli.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

#### **Ditta CLINILAB**

Dispositivo: DIAMANTINE ref 0094X

	<b>Criteri di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	14
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	30

<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>60</b>

*Motivazioni:*

Precisione dell'incisione: evidenziata una ridotta scorrevolezza della lama che comporta la necessità di dover applicare una maggiore pressione per effettuare il taglio, soprattutto nel taglio superficiale.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

#### **Ditta CROMA GIOBATTÀ**

Dispositivo: LAME STERILI AESCULAP

	<b>Criteria di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	18
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	30
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>64</b>

*Motivazioni:*

Precisione dell'incisione: al taglio superficiale evidenziata una scorrevolezza rallentata che riduce la precisione nell'incisione.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

#### **Ditta LA SANITARIA**

Dispositivo: LAME STERILI GIMA

	<b>Criteria di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	10
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	14
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>40</b>

*Motivazioni:*

Precisione dell'incisione: evidenziata una ridotta scorrevolezza che comporta la necessità di dover applicare una maggiore pressione per effettuare il taglio, soprattutto nel taglio superficiale.

Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli: insufficiente precisione sia nella profondità del taglio che nella linearità dal secondo taglio in poi.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

**Ditta MEGAPHARMA**

Dispositivo: LAME BISTURI RIBBEL

	<b>Criteria di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	10
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	14
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>40</b>

*Motivazioni:*

Precisione dell'incisione: evidenziata una ridotta scorrevolezza che comporta la necessità di dover applicare una maggiore pressione per effettuare il taglio, soprattutto nel taglio superficiale.

Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli: insufficiente precisione sia nella profondità del taglio che nella linearità dal secondo taglio in poi.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

**Ditta PIKDARE**

Dispositivo: LAME PER BISTURI STERILI

	<b>Criteria di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	18
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	30
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3
	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>64</b>

*Motivazioni:*

Precisione dell'incisione: al taglio superficiale evidenziata una scorrevolezza rallentata che riduce la precisione nell'incisione.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

**Ditta WALDNER**

Dispositivo: LAME PER BISTURI STERILI MEDICON

	<b>Criteria di Valutazione della qualità</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Valutazione</b>
<i>Impugnatura</i>	Stabilità della lama sul manico durante l'uso	10	10
<i>Affilatura lama</i>	Precisione dell'incisione	20	14
	Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli	30	26
<i>Confezionamento</i>	Facilità di apertura della confezione	3	3
	Facilità di individuazione della misura del dispositivo	3	3

	Presenza di etichetta per la tracciabilità	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>56</b>

*Motivazioni:*

Precisione dell'incisione: evidenziata una ridotta scorrevolezza della lama che comporta la necessità di dover applicare una maggiore pressione per effettuare il taglio, soprattutto nel taglio superficiale.

Mantenimento del filo anche dopo ripetuti tagli: ridotta precisione sia nella profondità del taglio che nella linearità dopo ripetuti tagli.

Presenza di etichetta per la tracciabilità: non presente.

La riunione si conclude alle ore 18.00.

---

Il giorno 11/04/2022 alle ore 16.00 la Commissione si riunisce per proseguire i lavori di valutazione.

I componenti la Commissione, nel concordare in merito alle decisioni prese, terminano la seduta alle ore 18.00.

Il presente viene trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica i per il seguito di competenza.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

F.TO Dott.ssa Milena Lauri

---

F.TO Dott. Angelo Basso

---

F.TO Dott.ssa Sara Napetti

---

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE  
ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI**

**"BISTURI E LAME BISTURI"**

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 19 del mese di aprile alle ore 11.30 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si svolge la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla procedura di gara in oggetto, di cui alla richiesta di offerta pubblicata tramite la piattaforma Sintel con ID 145316733 del 16.09.2021.

Presiede la seduta il RUP dott. Giorgio Miotto, Direttore U.O.C. Provveditorato, alla presenza dei testimoni dott. Chiara Menin e dott. Mirko Rappo

Il RUP procede quindi alla lettura del verbale pervenuto in data 12.04.2022, redatto dalla Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle ditte partecipanti.

Dalla lettura del verbale si evince la seguente valutazione:

Lotto 1: i prodotti offerti dalla ditte Benefis srl, Bericah spa, Clinilab srl e Farmac-Zabban spa sono stati ritenuti idonei e la Commissione ha attribuito, per le motivazioni riportate nel verbale allegato, i seguenti punteggi:

<b>Lotto 1</b>	<b>Punteggio qualità</b>
Benefis srl	38/70
Bericah spa	63/70
Clinilab srl	63/70
Farmac Zabban spa	66/70

Preso atto che l'art. 8 del Disciplinare di gara dispone che "Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 42 su 70 complessivi disponibili non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione**", la ditta Benefis srl viene esclusa dalla successiva fase di gara.

Lotto 2: il prodotto offerto dalla ditta Clinilab srl risulta inadeguato mentre la ditta Chemil srl ha inserito nella cartella del Lotto 2, la documentazione che riportava la dicitura del Lotto 3 e la stessa campionatura presentata citava il riferimento Lotto 3, pertanto la Commissione ha ritenuto di valutare i dispositivi offerti dalla Ditta Chemil srl nell'ambito del Lotto 3.

Il Lotto 2 risulta, pertanto, deserto.

Lotto 3: i prodotti offerti dalle Ditte Benefis srl, Bericah spa, Chemil srl, Clinilab srl, CromaGiobatta srl, La Sanitaria, Megapharma sas, Pikkare srl e Waldner srl sono tutti ritenuti idonei:

La Commissione ha attribuito, per le motivazioni riportate nel verbale allegato, i seguenti punteggi:

<b>Lotto 3</b>	<b>Punteggio qualità</b>
Benefis srl	56/70
Bericah spa	66/70

Chemil srl	56/70
Clinilab srl	60/70
Croma Giobatta srl	64/70
La Sanitaria srl	40/70
Megapharma srl	40/70
Pikdare srl	64/70
Waldner srl	56/70

Ai sensi del sopracitato art. 8 del Disciplinare di gara, le ditte La Sanitaria e Megapharma srl sono escluse dalla successiva fase di gara;

Il RUP procede, quindi, all'apertura sulla piattaforma Sintel dell'offerta economica presentata dalle ditte;

Per il Lotto 1, la graduatoria, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:

Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
1°	Farmac Zabban spa	€ 34.042,50	66/70	29,66/70	95,66
2°	Bericah spa	€ 33.660,00	63/70	30/70	93,00
3°	Clinilab srl	€ 33.660,00	63/70	30/70	93,00

Le offerte presentate dalle ditte risultano anormalmente basse.

Si procederà, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, ad inviare comunicazione PEC tramite la procedura SINTEL, alla ditta Farmac Zabban, classificata 1<sup>a</sup> in graduatoria, richiedendo le relative giustificazioni economiche entro 15 gg. dal ricevimento della stessa.

Per quanto attiene al Lotto 3, si procede con la riformulazione off line della graduatoria, considerata, come sopra citato, la necessità di valutare l'offerta economica della Ditta Chemil srl, presentata erroneamente nella cartella del Lotto 2.

Si rende, inoltre, necessario, riformulare l'offerta della ditta Benefis srl che ha presentato, per mero errore materiale, un valore economico riferito all'importo annuale e non triennale.

La graduatoria è stata quindi riformulata, nei seguenti termini:

graduatoria	Ditta	Punteggio qualità	Prezzo offerto	Punteggio prezzo	Punteggio finale
1°	Bericah spa	66	€ 8.760,00	22,50	88,50
2°	Benefis srl	56	€ 6.570,00	30,00	86,00
3°	Chemil srl	56	€ 8.322,00	23,68	79,68
4°	Pikdare srl	64	€ 13.797,00	14,29	78,29
5°	CromaGiobatta srl	64	€ 19.710,00	10,00	74,00
6°	Clinilab srl	60	€ 28.470,00	6,92	66,92
7°	Waldner srl	56	€ 24.090,00	8,18	64,18

Il RUP prende, quindi, atto della graduatoria così formulata per il Lotto 3 mentre per il Lotto 1 si rimane in attesa delle giustificazioni economiche richieste alla ditta Farmac Zabban spa.

La seduta ha termine alle ore 13.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott. Giorgio Miotto

F.to Giorgio Miotto

Dott.ssa Chiara Menin

F.to Chiara Menin

Dott. Mirko Rappo

F.to Mirko Rappo

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE  
ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI**

**"BISTURI E LAME BISTURI"**

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 02 del mese di maggio alle ore 14.00 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si svolge la seconda seduta riservata per la valutazione delle offerte economiche, di cui alla richiesta di offerta pubblicata tramite la piattaforma Sintel con ID 145316733 del 16.09.2021;

Presiede la seduta il RUP dott. Giorgio Miotto, Direttore U.O.C. Provveditorato, alla presenza dei testimoni dott. Chiara Menin e dott. Mirko Rappo;

Nello specifico il RUP, preso atto che, nell'ambito dell'apertura delle offerte economiche svoltasi nella seduta del 19.04.2022, l'offerta della ditta Farmac Zabban spa, riferita al Lotto 1, è risultata anormalmente bassa, ha inviato, con nota prot. 42776 del 20.04.2022, alla medesima ditta, una richiesta di giustificazioni relative alle voci di prezzo, considerata la sua prima posizione in graduatoria.

La ditta ha riscontrato con nota agli atti del 02.05.2022;

Il Rup valuta con esito positivo le giustificazioni presentate dalla Ditta Farmac Zabban spa e la conseguente congruità dell'offerta economica presentata in sede di gara, relativamente al Lotto 1;

La graduatoria, relativa al Lotto 1, risulta la seguente:

graduat	Ditta	Punteggi o qualità	Prezzo offerto	Punteggio finale
1°	Farmac Zabban spa	66	€ 34.042,50	95,66
2°	Bericah srl	63	€ 33.660,00	93,00
3°	Clinilab srl	63	€ 33.660,00	93,00

Il RUP prende, quindi, dichiara l'aggiudicazione provvisoria del Lotto 1 a favore della Ditta Farmac Zabban spa.

La seduta ha termine alle ore 14.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott. Giorgio Miotto

F.to Giorgio Miotto

Dott.ssa Chiara Menin

F.to Chiara Menin

Dott. Mirko Rappo

F.to Mirko Rappo