

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 861 DEL 20/05/2022

O G G E T T O

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE E SIEROLOGIA: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 900/22

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“con deliberazione n. 262 del 18/2/2022 è stato disposto di indire gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in piattaforma “Sintel”, per l'affidamento della fornitura “in service” di un sistema integrato per l'esecuzione in completa automazione dei test di biologia molecolare e sierologia, in fabbisogno all'U.O.C. di Microbiologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, per la durata di mesi 36 con opzione di rinnovo di 24 mesi, con base d'asta triennale paria a € 1.447.000,00 e costi per la sicurezza per rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) pari a 0,00 (zero) euro; numero di gara 8445802, CIG 9094676C0C; CUI n. 02441500242201800023;

il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. 2022/S 038-097537 del 23/2/2022 e nella G.U.R.I. n. 28 del 7/03/2022, per estratto, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 D.Lgs.50/2016, mentre la documentazione di gara è stata resa disponibile nel sito internet dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”;

ai chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e bando di gara;

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 29/3/2022 ha presentato offerta la ditta Roche Diagnostics S.p.A. con sede a Monza (MB);

in data 31/03/2022 si è tenuta la seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa, a conclusione della quale l'operatore economico partecipante è stato ammesso al prosieguo della gara;

con l'atto deliberativo n. 561 del 7/4/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, a termini del disciplinare di gara;

nella seduta riservata del 13 aprile 2022, la Commissione Giudicatrice ha verificato la sussistenza e la regolarità della documentazione tecnica contenuta nella busta telematica e richiesta dal disciplinare di gara, come da verbale allegato (all. 1), da intendersi parte integrante del presente provvedimento, ammettendo la ditta alla fase successiva della gara;

successivamente, la Commissione Giudicatrice riunitasi in sedute riservate ha effettuato la valutazione della proposta tecnica, come risulta dai verbali all'uopo redatti nelle date 21 e 28 aprile 2022 e 4 maggio 2022, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 2);

nella seduta riservata dell'11 maggio 2022, la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad aprire la busta telematica contenente l'offerta economica della Ditta ammessa, attribuendo i punti prezzo, a termini del Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma, e formulando la graduatoria provvisoria di gara nei seguenti termini, come risulta da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all. 3):

Operatore Economico	€ totale offerto	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico	Totale punteggio
Roche Diagnostics S.p.A	€ 1.446.543,38	66,40	70,00	30,00	100

come risulta dal succitato verbale dell'11 maggio 2022 la Commissione giudicatrice, non sussistendo i presupposti per la valutazione dell'anomalia dell'offerta di cui all'art 97 del D. lgs. 50-2016, ha proposto di aggiudicare la fornitura "in service" di un sistema integrato per l'esecuzione in completa automazione dei test di biologia molecolare e sierologia, in fabbisogno all'U.O.C. di Microbiologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza;

i sopraccitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente;

si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura "in service" di un sistema integrato per l'esecuzione in completa automazione dei test di biologia molecolare e sierologia, in fabbisogno all'U.O.C. di Microbiologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza alla ditta Roche Diagnostic s.p.a., la cui offerta economica pari a complessivi € 1.446.543,38 + I.V.A. 22%, è ripartita come di seguito:

- € 1.823,62 + I.V.A. 22%, canone annuale di noleggio per tutte le attrezzature offerte, per un importo complessivo triennale pari a € 5.470,85 + I.V.A. 22%;
- € 688,53 + I.V.A. 22%, canone annuale di assistenza tecnica full risk per tutte le attrezzature offerte, per un importo complessivo triennale pari a € 2.065,59 + I.V.A. 22%;
- € 479.668,98 + I.V.A. al 22% importo annuale per reagenti/reattivi, calibratori, controlli e materiale di consumo, per un totale complessivo triennale di € 1.439.006,94 + I.V.A. al 22%;

la spesa totale per la fornitura di cui si tratta è quindi pari a € 1.764.782,92 Iva al 22 % inclusa, dei quali € 1.755.588,47 per la fornitura dei reagenti e materiale di consumo e € 9.194,46 per il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per la durata di mesi 36;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31, comma 5 e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del Dec; ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:

- prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

nel concreto, il DEC dovrà provvedere a coordinare e supervisionare le prestazioni oggetto del contratto (installazione e collaudo delle apparecchiature, manutenzione delle apparecchiature, fornitura dei materiali di consumo), al fine di garantire il buon andamento della fornitura.

con il contratto che verrà stipulato dovrà essere nominata la ditta aggiudicatrice quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dello svolgimento della fornitura prevista, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda Ulss8 in materia di dati personali, già richiamati nel capitolato d'onere conservato agli atti.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di aggiudicare la fornitura “in service” di un sistema integrato per l’esecuzione in completa automazione dei test di biologia molecolare e sierologia, in fabbisogno all’U.O.C. di Microbiologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza alla ditta Roche Diagnostic s.p.a., per la durata di mesi 36, numero gara SIMOG 8445802, CIG 9094676C0C, ai seguenti valori economici:
 - € 1.823,62 + I.V.A. 22%, canone annuale di noleggio per tutte le attrezzature offerte, per un importo complessivo triennale pari a € 5.470,85 + I.V.A. 22%;
 - € 688,53 + I.V.A. 22%, canone annuale di assistenza tecnica full risk per tutte le attrezzature offerte, per un importo complessivo triennale pari a € 2.065,59 + I.V.A. 22%;
 - € 479.668,98 +I.V.A. al 22% importo annuale per reagenti/reattivi, calibratori, controlli e materiale di consumo, per un totale complessivo triennale di € 1.439.006,94 +I.V.A. al 22%;per una spesa complessiva pari a € 1.764.782,92 Iva al 22 % inclusa, dei quali € 1.755.588,47 per la fornitura dei reagenti e materiale di consumo e € 9.194,46 per il noleggio e la manutenzione delle apparecchiature per la durata di mesi 36;
3. di dare atto che l’onere complessivo di spesa pari ad € 1.764.782,92 (IVA al 22% inclusa), sarà imputato come segue:
 - € 294.130,49 nel Bilancio Sanitario anno 2022 (dall’1/7 al 31/12) come di seguito ripartito:
 - € 292.598,08 al conto n. 54 02 000121 "dispositivi diagnostici IVD"
 - € 1.112,41, al conto 56 03 000010 " canone di noleggio attrezzature sanitarie"
 - € 420,00 al conto 5507000160 “servizio di manutenzione attrezzature sanitarie”
 - € 588.260,98 nel Bilancio Sanitario anno 2023 come di seguito ripartito:
 - € 585.196,16 al conto n. 54 02 000121 "dispositivi diagnostici IVD"
 - € 2.224,82, al conto 56 03 000010 " canone di noleggio attrezzature sanitarie"
 - € 840,01 al conto 5507000160 “servizio di manutenzione attrezzature sanitarie”
 - € 588.260,98 nel Bilancio Sanitario anno 2024 come di seguito ripartito:
 - € 585.196,16 al conto n. 54 02 000121 "dispositivi diagnostici IVD"
 - € 2.224,82, al conto 56 03 000010 " canone di noleggio attrezzature sanitarie"
 - € 840,01 al conto 5507000160 “servizio di manutenzione attrezzature sanitarie”
 - € 294.130,49 nel Bilancio Sanitario anno 2025 (dall’1/1 al 30/06) come di seguito ripartito:
 - € 292.598,08 al conto n. 54 02 000121 "dispositivi diagnostici IVD"
 - € 1.112,41, al conto 56 03 000010 " canone di noleggio attrezzature sanitarie"
 - € 420,00 al conto 5507000160 “servizio di manutenzione attrezzature sanitarie”
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di autorizzare il Direttore dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dott. Giorgio Miotto alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;

5. di nominare, con il suddetto contratto, la ditta aggiudicatrice quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dello svolgimento della fornitura prevista, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda Ulss 8 in materia di dati personali, già richiamati nel capitolato d'oneri conservato agli atti;
6. di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, la dott.ssa Michela Pascarella, dirigente medico dell'U.O.C. di Microbiologia e Virologia del P.O. di Vicenza, la quale ha già fornito idonea dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O. proponente;
7. di autorizzare la spesa presunta di € 600,00, comprensivi di IVA al 22%, per le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, da imputare al Conto contabile n. 5802000035 del Bilancio sanitario 2022, con obbligo di rimborso alla Stazione Appaltante dell'aggiudicatario;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line di questa Azienda Ulss 8.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE E SIEROLOGIA

VERBALE DI APERTURA BUSTA TECNICA

(verbale Commissione Giudicatrice n. 1)

GARA N. 8445802 LOTTO 1 CIG 9094676C0C

ID SINTEL 151512300

Alle ore 11.10 del 13.4.2022, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.S. Gare del Servizio Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 7/4/2022 così composta:

Presidente: dott.ssa Giacomina Pavan, Dirigente Medico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

Commissari:

dott.ssa Isabella Cerbaro, Dirigente Biologa presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

dott.ssa Fedra Fortuna, Coordinatore tecnico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

E’ altresì presente la dott.ssa Marina Favara, dell’U.O.S. Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che con la suddetta delibera n 561 del 7/4/2022 è stato ammesso alla presente gara l’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A. con sede a Monza (MB).

La Commissione procede a riscontrare la presenza della busta telematica “documentazione tecnica” presentate dal concorrente ammesso nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata, ammette la ditta Roche Diagnostics S.p.A. alla successiva fase di gara.

Il Presidente ritiene di concludere la seduta e rinviare alla prossima riunione la valutazione della documentazione, ai sensi all’art. 18 del Disciplinare di gara.

La documentazione tecnica verrà messa a disposizione dei membri della Commissione e i plichi telematici originali contenenti la documentazione tecnica sono invece custoditi dalla piattaforma Sintel.

La seduta ha termine alle ore 11.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

I TESTIMONI

dott. ssa Giacomina Pavan

dott.ssa Isabella Cerbaro

dott.ssa Fedra Fortuna

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE E SIEROLOGIA

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTA TECNICA
(verbale Commissione Giudicatrice n. 2)

GARA N. 8445802 LOTTO 1 CIG 9094676C0C
ID SINTEL 151512300

Alle ore 10.00 del 21 aprile 2022, in Vicenza, presso il laboratorio dell’UOC di Microbiologia, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 7/4/2022 così composta:

Presidente: dott.ssa Giacomina Pavan, Dirigente Medico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

Commissari:
dott.ssa Isabella Cerbaro, Dirigente Biologa presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;
dott.ssa Fedra Fortuna, Coordinatore tecnico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione inizia a leggere la documentazione pervenuta dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. con sede a Monza (MB).

La Commissione, non potendo proseguire i lavori, a fronte della complessità dei documenti da leggere e di indifferibili impegni lavorativi, rinvia alla prossima seduta la verifica dei requisiti tecnici minimi richiesti all’art. 3 dal Capitolato Tecnico di gara.

La seduta ha termine alle ore 12.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

dott. ssa Giacomina Pavan

dott.ssa Isabella Cerbaro

dott.ssa Fedra Fortuna

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE E SIEROLOGIA

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTA TECNICA

(verbale Commissione Giudicatrice n. 3)

GARA N. 8445802 LOTTO 1 CIG 9094676C0C

ID SINTEL 151512300

Alle ore 10.30 del 28 aprile 2022, in Vicenza, presso il laboratorio dell’UOC di Microbiologia, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 7/4/2022 così composta:

Presidente: dott.ssa Giacomina Pavan, Dirigente Medico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

Commissari:

dott.ssa Isabella Cerbaro, Dirigente Biologa presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

dott.ssa Fedra Fortuna, Coordinatore tecnico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione, terminata la lettura della documentazione tecnica pervenuta dalla ditta Roche s.p.a. procede alla verifica dei requisiti tecnici minimi richiesti all’art. 3 dal Capitolato Tecnico di gara, per l’offerta pervenuta.

Al termine della verifica la Commissione riscontra che i sistemi offerti dalla ditta presentano i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico e pertanto l’offerta viene ammessa alla valutazione in attuazione all’art. 18 del Disciplinare di gara.

La Commissione, non potendo proseguire i lavori, rinvia l’attività di valutazione alla prossima seduta.

La seduta ha termine alle ore 12.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

dott. ssa Giacomina Pavan

dott.ssa Isabella Cerbaro

dott.ssa Fedra Fortuna

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE E SIEROLOGIA

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTA TECNICA

(verbale Commissione Giudicatrice n. 4)

GARA N. 8445802 LOTTO 1 CIG 9094676C0C

ID SINTEL 151512300

Alle ore 10.30 del 4 maggio 2022, in Vicenza, presso il laboratorio dell’UOC di Microbiologia, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 7/4/2022 così composta:

Presidente: dott.ssa Giacomina Pavan, Dirigente Medico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

Commissari:

dott.ssa Isabella Cerbaro, Dirigente Biologa presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

dott.ssa Fedra Fortuna, Coordinatore tecnico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione procede alla valutazione della qualità dell’offerta tecnica pervenuta e sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 18 del Disciplinare di gara, esprime i giudizi come di seguito, con riferimento ai seguenti prodotti offerti:

Attrezzature:

- Sistema di Preanalitica: Sistema cobas p 612 (CCM) ricondizionato – cod. 07962703001 - Roche Diagnostics
- Sistema di preanalitica : (centrifuga): Sistema cobas p 471 STD ricondizionato-cod. 07962584001 - Roche Diagnostics
- Sistema di preanalitica : Sistema cobas p 480 ricondizionato cod 07268629001 - Roche Diagnostics
- Strumento automatizzato per l'estrazione degli acidi nucleici e analisi PCR real time: Sistema cobas 6800 ricondizionato, cod 05524245001 - Roche Diagnostics

- Strumento automatizzato per la determinazione di anticorpi ed antigeni: Sistema cobas 8000 <e801/e801> ricondizionato, ditta produttrice Hitachi
- Middleware: Sistema cobas Infinity S, cod 08867658001 - Roche Diagnostics

Reagenti/reattivi:

- 1 KIT COBAS 58/68/8800 HIV 192T IVD 09040803190
 - 2 KIT COBAS 58/68/8800 HCV 192T IVD 09040765190
 - 3 KIT COBAS 58/68/8800 HBV 192T IVD 09040820190
 - 4 KIT COBAS 58/68/8800 CMV 192T IVD 09040897190
 - 5 KIT COBAS 6800/8800 HPV 480T IVD 07460155190
 - 6 ANTI-HAV IGM ELECSYS E2G 300 07026773190
 - 7 ANTI-HAV G2 ELECSYS E2G 300 08086664190
 - 8 A-HBC GEN.2 ELECSYS E2G 300 V2 09014926190
 - 9 ANTI-HBC IGM ELECSYS E2G 300 07026811190
 - 10 ANTI-HBE ELECSYS E2G 300 07026838190
 - 11 ANTI-HBS G2 ELECSYS E2G 300 V2 08498610190
 - 12 ANTI-HCV G2 ELECSYS E2G 300 07026889190
 - 13 CMV IgG Elecsys E2G 300 V2 09118551190
 - 14 CMV IGM ELECSYS E2G 300 07027133190
 - 15 HIV duo Elecsys E2G 300 V2 08836973190
 - 16 RUBELLA IGG ELECSYS E2G 300 07027770190
 - 17 RUBELLA IGM ELECSYS E2G 300 07027796190
 - 18 TOXO IGG ELECSYS E2G 300 07028008190
 - 19 TOXO IGM ELECSYS E2G 300 07028024190
 - 20 Syphilis Elecsys E2G 300 V2 09015051190
 - 21 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 08814848190
 - 22_1 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 08814848190
 - 22_2 HBsAg Confirmatory Elecsys cobas e V2 09127127190
 - 23 HBEAG ELECSYS E2G 300 07027427190
 - 24 CMV IgG Avidity Elecsys E2G 100 V2 09342389190
 - 25 TOXO IGG AVIDITY ELECSYS E2G 100 07027974190
- e relativo materiale di consumo, per controlli e calibrazioni.

La Commissione esprime i giudizi come di seguito:

PROGETTO

	Criterio discrezionale	Punteggio massimo	coefficiente	Punteggio attribuito
1	Automazione e ottimizzazione dei flussi di lavoro in relazione alla tipologia e al numero di strumenti offerti	9	1	9
<i>Il progetto presentato risponde puntualmente ai requisiti richiesti.</i>				
	Criterio discrezionale	Punteggio massimo	coefficiente	Punteggio attribuito
2	Valutazione della gestione degli spazi nel progetto di installazione al fine di garantire la sicurezza degli operatori e i flussi di lavoro	8	0,8	6,4
<i>Una buona gestione degli spazi nel progetto di installazione garantisce sufficientemente la sicurezza degli operatori e i flussi di lavoro.</i>				
	Criterio discrezionale	Punteggio massimo	coefficiente	Punteggio attribuito
3	Modalità gestionali ed organizzative atte a garantire la continuità operativa durante la fase di installazione e transizione	4	0,6	2,4
<i>La ditta dichiara di garantire la continuità operativa del servizio in tutte e 3 le fasi di esecuzione: nel progetto non viene data puntuale evidenza di come tale continuità viene realizzata</i>				
	Criterio discrezionale	Punteggio massimo	coefficiente	Punteggio attribuito
4	Modalità e tempi del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria	4	1	4
<i>Vengono apprezzate le migliori proposte rispetto ai tempi di intervento previsti.</i>				

PREANALITICA

	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito	
5.1	Idoneità al trattamento di campioni di biologia molecolare mediante sistemi atti ad evitare il carry over	presente=8 assente=0	8	
<i>Il sistema di preanalitica è idoneo e certificato al trattamento di campioni di biologia molecolare mediante sistemi atti ad evitare il carry over.</i>				
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito	
5.2	Produttività ≥ 1200 provette/ora a caricamento continuo	presente=2 assente=0	2	
<i>La produttività dichiarata arriva a 1400 provette/ora.</i>				
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito	
5.3	Produttività della centrifuga: non inferiore a 450 provette/ora	presente=1 assente=0	1	
<i>La produttività dichiarata per la centrifuga è di 495 provette/ora</i>				
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito	
5.4	Produttività della centrifuga: centrifugazione ≥ 3500 giri	presente=1 assente=0	1	
<i>La produttività della centrifuga è pari a 4500 giri.</i>				
	Criterio discrezionale	Punteggio massimo	coefficiente	Punteggio attribuito
5.5	Modalità della gestione post-analitica al fine di garantire sia la tracciabilità che le aliquote delle provette primarie	3	1	3
<i>La modalità di gestione post analitica offerta corrisponde alla richiesta.</i>				

ANALIZZATORE BIOLOGIA MOLECOLARE

	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito
6.1	Reagenti pronti all'uso senza necessità di travaso	presente=3 assente=0	3
<i>I reagenti per l'analizzatore di biologia molecolare non necessitano di alcuna manipolazione.</i>			
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito
6.2	Reagenti stabili on board per almeno 30 giorni dal primo utilizzo	presente=5 assente=0	5
<i>I reagenti sono stabili a bordo per 30 giorni dal primo utilizzo.</i>			
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito
6.3	Presenza di sistemi enzimatici di decontaminazione da carry-over inclusi nei reagenti	presente=6 assente=0	6
<i>I reagenti includono sistemi enzimatici di decontaminazione da carry-over.</i>			
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito
6.4	Possibilità di eseguire contemporaneamente almeno 3 test	presente=2 assente=0	2
<i>L'offerta corrisponde a quanto richiesto.</i>			
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito
6.5	Capacità on board contemporaneamente di almeno 300 campioni/strumento	presente=1 assente=0	1
<i>La capacità dichiarata è di 360 campioni.</i>			
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito
6.6	Capacità analitica calcolata su 8 ore di almeno 900 campioni/strumento	presente=1 assente=0	1
<i>La capacità analitica dichiarata a pieno regime è superiore a quanto richiesto.</i>			
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito
6.7	Doppio target di amplificazione per HIV 1 in regioni non target di farmaci	presente=2 assente=0	2
<i>Quanto dichiarato corrisponde alla richiesta.</i>			

ANALIZZATORE SIEROLOGIA

	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito	
7.1	Produttività del modulo >=300 test/ora	presente=3 assente=0	3	
Il sistema analitico offerto ha una produttività di 600 test/ora indipendentemente dai test richiesti.				
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito	
7.2	Ridotto volume di campione utilizzabile per singolo test	presente=2 assente=0	2	
Il sistema offerto utilizza ridotto volume di campione per singolo test.				
	Criterio discrezionale	Punteggio massimo	coefficiente	Punteggio attribuito
7.3	Capacità reattivi in linea sul sistema analitico	1	1	1
Elevata capacità di reattivi in linea (96 cassette di reagenti corrispondenti a 28.800 determinazioni).				
	Criterio discrezionale	Punteggio massimo	coefficiente	Punteggio attribuito
7.4	Valutazione stabilità reattivi a bordo	1	0,6	0,6
I reagenti per la gran parte degli analiti sono stabili a bordo per 16 settimane, eccetto per il test HCVAb stabile per 31 giorni.				
	Criterio tabellare	Punteggio	Punteggio attribuito	
7.5	Modalità automatiche per aggiornamento valori calibratori e materiali di controllo con produzione di alert per gli operatori	presente=3 assente=0	3	
Il sistema dispone di modalità automatiche e di semplice visualizzazione per aggiornamenti e alert.				

Il punteggio totale attribuito all'offerta presentata dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. è pari a **66,4** su 70 ed avendo superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti, come indicato all'art. 18.1 del disciplinare di gara, viene ammessa all'apertura dell'offerta economica.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta ha termine alle ore 12.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

dott. ssa Giacomina Pavan

dott.ssa Isabella Cerbaro

dott.ssa Fedra Fortuna

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE E SIEROLOGIA

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 5
APERTURA BUSTA ECONOMICA**

**GARA N. 8445802 LOTTO 1 CIG 9094676C0C
ID SINTEL 151512300**

Alle ore 10.40 dell’11 maggio 2022, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si riunisce, per l’apertura e valutazione dell’offerta economica in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 7/4/2022 così composta:

Presidente: dott.ssa Giacomina Pavan, Dirigente Medico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

Commissari:

dott.ssa Isabella Cerbaro, Dirigente Biologa presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

dott.ssa Fedra Fortuna, Coordinatore tecnico presso l’U.O. di Microbiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza”;

È altresì presente la dott.ssa Marina Favara, dell’UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

Viene accertato che tramite l’area comunicazioni piattaforma Sintel è stata data preventiva comunicazione dello svolgimento della seduta odierna alla Ditta concorrente.

Il Presidente dà atto che la Commissione Giudicatrice ha terminato i lavori di valutazione dell’offerta tecnica presentata da Roche spa e ha assegnato i relativi punteggi.

Il presidente procede pertanto, con la lettura dei verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice, datati 21 e 28 aprile 2022 e 4 maggio 2022, dei quali si richiama la valutazione di seguito riepilogata:

Ditta	Punteggio tecnico
ROCHE S.P.A.	66,4 su 70

La Commissione procede a riparametrare il punteggio tecnico come previsto dall'art. 18.2 del Disciplinare, qui richiamato: *“per tutte le offerte che avranno superato la soglia minima di sbarramento di cui all'art 18.1 del Disciplinare, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'elemento qualità e l'elemento prezzo, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato: la stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente”*, e a darne atto nella tabella di seguito riepilogata:

Ditta	Punteggio tecnico riparametrato
ROCHE S.P.A.	70 su 70

La Commissione inserisce nella piattaforma SINTEL il punteggio assegnato all'offerta tecnica del concorrente.

La Commissione, successivamente, procede a riscontrare la presenza della busta 3 “Offerta Economica” presentata dal concorrente ammesso alla fase successiva di apertura della busta economica, nonché ad effettuare il download della documentazione d'offerta ivi contenuta.

Successivamente viene aperta la busta n. 3 il cui contenuto in sintesi viene riportato di seguito:

Attrezzature offerte:

- Sistema di Preanalitica: Sistema cobas p 612 (CCM) ricondizionato – cod. 07962703001 - Roche Diagnostics
- Sistema di preanalitica : (centrifuga): Sistema cobas p 471 STD ricondizionato-cod. 07962584001 - Roche Diagnostics
- Sistema di preanalitica : Sistema cobas p 480 ricondizionato cod 07268629001 - Roche Diagnostics
- Strumento automatizzato per l'estrazione degli acidi nucleici e analisi PCR real time: Sistema cobas 6800 ricondizionato, cod 05524245001 - Roche Diagnostics
- Strumento automatizzato per la determinazione di anticorpi ed antigeni: Sistema cobas 8000 <e801/e801> ricondizionato, ditta produttrice Hitachi
- Middleware: Sistema cobas Infinity S, cod 08867658001 - Roche Diagnostics

Canone annuo di noleggio pe tutte le attrezzature offerte:

€ 1.823,62 + I.V.A. 22% totale triennio: € 5.470,85 + I.V.A.;

Canone annuo di assistenza tecnica pe tutte le attrezzature offerte:

€ 688,53 + I.V.A. 22% totale triennio: € 2.065,59 + iva

Reagenti/reattivi e relativo materiale di consumo per controlli e calibrazioni.

- 1 KIT COBAS 58/68/8800 HIV 192T IVD 09040803190
- 2 KIT COBAS 58/68/8800 HCV 192T IVD 09040765190
- 3 KIT COBAS 58/68/8800 HBV 192T IVD 09040820190
- 4 KIT COBAS 58/68/8800 CMV 192T IVD 09040897190
- 5 KIT COBAS 6800/8800 HPV 480T IVD 07460155190
- 6 ANTI-HAV IGM ELECSYS E2G 300 07026773190
- 7 ANTI-HAV G2 ELECSYS E2G 300 08086664190
- 8 A-HBC GEN.2 ELECSYS E2G 300 V2 09014926190
- 9 ANTI-HBC IGM ELECSYS E2G 300 07026811190

10 ANTI-HBE ELECSYS E2G 300 07026838190
 11 ANTI-HBS G2 ELECSYS E2G 300 V2 08498610190
 12 ANTI-HCV G2 ELECSYS E2G 300 07026889190
 13 CMV IgG Elecsys E2G 300 V2 09118551190
 14 CMV IGM ELECSYS E2G 300 07027133190
 15 HIV duo Elecsys E2G 300 V2 08836973190
 16 RUBELLA IGG ELECSYS E2G 300 07027770190
 17 RUBELLA IGM ELECSYS E2G 300 07027796190
 18 TOXO IGG ELECSYS E2G 300 07028008190
 19 TOXO IGM ELECSYS E2G 300 07028024190
 20 Syphilis Elecsys E2G 300 V2 09015051190
 21 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 08814848190
 22_1 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 08814848190
 22_2 HBsAg Confirmatory Elecsys cobas e V2 09127127190
 23 HBEAG ELECSYS E2G 300 07027427190
 24 CMV IgG Avidity Elecsys E2G 100 V2 09342389190
 25 TOXO IGG AVIDITY ELECSYS E2G 100 07027974190
 e relativo materiale di consumo, per controlli e calibrazioni.

Importo annuale per reagenti/reattivi, calibratori, controlli e materiale di consumo:
€ 479.668,98 +I.V.A. al 22%

Importo triennale per reagenti/reattivi, calibratori, controlli e materiale di consumo:
€ 1.439.006,94 +I.V.A. al 22%

TOTALE importo complessivo TRIENNALE offerto per il noleggio e l'assistenza tecnica di tutti gli strumenti, nonchè per i reagenti/reattivi, calibratori, controlli e materiale di consumo, al netto dei costi per la sicurezza da interferenza (DUVRI):

€ 1.446.543,38+ I.V.A. 22%

(Importo totale a base d'asta triennale fissato in € 1.447.000,00.)

Sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, viene assegnato il seguente punteggio:

Ditta	Punteggio economico
ROCHE S.P.A.	30 su 30

Si procede quindi con la somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica con il punteggio assegnato alla offerta economica individuando il punteggio complessivo nei termini indicati nella tabella di seguito riportata:

Ditta	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico	Punteggio totale
ROCHE S.P.A.	70 su 70	30 su 30	100

Non sussistendo i presupposti per la valutazione dell'anomalia di cui dell'art.97 del D.L.vo 50/2016, la Commissione propone di aggiudicare la gara per l'affidamento della fornitura di un

sistema integrato per l'esecuzione in completa automazione di test di biologia molecolare e sierologia alla ditta Roche spa, nei termini soprariportati.

La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

La seduta termina in data di oggi 11 maggio 2022 alle ore 11.15.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

dott. ssa Giacomina Pavan

dott.ssa Isabella Cerbaro

dott.ssa Fedra Fortuna