

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 890 DEL 26/05/2022

O G G E T T O

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER L’ESECUZIONE DI TC, RMN E PROCEDURE ANGIOGRAFICHE E DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 884/22

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“con deliberazione n. 431 del 18/03/2022 è stato disposto di indire gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in piattaforma “Sintel”, per l'affidamento della fornitura di sistemi di iniezione di mezzo di contrasto per l'esecuzione di TC, RMN e procedure angiografiche e del materiale di consumo dedicato, con base d'asta di € 482.400,00 IVA esclusa (costi per la sicurezza pari a € 0,00), numero gara SIMOG 8471662, CUI n. 02441500242202100004;

ai chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e bando di gara (All. 1);

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 28.4.2022 ad ore 14:00 ha presentato offerta la ditta BAYER S.p.A. con sede a Milano (MI);

in data 29 aprile 2022 si è tenuta la seduta per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa, caricata dalla ditta nella piattaforma informatica “Sintel”, come da verbale che si allega (All. 2); la ditta Bayer spa ha presentato idonea documentazione, come richiesto dal disciplinare di gara e, conseguentemente, è stata ammessa al prosieguo della procedura;

il disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione della gara sia disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è quindi indispensabile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 291 del 26 febbraio 2020 (avente per oggetto la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici); visto l'oggetto dell'appalto che prevede per i tre lotti di gara la fornitura ed installazione di 10 iniettori a carrello e di 5 iniettori pensili ancorati a soffitto, nonché la fornitura del relativo materiale del consumo, si rende necessario nominare una commissione con competenze multidisciplinari a termini di quanto previsto dall'art. 2 del precitato Regolamento Aziendale;

per la composizione della Commissione Giudicatrice si propongono i seguenti professionisti:

Presidente: dott. Evelino Zanella, Dirigente Medico Direttore dell'U.O. di Radiologia dell'Ospedale “San Lorenzo” di Valdagno (VI), dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”;

Commissari: ing. Andrea Leonardi, dirigente ingegnere dell'U.O.C di Servizi Tecnici Patrimoniali dell'azienda Ulss n. 8 “Berica”;

dott. Leonardo Bono, collaboratore tecnico sanitario, Coordinatore dell'U.O. di Neuroradiologia dell'Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”;

tutti i soggetti individuati hanno prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente; i curricula dei componenti individuati della commissione dimostrano adeguata esperienza multidisciplinare in relazione all'oggetto della gara, i quali verranno pubblicati nel sito dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”, come previsto dalla normativa di riferimento;

in virtù delle competenze e professionalità documentate, i nominativi proposti paiono garantire adeguata esperienza complessiva nello specifico settore cui afferisce l'appalto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare i chiarimenti forniti dal RUP in corso di pubblicazione, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (All. 1);
2. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento interno adottato con deliberazione n. 291 del 26 febbraio 2020, la Commissione Giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte, come segue:
Presidente: dott. Evelino Zanella, Dirigente Medico Direttore dell'U.O. di Radiologia dell'Ospedale "San Lorenzo" di Valdagno (VI), dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
Commissari: ing. Andrea Leonardi, dirigente ingegnere dell'U.O.C di Servizi Tecnici Patrimoniali dell'azienda Ulss n. 8 "Berica";
dott. Leonardo Bono, Coordinatore dell'U.O. di Neuroradiologia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
3. di stabilire che l'attività di valutazione della Commissione Giudicatrice dovrà essere conclusa nel periodo massimo di tre mesi dalla prima riunione, salva la possibilità di proroga per motivate ragioni;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER L’ESECUZIONE DI TC, RMN E PROCEDURE ANGIOGRAFICHE E DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO

GARA SIMOG N. 8471662

LOTTO 1 CIG 91247459C6 LOTTO 2 CIG 9124759555 LOTTO 3 CIG 91247741B7

ID SINTEL 152404016

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1

In riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale da Voi richiesto come forniture eseguite nell'ultimo triennio (punto 6.3 del Disciplinare di gara), si chiede conferma degli importi indicati (lotto 1---> 500.000,00; lotto 2----> 100.000,00 e lotto 3----> 150.000,00), che risultano essere più alti anche di quanto indicato per la base d'asta triennale.

Risposta n. 1

L’art. 6.3 del disciplinare di gara individua i requisiti di capacità tecnico-professionale per ciascun singolo lotto, posti per la verifica della capacità tecnica del fornitore allo svolgimento dell’appalto; a tal fine viene richiesta l’esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto di ciascun lotto.

Nel produrre l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati), **i concorrenti potranno far riferimento alle forniture analoghe poste in essere nel triennio**: il concetto di forniture analoghe deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste. Si precisa che nel rispetto del principio del favor participationis, una fornitura può considerarsi analoga a quella posta a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione.

Vicenza, 4 aprile 2022

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER L’ESECUZIONE DI TC, RMN E PROCEDURE ANGIOGRAFICHE E DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO

GARA SIMOG N. 8471662

LOTTO 1 CIG 91247459C6 LOTTO 2 CIG 9124759555 LOTTO 3 CIG 91247741B7

ID SINTEL 152404016

CHIARIMENTO N. 2

Domanda n. 2

Considerate le caratteristiche tecniche richieste, il numero di iniettori (7) che dovranno essere nuovi di fabbrica e i giorni e le procedure da Voi segnalati, si chiede di riconsiderare e riformulare l'importo a base d'asta per i 36 mesi, ritenuto notevolmente basso.

Risposta n. 2

Si confermano gli importi posti a base di gara.

Domanda n. 3

Facendo riferimento a quanto riportato nel Capitolato tecnico, sono richiesti 5 iniettori pensili e 2 iniettori carrellati. Si chiede se è possibile fornire tutti e 7 gli iniettori nella configurazione a carrello. Non essendoci menzione di un eventuale sopralluogo, si chiede inoltre se è possibile effettuare un sopralluogo nei locali TC nei quali andranno installati gli iniettori.

Risposta n. 3

Per quanto riguarda il lotto n. 1, a parziale rettifica di quanto previsto nella descrizione di cui all’art 3 del Capitolato Tecnico, **l’iniettore previsto per la sala radiologica dell’ospedale di Arzignano dovrà essere offerto nella configurazione a carrello, e non nella configurazione a pensile**, come indicato nel capitolato tecnico a causa di un refuso.

Per quanto riguarda gli altri iniettori si confermano le configurazioni previste nel capitolato tecnico: si riporta di seguito la corretta configurazione degli iniettori per il lotto n. 1:

LOTTO 1 CIG 91247459C6: INIETTORI per TAC

FABBISOGNO INIETTORI PER TAC						Al fine di agevolare le imprese nella formulazione dell'offerta si indicano i consumi storici/previsioni di consumo	
Ospedale	Ubicazione	Iniettore: Carrello o Pensile	Numero Giorni/Anno Attività	Ore di Utilizzo	N.ro Pazienti/procedure Anno	N.ro kit materiale di consumo monopaziente/Anno	N.ro kit materiale di consumo pluripaziente / Anno
San Bortolo	n. 1 Iniettore presso TC Neuroradiologia 1	Pensile	365	H24	600	600	/
San Bortolo	n. 1 Iniettore presso TC Neuroradiologia 2	Pensile	250	H12	600	600	/
San Bortolo	n. 1 Iniettore presso TC Radiologia 1	Pensile	365	H24	8.500	1500	300 siringhe +7000 raccordi
San Bortolo	n. 1 Iniettore presso TC Radiologia 2	Pensile	250	H12	4000	1000	200 siringhe +3000 raccordi
Noventa	n. 1 Iniettore presso TC Radiologia	Carrello	250	H12	1100	1100	/
Arzignano	n. 1 Iniettore presso TC Radiologia	Carrello	365	H24	900	900	/
Valdagno	n. 1 Iniettore presso TC 16 Radiologia	Carrello	250	H12	900	900	/
TOTALI	n. 7 Iniettori				16.600		

Si allegano i modelli di offerta economica senza prezzi (allegato 3A) e con prezzi (allegato 3B) che riportano detta correzione e che dovranno essere utilizzati per la formulazione dell'offerta.

Si ammette la possibilità di offrire la configurazione a carrello per l'iniettore muletto in caso di sostituzione di un iniettore fuori uso.

Per consentire alle ditte di avere una visione dei locali ove dovranno essere collocati gli iniettori nella configurazione a pensile, si allegano le foto dei locali e precisamente:

foto 1: TAC GE VCT nella sala dell'UO di Radiologia a Vicenza

foto 2: TAC REVOLUTION EVO nella sala dell'UO di Radiologia a Vicenza

foto 3: TAC REVOLUTION EVO nella sala dell'UO di Neuroradiologia a Vicenza

foto 4: TAC SIEMENS nella sala dell'UO di Neuroradiologia a Vicenza

In considerazione della situazione pandemica in corso non risulta possibile l'organizzazione e la gestione di sopraluoghi da svolgersi presso le sale diagnostiche, stante la necessità di limitare l'accesso e la contaminazione dei locali.

Domanda n. 4

Facendo riferimento alle caratteristiche dell'interfaccia utente - in particolare alla voce "predisposto per collegamento bidirezionale iniettore-tac" - al fine di formulare una congrua offerta economica, si chiede di specificare se con il termine "predisposto" si intenda l'effettiva volontà di avere il collegamento bidirezionale iniettore-tac o se si può considerare una caratteristica da implementare, poi, su richiesta della S.A. Si chiede inoltre di rendere noti tutti i modelli delle TAC con le quali dovrà collegarsi bidirezionalmente l'iniettore.

Risposta n. 4

Si conferma che la ditta aggiudicataria dovrà garantire il collegamento bidirezionale iniettore-tac con le apparecchiature di seguito riportate:

n. SIC	N. INV	Marca	modello	collaudo	collocazione
22397	93521	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	ASTELION	30/09/2016	UOSD Radiologia di Noventa
22260	93550	GE HEALTHCARE	REVOLUTION EVO	A22/09/2016	UOC di Neuroradiologia- Vicenza
27730	110915	SIEMENS AG	SOMATOM DEFINITION EDGE	27/02/2020	UOC di Neuroradiologia- Vicenza
32635	122403	GE HEALTHCARE	REVOLUTION EVO	16/06/2021	UOC di Radiologia- Vicenza
13826	54791	GE HEALTHCARE	LIGHTSPEED VCT XT	30/10/2009	UOC di Radiologia- Vicenza
200000 73236	200000 73236	SIEMENS AG	SOMATOM EMOTION 16	18/12/2012	UOC di Radiologia Ospedale Valdagno
101578	M000101578	GE HEALTHCARE	REVOLUTION EVO	12/12/2018	UOC di Radiologia Ospedale Arzignano

Domanda n. 5

Facendo riferimento alle caratteristiche del software - in particolare alla voce "Tracciabilità dei parametri di iniezione, con possibilità di trasmissione dei dati al PACS aziendale con protocollo DICOM 3.0 per il sistema PACS e HL7 per il RIS aziendale. Per sistemi RIS/PACS si intendono sia quelli attualmente in uso sia quelli di cui in futuro l'ULSS8 vorrà dotarsi" - si chiede di considerare equivalente e valido un sistema che, prelevando la worklist dal RIS, invii i dati relativi all'esame contrastografico al solo PACS in formato DICOM.

Risposta n. 5

Si conferma la caratteristica contenuta all'3 "caratteristiche funzionali e tecniche di minima a pena di esclusione", con riferimento al lotto n. 1: "Tracciabilità dei parametri di iniezione, con possibilità

di trasmissione dei dati al PACS aziendale con protocollo DICOM 3.0 per il sistema PACS e HL7 per il RIS aziendale”.

Domanda n. 6

Facendo riferimento alle caratteristiche del software - in particolare alla voce "sistema unico aziendale per analisi statistiche" - si chiede di chiarire e dettagliare cosa si intende con tale caratteristica.

Risposta n. 6

Si intende la necessità di avere un collegamento per le analisi statistiche anche con i dati relativi al mezzo di contrasto.

Domanda n. 7

Si chiede di chiarire se con la voce "dispositivo che permetta la perforazione di più flaconi durante la giornata lavorativa" si intendano spike perfora-flacone da non dover sostituire ad ogni cambio flacone.

Risposta n. 7

Si intende la necessità di avere dispositivi che permettano la perforazione di più flaconi durante la giornata lavorativa da non dover sostituire ad ogni cambio flacone.

Domanda n. 8

Per quanto riguarda la comprova del requisito di capacità tecnico-professionale, la fornitura di fatture quietanze e/o dei documenti bancari comprovanti il pagamento delle stesse, in caso di contratti con enti pubblici, nello specifico, fanno riferimento a procedure pluriennali, non ancora conclusesi, pertanto diventa difficile comprovare la totalità dell'importo aggiudicato.

Risposta n. 8

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione attestante le forniture svolte, secondo quanto riportato all'art. 6.3 del Disciplinare di gara.

In sede di verifica del possesso del requisito in capo all'aggiudicatario della gara si procederà secondo le modalità di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Domanda 9

Punto 7 del Lotto 3 del Capitolato Tecnico: si richiede se il mantentore di temperatura della siringa del mezzo di contrasto sia da considerarsi di minima o possa, invece, rientrare tra le caratteristiche preferenziali

Risposta n. 9

Si conferma che tale requisito, contenuto all'art. 3 "caratteristiche funzionali e tecniche di minima a pena di esclusione", è da considerarsi requisito minimo.

Domanda 10

Punto 4 del paragrafo Software del Lotto 1 e punto 5 del paragrafo Software del Lotto 2 del Capitolato Tecnico, relativo al sistema unico aziendale per analisi statistiche, si chiede:

- a) se negli ospedali coinvolti nella procedura di gara gli iniettori (sia CT che RM) sono tutti collegabili centralmente allo stesso sistema RIS/PACS, oppure se ogni ospedale ha il suo sistema RIS/PACS.
- b) se per l'accesso remoto (installazione/configurazione/assistenza) è possibile usare software VirtualCare (ThingWorx) o è indispensabile l'utilizzo di VPN locale.

Risposta n. 10

- a) Gli iniettori (sia CT che RM) sono collegati al sistema RIS/PACS fornito da "AGFA" per l'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza; e "ERIS-MEDSTATION" per l'Ospedale di Arzignano.
- b) Non è possibile utilizzare altri strumenti di tunneling di terze parti, vengono applicati i modelli aziendali di teleassistenza che utilizzano VPN tramite Forticlient. È possibile una implementazione futura tramite WAF, sempre che sia compatibile con la strumentazione proposta.

Vicenza, 13 aprile 2022

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER L’ESECUZIONE DI TC, RMN E PROCEDURE ANGIOGRAFICHE E DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO

GARA SIMOG N. 8471662

LOTTO 1 CIG 91247459C6 LOTTO 2 CIG 9124759555 LOTTO 3 CIG 91247741B7

ID SINTEL 152404016

CHIARIMENTO N. 3

Domanda n. 11

Confermate che non è da creare il Passoe?

Risposta n. 11

Si conferma che il PASSOE non è richiesto nei documenti da presentare nell’offerta.

Domanda n. 12

In merito al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE chiediamo se il bilancio 2021 non è ancora depositato se come riferimento del triennio si può indicare il periodo 2018 -2019 -2020.

Risposta n. 12

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno indicare nel DGUE le principali forniture effettuate nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

In sede di verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario della gara, si procederà secondo le modalità di cui all’articolo 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

Domanda n. 13

In merito al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE chiediamo se nell’elenco forniture si possono indicare, eventualmente, anche quelle in service/comodato d’uso.

Risposta n. 13

Nell’elenco delle forniture analoghe potranno essere considerate anche le forniture in service/comodato d’uso: verrà preso a riferimento il valore complessivo annuo dei contratti.

Domanda n. 14

In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo chiediamo di indicarci i codici corretti per il versamento tramite modello F23

Risposta n. 14

Si confermano le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo indicate all'art. 13.1, lettera b) del Disciplinare di gara.

Domanda n. 15

Nel disciplinare viene indicato che i documenti dovranno essere firmati digitalmente nella versione PDF, si segnala che i documenti firmati digitalmente sono in formato PDF con estensione PM7. Si chiede conferma che questi tipi di file siano accettati.

Risposta n. 15

Sono accettati i documenti firmati digitalmente in formato PDF con estensione PM7.

Vicenza, 15 aprile 2022

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER L’ESECUZIONE DI TC, RMN E PROCEDURE ANGIOGRAFICHE E DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO: INDIZIONE PROCEDURA.

VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

GARA N. 8471662

LOTTO 1 CIG 91247459C6 LOTTO 2 CIG 9124759555 LOTTO 3 CIG 91247741B7

ID SINTEL 152404016

Alle ore 9.30 del 29.4.2022, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l’ULSS 8 Berica:

Il RUP di gara: dott. Giorgio Miotto - Direttore del Provveditorato Economato e Gestione della logistica e RUP di gara

Testimone: dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e Gestione della logistica

Testimone: dott.ssa Marina Favara - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e Gestione della logistica e segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 8 Berica n. 431 del 18.03.2022 è stata indetta la presente gara articolata in tre lotti per la fornitura di sistemi di iniezione di mezzo di contrasto per l’esecuzione di tc, rmn e procedure angiografiche e del materiale di consumo dedicato;

- la gara si svolge attraverso il sistema telematico “Sintel” gestito dall’agenzia “A.R.I.A.” (Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia, cui è stato attribuito il codice di gara ID 152404016;

- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 14:00 del 28.4.2022) ha presentato offerta la ditta BAYER S.p.A. con sede a Milano (MI).

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma dell’operatore economico non rilevando alcuna anomalia.

Si procede, quindi, con l’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente che, come richiesto dal disciplinare di gara, viene di seguito riassunta:

- 1) Istanza di ammissione alla gara;
- 2) Dichiarazione integrativa;
- 3) Documento di gara unico europeo;

- 4) Ricevuta pagamento contributo A.N.A.C.
- 5) Garanzia Provvisoria
- 6) Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva

Si precisa che, come previsto nel documento congiunto per le P.A. redatto da IVASS, Banca d'Italia, Anac, AGCM del 28 maggio 2020, è stata verificata la legittimità del soggetto che ha emesso la garanzia provvisoria per il partecipante alla presente procedura.

Dall'analisi della documentazione risulta che l'operatore economico ha correttamente presentato la documentazione richiesta e viene ammesso al proseguo della gara.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale www.ulss8.veneto.it.

La seduta ha termine alle ore 10.15.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

I TESTIMONI

dott. Giorgio Miotto

dott.ssa Laura Baggio

dott.ssa Marina Favara