

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1705 DEL 20/10/2022

O G G E T T O

**ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 5 LETTI PER TERAPIA INTENSIVA IN
FABBISOGNO ALL'UOC DI CARDIOCHIRURGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1805/22

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:

con note agli atti il Direttore dell'UOC di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza ha richiesto la sostituzione di n. 5 letti degenza per terapia intensiva in dotazione alla Terapia Intensiva del medesimo reparto specificando che *"... i letti attualmente in uso presentano problemi di sanificazione ed inoltre sono tecnologicamente obsoleti (collaudo anno 2004) non essendo né dotati di tecnologia per la terapia polmonare né di possibilità di posizionare il letto in modalità poltrona completa cardiologica. La mancanza di queste caratteristiche tecniche comporta un aumento dei giorni di degenza, con conseguente aumento dei costi, dovuta sia alla mancata mobilitazione precoce del paziente sia all'aumento di infezioni ospedaliere dovute a polmoniti o lesioni da decubito"*.

a seguito di autorizzazione all'acquisto del GDL – Apparecchiature Elettromedicali – UVA DM –, in data 15.02.2022 il Servizio Ingegneria Clinica ha fatto pervenire il capitolato tecnico di gara comprensivo dei criteri di valutazione qualitativa e dei relativi punteggi;

con Delibera 840 del 20.05.2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 1 c.2 della L. 120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, procedura di gara aperta a tutti i potenziali concorrenti con aggiudicazione a favore del miglior offerente sulla base di una valutazione e di una proposta di aggiudicazione da parte di esperti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole proposte, per la fornitura di n. 5 letti per terapia intensiva in fabbisogno all'UOC di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza ed avente base d'asta pari ad € 125.000,00 iva esclusa

con nota prot. 56850 del 25.05.2022 è stata avviata la procedura di gara in parola ed entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 15:00 del 14.06.2022 sono pervenute le proposte economiche delle ditte e per i prezzi di seguito indicati:

- ✓ Atesmedica.com € 104.140,00 iva esclusa;
- ✓ Malvestio spa € 64.766,35 iva esclusa;

con nota prot. 66482 del 21.06.2022 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta i quali con nota del 30.06.2022 (All. 01) ed a seguito di valutazione delle schede tecniche comunicavano di aver rilevato *"... notevoli differenze a livello tecnico-funzionale e sotto l'aspetto economico. In particolare per quanto riguarda la terapia polmonare, modalità richiesta e assolutamente strategica per la tipologia di pazienti trattati con tali presidi medici. Si ritiene pertanto necessario richiedere ... la campionatura dei prodotti proposti..."*;

a seguito di visione della campionatura dei prodotti offerti, in data 23.09.2022 il Gruppo di Esperti faceva pervenire allo scrivente Servizio la propria relazione (All. 02) nella quale comunicavano che *"... il letto offerto dalla ditta Malvestio spa, mod. Vivo, risponde solo in parte ai requisiti richiesti ma presenta criticità rispetto allo standard qualitativo atteso ... il letto offerto dalla ditta Atesmedica.com modello Progressa P7500 Pulmonary Pro 875 risponde ai requisiti richiesti ed ha prestazioni ottimali rispetto allo standard qualitativo atteso... La commissione alla luce di quanto sopra esposto richiede la fornitura alla ditta Atesmedica.com"*;

a seguito di richiesta di miglioria la ditta Atesmedica.com ha concesso uno sconto di € 4.140,00 iva esclusa per un importo finale di fornitura di € 100.000,00 iva esclusa;

sulla base di quanto sopra esposto si propone, quindi, l'assegnazione della fornitura di 5 letti per terapia

intensiva, in fabbisogno all'UOC di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza, alla ditta Atesmedica.com per un importo complessivo pari ad € 100.000,00 iva esclusa;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31 e 216 comma 27 – octies, del D.Lgs. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorre la seguente condizione che impone di nominare un DEC diverso dal RUP:

✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

compito del DEC sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 840,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento, di cui ne fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 1 c.2 della L. 120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, la fornitura di n. 5 letti per terapia intensiva in fabbisogno all'UOC di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Atesmedica.com per un importo complessivo pari ad € 122.000,00 iva inclusa;
3. che il costo di euro € 122.000,00 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 22VD1805Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "fondi propri da rettifiche FSR";

4. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la Coordinatrice Infermieristica della S.O. di Terapia Intensiva di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza, Sig.ra Laura Zaghis;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 840,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



U.O. CARDIOCHIRURGIA OSPEDALE DI VICENZA

Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA (VI)

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
RICHIESTA DI PREVENTIVI PER
L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 5 LETTI
PER TERAPIA INTENSIVA IN
FABBISOGNO ALL'UOC DI
CARDIOCHIRURGIA DEL P.O. SAN
BORTOLO DI VICENZA. ID SINTEL:
154950211 – CIG: 9252094D7D**

Alla c.a. Direttore UOC Provveditorato,
Economato e gestione della Logistica
Dr. Giorgio Miotto

**Oggetto: Valutazione offerte per "Fornitura di 5 per terapia intensiva" da destinare all'U.O.C. di
Cardiochirurgia**

Ditte offerenti:

- Malvestio Spa: € 64.766,35 più iva
- Atesmedica.com: € 104.140,00 più iva

In data **30 giugno 2022** alle ore 15.00 si riunisce presso l'U.O. di Cardiochirurgia la commissione di esperti, composta dalla Dr.ssa Olivera Rasovic, dal Dr. Massimo Sella e dall'Ing. Francesco Bellato, chiamata a valutare offerte pervenute in merito alla procedura di gara per la fornitura di n.5 letti per terapia intensiva.

La commissione, esaminando le schede tecniche e le offerte economiche, rileva notevoli differenze a livello tecnico-funzionale e sotto l'aspetto economico. In particolare, per quanto riguarda la terapia polmonare, modalità richiesta e assolutamente strategica per la tipologia di pazienti trattati con tali presidi medici.

Si ritiene pertanto necessario richiedere, tramite il Servizio Economale, la campionatura dei prodotti proposti in configurazione di gara, per effettuare una corretta valutazione.

L'Ing. Francesco Bellato delega la visione/campionatura agli altri componenti clinici del gruppo di esperti, i quali relazioneranno l'esito della campionatura in fase successiva.

Nell'impossibilità di proseguire con le valutazioni il Gruppo di esperti si aggiorna a data da destinarsi.

Termine riunione ore 16:30

I componenti della commissione

Dr.ssa Olivera Rasovic 
Dr. Massimo Sella 
Ing. Francesco Bellato 

U.O. CARDIOCHIRURGIA OSPEDALE DI VICENZA

Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA (VI)

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
RICHIESTA DI PREVENTIVI PER
L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 5 LETTI
PER TERAPIA INTENSIVA IN
FABBISOGNO ALL'UOC DI
CARDIOCHIRURGIA DEL P.O. SAN
BORTOLO DI VICENZA. ID SINTEL:
154950211 – CIG: 9252094D7D**

Alla c.a. Direttore UOC Provveditorato,
Economato e gestione della Logistica
Dr. Giorgio Miotto

In data **12 settembre 2022** alle ore 14:00 si riunisce presso l'U.O. di Cardiocirurgia la commissione di esperti, composta dalla Dr.ssa Olivera Rasovic, dal Dr. Massimo Sella e dall'Ing. Francesco Bellato, chiamata a valutare offerte pervenute in merito alla procedura di gara per la fornitura di n.5 letti per terapia intensiva.

Preliminarmente i componenti clinici del gruppo di esperti relazionano all'Ing. Francesco bellato gli esiti della campionatura

Di seguito si riportano le analisi effettuate sui singoli prodotti visionati:

Il letto offerto dalla Ditta Malvestio modello VIVO risponde in solo parte ai requisiti richiesti ma presenta le seguenti criticità rispetto allo standard qualitativo elevato atteso:

- Il letto non è utilizzabile senza pediera: è removibile, ma contiene il compressore che alimenta il materasso ed ha integrata la consolle di comando;
- Il vassoio porta lastre si estrae rimuovendo la testiera: questo aspetto rende molto indaginosa l'esecuzione delle radiografie;
- Il carico di lavoro è di 260 Kg;
- Non è presente la funzionalità di richiamo posizione memorizzata;
- L'escursione verticale è da ritenersi sufficiente, di 34 cm;
- Il materasso proposto con il letto ha funzionalità antidecubito sufficienti rispetto agli standard qualitativi attesi;



- La terapia polmonare viene effettuata con tilt laterale destra/sinistra e con il gonfiaggio della cella centrale del materasso: questa caratteristica non è sufficiente per considerare tale terapia efficace. In particolare, il gonfiaggio della cella centrale potrebbe essere controproducente sui pazienti operati in sternotomia, perché, espandendo la gabbia toracica, si agisce meccanicamente sullo sterno rischiandone quindi la deiscenza.

Il letto offerto dalla Ditta Atesmedica.com modello Progressa P7500 Pulmonary Pro 875 risponde ai requisiti richiesti ed ha prestazioni ottimali rispetto allo standard qualitativo atteso:


- Il materasso è integrato, e ha elevate funzionalità antidecubito temporizzate e programmabili: l'alternanza di gonfiaggio delle celle consente di posturare il paziente;
- Testiera e pediera sono removibili senza interferire sulla funzionalità del letto;
- La tasca porta lastre è accessibile dalla sponda laterale del letto;
- Ha la funzionalità di richiamo della posizione memorizzata;
- La terapia polmonare, oltre all'attività posturale (data dal materasso) prevede un sistema di battiture e vibrazioni che hanno lo scopo di rimuovere le secrezioni;
- Il letto ha la possibilità di tre posizioni: poltrona, culla, alza paziente;

La commissione alla luce di quanto sopra esposto richiede la fornitura alla ditta **Atesmedica.com**

Termine riunione ore 15:30

I componenti della commissione

Dr.ssa Olivera Rasovic



Dr. Massimo Sella



Ing. Francesco Bellato

