AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1855 DEL 11/11/2022

O G G E T T O

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA, FISSO E PORTATILE, PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO": AGGIUDICAZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1959/22

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 11/11/2022 12:42

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 1035 del 03.06.2021 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, una procedura di gara multilotto per la fornitura di "*Sistemi di medicazione a pressione negativa, fisso e portatile, per il trattamento delle ferite acute e croniche con apparecchiature in comodato d'uso*";

in data 09.06.2021, con ID 140937696, è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tale procedura aperta a tutti i fornitori iscritti, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 36 mesi, per l'importo triennale a base d'asta complessivo di € 167.100,00 IVA esclusa, con aggiudicazione per lotto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

nell'ambito di tale procedura di gara, la cui richiesta di offerta è stata pubblicata contestualmente sul sito dell'Azienda Ulss 8 Berica, sono state invitate a presentare offerta, entro il giorno 12.07.2021, tutte le ditte registrate ed abilitate alla piattaforma SINTEL;

con nota prot. 0069856 del 02.07.2021, sono state pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti tempestivamente pervenute e, entro il termine ultimo, è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- Smith & Nephew S.r.l.;
- Service Med S.r.l.;
- Lohmann & Rauscher S.r.l.;
- Zuccato Hc S.r.l.;
- Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. A Socio Unico;
- Paul Hartmann S.p.a.;
- Sanacilia S.r.l.;
- Eurosets S.r.l.;
- Sini-Medik Niederreiter Gmbh.

in data 27.08.2021 e successivamente in data 13.09.2021, in seduta riservata (come da verbale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - Allegato 1), il Seggio di Gara ha proceduto, tramite l'utilizzo della piattaforma, a verificare la regolare presenza della documentazione amministrativa, constatando, a seguito dello svolgimento e conclusione di subprocedimento di soccorso istruttorio, la completezza della documentazione di tutte le ditte partecipanti;

la Commissione Giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 0107077 del 19.10.2021, si è riunita in varie date, per la verifica della regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, nonché per la valutazione qualitativa e l'attribuzione dei punteggi di qualità secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara;

nelle more dello svolgimento e della conclusione dei lavori da parte della Commissione Giudicatrice all'uopo nominata, con nota prot. n. 0002586 del 12.01.2022 e successivamente con nota prot. n. 0070177 del 30.06.2022 è stata richiesta la disponibilità a prorogare la validità delle offerte economiche prima fino al 12.07.2022 e successivamente fino al 12.01.2023 a tutte le ditte partecipanti, che hanno riscontrato confermando tale disponibilità;

in data 28.09.2022 la Commissione Giudicatrice ha trasmesso al RUP il verbale relativo ai lavori svolti recante i punteggi qualità attribuiti alle varie ditte partecipanti (Allegato 2), verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

successivamente, in data 27.10.2022, il RUP, in presenza di due testimoni, ha proceduto con l'apertura, in seduta riservata (come da verbale denominato Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), delle offerte economiche ed in tale sede, in via preliminare, si è data lettura del verbale della Commissione Giudicatrice, dal quale risulta che la ditta Sini-Medik Niederreiter Gmbh, che aveva presentato offerta per il lotto n. 1, viene esclusa dalla procedura di gara per le motivazioni ivi specificate;

per quanto concerne le restanti ditte, dal verbale della Commissione Giudicatrice risultano attribuiti, per le motivazioni ivi specificate, i seguenti punteggi qualità e, considerato che l'art. 9 del disciplinare di gara prevede che "*Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a punti 42 su 70 complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara*", in merito all'ammissione alla successiva fase di gara, il RUP prende atto di quanto segue:

Lotto	Ditta	Punteggio qualità attribuito	Esito
1	**Eurosets S.r.l.**	49	Ammessa
	Lohmann & Rauscher S.r.l.	52	Ammessa
	Sanacilia S.r.l.	43	Ammessa
	Service Med S.r.l.	52	Ammessa
	Smith & Nephew S.r.l.	58	Ammessa
	Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	70	Ammessa
	Zuccato Hc	32	Esclusa

Lotto	Ditta	Punteggio qualità attribuito	Esito
2	**Paul Hartmann S.p.a**	54	Ammessa
	Lohmann & Rauscher S.r.l.	43	Ammessa
	Smith & Nephew S.r.l.	46	Ammessa
	Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	70	Ammessa
	Zuccato Hc	24	Esclusa

successivamente il RUP ha proceduto con l'apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse, da cui risulta che per il lotto n. 2 la ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. ha presentato un'offerta superiore alla base d'asta prevista a pena di esclusione e pertanto tale ditta, ai sensi dell'art. 1 del disciplinare di gara, viene esclusa per tale lotto n. 2 dalla procedura di gara, mentre per le ditte ammesse per i lotti 1 e 2 a questa fase di gara, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta la seguente graduatoria per lotto:

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio Qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
1	**1°**	**Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.**	€ 135.588,00	70	18,92	88,92
	2°	**Smith & Nephew S.r.l.**	€ 102.600,00	58	25	83
	3°	**Service Med S.r.l.**	€ 85.500,00	52	30	82
	4°	**Eurosets S.r.l.**	€ 99.000,00	49	25,91	74,91

	5°	**Lohmann & Rauscher S.r.l.**	€ 117.240,00	52	21,88	73,88
	6°	**Sanacilia S.r.l.**	€ 104.325,00	43	24,59	67,59

Lotto	**Graduatoria**	**Ditta**	**Prezzo offerto**	**Punteggio Qualità**	**Punteggio prezzo**	**Punteggio finale (P+Q)**
2	**1°**	**Paul Hartmann S.r.l.**	€ 23.400,00	54	30	84
	2°	**Smith & Nephew S.r.l.**	€ 24.240,00	46	28,96	74,96
	3°	**Lohmann & Rauscher S.r.l.**	€ 25.200,00	43	27,86	70,86

dalla graduatoria risulta quindi l'aggiudicazione provvisoria della procedura multilotto in argomento a favore delle seguenti ditte, che nel dettaglio hanno presentato le seguenti offerte:

Lotto 1 – ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.

Descrizione	**Fabbis. annuo**	**CND - RDM**	**Nome commerciale e Ref. del dispositivo offerto**	**Prezzo unit. (Iva 22% escl.)**	**Importo annuo di spesa (Iva 22% escl.)**
Unità motore in comodato d'uso gratuito: 5+3 a richiesta	-	Z12040205 15143	Unità Motore V.A.C. ULTA	comodato d'uso	NA
	-	Z12040205 414963	Unità Motore ACTIV.A.C.		
Medicazioni nelle varie misure	500	M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Small	€ 34,00	€ 17.000,00
		M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Medium		
		M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Large		
		M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Round		
		M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Thin		
		M040499 197618	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Bridge		
		M040499 554007	V.A.C. Medicazione Simplace EX - Small		
		M040499 554007	V.A.C. Medicazione Simplace EX - Medium		
		M040499 132315	V.A.C. Medicazione, KIT Garza con PHMB Mis. Large e SensaTRAC		
		M040499 1104228	V.A.C. Medicazione Granufoam Silver - Small		
		M040499 1104228	V.A.C. Medicazione Granufoam Silver - Medium		
		M04040801 1104206	V.A.C. Medicazione WhiteFoam - Small		
		M04040801 1104206	V.A.C. Medicazione WhiteFoam - Large		

Contenitori raccolta fluidi almeno una misura con capacità inferiore a 600 ml	600	A0699 479487	Contenitori fluidi con gel (300 ml) - ACTIV.A.C.	€ 29,00	€ 17.400,00
		A0699 479486	Contenitori fluidi con gel (500 ml) - InfoV.A.C. / V.A.C. ULTA		
Contenitori raccolta fluidi almeno una misura con capacità superiore a 600 ml	200	A0699 479486	Contenitori fluidi con gel (1000 ml) - InfoV.A.C. / V.A.C. ULTA	€ 34,00	€ 6.800,00
Accessori	50	Z12040205 1001107	V.A.C. Raccordo a Y	€ 9,00	€ 450,00
	50	Z12040205 1103939	V.A.C. Tappo di sicurezza	€ 3,00	€ 150,00
	50	M040499 1104004	V.A.C. Pellicole adesive Drape	€ 9,00	€ 450,00
	50	M040499 1001066	V.A.C. Gel	€ 6,00	€ 300,00
	50	M040499 1103946	SensaT.R.A.C. Pad	€ 27,00	€ 1.350,00
	250	NA NA	Activac - Marsupio Rohs (Activac Carrying Case, Disposable Rohs)	€ 5,184	€ 1.296,00
Importo complessivo annuale di spesa (Iva 22% esclusa)					**€ 45.196,00**
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% esclusa)					**€ 135.588,00**
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% inclusa)					**€ 165.417,36**

Lotto 2 – ditta Paul Hartmann S.r.l.

Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RDM	Nome commerciale e Ref. del dispositivo offerto	Prezzo unit. (Iva 22% escl.)	Importo annuo di spesa (Iva 22% escl.)
Unità motore in comodato d'uso: 1+1 a richiesta	-	Z12040205 1903082/R	VivanoTec Pro Unità a pressione negativa - cod. 409508	-	-
Medicazioni nelle varie misure	40	M040499 1026108/R	VivanoMed Foam Abdominal Kit - cod. 409720	€ 135,00	€ 5.400,00
		M040499 1026160/R	VivanoMed Foam Abdominal Kit - cod. 409721		
Contenitore raccolta fluidi almeno 800 ml circa	80	A0699 1014270/R	VivanoTec Exudate Canister - cod. 409520	€ 30,00	€ 2.400,00
		A0699 1014272/R	VivanoTec Exudate Canister - cod. 409521		
		A0699 1014273/R	VivanoTec Exudate Canister - cod. 409522		
Importo complessivo annuale di spesa (Iva 22% esclusa)					**€ 7.800,00**
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% esclusa)					**€ 23.400,00**
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% inclusa)					**€ 28.548,00**

nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 0487235 del 19/10/2022 dalla Regione Veneto sono presenti prezzi O.P.R.V.E. esclusivamente per due dispositivi offerti dalla ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. e le quotazioni proposte risultano in linea con tali parametri di riferimento, ma, a seguito di più ampia ricerca di mercato, si è rilevato che comunque le quotazioni proposte risultano in linea con

quelle praticate ad altre Aziende Sanitarie oggetto di verifica o risultano comunque migliorative rispetto a quelle praticate in precedenza a questa Azienda Sanitaria;

in particolare le condizioni economiche proposte, migliorative rispetto a quelle praticate in precedenza a questa Azienda Ulss 8 Berica, determinano complessivamente, a parità di consumi, su base triennale un risparmio di circa € 29.000,00 (Iva esclusa);

si propone pertanto l'aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di "*Sistemi di medicazione a pressione negativa, fisso e portatile, per il trattamento delle ferite acute e croniche con apparecchiature in comodato d'uso"* a favore delle ditte e per i prodotti sopra riepilogati, per un periodo di mesi 36, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una spesa complessiva triennale pari ad € 158.988,00 (Iva 22% esclusa);

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31, comma e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016, che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:

- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

in particolare, si rileva che le apparecchiature risultano impiegate in diverse Unità Operative dell'Azienda Ulss 8 Berica e, nel concreto, il DEC dovrà dare avvio all'esecuzione della prestazione (fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie), verificare la regolarità dell'esecuzione della fornitura, accertare la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 670,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice e del RUP (allegati 1, 2 e 3) allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante;

2. di aggiudicare, a conclusione della procedura multilotto aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di "*Sistemi di medicazione a pressione negativa, fisso e portatile, per il trattamento delle ferite acute e croniche con apparecchiature in comodato d'uso*" a favore delle ditte e per i lotti di seguito riepilogati per il periodo di mesi 36, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, salvo risoluzione anticipata in caso di gara regionale e/o di Area Vasta, come segue:

Lotto 1 – ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.

Descrizione	Fabbis. annuo	CND - RDM	Nome commerciale e Ref. del dispositivo offerto	Prezzo unit. (Iva 22% escl.)	Importo annuo di spesa (Iva 22% escl.)
Unità motore in comodato d'uso gratuito: 5+3 a richiesta	-	Z12040205 15143	Unità Motore V.A.C. ULTA	comodato d'uso	NA
	-	Z12040205 414963	Unità Motore ACTIV.A.C.		
Medicazioni nelle varie misure	500	M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Small	€ 34,00	€ 17.000,00
		M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Medium		
		M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Large		
		M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Round		
		M040499 115391	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Thin		
		M040499 197618	V.A.C. Medicazione GranuFoam - Bridge		
		M040499 554007	V.A.C. Medicazione Simplace EX - Small		
		M040499 554007	V.A.C. Medicazione Simplace EX - Medium		
		M040499 132315	V.A.C. Medicazione, KIT Garza con PHMB Mis. Large e SensaTRAC		
		M040499 1104228	V.A.C. Medicazione Granufoam Silver - Small		
		M040499 1104228	V.A.C. Medicazione Granufoam Silver - Medium		
		M04040801 1104206	V.A.C. Medicazione WhiteFoam - Small		
		M04040801 1104206	V.A.C. Medicazione WhiteFoam - Large		
Contenitori raccolta fluidi almeno una misura con capacità inferiore a 600 ml	600	A0699 479487	Contenitori fluidi con gel (300 ml) - ACTIV.A.C.	€ 29,00	€ 17.400,00
		A0699 479486	Contenitori fluidi con gel (500 ml) - InfoV.A.C. / V.A.C. ULTA		
Contenitori raccolta fluidi almeno una misura con capacità superiore a 600 ml	200	A0699 479486	Contenitori fluidi con gel (1000 ml) - InfoV.A.C. / V.A.C. ULTA	€ 34,00	€ 6.800,00
Accessori	50	Z12040205 1001107	V.A.C. Raccordo a Y	€ 9,00	€ 450,00

	50	Z12040205 1103939	V.A.C. Tappo di sicurezza	€ 3,00	€ 150,00
	50	M040499 1104004	V.A.C. Pellicole adesive Drape	€ 9,00	€ 450,00
	50	M040499 1001066	V.A.C. Gel	€ 6,00	€ 300,00
	50	M040499 1103946	SensaT.R.A.C. Pad	€ 27,00	€ 1.350,00
	250	NA NA	Activac - Marsupio Rohs (Activac Carrying Case, Disposable Rohs)	€ 5,184	€ 1.296,00
Importo complessivo annuale di spesa (Iva 22% esclusa)					**€ 45.196,00**
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% esclusa)					**€ 135.588,00**
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% inclusa)					**€ 165.417,36**

Lotto 2 – ditta Paul Hartmann S.r.l.

Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RDM	Nome commerciale e Ref. del dispositivo offerto	Prezzo unit. (Iva 22% escl.)	Importo annuo di spesa (Iva 22% escl.)
Unità motore in comodato d'uso: 1+1 a richiesta	-	Z12040205 1903082/R	VivanoTec Pro Unità a pressione negativa - cod. 409508	-	-
Medicazioni nelle varie misure	40	M040499 1026108/R	VivanoMed Foam Abdominal Kit - cod. 409720	€ 135,00	€ 5.400,00
		M040499 1026160/R	VivanoMed Foam Abdominal Kit - cod. 409721		
Contenitore raccolta fluidi almeno 800 ml circa	80	A0699 1014270/R	VivanoTec Exudate Canister - cod. 409520	€ 30,00	€ 2.400,00
		A0699 1014272/R	VivanoTec Exudate Canister - cod. 409521		
		A0699 1014273/R	VivanoTec Exudate Canister - cod. 409522		
Importo complessivo annuale di spesa (Iva 22% esclusa)					**€ 7.800,00**
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% esclusa)					**€ 23.400,00**
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% inclusa)					**€ 28.548,00**

3. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione verrà imputato, per un ammontare pari ad € 193.965,36 (Iva 22% inclusa), tra i costi sul conto 54.02.126/ECO del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2022 - 2025 e ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:
   - anno 2022 € 5.387,93;
   - anno 2023 € 64.655,12;
   - anno 2024 € 64.655,12;
   - anno 2025 € 59.267,19;

5. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Anna Radin, Direttore dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, la quota massima distribuibile, al personale del comparto, per l'intero periodo della durata contrattuale, pari a 3 anni, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, è pari a € 670,00;

7. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 140937696 del 09.06.2021;

8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

VERBALE DELLA SEDUTA APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA, FISSO E PORTATILE, PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO" – ID SINTEL 140937696

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 27 del mese di agosto alle ore 9.00 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si è svolta la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine alla procedura negoziata per la fornitura di "Sistemi di medicazione a pressione negativa, fisso e portatile, per il trattamento delle ferite acute e croniche con apparecchiature in comodato d'uso " di cui alla Richiesta di Offerta ID 140937696.

Il RUP, dott. Giorgio Miotto, Direttore U.O.C. Provveditorato, procede secondo quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara alla presenza di due testimoni:

dott. Chiara Menin Collaboratore Amministrativo
dott. Elisa Borin Collaboratore Amministrativo

Preliminarmente si procede alla verifica sulla piattaforma Sintel del numero complessivo e dei nominativi dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro il termine previsto (entro le ore 18.30 del giorno 12.07.2021).

Il Seggio di gara verifica che sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

- Smith & Nephew S.r.l.;
- Service Med S.r.l.;
- Lohmann & Rauscher S.r.l.;
- Zuccato Hc;
- Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. A Socio Unico;
- Paul Hartmann S.p.a.;
- Sanacilia S.r.l.;
- Eurosets S.r.l.;
- Sini-Medik Niederreiter Gmbh;

Il RUP, alla presenza dei due testimoni indicati, procede quindi:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- alla verifica della corretta apposizione della firma digitale da parte degli offerenti nei documenti presentati;
- all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" contenente la Documentazione amministrativa;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale nei documenti presentati, la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Successivamente si prosegue con il download della documentazione amministrativa e successivamente all'esame della stessa per verificare la completezza documentale e la correttezza della firma digitale secondo quanto disposto all'art. 4 Modalità di partecipazione - "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – Step 1.

Esaminata la documentazione prodotta dai concorrenti e, vista la completezza e la correttezza della documentazione presentata, sono ammesse alla successiva fase di gara le ditte:

- Smith & Nephew S.r.l.;
- Service Med S.r.l.;
- Zuccato Hc;
- Paul Hartmann S.p.a.;
- Sanacilia S.r.l.;
- Eurosets S.r.l.;

Per quanto riguarda le restanti ditte si rileva la mancanza e/o l'incompletezza di alcuni dei documenti di carattere amministrativo richiesti, come di seguito specificato:

- ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.: per quanto riguarda il deposito cauzionale provvisorio, questa ditta si è avvalsa della facoltà di riduzione dell'importo, ma non ha prodotto copia delle certificazioni previste dalla normativa vigente per avvalersi di tale riduzione, con la dichiarazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R.445/2000, di conformità di tali certificazioni all'originale, richieste dall'art. 4 del Disciplinare di gara;

- ditte Lohmann & Rauscher S.r.l. e Sini-Medik Niederreiter Gmbh.: per quanto riguarda il deposito cauzionale provvisorio, è stata prodotta copia delle certificazioni previste dalla normativa vigente per avvalersi della riduzione di importo del deposito stesso, ma manca la dichiarazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R.445/2000, di conformità di tali certificazioni all'originale, richiesta dall'art. 4 del Disciplinare di gara.

Pertanto, come previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara, verrà avviata una procedura di soccorso istruttorio, assegnando a tali ditte un termine per regolarizzare la documentazione richiesta.

La seduta ha termine alle ore 10.30.

****

In data 13.09.2021 alle ore 10.15 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si è svolta la seduta riservata per la conclusione della valutazione relativa alla regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine alla procedura negoziata per la fornitura "Sistemi di medicazione a pressione negativa, fisso e portatile, per il trattamento delle ferite acute e croniche con apparecchiature in comodato d'uso " di cui alla Richiesta di Offerta ID 140937696.

Il RUP, dott. Giorgio Miotto, Direttore U.O.C. Provveditorato, procede secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del Disciplinare di gara alla presenza di due testimoni:

dott. Chiara Menin Collaboratore Amministrativo
dott. Elisa Borin Collaboratore Amministrativo

In esito alla precedente seduta del 27.08.2021, era stata rilevata per le ditte Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., Lohmann & Rauscher S.r.l. e Sini-Medik Niederreiter Gmbh. la mancanza e/o l'incompletezza di alcuni dei documenti di carattere amministrativo richiesti.

Pertanto, come previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara, era stata avviata una procedura di soccorso istruttorio, assegnando a tali ditte un termine per integrare e completare la documentazione richiesta.

Il RUP, alla presenza dei testimoni indicati, rileva che tali ditte hanno proceduto tempestivamente a presentare la documentazione integrativa di carattere amministrativo richiesta e quindi a regolarizzare la documentazione amministrativa presentata.

Pertanto, vista la completezza e la correttezza della documentazione presentata, anche le ditte Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., Lohmann & Rauscher S.r.l. e Sini-Medik Niederreiter Gmbh sono ammesse alla successiva fase di gara.

La seduta ha termine alle ore 10.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Firmato Dott. Giorgio Miotto

Firmato Dott.ssa Chiara Menin

Firmato Dott.ssa Elisa Borin

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE E DEI CAMPIONI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA, FISSO E PORTATILE, PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO" – ID SINTEL 14093769

In data 10/11/2021 alle ore 15.30 si è riunita, presso l'aula dell'UOC Direzione Medica (Ospedale di Vicenza) dell'ULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di "SISTEMI DI MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA, FISSO E PORTATILE, PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO" – ID SINTEL 14093769.

La Commissione, nominata con prot. 0107077 del 19/10/2021 risulta così composta:

Presidente: **Dr. Colucci Massimiliano –** Dirigente Medico c/o U.O.C. Direzione Medica Vicenza;

Componenti: **Dr. Rossi Gian Maria -** Dirigente Medico c/o U.O.C. Chirurgia Generale 1 Vicenza;

Dott. Pacchin Matteo – Infermiere c/o U.O.C. Cure Primarie Vicenza.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- Smith & Nephew S.r.l.;
- Service Med S.r.l.;
- Lohmann & Rauscher S.r.l.;
- Zuccato Hc;
- Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. A Socio Unico;
- Paul Hartmann S.p.a.;
- Sanacilia S.r.l.;
- Eurosets S.r.l.;
- Sini-Medik Niederreiter Gmbh;

Ricevuta dal Responsabile per le procedure di affidamento, Dott. Giorgio Miotto, la documentazione tecnica prodotta da tali ditte, la Commissione si riserva di richiedere in un momento successivo la consegna della campionatura custodita presso il magazzino aziendale relativa ai dispositivi medici monouso e di richiedere all'U.O.C. Provveditorato la consegna da parte delle ditte partecipanti di campionatura dei sistemi proposti (apparecchiature), necessari per la valutazione degli stessi mediante lo svolgimento delle prove pratiche.

La Commissione, durante la prima riunione, definisce le modalità per procedere all'analisi della documentazione inviata per ogni lotto, per verificarne la corrispondenza con quanto richiesto dal capitolato.

La seduta si chiude alle ore 17.30 e la successiva seduta della Commissione viene fissata per il 21/04/2022 alle ore 14.00, nella quale si procederà alla valutazione della conformità della documentazione inviata dalle ditte, rispetto a quanto richiesto.

Durante la seconda riunione della Commissione, svoltasi in data 21/04/2022 presso l'aula dell'UOC Direzione Medica (Ospedale di Vicenza) dell'ULSS n. 8 Berica, la Commissione procede alla valutazione della conformità e completezza della documentazione inviata dalle ditte.

La documentazione presentata risulta conforme.

La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione qualitativa dei dispositivi offerti e pertanto decide di richiedere all'U.O.C. Provveditorato la consegna da parte delle ditte partecipanti della campionatura (dispositivi medici monouso e apparecchiature) presso il magazzino Aziendale, per lo svolgimento della prova pratica.

La riunione del 21/04/2022 si chiude alle ore 15.00.

La Commissione, ricevuta la campionatura ed eseguite le prove tecniche, si riunisce in data 04/08/2022 alle ore 15.15 presso l'aula dell'UOC Direzione Medica (Ospedale di Vicenza) e, preso visione dell'esito delle prove, procede quindi all'attribuzione dei seguenti punteggi qualità:

L'art. 9 del disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016 ed il Presidente, ad inizio seduta, richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato di gara:

a) Qualità: punteggio massimo - 70/100
b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100

Il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito per singolo lotto in base ai criteri ed i punti massimi specificati nell'art. 9 del disciplinare.

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 42 su 70** complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

LOTTO 1

- **EUROSET**

	Descrizione criterio	Punteggio	Motivazione
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Maneggevolezza (ingombro, peso)	**6/6**	
	Display ben visibile e di facile comprensione	**4/4**	
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**6/6**	
	Presenza del sistema di controllo della pressione al letto della ferita (assenza=0 punti)	**6/6**	
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Gamma di misure disponibili (medicazioni e contenitori raccolta fluidi)	**8/10**	Manca la misura XL della schiuma
	Facilità di esecuzione della medicazione	**5/10**	La schiuma deve essere misurata e tagliata per essere adattata alla lesione, rendendo l'esecuzione della medicazione meno agevole
	Conformabilità della medicazione alla ferita, adesività, atraumaticità, capacità di permanenza in sede	**5/10**	Possibilità di ostruzione in caso di essudato denso e viscoso
	Disponibilità di sistemi che facilitino il posizionamento della medicazione in zone anatomiche ostili (sacro, trocanteri ecc.).	**0/6**	Non presenti
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione del raccoglitore	**2/4**	La clip presente rende il fissaggio del canister poco agevole
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**3/4**	Buono il sistema di raccordo ma non immediatamente intuitiva la chiusura
	Presenza di sistema di contenimento degli odori, di sistema per la solidificazione dei fluidi, di raccordi a Y per il trattamento contemporaneo di più ferite	**4/4**	
	TOTALE	**49/70**	

➢ **LOHMANN & RAUSCHER**

	Descrizione criterio	Punteggio	Motivazione
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Maneggevolezza (ingombro, peso)	**6/6**	
	Display ben visibile e di facile comprensione	**4/4**	
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**2/6**	Allarmi troppo sensibili
	Presenza del sistema di controllo della pressione al letto della ferita (assenza=0 punti)	**6/6**	
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Gamma di misure disponibili (medicazioni e contenitori raccolta fluidi)	**10/10**	
	Facilità di esecuzione della medicazione	**4/10**	I film trasparenti non sono numerati, rendendo meno intuitiva la sequenza della medicazione. La schiuma deve essere misurata e tagliata per essere adattata alla lesione, rendendo l'esecuzione della medicazione meno agevole
	Conformabilità della medicazione alla ferita, adesività, atraumaticità, capacità di permanenza in sede	**6/10**	Il pad è rigido, e può determinare un maggior rischio di decubito.
	Disponibilità di sistemi che facilitino il posizionamento della medicazione in zone anatomiche ostili (sacro, trocanteri ecc.).	**6/6**	
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione del raccoglitore	**2/4**	Scomoda la presenza di un raccoglitore separato dal contenitore rigido sia in termini di posizionamento che di gestione. Ciò potrebbe rappresentare un elemento di confondimento con conseguente eliminazione di entrambi i contenitori.
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**2/4**	Raccordi delicati e non sempre sicuri in termini di resistenza alla trazione (il sistema di fissaggio si può rompere facilmente – dentelli fragili)
	Presenza di sistema di contenimento degli odori, di sistema per la solidificazione dei fluidi, di raccordi a Y per il trattamento contemporaneo di più ferite	**4/4**	
	TOTALE	**52/70**	

➢ **SANACILIA**

	Descrizione criterio	Punteggio	Motivazione
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Maneggevolezza (ingombro, peso)	**4/6**	Dimensioni ingombranti
	Display ben visibile e di facile comprensione	**2/4**	Display visibile solo dall'alto, ridotto il contrasto delle parole nello schermo.
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**6/6**	

	Presenza del sistema di controllo della pressione al letto della ferita (assenza=0 punti)	**0/6**	Non presente
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Gamma di misure disponibili (medicazioni e contenitori raccolta fluidi)	**10/10**	
	Facilità di esecuzione della medicazione	**5/10**	La schiuma deve essere misurata e tagliata per essere adattata alla lesione, rendendo l'esecuzione della medicazione meno agevole
	Conformabilità della medicazione alla ferita, adesività, atraumaticità, capacità di permanenza in sede	**6/10**	Il pad è rigido, e può determinare un maggior rischio di decubito.
	Disponibilità di sistemi che facilitino il posizionamento della medicazione in zone anatomiche ostili (sacro, trocanteri ecc.).	**0/6**	Non presente
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione del raccoglitore	**4/4**	
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**2/4**	Il raccordo che si innesta alla macchina non si mostra sicuro in termini di resistenza alla trazione
	Presenza di sistema di contenimento degli odori, di sistema per la solidificazione dei fluidi, di raccordi a Y per il trattamento contemporaneo di più ferite	**4/4**	
	TOTALE	**43/70**	

- **SERVICE MED**

	Descrizione criterio	Punteggio	Motivazione
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Maneggevolezza (ingombro, peso)	**5/6**	Un po' ingombrante (soprattutto con il contenitore grande)
	Display ben visibile e di facile comprensione	**2/4**	Visibile solo dall'alto e non intuitivo
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**6/6**	
	Presenza del sistema di controllo della pressione al letto della ferita (assenza=0 punti)	**6/6**	
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Gamma di misure disponibili (medicazioni e contenitori raccolta fluidi)	**10/10**	
	Facilità di esecuzione della medicazione	**5/10**	La schiuma deve essere misurata e tagliata per essere adattata alla lesione, rendendo l'esecuzione della medicazione meno agevole
	Conformabilità della medicazione alla ferita, adesività, atraumaticità, capacità di permanenza in sede	**6/10**	Il pad è rigido, e può determinare un maggior rischio di decubito.
	Disponibilità di sistemi che facilitino il posizionamento della medicazione in zone anatomiche ostili (sacro, trocanteri ecc.).	**0/6**	Non presente
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione del raccoglitore	**4/4**	
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**4/4**	

	Presenza di sistema di contenimento degli odori, di sistema per la solidificazione dei fluidi, di raccordi a Y per il trattamento contemporaneo di più ferite	**4/4**	
	TOTALE	**52/70**	

➢ **SMITH & NEPHEW**

	Descrizione criterio	**Punteggio**	**Motivazione**
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Maneggevolezza (ingombro, peso)	**4/6**	Con il contenitore da 800ml è più facile il ribaltamento del device se non fissato al letto del paziente
	Display ben visibile e di facile comprensione	**4/4**	
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**6/6**	
	Presenza del sistema di controllo della pressione al letto della ferita (assenza=0 punti)	**3/6**	Il drenaggio non prevede un tubo in silicone ma la presenza di un sistema in schiuma fa sì che gli essudati viscosi incontrino una maggiore resistenza nell'aspirazione
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Gamma di misure disponibili (medicazioni e contenitori raccolta fluidi)	**10/10**	
	Facilità di esecuzione della medicazione	**5/10**	La schiuma deve essere misurata e tagliata per essere adattata alla lesione, rendendo l'esecuzione della medicazione meno agevole
	Conformabilità della medicazione alla ferita, adesività, atraumaticità, capacità di permanenza in sede	**10/10**	
	Disponibilità di sistemi che facilitino il posizionamento della medicazione in zone anatomiche ostili (sacro, trocanteri ecc.).	**6/6**	
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione del raccoglitore	**2/4**	L'utilizzo di clips per agganciare e sganciare il raccoglitore non risulta sempre un'operazione facile soprattutto in caso di mancanza di piani d'appoggio. Vi è l'obbligo di operare con entrambe le mani
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**4/4**	
	Presenza di sistema di contenimento degli odori, di sistema per la solidificazione dei fluidi, di raccordi a Y per il trattamento contemporaneo di più ferite	**4/4**	
	TOTALE	**58/70**	

➢ **WALDNER**

	Descrizione criterio	**Punteggio**	**Motivazione**
CARATTERISTICHE	Maneggevolezza (ingombro, peso)	**6/6**	

TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Display ben visibile e di facile comprensione	**4/4**	
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**6/6**	
	Presenza del sistema di controllo della pressione al letto della ferita (assenza=0 punti)	**6/6**	
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Gamma di misure disponibili (medicazioni e contenitori raccolta fluidi)	**10/10**	
	Facilità di esecuzione della medicazione	**10/10**	
	Conformabilità della medicazione alla ferita, adesività, atraumaticità, capacità di permanenza in sede	**10/10**	
	Disponibilità di sistemi che facilitino il posizionamento della medicazione in zone anatomiche ostili (sacro, trocanteri ecc.).	**6/6**	
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione del raccoglitore	**4/4**	
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**4/4**	
	Presenza di sistema di contenimento degli odori, di sistema per la solidificazione dei fluidi, di raccordi a Y per il trattamento contemporaneo di più ferite	**4/4**	
	TOTALE	**70/70**	

➢ **ZUCCATO**

	Descrizione criterio	**Punteggio**	**Motivazione**
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Maneggevolezza (ingombro, peso)	**4/6**	Dimensioni ingombranti
	Display ben visibile e di facile comprensione	**2/4**	Piccolo e poco visibile, ridotto il contrasto delle parole nello schermo.
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**2/6**	Tasti piccoli non sempre responsivi
	Presenza del sistema di controllo della pressione al letto della ferita (assenza=0 punti)	**0/6**	Non presente
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Gamma di misure disponibili (medicazioni e contenitori raccolta fluidi)	**8/10**	Manca la misura XL della schiuma
	Facilità di esecuzione della medicazione	**4/10**	I film trasparenti non sono numerati, rendendo meno intuitiva la sequenza della medicazione. La schiuma deve essere misurata e tagliata per essere adattata alla lesione, rendendo l'esecuzione della medicazione meno agevole Non sempre agevole l'applicazione della pellicola
	Conformabilità della medicazione alla ferita, adesività, atraumaticità, capacità di permanenza in sede	**6/10**	Il pad è rigido, e può determinare un maggior rischio di decubito.
	Disponibilità di sistemi che facilitino il posizionamento della medicazione in zone anatomiche ostili (sacro, trocanteri ecc.).	**0/6**	Non presente

	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione del raccoglitore	**2/4**	L'alloggiamento del canister è dietro la macchina: questo rende meno visibile nell'immediato il contenuto, e meno agevole la sostituzione. Il fissaggio del canister alla macchina non è sempre facile (soprattutto per chi ha le dita grandi). Eventuali lacerazioni del tubo di drenaggio in prossimità del raccoglitore prevedrebbero la sostituzione dell'intera medicazione
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**2/4**	L'attacco del tubo di drenaggio al contenitore risulta fragile
	Presenza di sistema di contenimento degli odori, di sistema per la solidificazione dei fluidi, di raccordi a Y per il trattamento contemporaneo di più ferite	**2/4**	Raccordi a Y troppo piccoli e sottili con rischio di ostruzione in caso di essudato denso, viscoso.
	TOTALE	**32/70**	

Sini-Medik viene esclusa in quanto, relativamente alla gamma di misure di medicazioni e come da chiarimenti (prot. Az. Ulss 8 Berica n. 69856/2021), risulta non disponibile la misura M.

LOTTO 2

- **HARTMANN**

	Descrizione criterio	Punteggio	Motivazione
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Display ben visibile e di facile comprensione	**8/8**	
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**4/4**	
	Sistema di controllo della pressione al letto della ferita	**6/6**	
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Dimensioni adeguate: - Ampio diametro per copertura completa dell'addome. - Capienza del contenitore	**10/12**	Film trasparente di dimensioni troppo piccole per laparotomie ampie
	Conformabilità della medicazione alla ferita	**6/12**	Il foglio endoaddominale ha un'adeguata consistenza, ma non ha riferimenti per modellarlo e la presenza di tasche per l'inserimento in cavità addominale rendono più complicata la sua conformabilità.
	Facilità di esecuzione della medicazione e di gestione dei componenti sterili.	**6/12**	La presenza delle tasche per l'inserimento in cavità addominale e l'assenza di riferimenti rendono indaginosa la rifinitura del foglio endoaddominale.
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione e del raccoglitore.	**10/10**	
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**4/6**	Il sistema di fissaggio del tubo drenaggio non impedisce, per via della sua conformazione, che accidentalmente si verifichi un aggancio errato.
	TOTALE	**54/70**	

➢ **LOHMANN & RAUSHER**

	Descrizione criterio	Punteggio	Motivazione
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Display ben visibile e di facile comprensione	**8/8**	
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**2/4**	Allarmi troppo sensibili.
	Sistema di controllo della pressione al letto della ferita	**6/6**	
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Dimensioni adeguate: - Ampio diametro per copertura completa dell'addome. - Capienza del contenitore	**10/12**	Film trasparente troppo grande, in cui la mancanza di numerazione rende ancora più difficile l'esecuzione della medicazione.
	Conformabilità della medicazione alla ferita	**6/12**	Film trasparente troppo ampio senza i riferimenti che aiutino a posizionarlo ed adattarlo alla ferita. Foglio endoaddominale ampio e di adeguata consistenza, però senza riferimenti per modellarlo.
	Facilità di esecuzione della medicazione e di gestione dei componenti sterili.	**4/12**	I componenti della medicazione non risultano assemblati in un unico kit sterile. Il foglio endoaddominale non presenta riferimenti per modellarlo. Il film trasparente risulta troppo ampio e di non agevole posizionamento.
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione e del raccoglitore.	**5/10**	Scomoda la presenza di un raccoglitore separato dal contenitore rigido sia in termini di posizionamento che di gestione
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**2/6**	Raccordi delicati e non sempre sicuri in termini di resistenza alla trazione.
	TOTALE	**43/70**	

➢ **SMITH & NEPHEW**

	Descrizione criterio	Punteggio	Motivazione
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Display ben visibile e di facile comprensione	**6/8**	Obbligo di assemblare la macchina al gancio per leggere il display a distanza quando viene inserito il raccoglitore da "800" cc
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**4/4**	
	Sistema di controllo della pressione al letto della ferita	**3/6**	Il drenaggio non prevede un tubo in silicone ma la presenza di un sistema in schiuma fa sì che gli essudati viscosi incontrino una maggiore resistenza nell'aspirazione
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Dimensioni adeguate: - Ampio diametro per copertura completa dell'addome. - Capienza del contenitore	**8/12**	Film trasparente di dimensioni piccole per laparotomie ampie

	Conformabilità della medicazione alla ferita	**8/12**	Il foglio endoaddominale non presenta riferimenti per modellarlo.
	Facilità di esecuzione della medicazione e di gestione dei componenti sterili.	**6/12**	Il foglio endoaddominale non presenta riferimenti per modellarlo e la consistenza molto leggera lo rende poco maneggevole al taglio.
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione e del raccoglitore.	**5/10**	L'utilizzo di "clips" per agganciare e sganciare il raccoglitore non risulta sempre un'operazione facile soprattutto in caso di mancanza di piani d'appoggio.
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**6/6**	
	TOTALE	**46/70**	

➢ **WALDNER**

	Descrizione criterio	**Punteggio**	**Motivazione**
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Display ben visibile e di facile comprensione	**8/8**	
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**4/4**	
	Sistema di controllo della pressione al letto della ferita	**6/6**	
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Dimensioni adeguate: - Ampio diametro per copertura completa dell'addome. - Capienza del contenitore	**12/12**	
	Conformabilità della medicazione alla ferita	**12/12**	
	Facilità di esecuzione della medicazione e di gestione dei componenti sterili.	**12/12**	
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione e del raccoglitore.	**10/10**	
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**6/6**	
	TOTALE	**70/70**	

➢ **ZUCCATO**

	Descrizione criterio	**Punteggio**	**Motivazione**
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL'UNITA' MOTORE	Display ben visibile e di facile comprensione	**4/8**	Piccolo, visibile solo dall'alto.
	Presenza e tipologia e settaggio di allarmi sonori e visivi	**2/4**	Tasti piccoli, non sempre responsivi.
	Sistema di controllo della pressione al letto della ferita	**0/6**	Non presente
CARATTERISTICHE DEL KIT DI MEDICAZIONE	Dimensioni adeguate: - Ampio diametro per copertura completa dell'addome. - Capienza del contenitore	**4/12**	Film trasparente di piccole dimensioni. Il foglio endoaddominale piccolo.

	Conformabilità della medicazione alla ferita	**4/12**	Schiume, cerotti e foglio endoaddominale troppo piccoli per una laparotomia ampia
	Facilità di esecuzione della medicazione e di gestione dei componenti sterili.	**4/12**	I film trasparenti non sono numerati, rendendo meno intuitiva la sequenza della medicazione. La dimensione delle schiume è tale che la loro disposizione può non rendere efficiente la medicazione (ad es., per rischio di dislocazione). Kit non completo di foglio addominale.
	Semplicità di gestione del drenaggio e di sostituzione e del raccoglitore.	**4/10**	Il tubo di drenaggio viene fissato direttamente al raccoglitore. Eventuali lacerazioni del tubo di drenaggio in prossimità del raccoglitore prevedrebbero la sostituzione dell'intera medicazione
	Sicurezza e resistenza dei sistemi di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione ed al raccoglitore	**2/6**	L'attacco del tubo di drenaggio al contenitore risulta fragile e privo di sistemi a valvola, con rischio di fuoriuscita del liquido drenato
	TOTALE	**24/70**	

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 16.45

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE **Dr. Colucci Massimiliano**

I COMPONENTI **Dr. Rossi Gian Maria**

Dott. Pacchin Matteo

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA, FISSO E PORTATILE, PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO" – ID SINTEL 140937696

L'anno 2022 (duemila ventidue) addì 27 del mese di ottobre alle ore 09.00 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si svolge la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla procedura negoziata per la fornitura di "Sistemi di medicazione a pressione negativa, fisso e portatile, per il trattamento delle ferite acute e croniche con apparecchiature in comodato d'uso" di cui alla Richiesta di Offerta ID 140937696.

Presiede la seduta il dott. Giorgio Miotto, Direttore U.O.C. Provveditorato, alla presenza dei testimoni dott. Chiara Menin e dott. Elisa Borin.

Il RUP procede quindi alla lettura del verbale pervenuto in data 28.09.2022, redatto dalla Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle ditte partecipanti.

Il RUP prende atto che da tale verbale risulta che la Commissione Giudicatrice non ha ritenuto possibile procedere, per le motivazioni ivi esplicitate, alla valutazione qualitativa dei prodotti proposti dalla ditta Sini-Medik Niederreiter Gmbh per il lotto 1.

Per quanto concerne le restanti ditte, dal verbale della Commissione Giudicatrice risultano attribuiti, per le motivazioni ivi specificate, i seguenti punteggi qualità e, considerato che l'art. 9 del disciplinare di gara prevede che "Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a punti 42 su 70 complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara", in merito all'ammissione alla successiva fase di gara, risulta quanto segue:

Lotto	Ditta	Punteggio qualità attribuito	Esito
1	**Eurosets S.r.l.**	49	Ammessa
	Lohmann & Rauscher S.r.l.	52	Ammessa
	Sanacilia S.r.l.	43	Ammessa
	Service Med S.r.l.	52	Ammessa
	Smith & Nephew S.r.l.	58	Ammessa
	Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	70	Ammessa
	Zuccato Hc	32	Esclusa

Lotto	Ditta	Punteggio qualità attribuito	Esito
2	**Paul Hartmann S.p.a**	54	Ammessa
	Lohmann & Rauscher S.r.l.	43	Ammessa
	Smith & Nephew S.r.l.	46	Ammessa
	Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.	70	Ammessa
	Zuccato Hc	24	Esclusa

Il RUP procede, quindi, all'apertura sulla piattaforma Sintel delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse.

In sede di apertura delle offerte economiche il RUP constata che per il lotto n. 2 la ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. ha presentato un'offerta superiore alla base d'asta prevista a pena di esclusione e pertanto tale ditta, ai sensi dell'art. 1 del disciplinare di gara, viene esclusa per tale lotto dalla procedura di gara.

La graduatoria per ciascun lotto, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio Qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
1	1°	**Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.**	€ 135.588,00	70	18,92	88,92
	2°	**Smith & Nephew S.r.l.**	€ 102.600,00	58	25	83
	3°	**Service Med S.r.l.**	€ 85.500,00	52	30	82
	4°	**Eurosets S.r.l.**	€ 99.000,00	49	25,91	74,91
	5°	**Lohmann & Rauscher S.r.l.**	€ 117.240,00	52	21,88	73,88
	6°	**Sanacilia S.r.l.**	€ 104.325,00	43	24,59	67,59

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio Qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
2	1°	**Paul Hartmann S.r.l.**	€ 23.400,00	54	30	84
	2°	**Smith & Nephew S.r.l.**	€ 24.240,00	46	28,96	74,96
	3°	**Lohmann & Rauscher S.r.l.**	€ 25.200,00	43	27,86	70,86

Ne risulta quindi che l'aggiudicazione provvisoria va dichiarata nei confronti delle seguenti ditte:

Lotto	Ditta
1	Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.
2	Paul Hartmann S.r.l.

La seduta ha termine alle ore 11.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Firmato Dott. Giorgio Miotto

Firmato Dott.ssa Chiara Menin

Firmato Dott.ssa Elisa Borin