

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 363 DEL 17/03/2023

O G G E T T O

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA FORNITURA DI “AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON PROLUNGA INTEGRATA”: ASSEGNAZIONE FORNITURA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 287/23

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 1594 del 29.09.2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 51, comma 1 lettera a), del D.L. n. 77 del 31.05.2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29.07.2021), una procedura semplificata finalizzata all'affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, della fornitura di "*Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata*", valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di uno o più esperti, a cui possono partecipare tutte le Ditte registrate in SINTEL;

in data 10.10.2022, con ID 160254989 (CIG 9440396D37), è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL, tale procedura semplificata, aperta a tutti i fornitori iscritti su tale piattaforma, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 36 mesi e l'importo complessivo a base d'asta di € 105.000,00 IVA esclusa, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 31.10.2022 ed assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di uno o più esperti;

scaduto il termine ultimo sopracitato, in data 03.11.2022 si è proceduto con l'apertura delle "buste telematiche" contenenti tutta la documentazione presentata dalle ditte partecipanti, che risultano le seguenti:

Ditta	Prodotto	Prezzo unitario	Importo complessivo di spesa triennale
Benefis S.r.l.	B-Sure Safety I.V. Catheter ref. 38RQY2025 - 38RQY2219 - 38AQY2419	€ 1,98	€ 42.174,00
Plan1 Health S.r.l.	Nouvo Safety Set ref. 205.01.11.786, 205.01.11.992, 205.01.11.993	€ 2,90	€ 61.770,00
Pikdare S.p.a.	PIC B-BLOCK PRO SMARTSAFE" Cod. 02044125200550, 02044119220550, 02044119240550	€ 2,44	€ 51.972,00
Promed S.r.l.	Saf-T-Intima ref. BDI-383339, BDI-383329, BDI-383319	€ 4,91	€ 104.583,00

con nota prot. 0116047/22 del 11.11.2022 è stato nominato, previa l'acquisizione delle relative dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità, il gruppo di esperti con l'incarico di individuare il dispositivo oggetto dell'affidamento, mediante la valutazione degli elementi tecnici ed economici dei preventivi pervenuti e, a tal fine, è stata trasmessa a tale gruppo di esperti la documentazione e la campionatura pervenute;

con nota prot. n. 0015348/23 del 10.02.2023, il sopracitato gruppo di esperti ha trasmesso una relazione riepilogativa della valutazione effettuata (Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), nella quale viene proposto, per le motivazioni ivi specificate, l'affidamento della fornitura alla ditta Promed S.r.l., che nel dettaglio ha presentato la seguente offerta:

Cod. Ulss	Nome commerciale e Ref. del dispositivo offerto	Fabbis. 12 mesi	CND - N° Rep.	Prezzo unit. (Iva 22% escl.)	Importo di spesa (Iva 22% escl.)
1075200	Saf-T-Intima - Ago Cannula Venoso Con Raccordo a Y, 20g, Rosa, L. 25mm Cod. BDI-383339	2.500	C010103 - 738767/R	4,91 €	12.275,00 €
1075201	Saf-T-Intima - Ago Cannula Venoso Con Raccordo a Y, 22g, Blu, L. 19mm Cod. BDI-383329	3.800	C010103 - 738810	4,91 €	18.658,00 €
1075202	Saf-T-Intima - Ago Cannula Venoso Con Raccordo A Y, 24g, Giallo, L. 19mm Cod.: BDI-383319	800	C010103 - 738808	4,91 €	3.928,00 €
Importo complessivo annuale di spesa (Iva 22% esclusa)					€ 34.861,00
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% esclusa)					€ 104.583,00
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% inclusa)					€ 127.591,26

nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 0487235 del 19.10.2022 dalla Regione Veneto è presente per i dispositivi in argomento un prezzo O.P.R.V.E. di € 5,03 (Iva 22% esclusa) e la quotazione proposta risulta in linea con tale parametro di riferimento e più favorevole rispetto a quella praticata ad altre Aziende Sanitarie della Regione Veneto;

si propone, pertanto, l'affidamento della fornitura di *“Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata”* a favore della ditta Promed S.r.l. per il periodo di mesi 36, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel contratto (fatta comunque salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di Gara Regionale) per una spesa complessiva pari ad € 104.583,00 (Iva 22% esclusa);

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31, comma e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs. n. 50/2016, che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:

- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

in particolare, si rileva che nel concreto, il DEC dovrà dare avvio all'esecuzione della prestazione (fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie), verificare la regolarità dell'esecuzione della fornitura, accertare la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 210,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la relazione del gruppo di esperti, nominato con nota prot. 0116047/22 del 11.11.2022 (Allegato 1), allegata al presente Provvedimento a farne parte integrante;
2. di affidare, a conclusione della procedura semplificata aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16.07.2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11.09.2020), come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a), del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29.07.2021), la fornitura di "*Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata*" a favore della ditta Promed S.r.l. per il periodo di mesi 36, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o di Area Vasta, come segue:

Cod. Ulss	Nome commerciale e Ref. del dispositivo offerto	Fabbis. 12 mesi	CND - N° Rep.	Prezzo unit. (Iva 22% escl.)	Importo di spesa (Iva 22% escl.)
1075200	Saf-T-Intima - Ago Cannula Venoso Con Raccordo a Y, 20g, Rosa, L. 25mm Cod. BDI-383339	2.500	C010103 - 738767/R	4,91 €	12.275,00 €
1075201	Saf-T-Intima - Ago Cannula Venoso Con Raccordo a Y, 22g, Blu, L. 19mm Cod. BDI-383329	3.800	C010103 - 738810	4,91 €	18.658,00 €
1075202	Saf-T-Intima - Ago Cannula Venoso Con Raccordo A Y, 24g, Giallo, L. 19mm Cod.: BDI-383319	800	C010103 - 738808	4,91 €	3.928,00 €
Importo complessivo annuale di spesa (Iva 22% esclusa)					€ 34.861,00
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% esclusa)					€ 104.583,00
Importo complessivo triennale di spesa (Iva 22% inclusa)					€ 127.591,26

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
4. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui al presente provvedimento verrà imputato, per un ammontare pari ad € 127.591,26 (Iva 22% inclusa) tra i costi sul conto 5402000126/ECO del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2023 / 2026 e ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:
 - anno 2023 € 31.897,81;
 - anno 2024 € 42.530,42;
 - anno 2025 € 42.530,42;
 - anno 2026 € 10.632,61;

5. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Anna Radin, Direttore dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, la quota massima distribuibile, al personale del comparto, per l'intero periodo della durata contrattuale, pari a 3 anni, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, è pari a € 210,00;
7. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID 160254989 (CIG 9440396D37) del 10.10.2022;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot.

Dipartimento di Direzione Medica di Ospedale

Unità Operativa Complessa Farmacia Ospedaliera Distretto Est

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37, Vicenza

Vicenza li

10 FEB. 2022

Oggetto: **Valutazione “Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata”**

Al Sig Direttore Servizio
Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica f.f.
Dott. Sandro Possamai

Con riferimento alla nota prot. 0116047/22 del 11/11/2022, con cui veniva effettuata la nomina del gruppo di esperti per la valutazione dei preventivi pervenuti, relativi all'affidamento diretto della fornitura di “Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata”, si riportano di seguito le valutazioni espresse dal gruppo di nominato.

Ditta Benefis : dispositivo “B-Sure Safety IVHi-Tec”, importo triennale € 42.174,00

Le ridotte dimensioni delle alette e l'inserzione laterale della prolunga rendono la manovra di inserimento difficoltosa.

La conformazione della prolunga ad U verso destra obbliga al fissaggio sempre a destra con maggiore rischio di interferenza con i movimenti del paziente e con le attività cliniche rendendo meno sicuro il fissaggio.

Un eccessivo ingombro esterno dovuto all'altezza del punto di inserzione della prolunga rende difficoltoso il fissaggio con aumentato rischio che il dispositivo si impigli sugli indumenti e possa essere rimosso involontariamente.

L'apertura della clamp necessita dell'uso di due mani determinando una maggiore difficoltà di impiego.

La cannula e la prolunga mantengono la memoria di forma.

Ditta Pikdare: dispositivo “Pic B-Block pro Smartsafe”, importo triennale € 51.972,00

Scarsa praticità nell'impugnatura in quanto, nella rimozione del cappuccio copri ago, occorre prestare attenzione al posizionamento delle mani che, se posizionate sul sistema di sicurezza e non sulle alette, può portare all'attivazione del sistema di sicurezza prima dell'inserimento della cannula con conseguente impossibilità di utilizzo del dispositivo.

La conformazione della prolunga ad U verso destra obbliga al fissaggio sempre a destra con maggiore rischio di interferenza con i movimenti del paziente e con le attività cliniche rendendo meno sicuro il fissaggio.

La sporgenza della parte superiore delle alette e l'altezza della prolunga determinano un eccessivo ingombro esterno che rendono difficoltoso il fissaggio con aumentato rischio che il dispositivo si impigli sugli indumenti e possa essere rimosso involontariamente.

L'ampio angolo che si determina tra cute e linea della cannula determina un aumento del rischio di piegatura della cannula.

L'eccessiva zigrinatura delle alette può determinare un aumento del rischio di lesione cutanea.

La cannula e la prolunga mantengono la memoria di forma.

Ditta Plan1 Health: dispositivo "Nuovo Safety set" , importo triennale € 61.770, 00

Le ridotte dimensioni delle alette e l'inserzione laterale della prolunga rendono la manovra di inserimento difficoltosa

La sporgenza della parte superiore delle alette e l'altezza della prolunga determinano un eccessivo ingombro esterno che rendono difficoltoso il fissaggio con aumentato rischio che il dispositivo si impigli sugli indumenti e possa essere rimosso involontariamente.

L'ampio angolo che si determina tra cute e linea della cannula determina un aumento del rischio di piegatura della cannula.

L'eccessiva zigrinatura delle alette può determinare un aumento del rischio di lesione cutanea.

La cannula e la prolunga mantengono la memoria di forma.

Ditta Promed: dispositivo "Saf-T-Intima" importo triennale € 104.583,00

La presenza di alette molto grandi e l'inserimento della prolunga in posizione centrale rendono stabile la presa della mano sul dispositivo e rende facile e sicuro il posizionamento della cannula.


La prolunga, in posizione centrale rispetto alla cannula, non condiziona la scelta del punto di fissaggio rendendo il fissaggio più sicuro. Una volta posizionata la cannula l'ingombro esterno è minimo con ridotto rischio di rimozione accidentale.

La cannula e la prolunga non mantengono la memoria di forma.


Vista la necessità di utilizzo di tali dispositivi in un setting assistenziale particolare (pazienti agitati, pazienti con basso patrimonio venoso, pazienti sottoposti a terapie continuative >24 ore), alle luce delle valutazioni effettuate che hanno evidenziato un'ottima facilità di inserimento, un ridotto ingombro esterno, una buona sicurezza del fissaggio, si propone l'affidamento dei dispositivi in oggetto alla Ditta Promed.

Gruppo di Esperti

D.ssa Milena Lauri



Sig. Renato Moresco



Sig. Manuel Beda

