

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1254 DEL 27/07/2023

O G G E T T O

FORNITURA DI "SISTEMI DI DRENAGGIO LIQUORALE ESTERNO": DELIBERA DI ASSEGNAZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1288/23

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

In data 13/08/2023 scade il contratto relativo alla fornitura di "Sistemi di drenaggio liquorale esterno per la Sala Operatoria di Neurochirurgia", con la ditta Integra Lifesciences Italy S.r.l. di cui alla Delibera 1197 del 13/07/2023;

Con deliberazione n. 537 del 06/04/2023 è stata indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 2.1) L. 108/2021, per la fornitura di "Sistemi di drenaggio liquorale esterno per la Sala Operatoria di Neurochirurgia";

pertanto, è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel id 167739102, una procedura monolotto, aperta a tutti i fornitori iscritti su tale piattaforma, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. L'importo triennale a base d'asta complessivo è di € 72.500,00 IVA esclusa, con eventuale opzione di rinnovo per una spesa complessiva biennale di € 48.333,33 IVA esclusa, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 09/05/2023 e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di tre esperti;

entro tale termine è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- Biomedica Italia S.r.l.
- Integra lifesciences S.r.l. Italy
- Neuromed S.p.A.

il download di tutta la documentazione e la campionatura pervenuta sono state inoltrate agli esperti dell'UOC Neurochirurgia nominate, con prot. 53864 del 23/05/2023, per l'individuazione dei prodotti oggetto dell'affidamento.

Le offerte presentate dalle ditte concorrenti sono le seguenti:

			Biomedica	Integra	Neuromed
lotto unico	Descrizione	Fabbisogno annuale	Prezzo annuale offerto	Prezzo annuale offerto	Prezzo annuale offerto
Art. A	Cateteri ventricolari per drenaggio ventricolare esterno	45	€ 3.600,00	€ 2.925,00	€ 3.240,00
Art. B	Set per drenaggio ventricolare esterno	90	€ 8.280,00	€ 6.750,00	€ 8.550,00
Art. C	Sacche di ricambio	370	€ 4.810,00	€ 7.400,00	€ 6.660,00
Art. D	Cateteri ventricoli medicati per drenaggio ventricolare esterno	25	€ 5.250,00	€ 4.875,00	€ 2.625,00
Art. E	Cateteri lombari per drenaggio liquorale lombare esterno	20	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Tot annuale			€ 24.040,00	€ 23.950,00	€ 24.075,00

in data 19/07/2023, gli esperti interpellati hanno trasmesso una relazione riepilogativa della valutazione effettuata (Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), nella quale viene proposto, per le motivazioni ivi specificate, l'affidamento della fornitura alla ditta Biomedica Italia S.r.l., per l'importo di seguito descritto:

lotto unico	Descrizione	Fabbisogno annuale	Prezzo unitario offerto	Importo annuale (iva esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
Art. A	Cateteri ventricolari per drenaggio ventricolare esterno	45	€ 80,00	€ 3.600,00	4%	N0103	2180551	60-1210 60-1010 60-1510
Art. B	Set per drenaggio ventricolare esterno	90	€ 92,00	€ 8.280,00	22%	N0103	2063378	58-0110
Art. C	Sacche di ricambio	370	€ 13,00	€ 4.810,00	22%	N0103	2180527	59-0000
Art. D	Cateteri ventricoli medicati per drenaggio ventricolare esterno	25	€ 210,00	€ 5.250,00	4%	N0103	2180502	60-0200 60-0214 60-0010
Art. E	Cateteri lombari per drenaggio liquorale lombare esterno	20	€ 105,00	€ 2.100,00	4%	NA	136176	63-1400

Importo annuale offerto:

24.040,00

Importo per la durata contrattuale (36 mesi):

72.120,00

si propone, pertanto, di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, la fornitura di "Sistemi di drenaggio liquorale esterno per la Sala Operatoria di Neurochirurgia" alla ditta Biomedica Italia S.r.l. per il periodo di 36 mesi, con eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi, per l'importo complessivo triennale di € 72.120,00 (iva esclusa).

ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto, in quanto risultano coinvolte più unità organizzative, come previsto dal punto 10 delle Linee guida Anac n. 3;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 240,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il procedimento oggetto del presente atto è tutt'ora soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 considerato che la nuova normativa sugli appalti approvata con D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 si applica

solo a procedimenti avviati a partire dal 01/07/2023, come previsto dall'art. 226 del medesimo decreto legislativo.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la relazione degli esperti interpellati (Allegato 1) allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
2. di affidare, a conclusione della procedura semplificata aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi degli art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 2.1) L. n. 108/2021, la fornitura di "Sistemi di drenaggio liquorale esterno per la Sala Operatoria di Neurochirurgia", per il periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o di Area Vasta, alle ditte e per gli importi di seguito descritti:

lotto unico	Descrizione	Fabbisogno annuale	Prezzo unitario offerto	Importo annuale (iva esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
Art. A	Cateteri ventricolari per drenaggio ventricolare esterno	45	€ 80,00	€ 3.600,00	4%	N0103	2180551	60-1210 60-1010 60-1510
Art. B	Set per drenaggio ventricolare esterno	90	€ 92,00	€ 8.280,00	22%	N0103	2063378	58-0110
Art. C	Sacche di ricambio	370	€ 13,00	€ 4.810,00	22%	N0103	2180527	59-0000
Art. D	Cateteri ventricoli medicati per drenaggio ventricolare esterno	25	€ 210,00	€ 5.250,00	4%	N0103	2180502	60-0200 60-0214 60-0010
Art. E	Cateteri lombari per drenaggio liquorale lombare esterno	20	€ 105,00	€ 2.100,00	4%	NA	136176	63-1400

Importo annuale offerto:

24.040,00

Importo per la durata contrattuale (36 mesi):

72.120,00

3. di nominare quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. Lorenzo Alvaro – Direttore FF. dell'U.O.C. Neurochirurgia;
4. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, verrà imputato, per un importo triennale pari ad € 82.073,40 (Iva inclusa), tra i costi, nel Bilancio Sanitario, sul conto 54.02.126/ECO orientativamente secondo la seguente analisi:
 - 2023: € 11.399,10
 - 2024: € 27.357,80
 - 2025: € 27.357,80
 - 2026: € 15.958,70
5. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 167739102 del 07/04/2023;
6. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 240,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



Dipartimento di Neuroscienze

Unità Operativa di Neurochirurgia

Ospedale S.Bortolo, Viale Rodolfi 37, Vicenza

Direttore F.F. Dott. Lorenzo Alvaro

Vicenza, 30/06/2023

Facendo riferimento al disciplinare di gara si procede alla valutazione degli elementi tecnici ed economici delle tre ditte offerenti.

Qui si riportano gli importi triennali della fornitura:

Biomedica Italia : € 72.120,00

Integra Lifesciences: € 71.850,00

Neuromed srl: € € 72.225,00

Tutte le ditte hanno presentato la documentazione tecnica richiesta, tuttavia la ditta Neuromed ha presentato una campionatura parziale per cui non è stato possibile fare una valutazione completa. Dalla campionatura presente è stato rilevato che:

- Biomedica: presenta un catetere intuitivo nell'utilizzo e maneggevole grazie alla graduazione chiara e ben visibile, un catetere lombare con ago lungo e copriguida rettilinea e rigida quindi di facile utilizzo e pozzetto di gocciolamento con scheletro rigido, quindi più funzionale e resistente;
- Integra: presenta un catetere di utilizzo poco intuitivo per la graduazione non ben visibile, ha un'apertura delle confezioni non agevole, un catetere lombare con ago corto e copriguida non rettilinea quindi di difficile utilizzo e pozzetto di gocciolamento poco funzionale e resistente per l'assenza di un supporto rigido;
- Neuromed: presenta un catetere di utilizzo non intuitivo a causa della graduazione poco visibile, il catetere lombare ed il pozzetto di gocciolamento non è stato possibile valutarli.

Il sistema offerto dalla ditta Biomedica risulta quindi più adeguato alle esigenze della U.O. in quanto il catetere ventricolare risulta più intuitivo nell'utilizzo e maneggevole, l'attacco del pozzetto di gocciolamento ai supporti laterali del letto del paziente è più funzionale e resistente, le confezioni sono di facile apertura.

A fronte di quanto sopra riportato ed un impegno economico sostanzialmente simile per il triennio, si propone l'assegnazione della fornitura alla ditta Biomedica.

Cordiali saluti

Dr. Giampaolo Zambon

Dr. Fabio Angelo Raneri

Dr. Giacomo Beggio

Regione Veneto AULSS 8 Berica

U.O. NEUROCHIRURGIA

Direttore f.f. Dr. L. Alvaro