

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1339 DEL 03/08/2023

O G G E T T O

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 10 ELETTROCARDIOGRAFI A 15 CANALI IN FABBISOGNO AD UNITÀ OPERATIVE VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1367/23

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti la ditta GE Healthcare ha comunicato la mancanza di disponibilità di parti di ricambio necessari alla manutenzione degli elettrocardiografi CAC 5500 dichiarando di fatto il c.d. "fine ciclo vita" dell'apparecchiatura in parola le quali sono impiegate nella diagnostica di base ECG Cardiologica specifica la quale richiede l'utilizzo di strumentazione di fascia superiore rispetto agli esami effettuati nei vari reparti ospedalieri;

a seguito verifica effettuata dal Servizio di Ingegneria Clinica il GDL – Apparecchiature Elettromedicali – UVA DM –, al fine di uniformare la dotazione di apparecchiature elettromedicali dei singoli reparti, in accordo con l'UOC di Cardiologia, ha provveduto ad individuare, in base all'attività svolta, quali UU.OO. necessitano di elettrocardiografi di fascia alta determinando di conseguenza il fabbisogno in n. 10 elettrocardiografi;

a seguito dell'invio, da parte del Servizio Ingegneria Clinica e dell'UOC di Cardiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza, del capitolato tecnico di gara comprensivo dei criteri di valutazione oggetto di giudizio da parte della commissione/gruppo di esperti, con Delibera n. 2082 del 16.12.2022 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per la fornitura di n. 10 elettrocardiografi a 15 canali in fabbisogno alle UU.OO. varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, con aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, ed avente base d'asta pari ad € 90.000,00 iva esclusa;

con nota prot. 14886 del 09.02.2023, si è avviata procedura di gara in parola, mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ed entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14:00 del giorno 28.02.2023, sono pervenute le offerte delle ditte e per gli importi come di seguito riportati:

Ditta	Prodotto offerto	Importo
Mortara instrument Europe srl	ELI380-ACX44	€ 61.194,00
Cardioline spa	touchECG System KTCH3PCSE	€ 63.000,00
Officina Biomedica srl	CARDIOVIT AT-180	€ 72.690,00
Sidem spa	PageWriter TC70	€ 79.500,00
Unimed srl	MAC VU360	€ 86.700,00

con protocollo 43271 del 26.04.2023 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici il quale, a seguito di una prima analisi della documentazione presentata dalle ditte, ha richiesto la visione della campionatura come previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara;

a seguito dalla visione dei prodotti offerti in sede di gara, in data 07.07.2023 il gruppo di esperti ha fatto pervenire la propria relazione (All.01) con la quale proponeva "... di aggiudicare la fornitura alla ditta *Officina Biomedica con il prodotto Schiller modello Cardiovit AT180: gli aspetti funzionali valutati tramite documentazione di gara e campionatura rispondono in maniera ottimale alle necessità espresse dal Disciplinare di gara e agli standard clinici attesi*";

stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 10 elettrocardiografi a 15 canali in fabbisogno ad UU.OO. varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla ditta Officina Biomedica srl per un importo complessivo di € 72.690,00 iva esclusa;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31 e 216 comma 27 – octies, del D.Lgs. n. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del Dec;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorre la seguente condizione che impone di nominare un DEC diverso dal RUP:

✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 180,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare la relazione del gruppo di esperti allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante ed il cui originale è agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, la fornitura di n. 10 elettrocardiografi a 15 canali in fabbisogno alle UU.OO. varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla ditta Officina Biomedica srl per un importo complessivo di € 88.681,18 iva inclusa;

3. di dare atto che il costo di euro € 88.681,18 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 23BD1367Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “budget degli investimenti aziendale DGR 1617_2022”;
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 10.1 lett. e delle linee guida ANAC n. 3, il Dott. Carlo Bonanno, dirigente medico presso UOC Cardiologia di Vicenza;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 180,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Unità operativa: Cardiologia Vicenza
Indirizzo sede: Viale Rodolfi, 37 - Vicenza
Direttore: Dr. Francesca Caprioglio

Alla c.a.
Dr. Sandro Possamai
Direttore Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica

E p.c.
Dr. Francesco Trunfio

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI "N. 10 ELETTROCARDIOGRAFI A 15 DERIVAZIONI IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 165179634 – CIG: 9650606BFF**

Relazione Gruppo Tecnico

Inizio seduta ore 8:30

In data 5.7.2023 si è riunito, presso la Sala riunioni della Direzione Medica Ospedaliera del P.O. San Bortolo di Vicenza, il gruppo di esperti chiamato a valutare gli elementi tecnici ed economici relativi alla fornitura di n. 10 elettrocardiografi a 15 derivazioni in fabbisogno alle UU.OO. varie dell'Azienda Ulss 8 Berica.


Il gruppo tecnico risulta così composto:

Dr. Francesco Caprioglio - Direttore UOC Cardiologia

Dott.ssa Sofia Zanovello - Direzione Medica Ospedaliera

Ing. Francesco Bellato - Ufficio Ingegneria Clinica UOC Servizi Tecnici Patrimoniali

Il Gruppo tecnico si riunisce presso la Sala riunioni della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza e inizia l'analisi della documentazione tecnica ed economica trasmessa, e l'analisi dell'esito delle campionature presentata dalle singole Ditte dal 25 maggio all'8 giugno 2023.



Un'analisi approfondita delle offerte economiche ha evidenziato che la Ditta Hill Rom Baxter non ha incluso nell'offerta di base, come le altre ditte, la penna ottica per la lettura dei codici a barre. Essendo i lettori ottici requisito base richiesto da capitolato di gara (art. 1 punto 5 del disciplinare di gara), il costo degli stessi è stato aggiunto all'importo indicato in offerta. Pertanto, aggiungendo alla fornitura base della ditta Hill Rom Baxter n. 10 dieci lettori ottici al prezzo unitario indicato in offerta (prezzo di listino riportato meno scontistica indicata), le offerte economiche risultano come da elenco di seguito riportato:

- Cardioline	€ 63.000,00 più iva
- Hill Rom Baxter	€ 67.292,40 più iva
- Officina Biomedica	€ 72.690,00 più iva
- SIDEM	€ 79.500,00 più iva
- Unimed*	€ 86.700,00 più iva

*Unimed non trasmette documentazione relativa alla fornitura di lettore a codici a barre, né in configurazione base offerta, né come elemento opzionale quotato a parte.

Sulla base della documentazione tecnica pervenuta e delle prove eseguite in fase di campionatura si riportano le seguenti considerazioni:

Ditta Cardioline

L'utilizzo del sistema proposto modello Digital Premium HD+15 è un po' indaginoso nei vari passaggi per l'inserimento del paziente. Anche la navigazione tra i vari tools applicativi e l'attivazione dei comandi rapidi per l'esecuzione degli esami risulta indaginosa rispetto agli standard prestazionali attesi. L'interfaccia utilizzatore è a display a 19,5" (pollici) in formato 16:9. La qualità del tracciato risulta ottimale, in relazione anche alle linee guida di riferimento. La predisposizione per l'interfacciamento alla rete aziendale è completa. Il sistema proposto presenta uno spazio di archiviazione massimo di 1000 tracciati, che equivale al 50% di quanto richiesto alla sezione 10 delle caratteristiche tecniche indicative del disciplinare di gara.

Ditta Hill Rom Baxter

La ditta propone il sistema ELI 380 Standard caratterizzato da semplicità e intuitività di utilizzo. L'interfaccia utilizzatore è a display da 17" (pollici), con tastiera e comandi rapidi semplice e intuitiva. La qualità del tracciato risulta ottimale in relazione anche alle linee guida di riferimento. La predisposizione per l'interfacciamento alla rete aziendale è completa. Il sistema offerto tuttavia non presenta l'applicazione per l'elaborazione vettorcardiogramma sui tre piani, richiesto al punto 12 dell'art. 1 del disciplinare di gara, tale applicazione non risulta presente nemmeno tra gli opzionali.



Inoltre, lo spazio di archiviazione locale è di massimo di 500 tracciati, che equivale al 25% di quanto richiesto alla sezione 10 delle caratteristiche tecniche indicative del disciplinare di gara. Per tali ragioni, si ritiene che la proposta della Ditta Hill Rom Baxter non sia adeguata agli standard minimi richiesti.

Ditta Officina Biomedica

La ditta propone il sistema Cardiovit AT180 (ditta Schiller) caratterizzato da una semplicità e intuitività di utilizzo ottimale. L'interfaccia utilizzatore è a display da 15,5" (pollici), con tastiera e comandi rapidi semplice e intuitiva. La qualità del tracciato risulta ottimale in relazione anche alle linee guida di riferimento. La predisposizione per l'interfacciamento alla rete aziendale è completa, e lo spazio di archiviazione locale (pari a n. 20.000 tracciati) è nettamente superiore rispetto quanto richiesto alla sezione 10 delle caratteristiche tecniche indicative del disciplinare di gara. La dotazione dei software richiesti è completa.

Ditta SIDEM

La ditta propone il sistema PW TC 70 caratterizzato da una semplicità e intuitività di utilizzo ottimale. L'interfaccia utilizzatore è a display da 15" (pollici), con tastiera e comandi rapidi semplice e intuitiva. La qualità del tracciato risulta ottimale in relazione anche alle linee guida di riferimento. La predisposizione per l'interfacciamento alla rete aziendale è completa. Il sistema proposto presenta uno spazio di archiviazione massimo di 200 tracciati, che equivale al 10% di quanto richiesto alla sezione 10 delle caratteristiche tecniche indicative del disciplinare di gara. La dotazione dei software richiesti è completa.

Ditta Unimed

La ditta propone il sistema MAC VU 360 caratterizzato da una semplicità e intuitività di utilizzo ottimale. L'interfaccia utilizzatore è a display da 15,6" (pollici), con tastiera e comandi rapidi semplice e intuitiva. La qualità del tracciato risulta ottimale in relazione anche alle linee guida di riferimento. La predisposizione per l'interfacciamento alla rete aziendale è completa. Il sistema proposto presenta uno spazio di archiviazione massimo di 1000 tracciati, che equivale al 50% di quanto richiesto alla sezione 10 delle caratteristiche tecniche indicative del disciplinare di gara. La dotazione dei software richiesti è completa, anche se per l'esecuzione del vettorcardiogramma il sistema necessita di 4 elettrodi aggiuntivi oltre a quelli utilizzati in modalità standard.

Sulla base delle considerazioni puntuali riportate per ogni singola Ditta proponente secondo i criteri di valutazione riportati nell'Art. 6 del Disciplinare di gara, considerate le offerte economiche proposte, si propone l'aggiudicazione della fornitura alla Ditta Officina Biomedica, con il prodotto



Schiller modello *CARDIOVIT AT180*: gli aspetti funzionali valutati tramite documentazione di gara e campionatura rispondono in maniera ottimale alle necessità espresse dal Disciplinare di gara e agli standard clinici attesi.

La seduta termina alle ore 10:30

Vicenza 5/07/2023

Direttore UOC Cardiologia

Dr. Francesco Caprioglio



Direzione Medica Ospedaliera

Dott.ssa Sofia Zanovello



Ufficio Ingegneria Clinica UOC Servizi Tecnici Patrimoniali

Ing. Francesco Bellato

