

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1476 DEL 07/09/2023

### **O G G E T T O**

**FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO NASALE E RINOFARINGEO PER LA RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2: PRESA D'ATTO GARA REGIONALE.**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1520/23

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“Con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Zero n. 674 del 6.10.2022, è stata aggiudicata la fornitura, mediante accordo quadro, del secondo appalto specifico, suddiviso in lotti, per la fornitura di sistemi di prelievo nasale e rinofaringeo per la ricerca del virus SARS-CoV-2 per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto;

la procedura in argomento è stata aggiudicata in accordo quadro, senza percentuali minime o massime garantite, secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di seguito riportato:

- lotto 1 - Sistemi di prelievo con terreno non inattivante, alle seguenti ditte:  
Nal Von Minden S.r.l., Tema Ricerca S.r.l., Vismederi Pharma S.r.l., Thermo Fisher Diagnostiscs S.p.a., Pro.Lab.Srl, PM2 Services S.r.l., Alifax S.p.a., D.I.D. Spa, Greiner Bio-One Italia S.r.l.;
- lotto 2 - Sistemi di prelievo con terreno inattivante alle seguenti ditte:  
A.D.A. Srl, Alifax Spa, MED Srl, Nal Von Minden Srl, PM2 Services Srl, Pro.Lab. S.r.l., Tema Ricerca Srl;
- lotto 3 - Sacchetti porta campioni biologici alla ditta Biosigma S.p.a.;

in data 30.08.2022 l'U.O.C. Centro Regionale Acquisti Veneto (CRAV), ha comunicato che in considerazione della cessazione, in data 31.03.2022, dello stato di emergenza sanitaria istituito a seguito della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 e delle mutate condizioni di mercato che non rilevano più situazioni di carenze negli approvvigionamenti dei dispositivi medici e medico-diagnostico in vitro, a partire dal 01.11.2022 ogni Azienda Sanitaria dovrà provvedere in autonomia alla stipula dei contratti di acquisto discendenti dalle gara regionali effettuate ed in via di attivazione;

con mail del 1.6.2023 il C.R.A.V. di Azienda Zero ci ha inoltrato gli accordi quadro stipulati relativi alla procedura in oggetto;

su richiesta del Direttore dell'U.O.C. interessata è stato chiesto alle ditte in graduatoria l'inoltro di un campione in quantità sufficiente per effettuare una valutazione che tenesse conto delle specifiche esigenze del laboratorio;

è stato chiesto al Direttore dell'U.O.C. di Microbiologia di procedere ad una valutazione sulla base delle schede tecniche ed eventuale campionatura dei prodotti presentati per i tre lotti oggetti di aggiudicazione e di individuare i prodotti più conformi alle esigenze dell'U.O.C.;

a seguito dell'analisi effettuata sui campioni inoltrati dalle ditte di cui all'accordo quadro per i lotti n. 1 e n. 2 sono state prodotte da parte del Direttore dell'UOC di Microbiologia le relazioni in allegato alla presente, le cui conclusioni si riportano in sintesi:

lotto 1:

*“Si propone l'acquisizione della fornitura da DID in quanto risulta adeguato alle esigenze specifiche del laboratorio: il prodotto offerto dalla ditta DID ha il vantaggio di avere le biglie che permettono una ottimale omogenizzazione del campione consentendo un'estrazione degli acidi nucleici breve con risparmio di tempo (riduzione del TAT) e dei kit di estrazione. Inoltre le provette DID permettono di*

*essere utilizzate anche per la diagnostica molecolare per batteri.”*

lotto 2

*“Si propone l’acquisizione della fornitura da ADA in quanto adeguato alle esigenze specifiche del laboratorio. Riporta correttamente l’agente inattivante sulla provetta che risulta importante ai fini della sicurezza dell’operatore a tutti i livelli Inoltre provetta e tampone sono confezionati insieme e consentono una agevole gestione senza sprechi del materiale utilizzato sia al momento del prelievo sia nella distribuzione del kit ai vari reparti utilizzatori dell’azienda Ulss.”*

sono stati successivamente individuati i fabbisogni stimati, fino al 31.8.2024, come di seguito riportato:

lotto	ditta	descrizione	Costo unitario	q.tà annue	Totale annuo
Lotto 1	DID	sonda con asta in plastica e punta velvet in nylon	€ 0,25	13.000	€ 3.250,00
	DID	UTM RT	€ 1,5	13.000	€ 19.500,00
Lotto 2	ADA S.R.L.	eNAT 2 ml con sonda floccata regolare	€ 1,45	500	€ 725,00
Lotto 3	Biosigma s.p.a.	Sacchetti per trasporto campioni biologici	0,0296	100.000	€ 2.960,00
totale					€ 26.435,00

detta stima è stata elaborata sulla base del Piano di Sanità Pubblica attualmente vigente ed eventuali variazioni saranno determinate in conseguenza alle successive modifiche del Piano stesso che dovessero intervenire;

si propone pertanto l’affidamento della fornitura mediante accordo quadro, nell’ambito del “secondo appalto specifico, suddiviso in lotti, per la fornitura di sistemi di prelievo nasale e rinofaringeo per la ricerca del virus SARS-CoV-2 per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto” per i fabbisogni dell’U.O.C. di Microbiologia di questa Azienda U.LSS., per il periodo dall’ 1.09.2023 al 31.08.2024, per un importo complessivo pari ad € 26.435,00 + I.V.A. come nel dettaglio soprariportato;

è necessario, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 7 dello Schema di Accordo quadro, nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in quanto la fornitura deve essere coordinata tra tutti i punti tampone presenti nel territorio dell’Azienda U.L.SS. 8 Berica;

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di affidare la fornitura mediante accordo quadro, sulla base delle motivazioni riportate nelle relazioni allegate al presente provvedimento (allegato 1), nell’ambito del “secondo appalto specifico, suddiviso in lotti, per la fornitura di sistemi di prelievo nasale e rinofaringeo per la ricerca del virus SARS-CoV-2 per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto”, per i fabbisogni dell’U.O.C. di Microbiologia di questa Azienda U.LSS., per il periodo dall’ 1.09.2023 al 31.08.2024, per un importo complessivo pari ad € 26.435,00 + I.V.A., come nel dettaglio sottoriportato:

lotto	ditta	descrizione	Costo unitario	q.tà annue	Totale annuo
Lotto 1	DID	sonda con asta in plastica e punta velvet in nylon	€ 0,25	13.000	€ 3.250,00
	DID	UTM RT	€ 1,5	13.000	€ 19.500,00
Lotto 2	ADA S.R.L.	eNAT 2 ml con sonda floccata regolare	€ 1,45	500	€ 725,00
Lotto 3	Biosigma s.p.a.	Sacchetti per trasporto campioni biologici	0,0296	100.000	€ 2.960,00
totale					€ 26.435,00

2. di dare atto che l'importo complessivo di spesa, stimato in 32.250,70 compresa I.V.A. verrà imputato nei Bilanci Sanitari 2023/2024 nel conto di contabilità generale 54.02.121/ECO come di seguito ripartito:

anno 2023 € 10.750,23

anno 2024 € 21.500,00

3. di dare atto che i contratti con le Ditte affidatarie e per i relativi lotti, saranno stipulati, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023, in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione degli stessi;
4. di nominare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dello Schema di Accordo quadro come Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore dell'U.O.C. di Microbiologia, Dott. Mario Rasso;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on line dell'Azienda

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(per il dr. Achille Di Falco – dr.ssa Mariuccia Lorenzi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

## **Valutazione Campionatura Sistemi di prelievo con terreno non inattivante LOTTO 1 Allegato 1**

ALIFAX: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e trasparente. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e non tipo di terreno. Non ci sono biglie

DID: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e di colore rosato. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno e anche utilizzo per cui è validato. Sono presenti le biglie

Greiner: è pervenuta sola la provetta (no tamponi). La quantità del terreno è 2ml e essendo una provetta Vacuette non è utilizzabile nel sistema in uso presso il laboratorio. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e non tipo di terreno. Non sono presenti le biglie.

Nadal: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e di colore rosato. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno (VTM). Non ci sono biglie

PM2service: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e di colore rosato. Sulla provetta non c'è etichetta (fornita a parte) e richiede che l'etichetta con la data di scadenza venga attaccata dall'operatore. Sull'etichetta è indicata data di scadenza e lotto e non tipo di terreno. Non ci sono biglie

PROLAB: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e di colore rosato. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno (VPM). Non ci sono biglie

Tema ricerca: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e di colore rosato. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno (TPM). Non ci sono biglie. Il tampone spezzato non si incastra sul tappo in quanto è corto

Termofisher: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e di colore rosato. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno ci sono biglie. Il fondo della provetta è conico: tale caratteristica non permette il caricamento sugli strumenti in uso.

Vismederi: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e trasparente. Sulla provetta non è indicata data di scadenza e lotto mentre è riportato tipo di terreno (VTM) Non ci sono biglie.

### Relazione finale

Si propone l'acquisizione della fornitura da DID in quanto risulta adeguato alle esigenze specifiche del laboratorio: il prodotto offerto dalla ditta DID ha il vantaggio di avere le biglie che permettono una ottimale omogenizzazione del campione consentendo un'estrazione degli acidi nucleici breve con risparmio di tempo (riduzione del TAT) e dei kit di estrazione. Inoltre le provette DID permettono di essere utilizzate anche per la diagnostica molecolare per batteri.

Il Direttore dell'U.O.C. di Microbiologia  
Dott. Mario Rasso

## Valutazione Campionatura Sistemi di prelievo con terreno non inattivante LOTTO 2 Allegato 2

ADA: la provetta e il campione sono appaiati in unica confezione. La quantità del terreno è 2 ml e trasparente Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno (contiene guanidinio tiocianato come inattivante)

ALIFAX: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e trasparente. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno ma non è indicato il tipo di inattivante.

MED: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 1ml, ma il volume di 1 ml è un volume insufficiente nell'eventualità di dover ripetere il test. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto ma non è indicato tipo di terreno ed il tipo di inattivante.

Nadal: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e trasparente. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno (I-VTM) ma non è indicato il tipo di inattivante

PM2service: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 2ml e trasparente. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno ma non lo specifico agente lisante (caotropic).

PROLAB la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e trasparente. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno ma non l'inattivante

Tema ricerca: la provetta e il tampone sono separati. La quantità del terreno è 3ml e trasparente. Sulla provetta è indicata data di scadenza e lotto e tipo di terreno (TPM) ma non è indicato l'inattivante.

### Relazione finale

Si propone l'acquisizione della fornitura da ADA in quanto adeguato alle esigenze specifiche del laboratorio. Riporta correttamente l'agente inattivante sulla provetta che risulta importante ai fini della sicurezza dell'operatore a tutti i livelli Inoltre provetta e tampone sono confezionati insieme e consentono una agevole gestione senza sprechi del materiale utilizzato sia al momento del prelievo sia nella distribuzione del kit ai vari reparti utilizzatori dell'azienda Ulss.

Il Direttore dell'U.O.C. di Microbiologia  
Dott. Mario Rassu