

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1999 DEL 30/11/2023

O G G E T T O

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI DEFLUSSORI VARI PER INFUSIONE
ENDOVENOSA: AGGIUDICAZIONE**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 2081/23

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 702 del 27/04/2023 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, una procedura di gara multilotto per la fornitura di "Deflussori vari per infusione endovenosa";

in data 02/05/2023, con ID 168610594, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 24 mesi, per l'importo biennale a base d'asta complessivo di € 195.000,00 IVA esclusa, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così suddivisa:

	Descrizione	base d'asta biennale
lotto 1	Deflussore standard per infusione venosa ad una via	€ 90.000
lotto 2	deflussore standard per infusione venosa con punto di iniezione ad Y	€ 90.000
lotto 3	Deflussore standard per infusione venosa munito di buretta	€ 15.000

nell'ambito di tale procedura di gara, la cui richiesta di offerta è stata pubblicata contestualmente sul sito dell'Azienda Ulss 8 Berica, sono state invitate a presentare offerta, entro il giorno 29/05/2023, tutte le ditte registrate ed abilitate alla piattaforma SINTEL;

in data 16/05/2023 sono state pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti tempestivamente pervenute ed entro il termine ultimo, è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- Aries S.r.l. (lotti 1, 2, 3);
- Benefis S.r.l. (lotti 1, 2);
- Chemil S.r.l. (lotti 1, 2);
- CO.DI.SAN S.p.A. (lotti 1, 2);
- Elimed S.r.l. (lotti 1, 2, 3);
- F.a.s.e. S.r.l. (lotto 2);
- Ferrari L di Ferrari Pietro S.r.l. (lotto 3);
- IDS S.r.l. (lotto 2);
- L.P. Pharm S.r.l. (lotto 1);
- Medical Lume S.r.l. (lotto 2);
- Multimedical S.r.l. (lotto 3);
- Nacatur International S.r.l. (lotto 1);
- Smiths Medical Italia S.r.l. (lotti 1 e 2).

in data 05/06/2023, in seduta riservata (allegato 1, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), il RUP alla presenza di due testimoni ha proceduto, tramite l'utilizzo della piattaforma, a verificare la regolare presenza della documentazione amministrativa pervenuta, constatando la completezza della documentazione presentata da tutte le ditte partecipanti;

la Commissione Giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota prot. n.

72955 del 14/07/2023, si è riunita in varie date, per la verifica della regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, nonché per la valutazione qualitativa e l'attribuzione dei punteggi di qualità secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara ed in data 10/11/2022 ha trasmesso al RUP il verbale relativo ai lavori svolti recante i punteggi qualità attribuiti alle varie ditte partecipanti (allegato 2), verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

successivamente, in data 13/11/2022, si è proceduto con l'apertura, in seduta riservata (come da verbale denominato allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), delle offerte economiche;

In base alle valutazioni ivi contenute si prende atto di quanto segue in merito all'ammissione delle ditte partecipanti alla successiva fase di gara:

Lotto	Ditta	Punteggio qualità
1	Aries S.r.l.	70/70
	Benefis S.r.l.	esclusa
	Chemil S.r.l.	70/70
	CO.DI.SAN S.p.A.	esclusa
	Elimed S.r.l.	esclusa
	L.P. Pharm S.r.l.	66/70
	Nacatur International S.r.l.	Esclusa
	Smiths Medical Italia S.r.l.	70/70
2	Aries S.r.l.	66/70
	Benefis S.r.l.	60/70
	Chemil S.r.l.	56/70
	CO.DI.SAN S.p.A.	52/70
	Elimed S.r.l.	esclusa
	F.a.s.e. S.r.l.	66/70
	IDS S.r.l.	esclusa
	Medical Lume S.r.l.	40/70
	Smiths Medical Italia S.r.l.	70/70
3	Aries S.r.l.	esclusa
	Elimed S.r.l.	esclusa
	Ferrari L di Ferrari Pietro S.r.l.	70/70
	Multimedical S.r.l.	esclusa

In relazione al lotto 1, sono state escluse le ditte Benefis S.r.l., CO.DI.SAN S.p.A., Nacatur International S.r.l., per inidoneità del prodotto presentato;

In relazione al Lotto 2 sono state escluse le ditte IDS srl per inidoneità del prodotto presentato e Medica Lume srl per aver totalizzato un punteggio inferiore a 42/70, come disciplinato all'art. 9 del Disciplinare di Gara;

In relazione al Lotto 3 sono state escluse le ditte Aries srl e Multimedical srl per inidoneità del prodotto presentato;

La ditta Elimed srl è stata esclusa, in relazione ai Lotti 1,2 e 3, per non aver presentato la completa documentazione tecnica richiesta e la campionatura (artt. 4 e 15 del Disciplinare di gara);

Successivamente, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo delle ditte ammesse, ha stilato la seguente graduatoria:

Lotto		Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	1°	CHEMIL S.R.L.	88.800,00000 EUR	26,76	70	96,76
	1°	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	88.800,00000 EUR	26,76	70	96,76
	2°	L.P. PHARM SRL	79.200,00000 EUR	30	66	96
		Aries S.r.l.	114.000,00000 EUR	esclusa per offerta sopra la base d'asta		
2	1°	F.A.S.E. S.R.L.	60.000,00000 EUR	29,6	66	95,6
	2°	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	72.000,00000 EUR	24,67	70	94,67
	3°	Aries S.r.l.	88.000,00000 EUR	20,18	66	86,18
	4°	Benefis s.r.l.	70.400,00000 EUR	25,23	60	85,23
	5°	CO.DI.SAN. S.p.A.	59.200,00000 EUR	30	52	82
	6°	CHEMIL S.R.L.	86.000,00000 EUR	20,65	56	76,65
3	1°	FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL	14.992,00000 EUR	30	70	100

Risultando a pari merito la ditta Chemil S.r.l. e la ditta Smiths Medical Italia S.r.l. – lotto 1 – si è proceduto, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare di Gara, a chiedere un'offerta migliorativa il cui riscontro è stato ricevuto entro i termini fissati (ore 10:00 del 16/11/2023) e visualizzato dopo questi ultimi, in data 16/11/2023.

Di seguito le offerte migliorative:

Lotto	Azienda	Descrizione	Fabbisogn o biennale	Prezzo unitario offerto	Importo biennale (iva esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
lotto 1	CHEMIL S.R.L.	Deflussore standard per infusione venosa ad una via	600.000	€ 0,138	€ 82.680,00	22%	A03010101	1766063	DEFL 150LF A

lotto 1	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	Deflussore standard per infusione venosa ad una via	600.000	€ 0,144	€ 86.400,00	22%	A03010102	2156884	SG04
----------------	------------------------------	---	---------	---------	-------------	-----	-----------	---------	------

Preso atto che l'offerta migliore per il lotto 1 è quella della Chemil S.r.l. si propone l'aggiudicazione provvisoria della procedura multilotto in argomento a favore delle seguenti ditte che hanno presentato le seguenti offerte:

Lotto	Azienda	Descrizione	Fabbisogno biennale	Prezzo unitario offerto	Importo biennale (iva esclusa)	Aliquot a IVA	CND	RDM	Ref.
lotto 1	CHEMIL S.R.L.	Deflussore standard per infusione venosa ad una via	600.000	€ 0,138	€ 82.680,00	22%	A03010101	1766063	DEFL 150LFA
lotto 2	F.A.S.E. S.R.L.	Deflussore standard per infusione venosa con punto di iniezione ad Y	400.000	€ 0,150	€ 60.000,00	22%	A03010199	1430364	IV-6-5Y
lotto 3	FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL	Deflussore standard per infusione venosa munito di buretta	8.000	€ 1,874	€ 14.992,00	22%	A03010199	201347	FD4000001-BU150

si propone pertanto l'aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di "Deflussori vari per infusione endovenosa" a favore delle ditte Chemil S.r.l. per il lotto 1, F.A.S.E. S.r.l. per il lotto 2, Ferrari L di Ferrari Pietro S.r.l. per il lotto 3, per un periodo di mesi 24, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una spesa complessiva triennale pari ad € 157.672,00 (Iva 22% esclusa);

ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto. Nel concreto, il Dec dovrà dare avvio all'esecuzione della prestazione (fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie), verificare la regolarità dell'esecuzione della fornitura, accertare che la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 390,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il procedimento oggetto del presente atto è tutt'ora soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 considerato che la nuova normativa sugli appalti approvata con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 si applica solo a procedimenti avviati a partire dal 01/07/2023, come previsto dall'art. 226 del medesimo decreto legislativo.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare i verbali di gara (allegati 1, 2 e 3) allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
2. di aggiudicare, a conclusione della procedura aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di "Deflussori vari per infusione endovenosa" a favore delle ditte Chemil S.r.l. per il lotto 1, F.A.S.E. S.r.l. per il lotto 2, Ferrari L di Ferrari Pietro S.r.l. per il lotto 3, per un periodo di mesi 24, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una spesa complessiva triennale pari ad € 157.672,00 (Iva esclusa) come segue:

Lotto	Azienda	Descrizione	Fabbisogno biennale	Prezzo unitario offerto	Importo biennale (iva esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
lotto 1	CHEMIL S.R.L.	Deflussore standard per infusione venosa ad una via	600.000	€ 0,138	€ 82.680,00	22%	A03010101	1766063	DEFL 150LFA

lotto 2	F.A.S.E. S.R.L.	Deflussore standard per infusione venosa con punto di iniezione ad Y	400.000	€ 0,150	€ 60.000,00	22%	A03010199	1430364	IV-6-5Y
lotto 3	FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL	Deflussore standard per infusione venosa munito di buretta	8.000	€ 1,874	€ 14.992,00	22%	A03010199	201347	FD4000001- BU150
Importo complessivo biennale									157.672,00 €
Importo complessivo biennale (iva 22% inclusa)									192.359,84 €

3. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione verrà imputato, per un ammontare pari ad € 192.359,84 (Iva 22% inclusa), sarà ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:

	5402000126
2023	8.015 €
2024	96.179,91 €
2025	88.164,93 €

5. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Anna Radin, Direttore dell'U.O.C. Farmacia;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n. 801 del 10/06/2020, si riserva la quota massima distribuibile al personale del comparto, per l'intero periodo di durata contrattuale, pari a 2 anni, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, pari ad € 390,00;
8. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 168610594 del 02/05/2023;
9. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



**VERBALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN ORDINE ALLA PROCEDURA
DI GARA PER LA FORNITURA DI
"DEFLUSSORI VARI PER INFUSIONE ENDOVENOSA"**

L'anno 2023 (duemilaventitre) addì 05 del mese di giugno, alle ore 09:00, in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si è svolta la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine alla procedura di gara per la fornitura di "Deflussori vari per infusione endovenosa" di cui alla Richiesta di Offerta ID SINTEL: 168610594.

Presiede la seduta il Rup alla presenza di due testimoni:

dott. Sandro Possamai	Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Chiara Menin	Collaboratore Amministrativo
dott.ssa Anna Lisa Menini	Collaboratore Amministrativo

Preliminarmente il RUP, alla presenza di due testimoni, verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro il termine previsto (entro le ore 10:00 del giorno 29/05/2023).

Sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

- Aries S.r.l. (lotti 1, 2, 3);
- Benefis S.r.l. (lotti 1, 2);
- Chemil S.r.l. (lotti 1, 2);
- CO.DI.SAN S.p.A. (lotti 1, 2);
- Elimed S.r.l. (lotti 1, 2, 3);
- F.a.s.e. S.r.l. (lotto 2);
- Ferrari L di Ferrari Pietro S.r.l. (lotto 3);
- IDS S.r.l. (lotto 2);
- L.P. Pharm S.r.l. (lotto 1);
- Medical Lume S.r.l. (lotto 2);
- Multimedi S.r.l. (lotto 3);
- Nacatur International S.r.l. (lotto 1);
- Smiths Medical Italia S.r.l. (lotti 1 e 2).

Il RUP alla presenza di due testimoni:

- verifica la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica la corretta apposizione della firma digitale da parte degli offerenti nei documenti presentati;
- procede all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" contenente la Documentazione amministrativa;
- ammette al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale nei documenti presentati, la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Successivamente si prosegue con il download della documentazione amministrativa e successivamente all'esame della stessa per verificare la completezza documentale e la correttezza della firma digitale secondo quanto disposto all'art. 4 Modalità di partecipazione - "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Al termine dell'esame della documentazione prodotta, si riscontra che le ditte IDS S.r.l. ed Elimed S.r.l., pur avendo esibito la restante documentazione di gara, non hanno presentato l'allegato A

previsto nel Disciplinare di Gara all'art. 4, step 1. Ai sensi dell'art. 83 del D. lgs. 50/2016 si è proceduto a chiedere, tramite la piattaforma Sintel, l'invio della documentazione mancante e le ditte hanno tempestivamente riscontrato inviando il documento richiesto. Dopo aver visionato la documentazione, non rilevando anomalie, il RUP e i due testimoni ammettono i concorrenti alla fase successiva.

La seduta ha termine alle ore 11:30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

F.to Dott. Sandro Possamai

F.to Dott.ssa Chiara Menin

F.to Dott.ssa Anna Lisa Menini

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
 Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV
 Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
 PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

**VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE E DEI CAMPIONI
RELATIVI ALLA FORNITURA DI “DEFLUSSORI PER INFUSIONE ENDOVENOSA”**

In data 27/07/2023 alle ore 14.00 si è riunita presso la Farmacia Ospedaliera di Vicenza dell’AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di “DEFLUSSORI VARI PER INFUSIONE ENDOVENOSA” – ID SINTEL 168610594.

La Commissione, nominata con prot. n. 72995 del 14/07/2023 risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Anna Schiatti – Farmacista Dirigente Farmacia Ospedaliera Arzignano

Componenti: Dott.ssa Martina Michelazzo – Coordinatore U.O.C Geriatria Sezione 1 di Geriatria di Vicenza

Dott.ssa Giorgia Varotti – Coordinatore U.O.C. Medicina Generale 1 Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- Aries S.r.l. (lotti 1, 2, 3);
- Benefis S.r.l. (lotti 1, 2);
- Chemil S.r.l. (lotti 1, 2);
- CO.DI.SAN S.p.A. (lotti 1, 2);
- Elimed S.r.l. (lotti 1, 2, 3);
- F.a.s.e. S.r.l. (lotto 2);
- Ferrari L di Ferrari Pietro S.r.l. (lotto 3);
- IDS S.r.l. (lotto 2);
- L.P. Pharm S.r.l. (lotto 1);
- Medical Lume S.r.l. (lotto 2);
- Multimedi S.r.l. (lotto 3);
- Nacatur International S.r.l. (lotto 1);
- Smiths Medical Italia S.r.l. (lotti 1 e 2).

Ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, Dott. Sandro Possamai, i documenti tecnici prodotti dalle ditte, la Commissione procede alla verifica della documentazione ivi contenuta.

Il Presidente richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato Speciale di gara:

L’art.9 del disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione sarà effettuata, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016 ed il Presidente, ad inizio seduta, richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato di gara:

- a) Qualità: punteggio massimo - 70/100
 b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 42 su 70** complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

La Commissione rileva che la ditta Elimed ha presentato nell’ambito della documentazione tecnica, solo la scheda tecnica. Non sono presenti né gli altri documenti tecnici richiesti, né risulta consegnata la campionatura come previsto dal capitolato di gara.

La Commissione, pertanto, ritiene di escludere dalla gara, la Ditta Elimed, poiché non ci sono gli elementi per procedere alla valutazione.

La Commissione rileva che la documentazione richiesta da parte delle ditte: Aries, Benefis, Chemil, CO.DI.SAN, F.a.s.e., Ferrari, IDS, L.P. Pharm, Medical Lume, Multimedi, Nacatur International, Smiths Medical Italia, è stata presentata e risulta conforme a quanto richiesto dal capitolato di gara.

La riunione termina alle 16.30.

La Commissione si riunisce in data 28/08/2023 alle ore 14,00 procede quindi allo svolgimento della valutazione qualitativa e attribuisce i seguenti punteggi:

LOTTO 1 DITTA ARIES

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-16	16	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-14	14	
	Flessibilità	0-8	8	
TOTALE		0-70	70	

LOTTO 1 DITTA BENEFIS

Il prodotto offerto non risulta idoneo in quanto non rispetta il requisito essenziale di garantire la sterilità durante le manovre di apertura della confezione, aprendo la confezione con strappo, si incorre nel rischio di caduta del deflussore e del tappo.

La tenuta del tappo di chiusura alla fine del deflussore, non è ermetica.

Il raccordo in gomma terminale, si stacca, esponendo operatore/paziente al rischio di spandimenti e contaminazione.

LOTTO 1 DITTA CHEMIL

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-16	16	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-14	14	
	Flessibilità	0-8	8	
TOTALE		0-70	70	

LOTTO 1 DITTA CO.DI.SAN

Il prodotto offerto non risulta idoneo in quanto non rispetta il requisito essenziale di garantire la sterilità durante le manovre di apertura della confezione, aprendo la confezione con strappo, si incorre nel rischio di caduta del deflussore e del tappo.

La tenuta del tappo di chiusura alla fine del deflussore, non è ermetica.

Il raccordo in gomma terminale, si stacca, esponendo operatore/paziente al rischio di spandimenti e contaminazione.

LOTTO 1 DITTA LP PHARMA

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	

Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-16	16	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-14	14	
	Flessibilità	0-8	4	Materiale rigido poco flessibile, tende a curvarsi e a non ritornare nella forma originaria
TOTALE		0-70	66	

LOTTO 1 DITTA SMITHS MEDICAL

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-16	16	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-14	14	
	Flessibilità	0-8	8	
TOTALE		0-70	70	

LOTTO 1 DITTA NACATUR INTERNATIONAL

Il prodotto offerto non risulta idoneo in quanto non rispetta il requisito essenziale di garantire la sterilità durante le manovre di apertura della confezione, aprendo la confezione con strappo, si incorre nel rischio di caduta del deflussore e del tappo.

La tenuta del tappo di chiusura alla fine del deflussore, non è ermetica.

Il raccordo in gomma terminale, si stacca, esponendo operatore/paziente al rischio di spandimenti e contaminazione.

LOTTO 2 DITTA ARIES

Lotto 2	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-14	14	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-10	10	
	Flessibilità	0-6	6	
Paradita	Efficacia della protezione (grandezza, forma)	0-8	4	Dimensioni del paradita ridotte, rendendo meno efficace la protezione

TOTALE		0-70	66	
---------------	--	-------------	-----------	--

LOTTO 2 DITTA BENEFIS

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-14	14	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-10	3	La parte tubolare del deflussore, una volta estratto dalla confezione, presenta inginocchiamento. La deformazione persiste rendendo particolarmente difficile l'utilizzo del deflussore.
	Flessibilità	0-6	3	Materiale rigido poco flessibile, si ricorre a più interventi per ripristinare il corretto deflusso ed evitare la curvatura del tubo del deflussore
Paradita	Efficacia della protezione (grandezza, forma)	0-8	8	
TOTALE		0-70	60	

LOTTO 2 DITTA CHEMIL

Lotto 2	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-14	14	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-10	3	La parte tubolare del deflussore, una volta estratto dalla confezione, presenta inginocchiamento. La deformazione persiste rendendo particolarmente difficile l'utilizzo del deflussore.
	Flessibilità	0-6	3	Materiale rigido poco flessibile, si ricorre ad alcuni interventi per ripristinare il corretto deflusso ed evitare la curvatura del tubo del deflussore
Paradita	Efficacia della protezione	0-8		Dimensioni del

	(grandezza, forma)		4	paradita ridotte, rendendo meno efficace la protezione
TOTALE		0-70	56	

LOTTO 2 DITTA CO.DI.SAN

Lotto 2	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-14	3	Il roller non mantiene costante nel tempo, il flusso impostato
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-10	10	
	Flessibilità	0-6	6	
Paradita	Efficacia della protezione (grandezza, forma)	0-8	1	Dimensioni del paradita talmente ridotte, da rendere quasi inefficace la protezione
TOTALE		0-70	52	

LOTTO 2 DITTA SMIHTS MEDICAL ITALIA

Lotto 2	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-14	14	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-10	10	
	Flessibilità	0-6	6	
Paradita	Efficacia della protezione (grandezza, forma)	0-8	8	
TOTALE		0-70	70	

LOTTO 2 DITTA IDS

Il prodotto offerto non risulta idoneo in quanto non rispetta il requisito essenziale di garantire la sterilità durante le manovre di apertura della confezione, aprendo la confezione con strappo, si incorre nel rischio di caduta del deflussore e del tappo.

La tenuta del tappo di chiusura alla fine del deflussore, non è ermetica.

Il raccordo in gomma terminale, si stacca, esponendo operatore/paziente al rischio di spandimenti e contaminazione.

LOTTO 2 DITTA MEDICAL LUME

Lotto 2	Caratteristiche soggette a	Punteggio	Punteggio	Motivazioni
----------------	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------------

	valutazione	massimo	attribuito	
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-14	3	Il roller non mantiene costante nel tempo, il flusso impostato
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	3	Il roller non mantiene la chiusura del flusso (gocciolamento dal deflussore, anche a roller chiuso)
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-10	3	La parte tubolare del deflussore, se si inginocchia, non riassume la configurazione originaria, persiste, rendendo particolarmente difficile l'utilizzo del deflussore
	Flessibilità	0-6	3	Materiale rigido poco flessibile, si ricorre ad alcuni interventi per ripristinare il corretto deflusso ed evitare la curvature del tubo del deflussore
Paradita	Efficacia della protezione (grandezza, forma)	0-8	4	Dimensioni del paradita ridotte, rendendo meno efficace la protezione
TOTALE		0-70	40	

LOTTO 2 DITTA F.A.S.E.

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-14	14	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-8	8	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-10	10	
	Flessibilità	0-6	6	
Paradita	Efficacia della protezione (grandezza, forma)	0-8	4	Dimensioni del paradita ridotte, rendendo meno efficace la protezione
TOTALE		0-70	66	

LOTTO 3 DITTA ARIES

Il prodotto offerto non risulta idoneo in quanto non è dotato di punto di iniezione ad y, come richiesto dai requisiti tecnici del capitolato tecnico.

LOTTO 3 DITTA FERRARI

Lotto 3	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito	Motivazioni
Perforatore	Capacità di penetrazione: affilatura puntale	0-12	12	
	Indeformabilità del puntale	0-12	12	
Roller	Mantenimento nel tempo del flusso impostato	0-14	14	
	Mantenimento nel tempo della chiusura del flusso	0-6	6	
Parte Tubolare	Assenza di inginocchiamento	0-10	10	
	Flessibilità	0-6	6	
Paradita	Efficacia della protezione (grandezza, forma)	0-4	4	
Buretta	Facilità di lettura della scala	0-6	6	
TOTALE		0-70	70	

LOTTO 3 MULTIMEDICAL

Il prodotto offerto non risulta idoneo in quanto il punto di iniezione ad y, non è dotato di alette "paradita", come richiesto dai requisiti tecnici del capitolato tecnico.

I Componenti della Commissione, nel concordare in merito alle decisioni prese, terminano la seduta alle ore 16.30 .

Il presente verbale, viene trasmesso al Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per i seguiti di competenza. previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to **Dott.ssa** Anna Schiatti

I COMPONENTI

F.to **Dott.ssa** Martina Michelazzo

F.to **Dott.ssa** Giorgia Varotti

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE
ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI**

“DEFLUSSORI VARI PER INFUSIONE ENDOVENOSA”

L'anno 2023 (duemilaventitre) addì 13 del mese di novembre alle ore 09:15 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si svolge la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla procedura di gara in oggetto, di cui alla richiesta di offerta pubblicata tramite la piattaforma Sintel con ID 168610594

Presiede la seduta il RUP dott. Sandro Possamai, Direttore U.O.C. Provveditorato, alla presenza dei testimoni dott.ssa Chiara Menin e dott.ssa Anna Lisa Menini

Il RUP procede quindi alla lettura del verbale (allegato al presente), pervenuto in data 10/11/2023, redatto dalla Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle ditte partecipanti.

I punteggi complessivi attribuiti alle ditte offerenti, per le motivazioni riportate nel verbale precitato, sono i seguenti:

Lotto	Ditta	Punteggio qualità
1	Aries S.r.l.	70/70
	Benefis S.r.l.	esclusa
	Chemil S.r.l.	70/70
	CO.DI.SAN S.p.A.	esclusa
	Elimed S.r.l.	esclusa
	L.P. Pharm S.r.l.	66/70
	Nacatur International S.r.l.	esclusa
	Smiths Medical Italia S.r.l.	70/70
2	Aries S.r.l.	66/70
	Benefis S.r.l.	60/70
	Chemil S.r.l.	56/70
	CO.DI.SAN S.p.A.	52/70
	Elimed S.r.l.	esclusa
	F.a.s.e. S.r.l.	66/70
	IDS S.r.l.	esclusa
	Medical Lume S.r.l.	40/70
	Smiths Medical Italia S.r.l.	70/70
3	Aries S.r.l.	esclusa
	Elimed S.r.l.	esclusa
	Ferrari L di Ferrari Pietro S.r.l.	70/70
	Multimedical S.r.l.	esclusa

Il RUP procede, quindi, all'apertura sulla piattaforma Sintel dell'offerta economica presentata dalle ditte;

La graduatoria, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:

Lotto		Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	1°	CHEMIL S.R.L.	88.800,00000 EUR	26,76	70	96,76
	2°	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	88.800,00000 EUR	26,76	70	96,76
	3°	L.P. PHARM SRL	79.200,00000 EUR	30	66	96
		Aries S.r.l.	114.000,00000 EUR	esclusa per offerta sopra la base d'asta		
2	1°	F.A.S.E. S.R.L.	60.000,00000 EUR	29,6	66	95,6
	2°	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	72.000,00000 EUR	24,67	70	94,67
	3°	Aries S.r.l.	88.000,00000 EUR	20,18	66	86,18
	4°	Benefis s.r.l.	70.400,00000 EUR	25,23	60	85,23
	5°	CO.DI.SAN. S.p.A.	59.200,00000 EUR	30	52	82
	6°	CHEMIL S.R.L.	86.000,00000 EUR	20,65	56	76,65
3	1°	FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL	14.992,00000 EUR	30	70	100

Si dà atto che la Ditta Aries S.r.l ha presentato, per il lotto 1, un'offerta sopra la base d'asta e conseguentemente viene esclusa dalla successiva fase di gara.

Preso atto che per il lotto 1 le aziende Chemil S.r.l. e Smiths Medical Italia S.r.l. hanno presentato la medesima offerta economica, si rende necessario procedere, come previsto dall'art. 11 del Disciplinare di Gara, con la richiesta di un'offerta migliorativa da parte delle due aziende.

Per quanto attiene al lotto 2, sussistendo i presupposti di cui all'art. 97 del D. Lgs 50/2016, si procederà con la richiesta di giustificazioni.

La seduta ha termine alle ore 12:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott. Sandro Possamai

F.to Sandro Possamai

Dott.ssa Chiara Menin

F.to Chiara Menin

Dott.ssa Anna Lisa Menini

F.to Anna Lisa Menini