

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 429 DEL 21/12/2023

O G G E T T O

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE A PREVUOTO VERTICALE DA PAVIMENTO IN FABBISOGNO ALLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA DELL' ULSS N. 8 BERICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 442/23

Con note agli atti, il Responsabile dell'UOC Microbiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza dell'Ulss n. 8 Berica, ha segnalato la necessità di acquisire n. 1 Autoclave a prevuoto verticale da pavimento in sostituzione di quella in uso, dichiarata obsoleta e non più riparabile per mancanza di pezzi di ricambio.

in considerazione dei predetti motivi e a seguito dell'invio del capitolato tecnico da parte della Coordinatrice della U.O.C. di Microbiologia, in data 01/09/2023, si è proceduto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs.36/2023, nonché dal "Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria", all'espletamento di una procedura di gara, aperta a tutti i potenziali concorrenti (Disciplinare Prot. n. 0087174/23) e avente base d'asta € 30.000,00, mediante utilizzo della piattaforma telematica SINTEL e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda, per la fornitura di n. 1 Autoclave a prevuoto verticale da pavimento in fabbisogno alla U.O.C. di Microbiologia all'Azienda Ulss n. 8 Berica;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 20/09/2023, ha presentato offerta economica l'unica Ditta di seguito indicata:

Ditta	Prodotto offerto	Prezzo offerto
VACUUM SERVICE SRL	FVA2/A1	29.780,00 €

con nota protocollo n. 0112959/23 del 09/11/2023, il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, acquisite le dichiarazioni di incompatibilità, ha provveduto alla nomina del Gruppo di Esperti, formato dal Dott. Mario Rasse Direttore di Microbiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza e dalla Dott.ssa Michela Pascarella Responsabile Diagnostica Molecolare applicata alla microbiologia e alla virologia del P.O. San Bortolo di Vicenza chiamati a valutare le offerte presentate in base ai requisiti tecnici richiesti all'Art. 1 del disciplinare di gara e ai criteri di valutazione indicati all'art. 5 dello stesso disciplinare;

con nota agli atti, in data 29/11/2023, il Gruppo di Esperti, ha fatto pervenire presso codesta Amministrazione il verbale di valutazione, dichiarando che:” *l'offerta presentata soddisfa le caratteristiche minime richieste dagli atti di gara*”;

tutto ciò premesso, si propone quindi di assegnare la fornitura di n. 1 Autoclave a prevuoto verticale da pavimento in fabbisogno alla U.O.C. di Microbiologia all'Azienda Ulss n. 8 Berica, alla Ditta VACUUM SERVICE SRL, per un importo complessivo pari ad € 29.780,00 IVA esclusa;

ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs.

36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 60,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

il Direttore del Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

in base al D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018;

sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DISPONE

1. di assegnare la fornitura di n. 1 Autoclave a prevuoto verticale da pavimento in fabbisogno alla U.O.C. di Microbiologia all'Azienda Ulss n. 8 Berica alla Ditta VACUUM SERVICE SRL, per un importo complessivo pari ad € 29.780,00 IVA esclusa;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 36.331,60 IVA inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 23BP0000Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendali DGR 1617_2022";
3. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, la Sig.ra Fedra Fortuna, Coordinatrice della U.O.C. di Microbiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 Berica;
4. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 60,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE A PREVUOTO VERTICALE DA PAVIMENTO IN FABBISOGNO ALLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA DELL' ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 173550452 – CIG: ZBC3C4A94B

In data 28/11/2023 si è riunito presso gli uffici U.O.C di Microbiologia il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0112959/23 del 09.11.23 risulta così composto:

- ✓ Dott. Mario Rassu – Direttore di Microbiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza
- ✓ Dott.ssa Michela Pascarella – Responsabile Diagnostica Molecolare applicata alla microbiologia e alla virologia del P.O. San Bortolo di Vicenza

preso atto che è pervenuta un'unica offerta della ditta e per l'importo come di seguito indicato:

Ditta	Prodotto offerto	Importo
VACUUM SERVICE SRL	FVA2/A1	29.780,00 €

Il gruppo di esperti procede quindi con l'analisi della documentazione presentata verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che l'offerta presentata soddisfa le caratteristiche minime richieste dagli atti di gara.

Successivamente il gruppo di esperti passa alla valutazione della proposta della Ditta Vacuum Service Srl in relazione ai criteri di valutazione indicati all'art. 5 del disciplinare di gara e di seguito riportati:

- ✓ Numero e tipologie dei programmi di sterilizzazione
- ✓ possibilità di archiviazione digitale dei dati, su porta USB, di almeno 10 cicli
- ✓ ridotto consumo in Kw per ciclo
- ✓ ridotto consumo idrico
- ✓ manometri di pressione della camera di sterilizzazione e del generatore disposti ad altezza di operatore
- ✓ altezza di carico ≤90 cm
- ✓ stampa su carta termica indelebile configurabile
- ✓ display orientabile a colori tipo touch screen
- ✓ prezzo

riscontrando che il prodotto offerto soddisfa pienamente i criteri di valutazione sopraindicati.

Sulla base di quanto sopra si propone l'aggiudicazione alla ditta VACUUM SERVICE SRL

Regione Veneto AULSS 8 Berica

U.O. Microbiologia e Virologia - Vicenza

Direttore Responsabile Dr. M. Rassu

Dott. Mario Rassu

Dott.ssa Michela Pascarella


