

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 558 DEL 05/04/2024

### **O G G E T T O**

FORNITURA DI N. 6 COPPIE DI MONITOR DIAGNOSTICI AD ALTA RISOLUZIONE PER LA REFERTAZIONE RADIOLOGICA DI IMMAGINI DIAGNOSTICHE, COMPRENSIVE DI WORKSTATION DI LAVORO, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL DISTRETTO OVEST DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA  
Anno Proposta: 2024  
Numero Proposta: 598/24

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti il Direttore dell'UOSD di Radiologia del P.O. Cazzavillan di Arzignano ha richiesto la sostituzione per obsolescenza di n. 6 coppie di monitor diagnostici ad alta risoluzione per la refertazione radiologica di immagini diagnostiche, comprensive di workstation di lavoro, specificando che la sostituzione si rende necessaria per “... *garantire l'espletazione del flusso lavorativo diagnostico in modo regolare, attualmente rallentato in maniera importante e a rischio di sospensione improvvisa*”

valutata la richiesta e le relative motivazioni tecniche formulate dalla predetta UO, il GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM –ha espresso parere favorevole all'acquisto;

a seguito dell'invio, da parte del Responsabile dell'UOSD di Radiologia del P.O. Cazzavillan di Arzignano, del capitolato tecnico di gara comprensivo dei criteri di valutazione, con prot. n. 130731 del 28.12.2023 è stata avviata procedura di gara mediante pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 6 coppie di monitor diagnostici ad alta risoluzione per la refertazione radiologica di immagini diagnostiche, comprensive di workstation di lavoro, da destinare al Servizio di Radiologia del Distretto Ovest dell'Azienda Ulss 8 Berica con aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, ed avente base d'asta pari ad € 60.000,00 iva esclusa;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 15:00 di giorno 19.01.2024, hanno presentato offerta economica le seguenti ditte:

<b>Ditta</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Importo</b>
Biesse Medica srl	Jusha Monitor LED 21.3'' 3MP	€ 37.000,00
C2 Corporate srl	Eizo RX370	€ 40.848,00
Datamatic Sistemi e servizi	Eizo RX370	€ 41.650,00
Sira srl	LG Mod. 21HQ513D	€ 42.000,00
Life Tree srl	Nio Color 3MP (MDNC-3521)	€ 45.057,00
Agfa Gevaert spa	Nio Color 3MP (MDNC-3521)	€ 48.600,00
Project Informatica srl	Eizo RX370	€ 52.768,00
ETT srl	Eizo RX370	€ 55.200,00
Ecra srl	Nio Color 3MP (MDNC-3521)	€ 59.980,00

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità, con protocollo n. 18534 del 19.02.2024, è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici, il quale in data 05.03.2024 ha fatto pervenire la propria relazione (All.01e All.02 ), dove dichiara che “...*dalla valutazione degli elementi tecnici ed economici delle offerte pervenute, si evidenzia uno standard qualitativo atteso elevato delle Ditte proponenti workstation dotate di monitor per refertazione medicali di produzione Barco, modello Nio Color 3MP, in quanto gli elementi migliorativi relativi alla luminanza, rapporto di contrasto e profondità, risultano determinanti per la visualizzazione con elevato livello qualitativo rispetto agli standard delle immagini diagnostiche da refertare. Pertanto, si propone l'aggiudicazione alla Ditta Life Tree srl, in quanto proposta economicamente più vantaggiosa tra le tre Ditte proponenti tecnologia dei monitor Barco, unita agli elementi migliorativi della workstation sopra citati..*”;

i sopraccitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre la versione con le firme in originale è depositata agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 6 coppie di monitor diagnostici ad alta risoluzione per la refertazione radiologica di immagini diagnostiche, comprensive di workstation di lavoro, da destinare al Servizio di Radiologia del Distretto Ovest dell'Azienda Ulss 8 Berica alla ditta Life Tree srl, per un importo complessivo di € 45.057,00 iva esclusa;

ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 120,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All.01 e All.02) di cui ne fanno parte integrante ed i cui originale sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 6 coppie di monitor diagnostici ad alta risoluzione per la refertazione radiologica di immagini diagnostiche, comprensive di workstation di lavoro, da destinare al Servizio di Radiologia del Distretto Ovest dell'Azienda Ulss 8 Berica alla ditta Life Tree srl per un importo complessivo di € 54.969,54 iva inclusa;

3. di dare atto che il costo di euro € 54.969,54 iva inclusa sarà a carico dell'anno 2024 e sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 24BD0000Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendale 2024";
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 10.1 lett. e delle linee guida ANAC n. 3, il Dott. Stefano Trupiani, Responsabile UOSD Radiologia del P.O. Cazzavillan di Arzignano;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 120,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario f.f.  
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI LA FORNITURA DI MONITOR DIAGNOSTICI AD ALTA RISOLUZIONE PER LA REFERTAZIONE DI IMMAGINI DI RADIODIAGNOSTICA PER LA RADIOLOGIA DI ARZIGNANO. ID SINTEL: 178074789 – CIG: A043D96B66.**

In data 23 febbraio 2024 alle ore 8:30 presso il P.O. di Vicenza, si è riunito presso lo studio del Direttore dell'U.O.C. Radiologia il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0018534/24 del 19.02.24 risulta così composto:

- ✓ Dott. Vincenzo Iurilli – Direttore U.O.C. Radiologia Vicenza
- ✓ Dott.ssa Stefania Cora – Direttore UOC Fisica Sanitaria Vicenza
- ✓ Ing. Francesco Bellato – Servizio di Ingegneria Clinica

preso atto delle offerte pervenute dalle ditte, per gli importi come di seguito indicati:

Ditta	Importo
Datamatic Sistemi e servizi	€ 41.650,00
Life Tree srl	€ 45.057,00
Ecra srl	€ 59.980,00
C2 Corporate srl	€ 40.848,00
Agfa Gevaert spa	€ 48.600,00
Project Informatica srl	€ 52.768,00
Sira srl	€ 42.000,00
Biesse Medica srl	€ 37.000,00
ETT srl	€ 55.200,00

Il gruppo di esperti procede quindi con l'analisi della documentazione presentata, verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che tutte le offerte presentate soddisfano le caratteristiche minime richieste dagli atti di gara.

Nell'impossibilità di completare la valutazione della documentazione pervenuta, il Gruppo di esperti decide di rimandare l'attività alla successiva seduta calendarizzata per martedì 5 marzo 2024.

La seduta termina alle ore 10:30

Vicenza, 23/02/2024

Dott. Vincenzo Iurilli

Dott.ssa Stefania Cora

Ing. Francesco Bellato

**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI LA FORNITURA DI MONITOR DIAGNOSTICI AD ALTA RISOLUZIONE PER LA REFERTAZIONE DI IMMAGINI DI RADIODIAGNOSTICA PER LA RADIOLOGIA DI ARZIGNANO. ID SINTEL: 178074789 – CIG: A043D96B66.**

In data 5 marzo 2024 alle ore 8:30 presso il P.O. di Vicenza, si è riunito presso lo studio del Direttore dell'U.O.C. Radiologia il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0018534/24 del 19.02.24 risulta così composto:

- ✓ Dott. Vincenzo Iurilli – Direttore U.O.C. Radiologia Vicenza
- ✓ Dott.ssa Stefania Cora – Direttore UOC Fisica Sanitaria Vicenza
- ✓ Ing. Francesco Bellato – Servizio di Ingegneria Clinica

Il gruppo di esperti riprende con l'analisi della documentazione presentata, e successivamente passa alla valutazione delle singole proposte in relazione ai criteri di valutazione indicati all'art. 7 del disciplinare di gara e di seguito riportati:

- ✓ Caratteristiche tecniche migliorative rispetto alla Workstation con particolare riferimento alla potenza e capacità elaborativa, allo spazio di memorizzazione e al terzo monitor di servizio;
- ✓ Caratteristiche tecniche migliorative rispetto ai monitor di refertazione con particolare riferimento al rapporto di contrasto massimo e alla luminanza;
- ✓ Prezzo.

riscontrando quanto segue:

Ditta Biesse Medica srl

Non viene fornito il documento richiesto da capitolato “*Allegato 1 - Questionario tecnico*”; le informazioni reperibili dalla documentazione prodotta qualificano il prodotto proposto come rispondente alle caratteristiche tecniche indicative minime previste dal disciplinare di gara, ma con uno standard qualitativo dei monitor per refertazione poco performante, soprattutto in relazione alla luminanza di lavoro, dichiarata 450 cd/m<sup>2</sup> (richiesta almeno pari a 400 cd/m<sup>2</sup>), alla luminanza massima, richiesta di almeno 800 cd/m<sup>2</sup> (richiesta almeno pari a 400 cd/m<sup>2</sup>), e al contrasto di 1400:1 (richiesto almeno in rapporto 1200:1). Non è

specificata la presenza di un sistema di orientamento del display e non sono dettagliati i sistemi di esecuzione dei controlli di qualità, se non la dichiarata rispondenza alle normative vigenti.

#### Ditta C2 Corporate srl

La Ditta Datamatic Sistemi e Servizi propone una fornitura di sistemi rispondenti alle caratteristiche tecniche indicative minime previste dal disciplinare di gara. Buona la potenza di elaborazione della workstation grazie alla presenza di un processore di tredicesima generazione, mentre la capacità di elaborazione (RAM) e di archiviazione (SSD) non presentano significative migliorie rispetto allo standard minimo richiesto. I monitor per refertazione Eizo RX370 risultano conformi alle specifiche di minima richieste, con limitati aspetti migliorativi in relazione alla luminanza di lavoro, dichiarata 500 cd/m<sup>2</sup> (richiesta almeno pari a 400 cd/m<sup>2</sup>) e al contrasto di 1800:1 (richiesto almeno in rapporto 1200:1).

#### Ditta Datamatic Sistemi e Servizi

La Ditta Datamatic Sistemi e Servizi propone una fornitura di sistemi rispondenti alle caratteristiche tecniche indicative minime previste dal disciplinare di gara. Buona la potenza di elaborazione della workstation grazie alla presenza di un processore di tredicesima generazione, mentre la capacità di elaborazione (RAM) e di archiviazione (SSD) non presentano significative migliorie rispetto allo standard minimo richiesto. I monitor per refertazione Eizo RX370 risultano conformi alle specifiche di minima richieste, con limitati aspetti migliorativi in relazione alla luminanza di lavoro, (dichiarata 500 cd/m<sup>2</sup> - richiesta almeno pari a 400 cd/m<sup>2</sup>) e al contrasto di 1800:1 (richiesto almeno in rapporto 1200:1).

#### Ditta Sira srl

La Ditta Sira srl propone una fornitura di sistemi rispondenti alle caratteristiche tecniche indicative minime previste dal disciplinare di gara. Buona la capacità di elaborazione grazie alla presenza di una memoria RAM e di archiviazione (SSD) superiore rispetto al minimo richiesto, ma dotata di un processore di più vecchia generazione rispetto a quanto richiesto da capitolato. I monitor per refertazione LG RX370 risultano conformi alle specifiche di minima richieste, con limitati aspetti migliorativi in relazione alla luminanza di lavoro, (dichiarata 500 cd/m<sup>2</sup> - richiesta almeno pari a 400 cd/m<sup>2</sup>) e al contrasto di 1800:1 (richiesto almeno in rapporto 1200:1)

#### Ditta Life Tree srl

La Ditta Life Tree srl propone una fornitura di sistemi in configurazione avanzata rispetto alle caratteristiche tecniche indicative minime previste dal disciplinare di gara. La workstation proposta è dotata di ottima capacità elaborativa grazie alla presenza di memoria RAM e memoria di archiviazione SSD significativamente superiore rispetto allo standard minimo richiesto. I monitor di refertazione Barco modello Nio Color 3MP risultano altamente performanti grazie, soprattutto, alle caratteristiche della luminanza di



lavoro di di  $600 \text{ cd/m}^2$  (richiesta almeno pari a  $400 \text{ cd/m}^2$ ), al contrasto di 2000:1 rispetto a quanto richiesto (rapporto 1200:1) e la profondità di 30 bit (richiesta almeno pari a 10).

#### Ditta Agfa Gevaert spa

La Ditta Agfa Gevaert spa propone una fornitura di sistemi in configurazione avanzata rispetto alle caratteristiche tecniche indicative minime previste dal disciplinare di gara. La workstation proposta è dotata di ottima capacità elaborativa grazie alla presenza di memoria RAM e memoria di archiviazione SSD significativamente superiore rispetto allo standard minimo richiesto. I monitor di refertazione Barco modello Nio Color 3MP risultano altamente performanti grazie, soprattutto, alle caratteristiche della luminanza di lavoro di  $600 \text{ cd/m}^2$  (richiesta almeno pari a  $400 \text{ cd/m}^2$ ), al contrasto di 2000:1 rispetto a quanto richiesto (rapporto 1200:1) e la profondità di 30 bit (richiesta almeno pari a 10).

#### Ditta Project Informatica srl

La Ditta Project Informatica srl propone una fornitura di sistemi rispondenti alle caratteristiche tecniche indicative minime previste dal disciplinare di gara. Buona la potenza di elaborazione della workstation grazie alla presenza di un processore di tredicesima generazione, mentre la capacità di elaborazione (RAM) e di archiviazione (SSD) non presentano significative migliorie rispetto allo standard minimo richiesto. I monitor per refertazione Eizo RX370 risultano conformi alle specifiche di minima richieste, con limitati aspetti migliorativi in relazione alla luminanza di lavoro, (dichiarata  $500 \text{ cd/m}^2$  - richiesta almeno pari a  $400 \text{ cd/m}^2$ ) e al contrasto di 1800:1 (richiesto almeno in rapporto 1200:1).

#### Ditta ETT srl

La Ditta ETT srl propone una fornitura di sistemi rispondenti alle caratteristiche tecniche indicative minime previste dal disciplinare di gara. Buona la potenza di elaborazione della workstation grazie alla presenza di un processore di tredicesima generazione, mentre la capacità di elaborazione (RAM) e di archiviazione (SSD) non presentano significative migliorie rispetto allo standard minimo richiesto. I monitor per refertazione Eizo RX370 risultano conformi alle specifiche di minima richieste, con limitati aspetti migliorativi in relazione alla luminanza di lavoro, (dichiarata  $500 \text{ cd/m}^2$  - richiesta almeno pari a  $400 \text{ cd/m}^2$ ) e al contrasto di 1800:1 (richiesto almeno in rapporto 1200:1).

#### Ditta Ecra srl

La Ditta Ecra srl propone una fornitura di sistemi in configurazione avanzata rispetto alle specifiche di minima del capitolato di gara. La workstation proposta è dotata di memoria RAM e memoria di archiviazione SSD conformi rispetto alle specifiche di minima richieste da capitolato. Le specifiche dei monitor da refertazione Barco modello Nio Color 3MP sono superiori rispetto alle specifiche di minima richieste, soprattutto per le caratteristiche della luminanza di lavoro, dichiarata  $600 \text{ cd/m}^2$  (richiesta almeno

pari a 400 cd/m<sup>2</sup>), il contrasto di 2000:1 (richiesto almeno in rapporto 1200:1) e la profondità di 30 bit (richiesta almeno pari a 10).

Sulla base di quanto sopra, si evince che la valutazione degli elementi tecnici ed economici delle offerte pervenute evidenzia uno standard qualitativo elevato nelle Ditte proponenti workstation di refertazione dotate di monitor per refertazione medicali Barco, modello Nio Color 3MP, in quanto gli elementi migliorativi relativi alla luminanza, rapporto di contrasto e profondità, risultano determinanti per la visualizzazione delle immagini diagnostiche da refertare ad un livello qualitativo dall'elevato standard atteso. Pertanto, si propone l'aggiudicazione alla Ditta Life Tree srl, in quanto proposta economicamente più vantaggiosa tra le tre Ditte proponenti tecnologia dei monitor Barco, unita agli elementi migliorativi della workstation sopra citati.

La seduta termina alle ore 10:30

Vicenza, 5/03/2024

Dott. Vincenzo Iurilli

Dott.ssa Stefania Cora

Ing. Francesco Bellato

