

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 580 DEL 12/04/2024

OGGETTO

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 CABINA PLETISMOGRAFICA COMPRENSIVA DEL MODULO PER TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE (TEST METACOLINA) IN FABBISOGNO ALL'UOC PNEUMOLOGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 603/24

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti il Direttore dell'UOC Pneumologia del P.O. San Bortolo di Vicenza ha richiesto l'acquisto di n. 1 cabina pletismografica comprensiva del modulo per l'effettuazione del test della meticolina, specificando che l'apparecchiatura attualmente in uso è obsoleta ed è soggetta a frequenti guasti con conseguente blocco dell'attività ed aumento delle liste di galleggiamento;

valutate le richieste e le relative motivazioni tecniche formulate dalle UO, il GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM –ha espresso parere favorevole all'acquisto;

con successiva nota il succitato Direttore faceva pervenire il capitolato tecnico comprensivo dei criteri di valutazione precisando inoltre che, *"... al fine di garantire la condivisione del database pazienti e della refertazione con accesso al database sia dagli strumenti di diagnostica che da eventuali work station di refertazione, l'apparecchiatura dovrà essere interfacciata ai sistemi di diagnostica cardiopolmonare Vyaire già in uso presso l'ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria"*;

con prot. n. 60137 del 08.06.2023 è stata avviata consultazione preliminare di mercato, volta alla raccolta di informazioni utili per l'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni in merito alla procedura di gara;

con prot. n. 129475 del 22.12.2023 è stata avviata procedura di gara mediante pubblicazione, sia sulla piattaforma telematica Sintel sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 1 cabina pletismografica comprensiva del modulo per test di provocazione bronchiale (test metacolina), in fabbisogno all'UOC Pneumologia del P.O. San Bortolo di Vicenza, con aggiudicazione sulla base della valutazione degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, ed avente base d'asta pari ad € 70.000,00 iva esclusa;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 15:00 del giorno 22.01.2024 è pervenuta unicamente l'offerta della ditta Bioelektron srl la quale proponeva la fornitura di n. 1 cabina pletismografica mod. Vyaire Vyntus Body TP al prezzo di € 69.850,00 iva esclusa;

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici il quale, in data 20.03.2024, ha fatto pervenire la propria relazione (All.01), nella quale, a seguito delle valutazioni eseguite, viene proposta l'aggiudicazione alla ditta Bioelektron srl;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 1 cabina pletismografica comprensiva del modulo per test di provocazione bronchiale (test metacolina) in fabbisogno all'UOC Pneumologia del P.O. San Bortolo di Vicenza, alla ditta Bioelektron srl, per un importo complessivo di € 69.850,00 iva esclusa;

ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura, organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 140,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All.01) di cui ne fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 1 cabina pleuromografica comprensiva del modulo per test di provocazione bronchiale (test metacolina) in fabbisogno all'UOC di Pneumologia del P.O. San Bortolo di Vicenza, alla ditta Bioelektron srl per un importo complessivo di € 85.217,00 iva inclusa;
3. di dare atto che il costo di euro € 85.217,00 iva inclusa sarà a carico dell'anno 2024 e sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 24BD0000Q0, e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendale";
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 10.1 lett. e delle linee guida ANAC n. 3, il Dott. Giuseppe Idotta, Direttore UOC Pneumologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 140,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI LA FORNITURA DI 1 CABINA PLETISMOGRAFICA E DEL MODULO PER TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE (TEST METACOLINA) IN FABBISOGNO ALL'UOC DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA. ID SINTEL: 177910948 - CIG: A0435E41B7

In data 20 marzo 2024 si è riunito presso un ambulatorio dell'UOC Pneumologia il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta per la fornitura di n. 1 cabina pletismografica e del modulo per test di provocazione bronchiale (test metacolina) in fabbisogno all'UOC di Pneumologia del P.O. San Bortolo di Vicenza.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 021960/224 del 27.02.24 risulta così composto:

- ✓ Dott. Patrick Karl Welte – Dirigente Medico UOC Pneumologia P.O. San Bortolo di Vicenza
- ✓ Dott. Cavenaghi Massimiliano – Dirigente Medico UOC Pneumologia P.O. San Bortolo di Vicenza

Preso atto che è pervenuta unicamente l'offerta della ditta e per l'importo come di seguito indicato:

Ditta	Prodotto offerto	Prezzo offerto
Bioelektron srl	pletismografica Vyarie Vyntus Body TP	69.850,00 €

Il gruppo di esperti procede quindi con l'analisi della documentazione presentata verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che l'offerta presentata soddisfa le caratteristiche minime richieste dagli atti di gara.

Successivamente il gruppo di esperti passa alla valutazione del prodotto proposto in relazione ai criteri di valutazione indicati all'art. 7 del disciplinare di gara, di seguito riportati:

- ✓ Elementi migliorativi in relazione agli standard minimi riportati;
- ✓ Ergonomia funzionale, semplicità d'uso e impostazione e di visualizzazione dei parametri;
- ✓ Interfacciamento e recupero dati
- ✓ Prezzo

riscontrando quanto segue:

La cabina pletismografica offerta dispone di una testata paziente estraibile dalla cabina: questo consente di eseguire le prove di funzionalità respiratoria anche su pazienti in carrozzina e/o con disabilità motoria, impossibilitati a entrare in cabina.

Al posto di una sedia girevole, la cabina viene fornita di una panca con una portata di seduta per pazienti fino a 250 Kg: questo consente di eseguire prove di funzionalità respiratoria anche a pazienti con obesità grave.

Il monitor offerto di 24" è superiore ai 22" previsti nel capitolato di gara.

Il materiale di consumo dedicato per dosimetro Wyntus APS (boccaglio in plastica monouso, filtro per APS AirLife e ampolla monouso per dosimetro APS) e il materiale di consumo non dedicato per Wyntus Body e Wyntus APS (filtri MicroGard IIB e IIC) sono già in uso in Aulss8.

Vengono garantiti il recupero e la migrazione del database archivio pazienti numerico e grafico della cabina pletismografica attualmente in uso Vmax 62+22 Encore s/n BEBC0700 + 773835-103-00366 e il recupero e la migrazione del database archivio pazienti numerico e grafico del sistema per metacolina Vmax 20c + APS Encore s/n AHS02380-203282.

Viene garantito l'interfacciamento delle nuove apparecchiature ai sistemi di diagnostica cardiopolmonare già in uso (ergospirometro Wyntus CPX e sistema spirometrico con oscillometria Wyntus IOS).

L'interfacciamento è indispensabile sia per condividere il data base dei pazienti che le refertazioni degli esami dagli strumenti di diagnostica e dalle quattro work station previste nei vari ambulatori.

Il prezzo offerto è inferiore all'importo previsto a base d'asta.

Sulla base di quanto sopra si propone l'aggiudicazione alla ditta Bioelektron srl.

Vicenza li, 20 marzo 2024