

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1285 DEL 01/08/2024

O G G E T T O

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA QUANTUM VENTILATION MODULE IN FABBISOGNO ALLA S.O. DI CARDIOCHIRURGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1341/24

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

a seguito della comunicazione di “fuori uso” del sistema di regolazione di vuoto per drenaggio venoso assistito c.d. Vuotometro, inviata dal Servizio di Ingegneria Clinica, il Direttore dell'U.O.C. di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza ha richiesto la sostituzione urgente, mediante fornitura in noleggio, dell'apparecchiatura in parola precisando che la stessa risulta “... *fondamentale per poter eseguire gli interventi di chirurgia mini-invasiva [in quanto] consente di creare una pressione negativa controllata sulla riserva venosa della circolazione extra corporea aumentando il flusso di sangue che viene drenato dalle cannule*”;

valutata la richiesta e le relative motivazioni tecniche formulate dalla predetta U.O., il GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM – ha espresso il parere favorevole all'acquisto;

al fine di conoscere le diverse soluzioni tecnologiche presenti sul mercato, con prot. n. 20697 del 23.02.2024 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica una consultazione di mercato alla scadenza della quale è pervenuta unicamente la documentazione della ditta Spectrum Medical Europe srl;

con Delibera n. 850 del 23.05.2024 è stata indetta procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 1 regolatore di vuoto per drenaggio venoso assistito in fabbisogno all'U.O.C. di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza ed avente base d'asta pari ad € 135.000,00 iva esclusa;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 14:00 del giorno 12.06.2024, è pervenuta unicamente l'offerta della ditta Spectrum Medical Europe srl la quale proponeva la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura Quantum Ventilation Module al prezzo annuale di € 45.000,00 iva esclusa, per un importo triennale complessivo pari ad € 135.000,00 iva esclusa;

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità, con protocollo n. 69821/24 del 01.07.2024, è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici, il quale in data 15.07.2024 ha fatto pervenire la propria relazione (All. 1), dove viene dichiarato che il prodotto offerto presenta tutte le caratteristiche tecniche richieste risultando pertanto idoneo;

il sopraccitato verbale viene allegato alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre la versione con le firme in originale è depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O.C. proponente;

stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura in noleggio triennale di n. 1 apparecchiatura Quantum Ventilation Module in fabbisogno alla S.O. di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza, alla ditta Spectrum Medical Europe srl al prezzo annuale di € 45.000,00 iva esclusa, per un importo triennale complessivo pari ad € 135.000,00 iva esclusa. Il CIG dell'affidamento è il seguente: B290151A7B.

Ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che

l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura.

Nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.012,50 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All.01) di cui fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 1 apparecchiatura Quantum Ventilation Module in fabbisogno alla S.O. di Cardiochirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza, alla ditta Spectrum Medical Europe srl al prezzo annuale di € 54.900,00 iva inclusa per un importo triennale complessivo pari ad € 164.700,00 iva inclusa;
3. di dare atto che il costo di euro € 164.700,00 iva inclusa verrà imputato al conto di contabilità 0204000010 CDEL 24BD0000Q0 e sarà a carico degli esercizi contabili degli anni 2024 – 2027 come di seguito indicato:
 - ✓ anno 2024: € 18.300,00 iva inclusa;
 - ✓ anno 2025: € 54.900,00 iva inclusa;
 - ✓ anno 2026: € 54.900,00 iva inclusa;
 - ✓ anno 2027: € 36.600,00 iva inclusa;
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il Sig. Renato Tonello;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.012,50 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(per Patrizia Simionato – Leopoldo Ciato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 REGOLATORE DI VUOTO PER DRENAGGIO VENOSO ASSISTITO IN FABBISOGNO ALL’UOC DI CARDIOCHIRURGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA - ID SINTEL: 184304653

In data 15 luglio 2024 alle ore 13:30 si è riunita presso l’U.O.C. di Cardiocirurgia, il Gruppo di Esperti incaricato di effettuare la valutazione tecnico — qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura in noleggio triennale di n. 1 regolatore di vuoto per drenaggio venoso assistito in fabbisogno all’UOC di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza ID SINTEL: 184304653

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0069821/24 del 01.07.2024 risulta così composto:

Componenti: Dott. Alessandro Favaro
Dirigente Medico UOC Cardiocirurgia dell’Azienda Ulss n. 8 Berica

Sig. ra Arianna Vaccari
Funzionario Prof. Tecnico Sanitario UOC Cardiocirurgia dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il gruppo di esperti procede alla valutazione della singola proposta in relazione ai criteri di valutazione indicati all’art. 5 del disciplinare di gara, di seguito riportati:

- ✓ livello di sicurezza operativa: sarà valutato positivamente il sistema capace di:
 - mantenere costante il vuoto impostato in relazione alle pressioni positive in entrata sul cardiotoimo;
 - autoregolare la pressione negativa erogata in base alla pressione a muro;
 - passare automaticamente in aria ambiente in caso di disattivazione del VAVD
- ✓ Interfaccia utente: sarà valutato la capacità di interfacciarsi con la cartella informatizzata della pompa per Circolazione Extracorporea in dotazione: "Quantum Spectrum"
- ✓ Visibilità: sarà valutato il sistema dotato di display di facile lettura.

Si evidenzia quanto segue: L’unica ditta partecipante è la Spectrum Medical Europe srl. Il Modulo di ventilazione Quantum (QVM2) offerto risulta essere in possesso di tutte le caratteristiche richieste nell’indagine di mercato.

Il prodotto proposto dalla ditta Spectrum Medical Europe srl risulta pertanto idoneo
La seduta ha termine alle ore 14:00

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott. Alessandro Favaro

Sig.ra Arianna Vaccarin
