

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1339 DEL 13/08/2024

### **O G G E T T O**

**FORNITURA DI N. 1 LASER PER CHIRURGIA OFTALMICA IN FABBISOGNO ALL'UOC OCULISTICA DEL P.O. DI MONTECCHIO MAGGIORE.**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1409/24

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:

Con note agli atti il Direttore dell'UOC Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore ha richiesto la sostituzione di n. 1 laser per chirurgia oftalmica, specificando che *"... il sistema attualmente in uso è soggetto a continue rotture che comportano il fermo macchina con conseguente interruzione dell'attività"*.

valutata la richiesta e le relative motivazioni tecniche formulate dal Direttore dell'UOC Oculistica, il GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM – ha espresso parere favorevole all'acquisto;

a seguito di specifica richiesta, il Servizio Ingegneria Clinica ha fatto pervenire il capitolato tecnico comprensivo dei criteri di valutazione;

con prot. n. 121302 del 30.11.2023 è stata avviata procedura di gara mediante pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 1 laser per chirurgia oftalmica in fabbisogno all'UOC Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore ed avente base d'asta pari ad € 60.000,00 iva esclusa;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 15:00 del giorno 22.12.2023, hanno presentato offerta economica le seguenti ditte:

<b>Ditta</b>	<b>Prodotto offerto</b>	<b>Prezzo</b>
Amadir srl	Optimis Fusion	€ 44.500,00
TMT srl	Laser Cobra Topcon	€ 47.700,00
Guarda Medical srl	Nidek Neodimio Yag Laser	€ 50.687,00
Che Vista srl	Mr Q Slit With Coaxial Slit	€ 50.980,00
Carl Zeiss spa	Visulas System	€ 52.131,10
Miloftalmica	Laser Cobra	€ 53.650,00
AMR srl	Laser Ellex Mod Tango Neo	€ 59.975,00

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità, con protocollo n. 64814 del 18.01.2024 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici il quale, anche a seguito della visione delle apparecchiature offerte, in data 31.07.2024 ha fatto pervenire le proprie relazioni (All.01 e All.02) con le quali comunicava che *"...si ritiene il prodotto proposto da AMR srl il più idoneo a soddisfare le esigenze cliniche considerata l'elevata qualità del prodotto rispetto agli standard attesi e la maggior durata nel tempo della garanzia. Pertanto si propone di aggiudicare la fornitura alla ditta AMR srl"*;

i sopraccitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre la versione con le firme in originale è depositata agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 1 laser per chirurgia oftalmica in fabbisogno all'UOC Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore alla ditta AMR srl, per un importo complessivo di € 59.975,00 iva esclusa pari ad € 73.169,50 iva inclusa;

ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 450,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All.01 e All.02) di cui fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 1 laser per chirurgia oftalmica in fabbisogno all'UOC Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore alla ditta AMR srl, per un importo complessivo di € 59.975,00 iva esclusa pari ad € 73.169,50 iva inclusa;
3. di dare atto che il costo di euro € 73.169,50 iva inclusa sarà a carico dell'anno 2024 e sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 24BD0000Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendale 2024";
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Sandra Radin, Direttore UOC Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 450,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria

7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI LA FORNITURA DI “N. 1 LASER PER CHIRURGIA OFTALMICA IN FABBISOGNO ALL’UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI MONTECCHIO MAGGIORE. ID SINTEL: 176850432 – CIG: A0361D637D**

In data 24/01/2024 alle ore 11:00 si è riunito presso lo studio del Direttore della U.O. di Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore il gruppo di esperti, chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0006841/24 del 18.01.2024 risulta così composto:

Dott.ssa Sandra Radin – Direttore UOC Oculistica P.O. Montecchio Maggiore

Ing. Francesco Bellato – Ingegneria Clinica Azienda Ulss n. 8 Berica;

preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte e per gli importi come di seguito indicati:

Ditta	Prodotto offerto	Prezzo
Amadir srl	Optimis Fusion	€ 44.500,00
TMT srl	Laser COBRA Topcon	€ 47.700,00
Guarda Medical srl	Nidek Neodimio Yag laser	€ 50.687,00
Che Vista srl	MR Q SLT WITH COAXIAL SLIT	€ 50.980,00
Carl Zeiss spa	VISULAS System	€ 52.131,10
Miloftalmica	Laser COBRA	€ 53.650,00
AMR srl	Laser Ellex mod Tango Neo	€ 59.975,00


Il gruppo di esperti procede quindi con l’analisi della documentazione presentata verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che tutte le offerte presentate soddisfano le caratteristiche indicative richieste.

Nell’impossibilità di concludere i lavori in data odierna, il Gruppo di Esperti decide di richiedere la campionatura per una valutazione dettagliata. Pertanto, chiedere alla U.O. Economato di calendarizzare la campionatura dei prodotti offerti e aggiornare i lavori a data da definire, in considerazioni degli impegni dei componenti stessi.


La seduta si chiude alle ore 13:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott.ssa Sandra Radin



Ing. Francesco Bellato




**ULSS8**  
**B E R I C A**
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI LA FORNITURA DI “N. 1 LASER PER CHIRURGIA OFTALMICA IN FABBISOGNO ALL’UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI MONTECCHIO MAGGIORE. ID SINTEL: 176850432 – CIG: A0361D637D**

In data 20/06/2024 alle ore 11:00 si è riunito presso l’Ufficio dell’Ingegneria Clinica del P.O. di Vicenza il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 0006841/24 del 18.01.2024 risulta così composto:

- ✓ Dott.ssa Sandra Radin – Direttore UOC Oculistica P.O. Montecchio Maggiore
- ✓ Ing. Francesco Bellato – Ingegneria Clinica Azienda Ulss n. 8 Berica;

preso atto delle offerte pervenute dalle ditte, per gli importi come di seguito indicati:

Ditta	Prodotto offerto	Prezzo
Amadir srl	Optimis Fusion	€ 44.500,00
TMT srl	Laser COBRA Topcon	€ 47.700,00
Guarda Medical srl	Nidek Neodimio Yag laser	€ 50.687,00
Che Vista srl	MR Q SLT WITH COAXIAL SLIT	€ 50.980,00
Carl Zeiss spa	VISULAS System	€ 52.131,10
Miloftalmica	Laser COBRA	€ 53.650,00
AMR srl	Laser Ellex mod Tango Neo	€ 59.975,00


constatata la presenza di tutti i componenti e preso atto di quanto deciso nella seduta precedente così come risulta dal verbale datato 24/01/2024, il gruppo di esperti prosegue quindi nei lavori passando alla valutazione delle singole proposte, sia sulla base della verifica della campionatura presentata dalle singole ditte, come richiesto all’art. 6 del disciplinare di gara, sia in relazione ai criteri di valutazione indicati all’art. 7 del disciplinare di gara, di seguito riportati:

- ✓ Elementi migliorativi in relazione agli standard minimi riportati
- ✓ Ergonomia funzionale, semplicità d’uso e impostazione e di visualizzazione dei parametri
- ✓ Prezzo

riscontrando quanto segue:

**Ditta Amadir**

Il sistema proposto è dotato di specifiche funzionali minime conformi rispetto a quanto richiesto da capitolato, ad eccezione della lampada a fessura, che dispone solamente di 3 ingrandimenti, rispetto ai 5 richiesti. Le dimensioni del display per l’impostazione e la visualizzazione dei parametri risultano molto limitate, e il posizionamento sotto gli oculari per la visualizzazione risulta essere una posizione poco ergonomica e funzionale, che obbliga l’operatore a



spostare la testa continuamente durante la procedura, anche a rischio di errore di impostazione. Risulta inoltre difficile l'impostazione con i comandi, che hanno dimensioni molto limitate. Nel complesso, in relazione ai criteri di valutazione definiti dal disciplinare, il sistema risulta non soddisfacente rispetto agli elevati standard qualitativi attesi.

#### **Ditta TMT**

Il sistema proposto è dotato di specifiche funzionali minime conformi rispetto a quanto richiesto da capitolato, ad eccezione della massima potenza in modalità SLT, pari ad 1,4 mJ rispetto ai 2.0 mJ richiesti. Il display consente le regolazioni del modulo SLT, ma non del modulo YAG, che è regolabile nelle sue impostazioni solo dai comandi sul corpo macchina; per tale modalità ne risulta difficile la regolazione. Nel complesso, in relazione ai criteri di valutazione definiti dal disciplinare, il sistema risulta non del tutto soddisfacente rispetto agli standard qualitativi attesi.

#### **Ditta Guarda Medical**

Il sistema risponde in maniera sufficiente alle specifiche di minima richieste. Inoltre, l'offerta comprende 12 mesi di garanzia ulteriori ai 24 di base richiesti. Durante la campionatura un guasto ha comportato un fermo di utilizzo per un giorno intero, riducendo il numero di prestazioni eseguibili in fase di campionatura rispetto alle altre prove sul campo.

#### **Ditta Che Vista**

Il sistema proposto è dotato di specifiche funzionali minime conformi rispetto a quanto richiesto da capitolato, ad eccezione dell'intervallo di energia tipico per il modulo SLT che risulta limitato rispetto alle specifiche di minima, con un range da 0,4 mJ a 1,2 mJ, rispetto al range da 0,2 mJ a 2,0 mJ richiesti. È inoltre difficoltosa la microregolazione della posizione sul paziente tramite il joystick che risulta rigido. Non sono inclusi nell'offerta occhiali di protezione. Nel complesso, in relazione ai criteri di valutazione definiti dal disciplinare, il sistema risulta non del tutto soddisfacente rispetto agli standard qualitativi attesi.


#### **Ditta Carl Zeiss**

Il sistema proposto è dotato di specifiche funzionali minime conformi rispetto a quanto richiesto da capitolato. L'efficacia del modulo SLT non risulta del tutto convincente: le bolle di cavitazione in fase di erogazione non dovrebbero essere viste e questo rende meno certa l'efficacia del laser. La testata del laser ha le dimensioni molto ingombranti, che rende difficoltosa per l'utilizzatore che opera da solo la gestione del paziente. Il software risulta indaginoso nel passaggio tra le varie impostazioni e preset. Sono inclusi nell'offerta solo 2 paia di occhiali di protezione. Nel complesso, in relazione ai criteri di valutazione definiti dal disciplinare, il sistema risulta non del tutto soddisfacente rispetto agli standard qualitativi attesi.

#### **Ditta Miloftalmica**

Con nota agli atti, la Ditta comunicava che *“le tempistiche per la presentazione del laser per chirurgia oftalmica sono molto strette e non ci permettono di poterlo inviare alla Vs. attenzione in visione.”* Non avendo quindi presentato campionatura, la ditta è da ritenersi esclusa dalla procedura.

#### **Ditta AMR**



Il sistema proposto è dotato di specifiche funzionali minime conformi rispetto a quanto richiesto da capitolato. Risulta evidente l'efficienza altissima a basse potenze, ottenendo i medesimi risultati degli altri concorrenti con l'utilizzo potenze inferiori. Questo aspetto viene anche denotato da una maggiore stabilità della fonte laser, a garanzia di maggior durata nel tempo. Il range di erogazione in modalità SLT risulta anche il più ampio di tutti, fino a 2,6 mJ rispetto ai 2,0 mJ richiesti. Il display di controllo risulta ampio e dalla visibilità ottimale. Inoltre, l'offerta comprende 36 mesi di garanzia ulteriori ai 24 di base richiesti. Nel complesso, in relazione ai criteri di valutazione definiti dal disciplinare, il sistema risulta più che ottimale rispetto agli standard qualitativi attesi.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse, si ritiene il prodotto proposto da AMR srl il più idoneo a soddisfare le esigenze cliniche considerata l'elevata qualità del prodotto rispetto agli standard attesi e la maggior durata nel tempo della garanzia. Pertanto si propone di aggiudicare la fornitura alla ditta AMR srl.

La seduta si chiude alle ore 13:00

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott.ssa Sandra Radin



Ing. Francesco Bellato

