

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2002 DEL 28/11/2024

### **O G G E T T O**

**FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DIGITALE PER LA RADIOGRAFIA DEI CAMPIONI OPERATORI  
IN FABBISOGNO AL G.OP. DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA. ID SINTEL: 185491110.**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 2071/24

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:

vista la richiesta del Direttore dell'U.O.C. Chirurgia Senologica con la quale ha richiesto l'acquisto di un sistema digitale per la radiografia dei campioni operatori, e la conseguente autorizzazione all'acquisto espressa dal GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM –, con lo scopo di raccogliere informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara si è provveduto ad indire consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023 vertente, in particolar modo, sul contenuto tecnico-prestazionale del capitolato tecnico, senza che venissero sollevate contestazioni.

Entro il termine ultimo per la formulazione di eventuali osservazioni, nessuna ditta ha inviato osservazioni.

Pertanto, a seguito dell'invo da parte del Servizio di Ingegneria clinica del Capitolato Tecnico di gara, comprensivo dei criteri di valutazione, con delibera n. 931 del 07.06.2024 è stata indetta procedura di affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 1 sistema digitale per la radiografia dei campioni operatori, in fabbisogno all'U.O.C. Chirurgia Senologica dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ed avente base d'asta pari ad € 80.000,00 iva esclusa.

In data 20.06.2024, con prot.n. 65938, è stata avviata indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel, sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per l'acquisto di n. 1 sistema digitale per la radiografia dei campioni operatori, in fabbisogno all'U.O.C. di Chirurgia Senologica del P.O. San Bortolo di Vicenza, ed avente base d'asta pari ad € 80.000,00 iva esclusa.

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14:00 del giorno 05.07.2024, ha presentato offerta economica unicamente la ditta sottoindicata:

<b>Ditta</b>	<b>Prodotto offerto</b>	<b>Importo offerto</b>
Hologic Italia Srl	Faxitron Trident HD	€ 79.900,00

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, con protocollo n. 87811 del 27.08.2024 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici, il quale in data 30.10.2024 ha fatto pervenire la propria relazione (All.01) con la quale comunicava che “... sulla base delle valutazioni sopra espresse, si ritiene il prodotto della ditta Hologic Italia srl idoneo a soddisfare le esigenze cliniche della Chirurgia Senologic , pertanto si propone l'aggiudicazione alla ditta Hologic Italia srl..”.

Il sopraccitato verbale viene allegato alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre la versione con le firme in originale è depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O.C. proponente.

Stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 1 sistema digitale per la radiografia dei campioni operatori in fabbisogno all'U.O.C. di Chirurgia Senologica del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Hologic Italia srl, per un importo di € 79.900,00 iva esclusa pari ad € 97.478,00 iva 22% inclusa.

Ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione

del Contratto;

Compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura.

Nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.598,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare la relazione del gruppo di esperti allegata al presente provvedimento (All.01) di cui ne fa parte integrante ed il cui originale è agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura in acquisto di n. 1 sistema digitale per la radiografia dei campioni operatori in fabbisogno all'U.O.C. di Chirurgia Senologica del P.O. San Bortolo di Vicenza, alla ditta Hologic Italia srl, per un importo pari ad € 79.900,00 iva esclusa, pari ad € 97.478,00 iva 22% iva inclusa;
3. di dare atto che il costo di euro € 97.478,00 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 24BD2071Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendali 2024";
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Graziano Meneghini, Direttore U.O.C. Chirurgia Senologica del P.O. San Bortolo di Vicenza;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.598,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria.
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DIGITALE PER LA RADIOGRAFIA DEI CAMPIONI OPERATORI IN FABBISOGNO AL GOP DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA. ID SINTEL: 185491110**

In data 30/10/2024 alle ore 14.30 presso l’ufficio di Ingegneria Clinica, si è riunito il gruppo di esperti, chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta relativa alla procedura in oggetto

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 87811/24 del 27.08.2024 risulta così composto:

- ✓ Dott. Graziano Meneghini – Direttore UOC Chirurgia Senologica Azienda Ulss n. 8 Berica
- ✓ Sig. Roberto Artuso – Collaboratore Tecnico Ufficio di Ingegneria Clinica Azienda Ulss n. 8 Berica;

preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte e per gli importi come di seguito indicati:

Ditta	Prodotto offerto	Importo offerto
Hologic Italia S.r.l.	Faxitron Trident IID	€ 79.900,00

Il gruppo di esperti procede quindi con l’analisi della documentazione presentata verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che tutte le offerte presentate soddisfano le caratteristiche indicative richieste.

Il gruppo di esperti prosegue quindi nei lavori passando alla valutazione delle singole proposte in relazione ai criteri di valutazione indicati all’art. 5 del disciplinare di gara, di seguito riportati

- ✓ Ergonomia funzionale in relazione alla semplicità d’uso e all’ingombro degli spazi in sala operatoria
- ✓ Maggior definizione immagine
- ✓ Elementi prestazionali dell’hardware (processore, RAM, SSD ecc...)
- ✓ Prezzo

Riscontrando quanto segue:

Il dispositivo Faxitron Trident HD consente di ottenere immagini nitide e altamente dettagliate per una rapida verifica dei campioni direttamente in sala operatoria. Permette inoltre di verificare la presenza, nel pezzo asportato, di eventuali marker metallici e la loro posizione rispetto ai margini, dando indicazioni in tempo reale al chirurgo di eventuali margini da radicalizzare, traducendosi in una significativa riduzione dei tassi di reintervento dopo chirurgia mammaria conservativa.

Il sistema risulta di facile e intuitivo utilizzo. Inoltre, si tratta di un dispositivo versatile e facilmente trasportabile da una sala operatoria all’altra, facilitando la programmazione interna al blocco operatorio.

Tale dispositivo ha inoltre il vantaggio di poter essere ingratato con il PACS aziendale, consentendo di caricare le immagini acquisite direttamente nell’archivio aziendale e rendendole disponibili nella documentazione clinica del paziente.

Il prezzo risulta congruo con quanto richiesto dal disciplinare.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse, si ritiene il prodotto proposto dalla ditta Hologic Italia sr risulta essere idoneo a soddisfare le esigenze cliniche della Chirurgia Senologica.

Pertanto, si propone di aggiudicare la fornitura alla ditta Hologic Italia sr per l'acquisizione di Faxitron TridentHD.

La seduta si chiude alle ore 15.30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott. Graziano Meneghini

Sig. Roberto Artuso