

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 1027

del 3-6-2021

## O G G E T T O

Acquisto, previa richiesta di preventivi, di n.141 sistemi a barriera sterile (containers): affidamento contratto.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 1137

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

“con mail del 19/10/2020 l’UO Direzione Medica del PO di Vicenza, comunicava la necessita di provvedere all’acquisto di n. 141 sistemi a barriera sterile (containers) utilizzati dell’Azienda U.L.S.S. 8 Berica;

nella medesima comunicazione la Direzione Medica dichiarava altresì la necessità di suddividere la suddetta fornitura in n. 2 lotti tecnici;

al fine di assicurare la fornitura in parola, in data 08/02/2021 è stata pertanto pubblicata sulla Piattaforma SINTEL (ID 134894797; Lotto n.1 ID 134896580 – Lotto n.2 ID134896581), una procedura telematica atta all’affidamento diretto, al minor prezzo e previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. L gs. n. 50/2016, per un importo posto a base d’asta pari ad €72.000,00 (Iva esclusa), suddiviso in due lotti come segue:

<b>FABBISOGNO LOTTO 1: N.126 CONTAINERS</b>		
<b>Q.tà</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dimensioni</b>
3	Fondo/coperchio/cestello	mm. 300x300x100
11	Fondo/coperchio/cestello	mm. 300x300x150
16	Fondo/coperchio/cestello	mm. 300x300x160
5	Fondo/coperchio/cestello	mm. 300x300x210
4	Fondo/coperchio/cestello	mm. 300x140x70
12	Fondo/coperchio/cestello	mm. 460x300x135
10	Fondo/coperchio/cestello	mm. 460x300x150
16	Fondo/coperchio/cestello	mm. 460x300x160
16	Fondo/coperchio/cestello	mm. 460x300x210
2	Fondo/coperchio/cestello	mm. 600x300x135
12	Fondo/coperchio/cestello	mm. 600x300x160
6	Fondo/coperchio/cestello	mm. 600x300x210
11	Fondo/coperchio/cestello	mm. 600x300x300
2	Fondo/coperchio/cestello	mm. 710x300x190
<b>BASE D'ASTA LOTTO 1: €61.000</b>		
<b>FABBISOGNO LOTTO 2: N.15 CONTAINERS</b>		
<b>Q.tà</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dimensioni</b>
1	Fondo/coperchio/cestello	mm. 300x300x135
3	Fondo/coperchio/cestello	mm. 460x300x135
4	Fondo/coperchio/cestello	mm. 460x300x135
1	Fondo/coperchio/cestello	mm. 600x300x135
2	Fondo/coperchio/cestello	mm. 600x300x135
1	Fondo/coperchio (NO CESTELLO)	mm. 600x300x160
3	Fondo/coperchio/cestello	mm. 600x300x210
<b>BASE D'ASTA LOTTO 2: €11.000</b>		

in pari data la medesima indagine è stata altresì pubblicata nel sito istituzionale dell’AULSS n.8 “Berica”, nella Sezione “Appalti/Forniture - Servizi e beni economici” dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

in data 24/02/2021 alle ore 10:00 circa, ossia dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si è svolta la seduta riservata per la verifica della documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata per la fornitura di quanto in premessa;

sono pervenute n. 7 offerte per il Lotto n.1 e n. 3 offerte per il Lotto n.2, come risulta dal verbale all’uopo redatto (all. 2) e sintetizzato nella tabella che segue:

<b>DITTA</b>	<b>IMPORTO OFFERTO LOTTO 1</b>	<b>IMPORTO OFFERTO LOTTO 2</b>
FORMED	€ 32.235,88	
NOVA MEDICAL	€ 48.817,21	
CARLO BIANCHI	€ 36.592,08	
MEDIFOR	€ 42.204,00	
ID&CO	€ 45.560,00	€ 7.487,39
ALKER	€ 46.727,69	€ 8.587,26
CROMA GIO.BATTA	€ 60.985,47	€ 9.608,25

in data 14/04/2021 il gruppo di esperti dell’AULSS n.8 Berica, ha proceduto all’esame della documentazione tecnica ricevuta avvalendosi anche della facoltà di visionare la campionatura presentata dalle su elencate Ditte e sulla base della valutazione tecnico-economica eseguita, il gruppo di esperti proponeva di aggiudicare la fornitura alla ditta Alker Medicale srl, come risulta dal verbale redatto in pari data (all. 2);

preso atto di quanto esposto nel verbale del 14/04/2021 e per le motivazioni in esso espresse, si propone l’acquisto dei containers dalla ditta Alker Medicale srl, alle seguenti condizioni economiche:

<b>LOTTO 1 (n. 126 containers)</b>	<b>LOTTO 2 (n. 15 containers)</b>	<b>TOT. IVA esclusa</b>	<b>TOT. IVA inclusa</b>
<b>€46.727,69</b>	<b>€8.587,26</b>	<b>€55.314,95</b>	<b>€67.485,00</b>

Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 è necessario nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di approvare i verbali delle sedute del 24/02/2021 e del 14/04/2021 allegati alla presente delibera per farne parte integrante (all. 1 e all. 2);
3. di affidare alla Ditta Alker Medica srl la fornitura di n. 141 containers dedicati alle UUOO dell'AULSS n.8, come segue:

LOTTO 1 (n. 126 containers)	LOTTO 2 (n. 15 containers)	TOT. IVA esclusa	TOT. IVA inclusa
<b>€46.727,69</b>	<b>€8.587,26</b>	<b>€55.314,95</b>	<b>€67.485,00</b>

4. di nominare DEC, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, la Dott.ssa Marisa Perin, Coordinatrice Infermieristica c/o la Direzione Medica Ospedaliera e c/o la Centrale di Sterilizzazione dell'AULSS n.8;
5. di nominare Assistente del Direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Sara Guzzo, Assistente Amministrativo c/o l'UOC "Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica" dell'AULSS n.8;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 l'un per cento (1%) dell'importo posto a base d'asta per la presente fornitura, pari ad €675,00, deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'U.L.S.S.;
7. di dare atto che l'importo di spesa complessivo pari ad €67.485,00 (IVA 22% inclusa), sarà a carico del Bilancio Sanitario dell'anno 2021, conto 5402000126 e CDEL 21BD1137R0;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 4-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 4-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**VERBALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA  
FORNITURA DI SISTEMI A BARRIERA STERILE  
- CONTAINERS PER STERILIZZAZIONE -**

**GARA N. 8040949 – ID SINTEL 134894797  
Lotto 1 CIG 8621863A6B – ID SINTEL 134896580  
Lotto 2 CIG 8621891189 – ID SINTEL 134896581**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 24 del mese di febbraio, alle ore 10:00 circa, presso un ufficio dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, si è svolta, in modalità telematica la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica in ordine alla procedura in oggetto.

Il Seggio di gara è composto da:

Ruggero Paolo Ramanzin  
Sara Guzzo  
Francesco Trunfio

Collaboratore Amministrativo e Responsabile di Sezione  
Assistente Amministrativo e segretario verbalizzante  
Collaboratore Amministrativo

Preliminarmente il Seggio di gara verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 23/02/2021, termine previsto per la scadenza delle offerte.

Il Seggio di gara verifica che sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

Croma Gio.Batta s.r.l.	di PADOVA	<a href="mailto:cromagiobattal@cgn.legalmail.it">cromagiobattal@cgn.legalmail.it</a>
Formed srl	di TORINO	<a href="mailto:postacertificata@pec.formed.srl">postacertificata@pec.formed.srl</a>
ID&CO S.r.l.	di SAN GIULIANO MILANESE	<a href="mailto:gareideco@legalmail.it">gareideco@legalmail.it</a>
Alker medicale S.r.l.	di VEGGIANO	<a href="mailto:alkersrl@pec.alker.it">alkersrl@pec.alker.it</a>
Carlo Bianchi srl	di BERGAMO	<a href="mailto:gare.carlobianchisrl@pec.it">gare.carlobianchisrl@pec.it</a>
Medifor Srl	di NAPOLI	<a href="mailto:mvmedifor@pec.it">mvmedifor@pec.it</a>
Nova Medical sas	di VENEZIA	<a href="mailto:novamedical@virgilio.it">novamedical@virgilio.it</a>

Il seggio di gara procede quindi:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- alla verifica della corretta apposizione della firma digitale da parte degli offerenti nei documenti presentati;
- all'apertura della buste telematiche contenenti la Documentazione amministrativa, tecnica ed economica;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale nei documenti presentati, la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Si procede quindi ad effettuare il down-load di tutta la documentazione presentata dalle su elencate ditte che vengono ammesse alla successiva fase di gara con riserva di ulteriore verifica della documentazione amministrativa presentata.

Come indicato nell'art.6 del Capitolato Speciale, la documentazione tecnica e l'offerta economica delle medesime ditte saranno inoltrate al nominando Gruppo di Esperti che procederà alla verifica di idoneità





tecnico/qualitativa nonché alla valutazione della corrispondenza tra requisiti dichiarati e requisiti richiesti nel Capitolato di gara e conseguentemente, formulerà una proposta di aggiudicazione.

Si sospende la seduta alle ore 16:30 del giorno 26/02/2021.


Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale [www.ulss8.veneto.it](http://www.ulss8.veneto.it).

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
(Ruggero Paolo Ramanzin)

I TESTIMONI:

  
\_\_\_\_\_  
(Sara Guzzo)

  
\_\_\_\_\_  
(Francesco Trunfio)

Vicenza, 14 aprile 2021

**Oggetto: Verbale gara per la fornitura di sistemi a barriera sterile – containers per sterilizzazione-**

In data 14 aprile 2021 alle ore 14.30 si riunisce il gruppo di esperti chiamato a fare una valutazione tecnico-economica per la fornitura di sistemi a barriera sterile – containers per sterilizzazione-.

Il gruppo è composto da:

Sig.ra **Loretta Giuseppina Castagna**, Coord. Inf. Centrale di sterilizzazione di Arzignano e di Valdagno

Sig. **Andrea Marchesin**, Coord. Inf. Gruppo Operatorio Centrale ospedale di Vicenza

Sig.ra **Laura Zaghis**, Coord. Inf. Cardiocirurgia Terapia Intensiva e Sale Operatorie.

Per il **Lotto 1** sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

Croma Gio.Batta s.r.l.  
Formed s.r.l.  
ID&CO s.r.l.  
Alker Medicale s.r.l.  
Carlo Bianchi s.r.l.  
Medifor s.r.l.  
Nova Medical s.a.s.

La **Ditta Formed s.r.l.** presenta l'offerta economica più vantaggiosa. L'analisi della campionatura mette in evidenza che la cerniera del coperchio non è metallica, pertanto nel tempo è maggiormente esposta a rischio di rottura e il sistema di aggancio del coperchio al fondo richiede eccessiva forza. Il fondo ha il bordo sottile che agisce in modo traumatico sulla guarnizione (da 5mm e piatta), tanto che la guarnizione stessa presenta già il solco. Sono presenti sistemi di alloggiamento per le etichette, tracciabilità e targhette identificative. Il coperchio presenta scanalature superiori che favoriscono il ristagno della condensa. Le maniglie sono rivestite da materiale siliconico. La griglia ha delle maglie di media larghezza (circa 5 mm) e le saldature sul bordo superiore sono imprecise, determinando, alla prova, la rottura del guanto. Per quanto esposto sulla cerniera, sulle modalità di aggancio, sul coperchio e sulla griglia si ritiene il prodotto non idoneo.

La **Ditta Carlo Bianchi s.r.l.** presenta la seconda offerta economicamente vantaggiosa. L'analisi della campionatura mette in evidenza che la cerniera del coperchio è metallica, ma il sistema di aggancio del coperchio al fondo richiede eccessiva forza. Il fondo ha il bordo sottile che agisce in modo traumatico sulla guarnizione (da 5mm e piatta), tanto che la guarnizione stessa presenta già il solco. Sono presenti sistemi di alloggiamento per le etichette, tracciabilità e targhette identificative. Il coperchio presenta scanalature superiori che favoriscono il ristagno della condensa. Le maniglie sono rivestite da materiale siliconico. La griglia ha delle maglie eccessivamente larghe (circa 7 mm) e le saldature alla base sono imprecise, determinando, alla prova, la rottura del guanto. Per quanto esposto sulle modalità di aggancio, sul coperchio e sulla griglia si ritiene il prodotto non idoneo.

  
8



La **Ditta Medifor s.r.l.** presenta nell'ordine la terza offerta economicamente vantaggiosa. L'analisi della campionatura mette in evidenza che la cerniera del coperchio è metallica, ma il sistema di aggancio del coperchio al fondo richiede eccessiva forza. Il fondo ha il bordo sottile che agisce in modo traumatico sulla guarnizione (da 5mm e piatta), tanto che la guarnizione stessa presenta già il solco. Sono presenti sistemi di alloggiamento per le etichette, tracciabilità e targhette identificative. Il coperchio presenta scanalature superiori che favoriscono il ristagno della condensa. Le maniglie sono rivestite da materiale siliconico. La griglia ha delle maglie di media larghezza (circa 5 mm) e le saldature sul bordo superiore e sul fondo sono imprecise, determinando, alla prova, la rottura del guanto.

Per quanto esposto sulla cerniera, sulle modalità di aggancio, sul coperchio e sulla griglia si ritiene il prodotto non idoneo.

La **Ditta ID&CO s.r.l.** presenta nell'ordine la quarta offerta economicamente vantaggiosa. L'analisi della campionatura mette in evidenza che la cerniera del coperchio è metallica, ma il sistema di aggancio del coperchio è indaginoso, richiede un doppio movimento e risulta poco pratico. Il fondo ha il bordo sottile che agisce in modo traumatico sulla guarnizione (da 5mm e tonda). Sono presenti sistemi di alloggiamento per le etichette, tracciabilità e targhette identificative. Il coperchio non presenta scanalature superiori che favoriscano il ristagno della condensa. Le maniglie sono rivestite da materiale siliconico. La griglia ha delle maglie di media larghezza (circa 4 mm) e le saldature sul bordo superiore sono imprecise, determinando, alla prova, la rottura del guanto.

Per quanto esposto sulla cerniera, sulle modalità di aggancio e sulla griglia si ritiene il prodotto non idoneo.

La **Ditta Alker Medicale s.r.l.** presenta nell'ordine la quinta offerta economicamente vantaggiosa. L'analisi della campionatura mette in evidenza che la cerniera del coperchio è metallica, e il sistema di aggancio del coperchio al fondo è pratico. Il fondo ha il bordo arrotondato che preserva la guarnizione (da 10mm e zigrinata) da traumatismi. Sono presenti sistemi di alloggiamento per le etichette, tracciabilità e targhette identificative. Il coperchio non presenta scanalature superiori che favoriscano il ristagno della condensa. Le maniglie sono rivestite da materiale siliconico. La griglia ha le maglie strette ed è lavorata completamente a laser, garantendo quindi, alla prova, l'integrità del guanto.

Per quanto esposto sulla cerniera, sulle modalità di aggancio, sul fondo, sul coperchio e sulla griglia si ritiene il prodotto idoneo.

La **Ditta Nova Medical s.a.s.** presenta nell'ordine la sesta offerta economicamente vantaggiosa. L'analisi della campionatura mette in evidenza che la cerniera del coperchio è metallica, ma il sistema di aggancio del coperchio al fondo richiede eccessiva forza. Il fondo ha il bordo sottile che agisce in modo traumatico sulla guarnizione (da 5mm e piatta), tanto che la guarnizione stessa presenta già il solco. Sono presenti sistemi di alloggiamento per le etichette, tracciabilità e targhette identificative. Il coperchio presenta scanalature superiori che favoriscono il ristagno della condensa. Le maniglie sono rivestite da materiale siliconico. La griglia ha delle maglie di media larghezza (circa 5 mm) e le saldature sul bordo superiore in prossimità degli angoli sono imprecise, determinando, alla prova, la rottura del guanto.

Per quanto esposto sulla cerniera, sulle modalità di aggancio, sul coperchio e sulla griglia si ritiene il prodotto non idoneo.

La **Ditta Croma Gio.Batta s.r.l.** presenta l'offerta economica meno vantaggiosa. L'analisi della campionatura mette in evidenza che la cerniera del coperchio è metallica, e il sistema di aggancio del coperchio al fondo è pratico. Il fondo ha il bordo sottile che agisce in modo traumatico sulla guarnizione (da 5mm e tonda). Sono presenti sistemi di alloggiamento per le etichette, tracciabilità e targhette identificative. Il coperchio presenta scanalature superiori che favoriscono il ristagno della condensa. Le maniglie non sono rivestite da materiale siliconico. La griglia ha delle maglie strette ed è lavorata al laser, garantendo quindi, alla prova, l'integrità del guanto.

Per quanto esposto sulla cerniera, sulle modalità di aggancio, e sulla griglia si ritiene il prodotto idoneo.

Dopo aver visionato e la campionatura e fatto le relative prove il gruppo di esperti propone di aggiudicare la fornitura del **Lotto 1 alla Ditta Alker Medicale s.r.l.** in quanto è l'offerta che presenta il miglior rapporto qualità-prezzo. In particolare rispetto a quanto offerto dalle altre ditte si apprezzano la manovrabilità delle cerniere, il bordo superiore del fondo, le caratteristiche della guarnizione, la linearità del coperchio, le caratteristiche della griglia.

Per il **Lotto 2** sono pervenute le seguenti offerte:

Croma Gio.Batta s.r.l.  
ID&CO s.r.l.  
Alker Medicale s.r.l.


L'analisi della campionatura conferma quanto già rilevato dalle schede tecniche, e cioè che l'unico prodotto che presenta i filtri laterali, come richiesto nel disciplinare di gara, è quello proposto dalla Ditta Alker Medicale s.r.l..

Sulla base di quanto suddetto si propone di aggiudicare la fornitura del **Lotto 2 alla Ditta Alker Mericale s.r.l.** in quanto l'unica a presentare un prodotto rispondente a tutti i requisiti richiesti nel disciplinare di gara.

La seduta termina alle ore 15.30.

I componenti del gruppo di esperti

Sig.ra **Loretta Giuseppina Castagna** 

Sig. **Andrea Marchesin** 

Sig.ra **Laura Zaghis** 