

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 1434

del 12-8-2021

O G G E T T O

Biberon e tettarelle: affidamento fornitura triennale

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1525

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

“per assicurare la continuità della fornitura di biberon e tettarelle monouso utilizzati presso U.O. Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda U.L.S.S. 8 Berica, è stata avviata in data 18/03/2021 dalla Sezione “Servizi e beni economici” della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” la relativa indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ed ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 della Legge n.120 del 11 settembre 2020;

l’indagine è stata svolta in modalità telematica sulla piattaforma denominata “Sintel” di public procurement della Regione Lombardia gestita da ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. ed identificata dai codici ID SINTEL 136162166 – CIG 8675901BFC;

l’invito, aperto a tutti i potenziali concorrenti, si riferisce ad una fornitura con durata di anni tre (3), con facoltà di rinnovo per pari periodo a fronte di un importo a base d’asta pari ad € 73.000,00;

entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 26/04/21 sono pervenute le seguenti offerte:

- LABOR BABY che ha presentato un'offerta pari ad € 54.533,26;
- CAIR ITALIA s.r.l. che ha presentato un'offerta pari ad € 72.874,94;
- LIFETECH-CARE SRL che ha presentato un'offerta pari ad € 68.124,93;

dall’esame della valutazione svolta dal gruppo di esperti dell’Azienda Ulss 8 Berica, risulta che l’offerta della ditta Labor Baby non è ammessa per prodotto non idoneo e che le restanti due offerte sono entrambe idonee;

Il medesimo gruppo di esperti ha proposto l’aggiudicazione a favore della ditta Cair Italia srl in quanto il prodotto offerto “rappresenta la miglior proposta per rapporto qualità/prezzo sulla base delle motivazioni riportate nell’allegato verbale di valutazione che si propone di allegare a fare parte integrante del presente provvedimento;

ciò premesso si propone l’acquisto di biberon e tettarelle dalla Ditta CAIR ITALIA s.r.l., al prezzo complessivo di ad € 72.874,94 IVA esclusa.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di allegare il verbale di valutazione delle offerte quale parte integrante del presente provvedimento denominato Allegato 1;
3. di affidare alla Ditta Ditta CAIR ITALIA s.r.l, la fornitura di biberon e tettarelle monouso al prezzo complessivo di ad € 72.874,94 Iva esclusa;
4. di dare atto che l'importo di spesa complessivo pari ad € 72.874,94, oltre IVA 22%, pari ad € 16.032,49, per un importo complessivo pari ad € 88.907,43 IVA 22% inclusa, sarà a carico del conto 54.03.000025 dei seguenti Bilanci Sanitari con CDEL 21BD1525R0;

Bilancio sanitario anno	2021	€ 12.348,25
Bilancio sanitario anno	2022	€ 29.635,81
Bilancio sanitario anno	2023	€ 29.635,81
Bilancio sanitario anno	2024	€ 17.287,56

5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 13-8-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI



Prot. 56382 / 2021

Vicenza, 26/05/2021

Dipartimento strutturale Emergenza, Urgenza e Cure Intensive
Dipartimento funzionale Materno Infantile

Unità Operativa Complessa di Pediatria

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi n° 37, Vicenza

Direttore: Dott. Massimo Bellettato**Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi n° 37, Vicenza

Direttore: Dott.ssa Stefania Vedovato

Oggetto: proposta di aggiudicazione capitolato di gara per la fornitura di Biberon e tettarelle a ditta Cair Italia s.r.l.

Alla cortese attenzione di:

Dott. Giorgio Miotto

Direttore

Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
AULSS n. 8 "BERICA"

Egregio Dott. Miotto,

al fine di una corretta analisi dei risultati dell'indagine di mercato effettuata per l'aggiudicazione della fornitura di biberon e tettarelle per i reparti di assistenza neonatale e pediatrica dei Distretti Est ed Ovest dell'AULSS n.8 "Berica", si comunica che è stato nominato un gruppo di lavoro composto da:

- Dr.ssa Valentina Dal Cengio (Dirigente medico della Terapia Intensiva Neonatale di Vicenza),
- Sig.ra Nicoletta Danese (OSS della Banca del Latte di Vicenza),
- Sig.ra Tiziana Fin (Coordinatrice Infermieristica della Pediatria di Arzignano),
- Sig.ra Paola Toffanin (Infermiera Assistenza Neonatale di Arzignano).

Le referenti di cui sopra, a seguito di una attenta valutazione del materiale ricevuto, hanno redatto una puntuale relazione da me sottoscritta per approvazione, dalla quale si evince che la ditta Cair Italia s.r.l. è l'unica Azienda, tra le concorrenti, idonea alla fornitura di cui all'oggetto.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Dott.ssa Stefania Vedovato

Allegati (n. 01):- **Relazione di Valutazione offerte Biberon e Tettarelle monouso_ 18/05/2021**



ULSS8

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Materno Infantile

Unità Operativa Complessa di Pediatria - Patologia e Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi n° 37, 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Massimo Bellettato

Vicenza, 18 maggio 2021

Oggetto: Valutazione offerte Biberon e Tettarelle monouso

In data odierna le sottoscritte

Valentina Dal Cengio (Dirigente medico della Terapia Intensiva Neonatale di Vicenza),

Nicoletta Danese (OSS della Banca del Latte di Vicenza),

Tiziana Fin (Coordinatrice Infermieristica della Pediatria di Arzignano),

Paola Toffanin (Infermiera Assistenza Neonatale di Arzignano)

si sono riunite presso il lattario della Terapia Intensiva Neonatale/Banca del Latte di Vicenza per valutare la fornitura di biberon e tettarelle monouso delle 3 ditte che hanno partecipato all'indagine di mercato.

Sono stati visionati i campioni di materiale fornito partendo dalla ditta che ha presentato il prezzo più basso sulla base d'asta e a seguire le altre 2 ditte sempre seguendo l'andamento del prezzo.

Ecco le valutazioni sulle 3 forniture:

LABOR BABY: NON IDONEO

Motivazioni:

BIBERON:

- Biberon di materiali opaco lattescente, non impressionabile con pennarello indelebile;
- Biberon con tappo a vite preavvitato;
- Il diametro del biberon non consente il passaggio della siringa da 50/60 ml;
- Diametro del biberon non compatibile con gli scaldabiberon attualmente in uso.

TETTARELLE:

- Tettarella posizionata sopra la ghiera potenzialmente scollegabile per trazione durante la suzione;
- Diametro del biberon non compatibile con gli scaldabiberon attualmente in uso.

LIFETECH CARE SRL: IDONEO

CAIR ITALIA: IDONEO

Alla nostra valutazione sono risultate idonei sia i prodotti della ditta Lifetech Care SRL sia quelli della ditta CAIR Italia.

Esprimiamo, però, una preferenza per i prodotti della ditta **CAIR Italia** perché rappresenta la migliore proposta per rapporto qualità/prezzo sulla base delle seguenti motivazioni:

- il biberon della ditta Lifetech Care SRL presenta una doppia scala graduata (italiana e anglosassone) che non è richiesta e potrebbe creare confusione, la



ULSS 8

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfini n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.S.S. 508 COD. FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

- prima tacca del biberon è a 10 ml, inoltre il biberon non è trasparente come è invece quello della ditta CAIR Italia;
- nella scheda tecnica delle tettarelle della ditta Lifetech Care SRL non è specificato il livello di sterilità (non è dato sapere se sia equivalente alla sterilità ottenuta tramite ossido di etilene ovvero 10 alla -6 UFC/ml come invece è specificato nelle schede dei biberon); i flussi delle tettarelle della ditta Lifetech Care SRL sono poco visibili, le tettarelle sono di materiale più rigido rispetto a quelle della ditta CAIR Italia, la scala graduata della capsula di protezione della tettarella Lifetech Care SRL non è visibile, per cui preclude l'alimentazione a bicchierino o la misurazione di piccole quantità di liquidi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Valentina Dal Cengio

Nicoletta Danese

Tiziana Fin

Paola Toffanin

Si sottoscrive per approvazione

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O. Pediatria - Terapia Intensiva
Neonatale e Pediatrica - Vicenza
Dr. Stefania Vedovato
Specialista in Pediatria e Neonatologia
PD - 9449

Dott.ssa Stefania Vedovato

Responsabile UOSVD Patologia e Terapia Intensiva Neonatale