

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 1472

del 19-8-2021

## O G G E T T O

Fornitura di “Contenitori raccolta urine 24h”.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 1684

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“in data 31.05.2021 è scaduto il contratto di fornitura di “Contenitori raccolta urine 24h” in fabbisogno alle UU.OO.CC. di questa Azienda U.L.SS. in essere con la ditta Vacutest Kima S.r.l. giusto Provvedimento del Dirigente Responsabile n. 239 del 24.06.2020;

la fornitura in argomento sarà ricompresa nella gara per “Puntali, pipette, piccola strumentazione e consumabili da laboratorio”, in carico all'Azienda Zero la cui data di aggiudicazione viene fissata per il 29.06.2022 come da programmazione pervenuta il 07.05.2021;

in considerazione dei tempi stimati si è ritenuto opportuno avviare una procedura di gara per l'affidamento di un nuovo contratto nelle more dell'effettuazione della gara regionale;

sono state quindi richieste al Direttore dell'U.O.C. di Medicina di Laboratorio le caratteristiche tecniche ed i fabbisogni annui stimati per la predisposizione del Disciplinare di Gara;

la spesa complessiva della fornitura rende possibile procedere, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 77/2021;

questa Azienda U.L.SS., per le nuove procedure di gara, intende avvalersi, ai sensi dell'art. 37, commi 1-2 del D.Lgs. n. 50/2016, di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, denominato “Sintel”;

in data 16.06.2021, la Scrivente U.O.C. ha quindi pubblicato un avviso di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, aperto a tutti i potenziali concorrenti, sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet aziendale, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 77/2021, per la fornitura di “Contenitori raccolta urine 24h” in fabbisogno alle UU.OO.CC. di questa Azienda U.L.SS., registrato con ID:141268159, ponendo la base d'asta triennale ad € 44.900,00 calcolata sulla media delle quotazioni rilevate;

entro il termine ultimo fissato per la partecipazione alla gara, 05.07.2021, sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici:

<input type="checkbox"/> Aptaca S.p.A.	importo triennale € 42.090,00
<input type="checkbox"/> Becton Dickinson Italia S.p.A.	importo triennale € 41.400,00
<input type="checkbox"/> Biosigma S.p.A.	importo triennale € 39.675,00
<input type="checkbox"/> Laboindustria S.p.A.	importo triennale € 43.125,00
<input type="checkbox"/> Syntesys S.r.l.	importo triennale € 36.225,00
<input type="checkbox"/> Vacutest Kima S.r.l.	importo triennale € 44.505,00;

in data 12.07.2021 si è proceduto a scaricare la documentazione pervenuta, come previsto dall'art. 10 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA del Disciplinare di gara ed a trasmettere la documentazione tecnica e la campionatura, agli esperti individuati dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la valutazione degli elementi tecnici/economici;

in data 23.07.2021 è pervenuta alla scrivente U.O.C. da parte delle Coordinatrici della Medicina di Laboratorio la relazione, allegata alla presente Delibera (Allegato A) che ne costituisce parte integrante

e sostanziale, dalla quale si evince che il prodotto offerto dalla ditta Vacustest Kima S.r.l. risulta idoneo alle esigenze dell'U.O.C. interessata e dalle prove effettuate, è risultato il più sicuro per l'utilizzatore in quanto l'unico che non espone l'utilizzatore a gocciolamenti/imbrattamenti nelle manovre di raccolta; si propone quindi di affidare il contratto di fornitura alla ditta Vacustest Kima S.r.l. dal 01.08.2021 al 31.07.2024, salvo risoluzione anticipata in caso di gara regionale, per una spesa complessiva di € 44.505,00 I.V.A. esclusa seguito indicato:

n. 34.500,00 contenitore raccolta urine 24h cod. 90476 ad € 1,29 cadauno;

dalla ricerca di mercato effettuata la quotazione praticata risulta in linea con il prezzo in essere presso l'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona.”

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

sulla base di quanto sopra

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, è stata avviata la procedura per la fornitura di “Contenitori per urine 24h” in fabbisogno alle UU.OO.CC. di questa Azienda U.L.SS., registrata con ID:141268159, per un periodo di 36 mesi;

2. di approvare la relazione dell'U.O.C. di Medicina di Laboratorio (Allegato A) allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante;

3. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 77/2021, la fornitura di “Contenitori urine 24h”, in fabbisogno alle UU.OO.CC. di questa Azienda U.L.SS., come nel dettaglio di seguito riportato, per il periodo di 36 mesi, dal 01.08.2021 al 31.07.2024, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, alla ditta Vacustest Kima S.r.l.:

n. 34.500,00 contenitore raccolta urine 24h cod. 90476 ad € 1,29 cadauno;

4. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 54.296,10 (I.V.A. inclusa), sarà ricompreso, tra i costi dei Bilanci Sanitari 2021/2022/2023/2024, nel conto di contabilità generale 54.02.121/ECO come di seguito ripartito:

anno 2021	€ 7.541,12
anno 2022	€ 18.098,70
anno 2023	€ 18.098,70
anno 2024	€ 10.557,58

5. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento “Disciplinare di gara”;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 20-8-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 20-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

Dipartimento: **della Diagnostica**  
 Unità Operativa / Servizio: **Medicina di Laboratorio**  
 Indirizzo sede: **Viale Rodolfi 37, 36100 VICENZA, (Edificio P)**  
 Direttore: **Davide Giavarina**

Li, 23 luglio 2021

**Relazione per affidamento diretto contenitori urine 24h**

Fornitore	Offerta al pezzo	Caratteristiche positive	Caratteristiche negative
APTACA	1.22 €	Contenitore stabile.	Riempimento 3000 ml totali a filo del tappo. Manca manico di trasporto e l'impugnatura non garantisce una presa sicura. La presenza dell'adattatore luer collegato a sonda direttamente nel tappo a vite espone l'utilizzatore a gocciolamenti/imbrattamenti nelle manovre di raccolta Materiale impiegato poco rigido, in controluce è visibile il contenuto.
BD	1.20 €		Riempimento 3000 ml totali a filo del tappo. Manca manico di trasporto e l'impugnatura si presenta molto piccola (si possono infilare solo 2 dita). Manca sonda prelievo campione; la presenza dell'adattatore luer collegato a sonda direttamente nel tappo a vite espone l'utilizzatore a gocciolamenti/imbrattamenti nelle manovre di raccolta. Forma cilindrica, poco stabile.
BIOSIGMA	1.15 €	Forma squadrata, maggiore stabilità. Riempimento fino a 3000 ml garantito. Presenza dell'impugnatura che garantisce una presa sicura. Materiale rigido, in controluce non è visibile il contenuto.	La presenza dell'adattatore luer collegato a sonda direttamente nel tappo a vite espone l'utilizzatore a gocciolamenti/imbrattamenti nelle manovre di raccolta.

*Responsabile del Procedimento:*

Referente procedura:

Tel. 0444-75775 Fax 0444-75.

e mail: @aulss8.veneto.it



KIMA	1.29 €	Presenza del manico di trasporto. Adattatore luer separato dal tappo (no gocciolamenti durante la raccolta). Sonda lunga che consente il riempimento di una provetta con soli 100mL di urina. Materiale rigido, in controluce non è visibile il contenuto.	Riempimento 3000 ml totali a filo del tappo. Forma cilindrica meno stabile.
LABOINDUSTRIA	1.25 €	Contenitore stabile.	Riempimento 3000 ml totali a filo del tappo. Manca manico di trasporto e l'impugnatura non garantisce una presa sicura. La presenza dell'adattatore luer collegato a sonda direttamente nel tappo a vite espone l'utilizzatore a gocciolamenti/imbrattamenti nelle manovre di raccolta. Materiale impiegato poco rigido, in controluce è visibile il contenuto.
SYNTESYS	1.05 €	Contenitore stabile.	Riempimento 3000 ml totali a filo del tappo. Manca manico di trasporto e l'impugnatura non garantisce una presa sicura. La presenza dell'adattatore luer collegato a sonda direttamente nel tappo a vite espone l'utilizzatore a gocciolamenti/imbrattamenti nelle manovre di raccolta. Materiale impiegato poco rigido, in controluce è visibile il contenuto.

## Relazione finale

Sulla base delle caratteristiche tecnico-economiche dei prodotti proposti, **la nostra scelta ricade sull'articolo presentato dalla Ditta Vacutest-Kima** avendo le caratteristiche più idonee alle nostre esigenze (vedi tabella). In particolare, a differenza di tutti gli altri articoli valutati, è l'unico con la sonda luer di raccolta separata dal tappo di chiusura agevolando, sia l'operatore che l'utente, nella raccolta dell'urina senza rischio di gocciolamento/spandimento e rottura della sonda durante le manovre.

Si escludono, per le caratteristiche negative elencate in tabella, gli articoli proposti dalle Ditte BD, APTACA, LABOINDUSTRIA E SYNTESYS.

La differenza economica tra i vari articoli è minima.

F.to Coord. Nadia Novello

F.to Coord. Cristina Marchetti