

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 1725

del 30-9-2021

O G G E T T O

Set maschera oronasale monuso per cpap: assegnazione fornitura.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1926

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

in data 15.03.2021 con prot. 28220, è pervenuto, dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera del Distretto Ovest, il capitolato tecnico per l'avvio di una procedura di gara per la fornitura di "Set maschera oronasale monouso per cpap", utilizzata prevalentemente in situazioni emergenziali (Pronto Soccorso, SUEM);

In data 28.04.2021 è stata avviata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DLgs 76/2020, una procedura semplificata, previa richiesta di preventivi, per l'affidamento della fornitura di "Set maschera oronasale monouso per cpap" dell'Azienda Ulss 8 Berica, aperta a tutti i fornitori iscritti sulla piattaforma Sintel, con ID 139538163, per periodo di 30 mesi e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di uno o più esperti;

entro il termine ultimo per la presentazione dei preventivi, è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- INCAS srl
- DEAS srl
- DIMAR srl
- INTERSURGICAL srl
- HAROL srl

si è, quindi, proceduto con l'apertura delle "buste telematiche": in base a quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, tutta la documentazione e la campionatura pervenute sono state inoltrate, in data 26.05.2021 ad alcuni esperti individuati dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera per l'individuazione del prodotto oggetto dell'affidamento diretto;

nelle date 13.07.2021 e 07.09.2021 sono stati trasmessi due solleciti per la conclusione dei lavori;

in data 16.09.2021, il sopracitato gruppo di esperti ha trasmesso una relazione riepilogativa della valutazione effettuata (allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), ratificato dalla Farmacia Ospedaliera Distretto Ovest, nella quale viene proposto, per le motivazioni ivi specificate, l'affidamento della fornitura alla ditta Dimar srl, che nel dettaglio ha presentato la seguente offerta:

Cod. Ulss	Fabbisogno annuo	Nome commerciale e codice del prodotto offerto	CND - N° RDM	Prezzo unitario (Iva esclusa)	Importo annuo di spesa (Iva esclusa)	Aliquot a IVA
1071095+10717573	160	Maschera Easy Vent Ref. 700/7094 mis. PED / ADULTI S/M	CND: R03010105 RDM: 1357725/R	€ 57,00	€ 9.120,00	22%
1071094+10717574	200	Maschera Easy Vent Ref. 700/7095 mis. ADULTI L	CND: R03010105 RDM: 1357725/R	€ 57,00	€ 11.400,00	22%

10717575	100	Maschera Easy Vent Ref. 700/7096 mis. ADULTI XL	CND: R03010105 RDM: 1357725/R	€ 57,00	€ 5.700,00	22%
----------	-----	---	--	---------	------------	-----

L'importo complessivo annuale è pari ad € 26.220,00 (iva esclusa) corrispondente ad € 65.550,00 (iva esclusa) per il periodo di decorrenza contrattuale;

dalla ricerca di mercato si evince che le quotazioni proposte risultano in linea/migliorative rispetto alle quotazioni regionali;

si propone, pertanto, l'affidamento della fornitura di "Set maschera oronasale monouso per cpap" dell'Azienda Ulss 8 Berica a favore della ditta Dimar srl per un periodo di mesi 30 con decorrenza che verrà successivamente fissata nel contratto ed una spesa complessiva pari ad € 65.550,00 (Iva esclusa);

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

**IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA**

1. di approvare la relazione del gruppo di esperti (Allegato 1) allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
2. di affidare, a conclusione della procedura semplificata aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16.07.2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", la fornitura di "Set maschera oronasale monouso per cpap" dell'Azienda Ulss 8 Berica, alla ditta Dimar srl, per il periodo di mesi 30, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, salvo risoluzione anticipata in caso di gara regionale e/o di Area Vasta, come segue:

Cod. Ulss	Fabbisogno annuo	Nome commerciale e codice del prodotto offerto	CND - N° RDM	Prezzo unitario (Iva esclusa)	Importo annuo di spesa (Iva esclusa)	Aliquot a IVA
1071095+10717573	160	Maschera Easy Vent Ref. 700/7094 mis. PED / ADULTI S/M	CND: R03010105 RDM: 1357725/R	€ 57,00	€ 9.120,00	22%

1071094+10717574	200	Maschera Easy Vent Ref. 700/7095 mis. ADULTI L	CND: R03010105 RDM: 1357725/R	€ 57,00	€ 11.400,00	22%
10717575	100	Maschera Easy Vent Ref. 700/7096 mis. ADULTI XL	CND: R03010105 RDM: 1357725/R	€ 57,00	€ 5.700,00	22%

3. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione verrà imputato, per un ammontare pari ad € 79.971,00 (Iva inclusa) tra i costi sul conto 5402000126 del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2021/22/23/24 e ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:
 - anno 2021 € 8.000,00;
 - anno 2022 € 31.988,40;
 - anno 2023 € 31.988,40;
 - anno 2024 € 7.994,20
4. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 139538163 del 28.04.2021;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 1-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

Arzignano, 16 settembre 2021

Spett.le Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Farmaci

U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Azienda ULSS N. 8 - Berica

Oggetto: relazione di valutazione delle offerte presentate in merito alla gara per la fornitura di "set maschera monouso per CPAP"

L'esame del materiale inviato dalle ditte sottoindicate dopo valutazione di conformità con il capitolato speciale avente per oggetto la fornitura di "SET MASCHERA ORO-NASALE MONOUSO PER CPAP", necessaria al fabbisogno per 24 mesi per l'Azienda Sanitaria "Berica" e considerate le esigenze delle nostre UUOO per la gestione clinica in emergenza-urgenza, ha condotto al seguente risultato:

Ditta Incas

Nel dispositivo sono presenti parti metalliche e, quindi, non risulta idoneo ai controlli radiografici.

La valvola accessoria deve essere montata dall'operatore prima della terapia e non è presente in un'unica confezione.

La stessa non può essere utilizzata contemporaneamente con il nebulizzatore.

Infine manca il secondo tubo di connessione da collegare alla fonte di ossigeno.

Il prodotto non risulta conforme**Ditta Deas**

Nel dispositivo sono presenti parti metalliche e, quindi, non risulta idoneo ai controlli radiografici.

Il manometro deve essere assemblato dall'operatore prima della terapia e non è presente in un'unica confezione.

Il prodotto non risulta conforme

Ditta Harol

Nel dispositivo sono presenti parti metalliche e, quindi, il prodotto non risulta idoneo ai controlli radiografici.

La valvola PEEP deve essere assemblata dall'operatore prima della terapia e non è presente in un'unica confezione.

Il prodotto non risulta conforme

Ditta Intersurgical

Nel dispositivo sono presenti parti metalliche e, quindi, il prodotto non risulta idoneo ai controlli radiografici.

Rispetto al nebulizzatore, seppur fornito, la documentazione presentata, indica il suo uso solo con i seguenti settaggi:

- linea A 5 litri/min
- linea B 0 litri/min
- PEEP 5 cmm H2O

Nella Scheda della maschera viene indicato come flusso minimo 9 litri di O2 per ottenere 5 di PEEP e garantire un flusso minimo al paziente.

Pertanto la mancata erogazione del flusso minimo, rende difficilmente tollerabile tale terapia da parte del paziente dispnoico.

Infine nella documentazione della resa del Venturi viene riportato: " *L'uso, sulla linea B, di flussometri con portata inferiore a 30 L/min riduce le prestazioni del dispositivo* "


Presso le nostre strutture sono presenti molti flussometri di portata inferiore ai 30 l/min. Tale indicazione, senza un altro valore di riferimento, non permette un'adeguata valutazione della resa.

Il prodotto non risulta conforme

Ditta Dimar

Il dispositivo offerto è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara ed è il prodotto che meglio risponde alle esigenze delle U.U.OO

U.O.C. Pronto Soccorso – Arzignano
Direttore: Dr. **Claudio Fossa**



Coordinatore Infermieristico
Andrea Gabborin

