

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1872

del 21-10-2021

O G G E T T O

Fornitura di Ossido Nitrico e relativi sistemi di somministrazione: aggiudicazione.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2079

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 1918 del 03.12.2020 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, una procedura di gara monolotto per la fornitura di "Ossido Nitrico e relativi sistemi di somministrazione";

in data 10.12.2020, con ID 132293739, è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tale procedura aperta a tutti i fornitori iscritti, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 36 mesi, per l'importo triennale a base d'asta complessivo di € 183.000,00 IVA esclusa, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

nell'ambito di tale procedura di gara, la cui richiesta di offerta è stata pubblicata contestualmente sul sito dell'Azienda Ulss 8 Berica, sono state invitate a presentare offerta, entro il giorno 15.01.2021, termine poi prorogato su istanza delle ditte interessate al 30.01.2021, tutte le ditte registrate ed abilitate alla piattaforma SINTEL;

in data 30.12.2020, sono state pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti tempestivamente pervenute ed entro il termine ultimo, è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- Linde Medicale srl
- Nippon Gases Pharma srl
- Sapio Life srl
- Siad spa

in data 04.02.2021, in seduta riservata (allegato 1), il Seggio di Gara ha proceduto, tramite l'utilizzo della piattaforma, a verificare la regolare presenza della documentazione amministrativa pervenuta, constatando la completezza della documentazione presentata da tutte le ditte partecipanti;

la Commissione Giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 20118 del 22.02.2021, si è riunita in varie date, per la verifica della regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, nonché per la valutazione qualitativa e l'attribuzione dei punteggi di qualità secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara ed in data 21.09.2021 ha trasmesso al RUP il verbale relativo ai lavori svolti recante i punteggi qualità attribuiti alle varie ditte partecipanti (allegato 2), verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

successivamente, in data 23.09.2021, il RUP, in presenza di due testimoni, ha proceduto con l'apertura, in seduta riservata (come da verbale denominato allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), delle offerte economiche ed in tale sede, in via preliminare ha proceduto alla lettura del sopracitato verbale della Commissione Giudicatrice;

In base alle valutazioni ivi contenute si prende atto di quanto segue in merito all'ammissione delle ditte partecipanti alla successiva fase di gara:

| Ditta | Punteggio qualità attribuito | Esito |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Linde Medicale. S.r.l. | 60/70 | Ammessa |
| Nippon Gases Pharma srl | 70/70 | Ammessa |

| | | |
|----------------|-------|---------|
| Sapio Life srl | 43/70 | Ammessa |
| Siad spa | 70/70 | Ammessa |

successivamente il RUP ha proceduto con l'apertura delle offerte economiche presentate dalla ditte ammesse, da cui risulta, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, la seguente graduatoria per lotto:

| Graduatoria | Ditta | Prezzo offerto | Punteggio Qualità | Punteggio prezzo | Punteggio finale (P+Q) |
|-------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1° | Siad spa | € 168.600,00 | 70 | 30 | 100,00 |
| 2° | Nippon Gases Phar. srl | € 181.362,00 | 70 | 27,89 | 97,89 |
| 3° | Linde Medicale srl | € 171.540,00 | 60 | 29,49 | 89,49 |
| 4° | Sapio Life Srl | € 180.600,00 | 43 | 28,01 | 71,01 |

dalla graduatoria risulta quindi l'aggiudicazione provvisoria della procedura multilotto in argomento a favore della ditta Siad spa che ha presentato la seguente offerta:

| | Descrizione | Fabbisogno annuale | Prezzo unitario offerto | Importo annuale (iva esclusa) | Aliquot a IVA | AIC | Classe di rimborso |
|---------------|---|--------------------|---|---|---------------|---|--------------------|
| Art. 1 | ml di NO in bombole medie | 100.000 | 0,28600 € | 28.600,00000 € | 4% | 040635070, 040635017, 040635029, 040635031, 040635043, 040635082, 040635056, 040635068 | C |
| | Descrizione | Fabbisogno annuale | Prezzo unitario offerto | Importo annuale (iva esclusa) | Aliquot a IVA | Repertorio | CND |
| Art. 2 | circuiti di somministrazione monopaziente | 120 | 70,00000 € | 8.400,00000 € | 22% | 806367 | Z1203019002 |
| | Descrizione | Fabbisogno | Canone di noleggio/manutenzioni e mensile | Canone di noleggio annuale/manutenzione | Aliquot a IVA | | |
| Art. 3 | Sistemi di somministrazione | 4 | 1.600,00000 € | 19.200,00000 € | 22% | 779107 | Z1203019002 |

Dalla ricerca di mercato, si è rilevato che le quotazioni proposte risultano in linea con quelle praticate ad altre Aziende Sanitarie oggetto di verifica;

si propone pertanto l'aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di "Ossido Nitrico e relativi sistemi di somministrazione" a favore della ditta Siad spa, per un periodo di mesi 36, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una spesa complessiva triennale pari ad € 168.600,00 (Iva 4 e 22% esclusa);

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31, comma e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016, che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:

- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

in particolare, si rileva che i dispositivi ricompresi nella presente aggiudicazione sono dispositivi salvavita destinati ad Unità Operative Intensive per i quali la regolare fornitura, soprattutto in momenti di urgenza, deve essere assicurata con la massima celerità;

nel concreto, il Dec dovrà dare avvio all'esecuzione della prestazione (fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie), verificare la regolarità dell'esecuzione della fornitura, accertare che la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice e del RUP (allegati 1, 2 e 3) allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
2. di aggiudicare, a conclusione della procedura aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di "Ossido Nitrico e relativi sistemi di somministrazione" a favore della ditta Siad spa, per un periodo di mesi 36, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una spesa complessiva triennale pari ad € 168.600,00 (Iva 4 e 22% esclusa) come segue:

| | Descrizione | Fabbisogno annuale | Prezzo unitario offerto | Importo annuale (iva esclusa) | Aliquot a IVA | AIC | Classe di rimborso |
|---------------|---|---------------------------|--|--|----------------------|---|---------------------------|
| Art. 1 | ml di NO in bombole medie | 100.000 | 0,28600 € | 28.600,00000 € | 4% | 040635070, 040635017, 040635029, 040635031, 040635043, 040635082, 040635056, 040635068 | C |
| | Descrizione | Fabbisogno annuale | Prezzo unitario offerto | Importo annuale (iva esclusa) | Aliquot a IVA | Repertorio | CND |
| Art. 2 | circuiti di somministrazione monopaziente | 120 | 70,00000 € | 8.400,00000 € | 22% | 806367 | Z1203019002 |
| | Descrizione | Fabbisogno | Canone di noleggio/manutenzione e mensile | Canone di noleggio annuale/manutenzione | Aliquot a IVA | | |
| Art. 3 | Sistemi di somministrazione | 4 | 1.600,00000 € | 19.200,00000 € | 22% | 779107 | Z1203019002 |

3. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione verrà imputato, per un ammontare pari ad € 190.248,00 (Iva 22% inclusa), sarà ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:

| | 5402000110 | 5402000126 | 5603000010 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2021 | 4.957,33333 € | 1.708,00000 € | 3.904,00000 € |
| 2022 | 29.744,00000 € | 10.248,00000 € | 23.424,00000 € |
| 2023 | 29.744,00000 € | 10.248,00000 € | 23.424,00000 € |
| 2024 | 24.786,66667 € | 8.540,00000 € | 19.520,00000 € |

5. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Anna Radin, Direttore dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera di Arzignano;

6. ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, è necessario accantonare la quota massima distribuibile al personale del comparto, per l'intero periodo di durata contrattuale, pari a 3 anni, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, pari ad € 1.171,20;
7. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 132293739 del 10.12.2020;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 22-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**VERBALE DELLA SEDUTA APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE IN ORDINE ALLA
PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "OSSIDO NITRICO E SISTEMI DI
SOMMINISTRAZIONE"**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 04 del mese di febbraio alle ore 11.00 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si è svolta la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine alla procedura negoziata per la fornitura di "Ossido nitrico e relativi sistemi di somministrazione" di cui alla Richiesta di Offerta ID 132293739

Il seggio di gara è composto da:

dott. Giorgio Miotto, Direttore U.O.C. Provveditorato in qualità di Presidente,
dott. Chiara Menin Collaboratore Amministrativo
dott. Mirko Rappo Assistente Amministrativo

Preliminarmente il Seggio di gara verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro il termine previsto (entro le ore 10.00 del giorno 30.01.2021).

Il Seggio di gara verifica che sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

- Linde Medical srl
- Nippon Gases Pharma srl
- Sapio Life srl
- Siad Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.a.;

Il seggio di gara procede:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- alla verifica della corretta apposizione della firma digitale da parte degli offerenti nei documenti presentati;
- all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" contenente la Documentazione amministrativa;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale nei documenti presentati, la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Successivamente il Seggio di gara prosegue con il download della documentazione amministrativa e successivamente all'esame della stessa per verificare la completezza documentale e la correttezza della firma digitale secondo quanto disposto all'art. 4 Modalità di partecipazione - "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – Step 1.

Al termine dell'esame della documentazione prodotta, non avendo riscontrato anomalie, si ammettono i concorrenti alla fase successiva.

La seduta ha termine alle ore 12.00. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Firmato Dott. Giorgio Miotto

Firmato Dott.ssa Chiara Menin

Firmato Dott. Mirko Rappo

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE PER LA FORNITURA DI “OSSIDO NITRICO E RELATIVI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE”

Il giorno 14/04/2021 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot 0020118 del 22/02/2021, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all’attribuzione del punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

Presidente: Dott. Alessandro Favaro, c/o U.O.C. di Cardiocirurgia Distretto Est- Az.Ulss 8 Berica

Componenti: Dott. Gaetano Annunziata, c/o U.O.C. di Farmacia Ospedaliera, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

Sig. Giovanni Rancan-Coordinatore Infermieristico c/o U.O.C Patologia Neonatale ,
Distretto Est Az.Ulss 8 Berica.

Alle ore 14,30 la commissione si riunisce per completare la verifica della documentazione.

La Commissione valuta la documentazione tecnica presentata dalle Ditte rilevando quanto segue:

- **Siad Healthcare:** manca Manuale d'uso/IFU del sistema somministrazione. Si richiede integrazione.
- **Sapio Life:** manca IFU dei Kit consumabili e dei sensori di Flusso come richiesto nel capitolato di gara. Si richiede integrazione.
- **Nippon Gases:** manca certificato CE del sistema di somministrazione; Certificato CE dei Kit consumabili; Schede tecniche con IFU dei Kit consumabili. Si richiede integrazione
- **Linde Medicale:** mancano IFU per i dispositivi con REF(1921,1964003,2000204); Manuale d'uso/IFU del sistema somministrazione; Schede Tecniche e IFU dei dispositivi indicati con REF 50136, 1605-3044 -000, 2713, 1933, 1962, 1967 ,27101633. Si richiede integrazione.


Nella stessa seduta si decide di chiedere campionatura dei KIT consumabili(1 circuiti monopazienti adulti e 1 circuito pediatrico dotati sensore di Flusso), e dimostrazione relativa all’utilizzo del sistema offerto da parte di “Specialist” delle Ditte partecipanti.

La riunione si conclude alle ore 16.00.


Il Presidente
Dott. Alessandro Favaro



Il Componente
Dott. Gaetano Annunziata



Il Componente
Coord. Giovanni Rancan





VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE PER LA FORNITURA DI “OSSIDO NITRICO E RELATIVI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE”

Il giorno 19/03/2021 alle ore 15.00 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot 0020118 del 22/02/2021, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all’attribuzione del punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

Presidente: Dott. Alessandro Favaro, c/o U.O.C. di Cardiocirurgia Distretto Est- Az. Ulss 8 Berica

Componenti: Dott. Gaetano Annunziata, c/o U.O.C. di Farmacia Ospedaliera, Distretto Est Az. Ulss 8 Berica;

Sig. Giovanni Rancan-Coordinatore Infermieristico c/o U.O.C Patologia Neonatale Distretto Est, Az. Ulss 8 Berica.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che alla gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- ❖ Linde Medica srl;
- ❖ Nippon Gases Pharma srl;
- ❖ Sapio Life srl;
- ❖ Siad Società Italiana Acetilene e Derivati Spa

ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, Dott. Giorgio Miotto, i documenti tecnici prodotti dalle ditte, la Commissione procede alla verifica della documentazione ivi contenuta.

La gara verrà aggiudicata, a lotto unico, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ed il Presidente - ad inizio seduta - richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato Speciale di gara:

A) PREZZO: punteggio massimo punti 30

B) QUALITA': punteggio massimo punti 70

Il punteggio relativo alla qualità verrà suddiviso in base ai criteri e pesi di seguito individuati:

| | | | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--|---|--|-------------------|
| CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLE APPARECCHIATURA E DEL FARMACO | Flusso Ossido Nitrico con limite superiore maggiore di 40 ppm. Tale valore deve essere considerato con erogazione di Ossido Nitrico costante ed indipendente dai cambi del flusso dei gas impostati sul ventilatore | | 4 |
| | Presenza di sistemi di sicurezza che consentano il funzionamento del sistema di somministrazione anche in caso di guasto | | 6 |
| | Batteria ricaricabile che garantisca una durata di almeno 60 minuti in condizioni operative per pazienti neonatali | | 5 |
| | Durata residua della batteria con indicatore grafico | | 5 |
| | Ampiezza di differenti confezioni di bombole | | 2 |
| | Presenza di apparecchiatura supplementare di back-up da 8 presentare al bisogno | | 8 |
| | Memoria di allarmi per periodo superiore alle 72 ore | | 5 |
| | Valutazione semplicità operativa | | 20 |
| | Descrizione dell'organizzazione logistica dell'esecuzione dell'appalto | | 5 |
| MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE CONSEGNE ED ASSISTENZA TECNICA | Tempi d'intervento per la manutenzione correttiva inferiori a 36 ore solari | Entro 12 ore solari dalla richiesta | 6 |
| | | Entro 24 ore solari dalla richiesta | 3 |
| | | Oltre le 24 ore solari dalla richiesta e comunque entro le 36 ore solari | 1 |


Le ditte che dovessero conseguire un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70, non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

La Commissione rileva che la documentazione richiesta è stata presentata.


Nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna decide di aggiornare i lavori a data da decidersi in considerazioni degli impegni dei componenti stessi.

La riunione si conclude alle ore 16.30.


Il Presidente
Dott. Alessandro Favaro



Il Componente
Dott. Gaetano Annunziata



Il Componente
Coord. Giovanni Rancan



**VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA DO
“OSSIDO NITRICO” E RELATIVI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE”**

Il giorno 26/08/2021 alle ore 12:00 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot 0020118 del 22/02/2021, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all’attribuzione del punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

Presidente: Dott. Alessandro Favaro, c/o U.O.C. di Cardiocirurgia Distretto Est- Az.Ulss 8 Berica

Componenti: Dott. Gaetano Annunziata, c/o U.O.C. di Farmacia Ospedaliera, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

Sig. Giovanni Rancan-Coordinatore Infermieristico c/o U.O.C Patologia Neonatale Distretto Est, Az.Ulss 8 Berica.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione, decide che i requisiti minimi, richiesti dal capitolato di gara, sono rispettati da parte di tutte le Ditte. Si passa alla compilazione delle schede di valutazione basandosi sulle dimostrazioni pratiche effettuate e sulla valutazione della campionatura delle Ditte:


- ❖ Linde Medica srl;
- ❖ Nippon Gases Pharma srl;
- ❖ Sapio Life srl;
- ❖ Siad Società Italiana Acetilene e Derivati Spa

I punteggi e le relative valutazioni sono riportate nella tabella allegata, facente parte integrante del presente verbale.


I componenti la Commissione, nel concordare in merito alle decisioni prese, terminano la seduta alle ore 14:00

Il presente viene trasmesso al Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica i per il seguito di competenza.

Il Presidente
Dott. Alessandro Favaro



Il Componente
Dott. Gaetano Annunziata




Il Componente
Coord. Giovanni Rancan



| CRITERIO DI VALUTAZIONE | | | punteggio massimo | Linde Medical Sri | Motivazioni | Nippon Gases PharmaSri | Motivazioni | Sapio Life Sri | Motivazione | Siad Spa | Motivazione | |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|----------------|--|----------|-------------|--|
| Caratteristiche Tecniche e funzionali delle apparecchiature e del farmaco | Flusso Ossido Nitrico con limite superiore maggiore di 40 ppm. Tale valore deve essere considerato con erogazione di Ossido Nitrico costante ed indipendente dai cambi del flusso dei gas impostati sul ventilatore | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | In caso di singolo guasto eroga una concentrazione di NO pari all'ultima impostazione. In caso di arresto della macchina non presenta un sistema di erogazione manuale di facile e rapida attivazione. | 4 | | |
| | Presenza di sistemi di sicurezza che consentano il funzionamento del sistema di somministrazione anche in caso di guasto | | 6 | 6 | | 6 | | 1 | | 6 | | |
| | Batteria ricaricabile che garantisca una durata di almeno 60 minuti in condizioni operative per pazienti neonatali | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | Durata residua della batteria con indicatore grafico | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | Ampiezza di differenti confezioni di bombole | | 2 | 1 | 1 sola bombola rientra tra i criteri richiesti dal capitolato di gara | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Presenza di apparecchiatura supplementare di back-up da presentare al bisogno | | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| | Memoria di allarmi per periodo superiore alle 72 ore | | 5 | 5 | | 5 | | 0 | Memoria di allarme non superiore alle 24 ore. Non possibile recupero storico dopo le 24 ore | 5 | 5 | |
| | Valutazione semplicità operativa* | | 20 | 11 | vedi subcriteri | 20 | | 3 | vedi subcriteri | 20 | | |
| | Descrizione dell'organizzazione logistica dell'esecuzione dell'appalto | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | Modalità di espletamento delle consegne ed assistenza Tecnica | Tempi d'intervento per la manutenzione correttiva inferiori a 36 ore solari | Entro 12 ore solari dalla richiesta | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| Entro 24 ore solari dalla richiesta | | | 3 | | | | | | | | | |
| Oltre le 24 ore solari dalla richiesta e comunque entro le 36 ore solari | | | 1 | | | | | | | | | |
| TOTALE PUNTEGGIO | | 66 | 56 | | 66 | | 39 | | 66 | | | |

[Handwritten signature]
 1

| *Valutazione semplicità operativa | | Punti | | Linde Medicale Sri | Motivazione | Nippon Gases PharmaSri | Motivazione | Sapio Lite Sri | Motivazione | Siad Spa | |
|-----------------------------------|---|-------|--|-----------------------|--|---------------------------|-------------|----------------|--|----------|--|
| Subscriberi | Praticità e facilità di carico e scarico della bombola nel proprio alloggiamento | 8 | | 4 | Il carico e scarico delle bombole risulta difficoltoso a causa della eccessiva altezza della pedana | 8 | | 1 | Montaggio e smontaggio del riduttore di pressione complicato, bisogno di attrezzatura specifica (chiave inglese) | 8 | |
| | Rapidità e intuitività di impostazioni e visualizzazione dei parametri | 10 | | 6 | Grafica poco intuitiva. Tempi lunghi di avvio della macchina con passaggi multipli. | 10 | | 1 | Non presenta sistema touch screen, grafica poco intuitiva, schermo di dimensioni ridotte. Non presente grafica del livello di NO nella bombola | 10 | |
| | sistema di somministrazione che, in caso movimentazioni, sia facilmente scorrevole e dotato di arresto efficiente | 2 | | 1 | Eccessivo ingombro, determina una maggiore difficoltà nel trasporto in caso di urgenza all'interno dell' UOC | 2 | | 1 | Eccessivo ingombro, determina una maggiore difficoltà nel trasporto in caso di urgenza all'interno dell' UOC | 2 | |



 A. Stra

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE
ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI**

“Ossido nitrico e relativi sistemi di somministrazione”

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 23 del mese di settembre alle ore 09.00 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si svolge la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla procedura di gara in oggetto, di cui alla richiesta di offerta pubblicata tramite la piattaforma Sintel con ID 132293739

Presiede la seduta il RUP dott. Giorgio Miotto, Direttore U.O.C. Provveditorato, alla presenza dei testimoni dott. Chiara Menin e dott. Mirko Rappo

Il RUP procede quindi alla lettura del verbale pervenuto in data 21.09.2021, redatto dalla Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle ditte partecipanti.

I punteggi complessivi attribuiti alle ditte offerenti, per le motivazioni riportate nel verbale allegato, sono i seguenti:

| Ditta | Punteggio qualità |
|-------------------------|--------------------------|
| Linde Medicale srl | 56/70 |
| Nippon Gases pharma srl | 66/70 |
| Sapio Life srl | 39/70 |
| Siad spa | 66/70 |

Il RUP rileva, dalla lettura del verbale della Commissione giudicatrice che, al criterio “Tempi di intervento per la manutenzione correttiva inferiori a 36 ore solari”, la Commissione Giudicatrice ha riconosciuto a tutte le ditte il punteggio massimo pari a 6 punti.

Tuttavia, il punteggio riportato nel disciplinare di gara per il suddetto criterio (art. 8 prospetto punteggi), rappresenta un mero errore materiale; infatti nel medesimo prospetto, il punteggio massimo assegnabile avrebbe dovuto essere pari a 10 (e non 6) al fine del raggiungimento dei 70 punti qualità complessivi.

Ciò premesso, il punteggio massimo per il criterio “Tempi di intervento per la manutenzione correttiva inferiori a 36 ore solari” va corretto da 6 a 10 (entro le 12 ore solari dalla richiesta). Considerato che tutte le ditte garantiscono tempi di intervento inferiore a 12 ore, a tutte le ditte va quindi riconosciuto il punteggio massimo pari a 10.

In virtù di tale correzione, i punteggi complessivi sono così rideterminati.

| Ditta | Punteggio qualità |
|-------------------------|--------------------------|
| Linde Medicale srl | 60/70 |
| Nippon Gases pharma srl | 70/70 |

| | |
|----------------|-------|
| Sapio Life srl | 43/70 |
| Siad spa | 70/70 |

Il RUP procede, quindi, all'apertura sulla piattaforma Sintel dell'offerta economica presentata dalle ditte;

La graduatoria, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:

| Graduatoria | Ditta | Prezzo offerto | Punteggio qualità | Punteggio prezzo | Punteggio finale (P+Q) |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1° | Siad spa | € 168.600,00 | 70/70 | 30/70 | 100 |
| 2° | Nippon Gases Pharma | € 181.362,00 | 70/70 | 27,89/70 | 97,89 |
| 3° | Linde Medicale srl | € 171.540,00 | 60/70 | 29,49/70 | 89,49 |
| 4° | Sapio Life srl | € 180.600,00 | 43/70 | 28,01/70 | 71,01 |

Le offerte presentate dalle ditte Siad spa, Nippon Gases Pharma e Linde Medicale risultano anormalmente basse.

Si procederà, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, ad inviare comunicazione PEC tramite la procedura SINTEL, richiedendo le relative giustificazioni economiche entro 15 gg. dal ricevimento della stessa.

La seduta ha termine alle ore 12.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott. Giorgio Miotto

F.to Giorgio Miotto

Dott.ssa Chiara Menin

F.to Chiara Menin

Dott. Mirko Rappo

F.to Mirko Rappo