

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 2121

del 26-11-2021

O G G E T T O

Assegnazione della fornitura di strumentario standard e valvolare per la Cardiochirurgia.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2380

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota prot. 45455 del 27/04/2021, agli atti, il Direttore dell'UOC di Cardiocirurgia di Vicenza ha richiesto l'acquisto di strumentario poliuso standard per la cardiocirurgia e per la chirurgia valvolare specificando che *“la richiesta nasce dalla necessità di implementare i set di base dal momento che si prevede un aumento dell'attività operatoria”*;

la base d'asta è stata fissata in € 68.000,00 iva esclusa;

come previsto dal D.Lgs. 50/2016, è stata quindi avviata la procedura di indagine di mercato mediante pubblicazione dei relativi atti sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica nonché sul portale Sintel (CIG: 8743260E63, ID SINTEL 139887730) ed entro la data ultima per la presentazione delle offerte, fissata al 21.05.2021, sono pervenute le proposte delle seguenti ditte:

- ✓ Bihos sas;
- ✓ Assomed srl;
- ✓ Croma Gio.Batta srl;
- ✓ Sanimed srl;
- ✓ Pro.med srl;
- ✓ Fermed srl;
- ✓ Waldner Technologie Medicali srl;

in data 06.06.2021 si è svolta l'apertura della busta unica contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica di ogni ditta al fine di verificarne la correttezza;

la documentazione è risultata conforme ed è stata inviata al Gruppo di esperti incaricato di effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute;

sotto il profilo economico, la graduatoria delle offerte pervenute risulta la seguente:

1. Bihos sas: € 31.836,46
2. Assomed srl: € 33.885,5
3. Croma Gio.Batta srl: € 37.002,06
4. Sanimed srl: € 38.396,35
5. Pro.med srl: € 41.856,65
6. Fermed srl: € 53.068,97
7. Waldner Technologie Medicali srl: € 61.874,36

come previsto dall'art. 7 del Disciplinare, il Gruppo di Esperti ha richiesto la presentazione della campionatura, fissando il termine di consegna al 21.07.2021;

in data 23.09.2021 il Gruppo di esperti si è riunito per la valutazione tecnico- economica, rilevando che alcune ditte hanno presentato campionatura che per forma e/o caratteristiche non corrisponde al modello richiesto;

è stato richiesto pertanto alle suddette ditte un'integrazione della campionatura con strumenti corrispondenti alle fattispecie necessarie;

in data 11.11.2021 il Gruppo di esperti si è riunito per valutare anche quanto inviato ad integrazione dalle summenzionate ditte ed ha rassegnato il verbale di valutazione tecnico-economica (che si propone di allegare alla presente) proponendo l'affidamento alla ditta Pro.med srl;

tutto ciò premesso si propone di assegnare la fornitura dello strumentario in oggetto per la Chirurgia valvolare dell'UOC di Cardiocirurgia di Vicenza alla ditta Promed srl per un importo complessivo pari ad € 41.856,65 iva esclusa;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in premessa rappresentato e di assegnare la fornitura di strumentario standard e per la chirurgia valvolare dell'UOC di Cardiocirurgia di Vicenza, alla ditta Pro.med srl per un importo complessivo pari ad € 41.856,65 iva esclusa e quindi pari ad € 51.065,113 iva inclusa;
2. di allegare al presente atto a farne parte integrante, il verbale del Gruppo di Esperti (allegato 1)
3. di dare atto che il costo complessivo di € 41.856,65 + iva al 22% pari a € 9.208,463, per un importo complessivo di € 51.065,113 sarà imputato al conto 5402000126 CDEL 21VD 2380R0;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda;

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 27-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 27-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

Vicenza, 15 novembre 2021

Oggetto: Verbale gara per la fornitura di strumenti standard per Cardiochirurgia e Chirurgia Valvolare

In data 23 settembre 2021 alle ore 15.00 si riunisce il gruppo di esperti chiamato a fare una valutazione tecnico-economica per la fornitura di strumenti standard per Cardiochirurgia e Chirurgia Valvolare.

Il gruppo è composto da:

Dott. **Nicola Lamascese**, Dirigente Medico Cardiochirurgia

Dott. **Daniele Zoni**, Dirigente Medico Cardiochirurgia

Sig.ra **Laura Zaghis**, Coord. Inf. Cardiochirurgia Terapia Intensiva e Sale Operatorie.

Sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte:

BIHOS SAS
ASSOMED SRL
CROMA GIO.BATTA SRL
SANIMED
PRO.MED SRL
FERMED SRL
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL

La commissione valuta le schede tecniche e la campionatura; tra i criteri di valutazione, oltre all'offerta economica e le performance dello strumentario c'è la corrispondenza di caratteristiche tra gli strumenti indicati nella richiesta di campionatura (codici e ditte) e quelli presentati dai concorrenti.

La commissione trae le seguenti conclusioni:

La ditta **BIHOS SAS** presenta l'offerta con il prezzo più basso.

La clamp è diversa rispetto al modello di riferimento: le branche sono più larghe e corte, è più pesante e la cremagliera è eccessivamente dura.

La forbice è la stessa per marca e codice.

Il portaaghi è più delicato rispetto al modello di riferimento, è più corto e non consente un corretto controllo dell'ago.

La pinza è più pesante e rigida rispetto al modello di riferimento, pertanto richiede sforzo maggiore nell'utilizzo.

La ditta **ASSOMED HD SRL** presenta la seconda offerta con il prezzo più basso.

La clamp rispetto al modello di riferimento è più corta, leggera e la cremagliera si apre eccessiva facilità rendendola poco sicura.

La forbice è equivalente per caratteristiche al modello di riferimento.

Il portaaghi non ha le caratteristiche richieste; il codice richiesto corrisponde ad un Ryder mentre è stato presentato un portaaghi da vasi.

La pinza è equivalente per caratteristiche al modello di riferimento.

La ditta **CROMA GIO.BATTA SRL** presenta la terza offerta con il prezzo più basso.
La clamp non corrisponde a quanto richiesto; è diversa rispetto al modello di riferimento per misure ed angolatura (15° anziché 45°).
La forbice è equivalente per caratteristiche al modello di riferimento seppure più appuntita.
Il portaaghi è eccessivamente delicato e inadatto alle necessità.
La pinza è equivalente per caratteristiche al modello di riferimento.

La ditta **SANIMED** presenta la quarta offerta con il prezzo più basso ma non consegna la campionatura, pertanto viene esclusa dalla valutazione.

La ditta **PRO.MED** presenta la quinta offerta con il prezzo più basso.
La clamp è equivalente per caratteristiche al modello di riferimento.
La forbice è equivalente per caratteristiche al modello di riferimento seppur più appuntita.
Il portaaghi è equivalente per caratteristiche e performance al modello di riferimento.
La pinza è equivalente per caratteristiche al modello di riferimento.

La ditta **FERMED SRL** presenta la sesta offerta con il prezzo più basso.
La clamp ha le branche più lunghe rispetto al modello di riferimento.
La forbice è la stessa per marca e codice.
Il portaaghi è equivalente al modello di riferimento.
La pinza è più corta rispetto al modello di riferimento.

La ditta **WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL** presenta l'offerta con il prezzo più alto.
La clamp ha le branche un po' più corte rispetto al modello di riferimento e l'apertura è indaginosa.
La forbice è eccessivamente delicata rispetto al modello di riferimento.
Il portaaghi è eccessivamente pesante rispetto al modello di riferimento.
La pinza è equivalente al modello di riferimento

Per la valutazione la commissione ha dato particolare rilevanza alla corrispondenza tra modello di riferimento e campionatura inviata, così come già anticipato al momento della richiesta di campionatura.

Diverse ditte hanno presentato campionatura che per forma e/o caratteristiche non corrispondevano al modello di riferimento, pertanto su indicazione del Servizio Approvvigionamento alle stesse è stato richiesto di integrare la campionatura con strumenti che fossero maggiormente corrispondenti ai codici indicati.

La seduta termina alle ore 16.30.

In data 11 novembre 2021 alle ore 14.30 si riunisce la commissione per valutare gli strumenti inviati dalle ditte ad integrazione di quanto inviato precedentemente come campionatura.


La ditta **BIHOS SAS** alla quale era stato evidenziato che la clamp non era corrispondente non ha presentato ulteriore campionatura.

La ditta **ASSOMED HD SRL** alla quale era stato evidenziato che il portaaghi presentato non era un Ryder ha presentato tre portaaghi Ryder ma eccessivamente delicati e quindi non corrispondenti al codice richiesto.

La ditta **CROMA GIO.BATTA SRL** alla quale era stato evidenziato che il portaaghi Ryder era eccessivamente delicato e la clamp non aveva l'angolatura richiesta, ha presentato campionatura integrativa solo del portaaghi, che è corrispondente a quanto richiesto, ma non ha presentato alcuna clamp.


La ditta **WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL** alla quale era stato evidenziato che la forbice era eccessivamente delicata ha presentato una forbice con caratteristiche sovrapponibili a quanto richiesto.

La commissione, rivalutata la campionatura, le schede tecniche e le offerte economiche propone di aggiudicare la fornitura di strumenti standard per Cardiochirurgia e Chirurgia Valvolare alla ditta **Pro.Med Srl**.



La seduta termina alle ore 15.30

I componenti del gruppo di esperti

Dott. Nicola Lamascese 

Dott. Daniele Zoni 

Sig.ra Laura Zaghis 