

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 40

del 13-1-2021

O G G E T T O

Assegnazione della fornitura di n. 50 defibrillatori DAE in fabbisogno alle UU.OO. Varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 19

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota prot. 77739 del 14.08.2020 il Gruppo aziendale per la valutazione dell'acquisizione di nuove tecnologie richiedeva, tra l'altro, l'acquisto di n. 50 Defibrillatori semiautomatici DAE da destinare alle UU.OO varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica;

in data 25.09.2020 il Gruppo Tecnico ha provveduto all'invio del capitolato tecnico;

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016 e dal "Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria", con prot. n. 95019 del 08.10.2020, veniva avviata un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura di n. 50 defibrillatori DAE avente base d'asta pari ad € 74.000,00 ed aggiudicazione al prezzo più basso previa valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta;

entro la data ultima stabilita dall'avviso, inizialmente fissata per giorno 23.10.2020, e successivamente prorogata al 30.10.2020 hanno presentato offerta le ditte e per i prezzi di seguito indicati:

Ditta	Prezzo Offerto
Iredeem spa	€ 40.650,00
Nihon Kohden Italia srl	€ 47.510,00
Stryker Italia srl	€ 49.591,50
Officina Biomedica srl	€ 55.500,00
Life Tree srl	€ 56.000,00
El.Med. Garda srl	€ 59.199,00
Zoll Medical Italia srl	€ 60.500,00
Progetti	€ 65.550,00

a seguito della verifica delle documentazione tecnica inviata dalle ditte, il gruppo di esperti chiamato a valutare gli elementi tecnici ed economici, con nota agli atti (All. 01) comunicava che *"...si ritiene che il prodotto che soddisfa in maniera ottimale le aspettative in relazione al miglior prezzo offerto è il Cardiac Sciance modello G5 proposto dalle Ditte Life Tree e El.Med.Garda. Tale sistema, inoltre, è già presente presso molte Unità Operative dei Presidi ospedalieri dell'Ulss 8 Berica, condizione che facilita e rende omogenea la formazione del personale utilizzatore, con i conseguenti vantaggi sull'organizzazione delle modalità di intervento in emergenza. Se ne richiede l'acquisizione dalla Ditta Life Tree al prezzo minore e con maggior durata della garanzia."*;

tutto ciò premesso si propone di assegnare la fornitura di n. 50 defibrillatori DAE in fabbisogno alle UU.OO. Varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla ditta Life Tree srl per un importo complessivo pari ad € 56.000,00 iva esclusa;

ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è necessario accantonare il 1% dell'importo posto a base d'asta per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS;

il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di assegnare la fornitura di n. 50 defibrillatori DAE in fabbisogno alle UU.OO. Varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla ditta Life Tree srl per un importo complessivo pari ad € 68.320,00 iva inclusa;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 68.320,00 sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 21VD0019Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "Riserve per investimenti costituite negli anni precedenti con rettifica di contributi in conto esercizio";
3. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Sig. Roberto Artuso, collaboratore tecnico presso Servizio Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il 1% dell'importo posto a base d'asta, pari ad € 740,00 deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

U.O. DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA VICENZA

Via del Parco n. 1 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA
FORNITURA DI DEFIBRILLATORI DAE IN
FABBISOGNO ALLE UOC VARIE
DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA - VERBALE
COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Alla c.a. Direttore UOC Provveditorato,
Economato e gestione della Logistica
Dr. Giorgio Miotto

Offerte economiche:

- 1) Ditta Iredeem: Philips modello Hearthstart FRX - € 40.650,00 più iva
- 2) Ditta Nihon Kohden: Nihon Kohden modello AED-3100K - € 47.510,00 più iva
- 3) Ditta Stryker: Physiocontrol modello Lifepack CR2 - € 49.951,50 più iva
- 4) Ditta Officina Biomedica: Schiller modello FRED PA-1 - € 55.500,00 più iva
- 5) Ditta Life Tree: Cardiac Science modello G5 - € 56.000,00 più iva
- 6) Ditta El.Med.Garda: Cardiac Science modello G5 - € € 59.199,00 più iva
- 7) Ditta Zoll Medical: Zoll Medical modello AED3 - € 60.500,00 più iva
- 8) Ditta Progetti: Progetti modello Rescue AED - € 65.550,00 più iva

Relazione tecnico-clinica

Dall'analisi tecnico clinica complessiva dei prodotti proposti, considerata l'offerta economica delle singole ditte concorrenti, si ritiene che il defibrillatore DAE Cardiac Sciance modello G5 sia la soluzione ottimale rispetto agli standard attesi.

Risultano strategiche le funzionalità e prestazioni principali legate all'utilizzo in emergenza a cui è destinato, tra le quali:

- modalità di accensione automatica con l'apertura del coperchio, senza utilizzo di ulteriori tasti dedicati
- autonomia funzionale garantita in modalità operativa e standby,
- capacità di erogare energia per un numero minimo di scariche garantito ad un livello di energia stabilito,
- tempi di accensione, analisi e caricamento all'energia necessaria erogabile,
- sistemi di sicurezza,
- solidità certificata per test di caduta.

Il DAE Philips modello Heartstart FRX proposto della Ditta Iredeem, offerta economicamente più vantaggiosa, presenta un tasto dedicato per l'accensione, anziché modalità di accensione automatica con il sollevamento del coperchio, e una energia massima erogabile di 150 J, che può risultare limitata in alcune procedure di emergenza. Inoltre, il passaggio tra modalità bambino e adulto deve essere effettuata con un dispositivo (chiavetta) che rende più indaginoso la procedura di emergenza.

Il DAE Nihon Kohden modello AED-3100k proposto della Ditta Nihon Kohden, seconda offerta economicamente più vantaggiosa, non garantisce la durata di 5 anni delle batterie in modalità stand-by. Inoltre, il passaggio tra modalità bambino e adulto deve essere effettuato con un tasto/comando dedicato, che rende più indaginoso la procedura di emergenza.

Il DAE Physiocontrol modello Lifepack CR2 proposto della Ditta Stryker, terza offerta economicamente più vantaggiosa, presenta criticità in ambito di numero massimo di scariche garantite a varie potenze. Sono dichiarate massimo 166 scariche a 200 J e 103 scariche a 360 J: proporzionalmente non si riesce a determinare il numero minimo di scariche garantite richiesto a 150 J. Inoltre, il passaggio tra modalità bambino e adulto deve essere effettuato con un tasto/comando dedicato, che rende più indaginoso la procedura di emergenza.

Il DAE Schiller modello Fred PA-1 proposto della Ditta Officina Biomedica, quarta offerta economicamente più vantaggiosa, presenta criticità in ambito di numero massimo di scariche garantite a varie potenze. Sono dichiarate massimo 140 scariche a 200 J: proporzionalmente non si riesce a determinare il numero minimo di scariche garantite richiesto a 150 J.

Il "tempo di accensione/caricamento a 200 J teorici minore possibile (specificare)" risulta elevato: minore di 20 secondi rispetto agli 8 o 9 secondi delle altre ditte concorrenti.

In conclusione, per le motivazioni tecniche e funzionali sopra descritte, si ritiene che il prodotto che soddisfa in maniera ottimale le aspettative in relazione al miglior prezzo offerto è il Cardiac Science modello G5 proposto dalle Ditte Life Tree e El.Med.Garda.

Tale sistema, inoltre, è già presente presso molte Unità Operative dei Presidi ospedalieri dell'Ulss 8 Berica, condizione che facilita e rende omogenea la formazione del personale utilizzatore, con i conseguenti vantaggi sull'organizzazione delle modalità di intervento in emergenza.

Se ne richiede l'acquisizione dalla Ditta Life Tree al prezzo minore e con maggior durata della garanzia.

Vicenza 09/12/2020

Dr. Massimiliano Colucci

Dr. Efrem Bonaldi

Ing. Francesco Bellato