

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 532

del 18-3-2021

## O G G E T T O

Procedura di gara per la fornitura di "Cateteri per terapia endovenosa ad inserimento periferico (PICC, Midline) ed accessori di posizionamento": aggiudicazione.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 571

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 831 del 17.06.2020 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, una procedura di gara multilotto per la fornitura di "Cateteri per terapia endovenosa ad inserimento periferico (PICC, Midline) ed accessori di posizionamento";

in data 07.07.2020, con ID 126431076, è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tale procedura aperta a tutti i fornitori iscritti, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 24 mesi, per l'importo biennale a base d'asta complessivo di € 198.020,00 IVA esclusa, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

nell'ambito di tale procedura di gara, la cui richiesta di offerta è stata pubblicata contestualmente sul sito dell'Azienda Ulss 8 Berica, sono state invitate a presentare offerta, entro il giorno 31.07.2020, termine poi prorogato su istanza di ditte interessate al 15.09.2020 (con note prot. 0071006 del 24.07.2020, 0073683 del 03.08.2020 e 0076122 del 10.08.2020), tutte le ditte registrate ed abilitate alla piattaforma SINTEL;

successivamente, con nota prot. 0076136 del 10.08.2020, sono state pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti tempestivamente pervenute ed entro il termine ultimo, è pervenuto riscontro da parte delle seguenti ditte:

- TSS Medical S.r.l.;
- Bard S.r.l.;
- Delta Med S.p.a.;
- Promed S.r.l.;
- Teleflex Medical S.r.l.;
- Ver San & Dafne m.d. S.r.l.;
- Vygion Italia S.r.l.;
- Clini-Lab S.r.l..

in data 29.09.2020, in seduta riservata (allegato 1), il Seggio di Gara ha proceduto, tramite l'utilizzo della piattaforma, a verificare la regolare presenza della documentazione amministrativa pervenuta, constatando la completezza della documentazione presentata da tutte le ditte partecipanti;

la Commissione Giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 0099167 del 20.10.2020, si è riunita in varie date, per la verifica della regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, nonché per la valutazione qualitativa e l'attribuzione dei punteggi di qualità secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara e, con nota prot. n. 16985, in data 15.02.2021 ha trasmesso al RUP il verbale relativo ai lavori svolti recante i punteggi qualità attribuiti alle varie ditte partecipanti (allegato 2), verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

successivamente, in data 25.02.2021, il Seggio di Gara si è riunito per l'apertura, in seduta riservata (come da verbale denominato allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), delle offerte economiche ed in tale sede, in via preliminare ha proceduto alla lettura del

sopracitato verbale della Commissione Giudicatrice e, in base alle valutazioni ivi contenute ed in applicazione dell'art. 9 del disciplinare di gara che prevede che *“Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a punti 42 su 70 complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara”*, il Seggio di gara ha preso atto di quanto segue in merito all'ammissione delle ditte partecipanti alla successiva fase di gara:

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Esito
1	Teleflex Medical S.r.l.	70/70	Ammessa alla successiva fase di gara

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Esito
2	Bard S.r.l.	70/70	Ammessa alla successiva fase di gara

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Esito
3	Bard S.r.l.	70/70	Ammessa alla successiva fase di gara

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Esito
4	Bard S.r.l.	70/70	Ammessa alla successiva fase di gara

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Esito
5	Vygon Italia S.r.l.	22/70	esclusa
	Delta Med S.p.a.	37/70	esclusa
	Clini-Lab S.r.l.	40/70	esclusa

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Esito
7	TSS Medical S.r.l.	40/70	esclusa
	Vygon Italia S.r.l.	40/70	esclusa
	Teleflex Medical S.r.l.	40/70	esclusa
	Promed S.r.l.	55/70	Ammessa alla successiva fase di gara
	Delta Med S.p.a.	52/70	Ammessa alla successiva fase di gara
	VerSan & Dafne S.r.l.	60/70	Ammessa alla successiva fase di gara

successivamente il Seggio di gara ha proceduto con l'apertura delle offerte economiche presentate dalla ditte ammesse e, per quanto riguarda il lotto 1, ha constatato che la ditta Teleflex Medical S.r.l. ha presentato un'offerta economica per il valore complessivo di € 4.280,00, valore superiore alla base d'asta e, pertanto, rilevato che l'art. 9 del disciplinare di gara prevede che *“L'importo totale offerto (IVA esclusa), non dovrà essere superiore all'importo totale a base d'asta (IVA esclusa), pena l'esclusione dalla gara”*, tale ditta viene esclusa dalla gara;

La graduatoria per ciascun lotto, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
2	1°	Bard S.r.l.	€ 109.000,00	70	30	100

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
3	1°	Bard S.r.l.	€ 32.760,00	70	30	100

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
4	1°	Bard S.r.l.	€ 12.900,00	70	30	100

Lotto	Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
7	1°	Delta Med S.p.a.	€ 7.800,00	52	30	82
	2°	VerSan & Dafne S.r.l.	€ 18.694,00	60	12,52	72,52
	3°	Promed S.r.l.	€ 18.200,00	55	12,86	67,86

dalla graduatoria risulta quindi l'aggiudicazione provvisoria della procedura multilotto in argomento a favore delle seguenti ditte, che nel dettaglio hanno presentato le seguenti offerte:

#### Lotto 2 – ditta Bard S.r.l.

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RdM	Nome comm.le e Ref.	Prezzo unit. (Iva escl.)	Importo di spesa (Iva escl.)
1073277	Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (Picc) a medio termine, impiantabile con accesso brachiale, a punta chiusa, monolume, 4 Fr, con valvola a tre posizioni	250	C01020101 - 1356384	Groshong* NXT ClerVue* PICC 4Fr SL, con stiletto per Sherlock 3CG* TPS, kit completo Cod./Ref. CK000516	€ 218,00	€ 54.500,00
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 4% esclusa)</b>						<b>€ 109.000,00</b>
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 4% inclusa)</b>						<b>€ 113.360,00</b>

nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 4161 del 17/02/2021 dalla Regione Veneto per tale dispositivo non è presente un prezzo di riferimento O.P.R.V.E., ma, a seguito di più ampia ricerca di mercato, si è rilevato che la quotazione proposta risulta più favorevole rispetto a quelle praticate ad altre Aziende Sanitarie oggetto di verifica, come di seguito riepilogato:

Cod. Ulss	Descrizione prodotto	Azienda Ulss	Prezzo unitario (Iva esclusa)
107/3277	Cvc Inserim Periferico 4fr 60cm Stil Kit Picc Nxt Clearvue Groshong Stiletto Sherlock 3CG	Ulss 8 Berica	€ 218,00
		ASST Garda	€ 260,00
		AO Cremona	€ 250,00
		Asl Alessandria	€ 260,00

#### Lotto 3 – ditta Bard S.r.l.

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RdM	Nome comm.le e Ref.	Prezzo unit. (Iva escl.)	Importo di spesa (Iva escl.)
-----------	-------------	---------------	-----------	---------------------	--------------------------	------------------------------

<b>1072793</b>	Catetere venoso a medio termine, periferico, impiantabile con accesso brachiale (Midline), a punta chiusa, monolume, con valvola a tre posizioni	180	C010199 - 36807/R	Catetere Groshong Midline 4F a lume singolo, 25cm Cod./Ref. 7715435CE	€ 60,00	€ 10.800,00
<b>1074855</b>	Microintroduttore	180	C010280 - 42307/R	Microintroduttore Universale 4.5Fr, 5cm Cod./Ref. 0668945CE	€ 31,00	€ 5.580,00
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 4% esclusa)</b>						<b>€ 32.760,00</b>
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 4% inclusa)</b>						<b>€ 34.070,40</b>

nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 4161 del 17/02/2021 dalla Regione Veneto per tali dispositivi non è presente un prezzo di riferimento O.P.R.V.E., ma, a seguito di più ampia ricerca di mercato, si è rilevato che le quotazioni proposte risultano in linea con quelle praticate ad altre Aziende Sanitarie oggetto di verifica, come di seguito riepilogato:

Cod. Ulss	Descrizione prodotto	Azienda Ulss	Prezzo unitario (Iva esclusa)
<b>1072793</b>	Cvc Inserimento Periferico 4fr 20cm Midline Groshong Cod 7715435CE	<b>Ulss 8 Berica</b>	<b>€ 60,00</b>
		Ulss Marca Trevigiana	€ 51,81
		Ulss Polesana	€ 55,00
		Ulss Veneto Orient.	€ 128,37
		Ulss 9 Scaligera	€ 67,59

Cod. Ulss	Descrizione prodotto	Azienda Ulss	Prezzo unitario (Iva esclusa)
<b>1074855</b>	Microintrodutt. Cat Ven Per 4,5fr Picc e Midline Cod 0668945CE	<b>Ulss 8 Berica</b>	<b>€ 31,00</b>
		Ulss 2 Marca Trevigiana	€ 44,08
		Ulss 3 Serenissima	€ 71,15

#### Lotto 4 – ditta Bard S.r.l.

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RdM	Nome comm.le e Ref.	Prezzo unit. (Iva escl.)	Importo di spesa (Iva escl.)
<b>10793582 - 93583</b>	Catetere venoso a breve termine, perif. con lungh. tra 8 e 12 cm, impiantabile con accesso brachiale power injection a punta aperta monolume, 18-22 G, con microintrod. integrato	150	C010199 - 1567489 1567489 1567493 1567498 1567495	PowerGlide* PRO Cod./Ref. 6F118080 6F118100 6F120080 6F120100 6F122080	€ 43,00	€ 6.450,00
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 22% esclusa)</b>						<b>€ 12.900,00</b>
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 22% inclusa)</b>						<b>€ 15.738,00</b>

**Lotto 7 – ditta Delta Med S.p.a.**

<b>Cod. Ulss</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fabbis. Annuo</b>	<b>CND - RdM</b>	<b>Nome comm.le e Ref.</b>	<b>Prezzo unit. (Iva escl.)</b>	<b>Importo di spesa (Iva escl.)</b>
<b>1072221</b>	Sistema di fissaggio senza sutura per catetere venoso a medio termine periferico impiantabile con accesso brachiale (Midline)	1.300	M9099 - 429844/R	cerotto epr medicazioni avanzate MD060217/AL1	€ 3,00	€ 3.900,00
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 22% esclusa)</b>						<b>€ 7.800,00</b>
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 22% inclusa)</b>						<b>€ 9.516,00</b>

si rileva che le condizioni economiche proposte risultano in generale migliorative rispetto a quelle praticate in precedenza a questa Azienda Sanitaria e determinano complessivamente, a parità di consumi, su base biennale un risparmio di circa € 17.000,00 (Iva esclusa);

si propone pertanto l'aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di "Cateteri per terapia endovenosa ad inserimento periferico (PICC, Midline) ed accessori di posizionamento" a favore delle ditte e per i prodotti sopra riepilogati, per un periodo di mesi 24, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una spesa complessiva biennale pari ad € 162.460,00 (Iva 4% e 22% esclusa);

ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA**

1. di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice e del RUP (allegati 1, 2 e 3) allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
2. di aggiudicare, a conclusione della procedura aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di "Cateteri per terapia endovenosa ad inserimento periferico (PICC, Midline) ed accessori di posizionamento" a favore delle ditte e per i lotti di seguito riepilogati per il periodo di mesi 24, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, salvo risoluzione anticipata in caso di gara regionale e/o di Area Vasta, come segue:

Lotto 2 – ditta Bard S.r.l.

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RdM	Nome comm.le e Ref.	Prezzo unit. (Iva escl.)	Importo di spesa (Iva escl.)
1073277	Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (Picc) a medio termine, impiantabile con accesso brachiale, a punta chiusa, monolume, 4 Fr, con valvola a tre posizioni	250	C010201 01 - 1356384	Groshong* NXT ClerVue* PICC 4Fr SL, con stiletto per Sherlock 3CG* TPS, kit completo Cod./Ref. CK000516	€ 218,00	€ 54.500,00
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 4% esclusa)</b>						<b>€ 109.000,00</b>
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 4% inclusa)</b>						<b>€ 113.360,00</b>

Lotto 3 – ditta Bard S.r.l.

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RdM	Nome comm.le e Ref.	Prezzo unit. (Iva escl.)	Importo di spesa (Iva escl.)
1072793	Catetere venoso a medio termine, periferico, impiantabile con accesso brachiale (Midline), a punta chiusa, monolume, con valvola a tre posizioni	180	C010199 - 36807/R	Catetere Groshong Midline 4F a lume singolo, 25cm Cod./Ref. 7715435CE	€ 60,00	€ 10.800,00
1074855	Microintroduttore	180	C010280 - 42307/R	Microintroduttore Universale 4.5Fr, 5cm Cod./Ref. 0668945CE	€ 31,00	€ 5.580,00
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 4% esclusa)</b>						<b>€ 32.760,00</b>
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 4% inclusa)</b>						<b>€ 34.070,40</b>

Lotto 4 – ditta Bard S.r.l.

Cod. Ulss	Descrizione	Fabbis. Annuo	CND - RdM	Nome comm.le e Ref.	Prezzo unit. (Iva escl.)	Importo di spesa (Iva escl.)
10793582 - 93583	Catetere venoso a breve termine, perif., lung. tra 8 e 12 cm, impiantab. con accesso brachiale power injection a punta aperta monolume, 18-22 G, con microintroduttore integrato	150	C010199 - 1567489 1567489 1567493 1567498 1567495	PowerGlide* PRO Cod./Ref. 6F118080 6F118100 6F120080 6F120100 6F122080	€ 43,00	€ 6.450,00
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 22% esclusa)</b>						<b>€ 12.900,00</b>
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 22% inclusa)</b>						<b>€ 15.738,00</b>

Lotto 7 – ditta Delta Med S.p.a.

<b>Cod. Ulss</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fabbis. Annuo</b>	<b>CND - RdM</b>	<b>Nome comm.le e Ref.</b>	<b>Prezzo unit. (Iva escl.)</b>	<b>Importo di spesa (Iva escl.)</b>
<b>1072221</b>	Sistema di fissaggio senza sutura per catetere venoso a medio termine periferico impiantabile con accesso brachiale (Midline)	1.300	M9099 - 429844/R	cerotto per medicazioni avanzate MD060217/AL1	€ 3,00	€ 3.900,00
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 22% esclusa)</b>						<b>€ 7.800,00</b>
<b>Importo complessivo di spesa biennale (Iva 22% inclusa)</b>						<b>€ 9.516,00</b>

3. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione verrà imputato, per un ammontare pari ad € 172.684,40 (Iva 4% e 22% inclusa), tra i costi sul conto 54.02.126/ECO del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2021- 2023 e ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:
  - anno 2021 € 57.561,47;
  - anno 2022 € 86.342,20;
  - anno 2023 € 28.780,73;
5. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 126431076 del 07.07.2020;
6. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto il dott. Alessandro Dacomo, Direttore dell'U.O.C. Farmacia Ospedale di Vicenza;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 il 2% dell'importo a base d'asta, pari ad € 3.960,40, deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 19-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 19-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE  
 ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "CATETERI PER TERAPIA  
 ENDOVENOSA AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC, MIDLINE) ED ACCESSORI DI  
 POSIZIONAMENTO"**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 25 del mese di febbraio alle ore 11.00 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si svolge la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla procedura di gara in oggetto, di cui alla richiesta di offerta pubblicata tramite la piattaforma Sintel con ID 126431076.

Presiede la seduta il dott. Giorgio Miotto, Direttore U.O.C. Provveditorato, alla presenza dei testimoni dott. Chiara Menin e dott. Elisa Borin.

Il Presidente procede quindi alla lettura del verbale pervenuto in data 15.02.2021, redatto dalla Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle ditte partecipanti, dal quale risultano attribuiti, per le motivazioni ivi specificate, i seguenti punteggi qualità e, considerato che l'art. 9 del disciplinare di gara prevede che "Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a punti 42 su 70 complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara", in merito all'ammissione alla successiva fase di gara, risulta quanto segue:

<b>Lotto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Punteggio qualità attribuito</b>	<b>Esito</b>
<b>Lotto 1</b>	Teleflex Medical S.r.l.	70/70	Ammessa alla successiva fase di gara

<b>Lotto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Punteggio qualità attribuito</b>	<b>Esito</b>
<b>Lotto 2</b>	Bard S.r.l.	70/70	Ammessa alla successiva fase di gara

<b>Lotto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Punteggio qualità attribuito</b>	<b>Esito</b>
<b>Lotto 3</b>	Bard S.r.l.	70/70	Ammessa alla successiva fase di gara

<b>Lotto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Punteggio qualità attribuito</b>	<b>Esito</b>
<b>Lotto 4</b>	Bard S.r.l.	70/70	Ammessa alla successiva fase di gara

<b>Lotto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Punteggio qualità attribuito</b>	<b>Esito</b>
<b>Lotto 5</b>	Vygon Italia S.r.l.	22/70	esclusa
	Delta Med S.p.a.	37/70	esclusa
	Clini-Lab S.r.l.	40/70	esclusa

<b>Lotto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Punteggio qualità attribuito</b>	<b>Esito</b>
<b>Lotto 7</b>	TSS Medical S.r.l.	40/70	esclusa
	Vygon Italia S.r.l.	40/70	esclusa
	Teleflex Medical S.r.l.	40/70	esclusa
	Promed S.r.l.	55/70	Ammessa alla successiva fase di gara
	Delta Med S.p.a.	52/70	Ammessa alla successiva fase di gara
	VerSan & Dafne S.r.l.	60/70	Ammessa alla successiva fase di gara

Il Seggio di gara procede, quindi, all'apertura sulla piattaforma Sintel delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse.

Per quanto riguarda il lotto 1, si constata che la ditta Teleflex Medical S.r.l. ha presentato un'offerta economica per il valore complessivo di € 4.280,00, valore superiore alla base d'asta e, pertanto, rilevato che l'art 9 del disciplinare di gara prevede che *"L'importo totale offerto (IVA esclusa), non dovrà essere superiore all'importo totale a base d'asta (IVA esclusa), pena l'esclusione dalla gara"*, tale ditta viene esclusa dalla gara.

La graduatoria per ciascun lotto, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:

<b>Lotto</b>	<b>Graduatoria</b>	<b>Ditta</b>	<b>Prezzo offerto</b>	<b>Punteggio qualità</b>	<b>Punteggio prezzo</b>	<b>Punteggio finale (P+Q)</b>
2	1°	Bard S.r.l.	€ 109.000,00	70/70	30/70	100

<b>Lotto</b>	<b>Graduatoria</b>	<b>Ditta</b>	<b>Prezzo offerto</b>	<b>Punteggio qualità</b>	<b>Punteggio prezzo</b>	<b>Punteggio finale (P+Q)</b>
3	1°	Bard S.r.l.	€ 32.760,00	70/70	30/70	100

<b>Lotto</b>	<b>Graduatoria</b>	<b>Ditta</b>	<b>Prezzo offerto</b>	<b>Punteggio qualità</b>	<b>Punteggio prezzo</b>	<b>Punteggio finale (P+Q)</b>
4	1°	Bard S.r.l.	€ 12.900,00	70/70	30/70	100

<b>Lotto</b>	<b>Graduatoria</b>	<b>Ditta</b>	<b>Prezzo offerto</b>	<b>Punteggio qualità</b>	<b>Punteggio prezzo</b>	<b>Punteggio finale (P+Q)</b>
7	1°	Delta Med S.p.a.	€ 7.800,00	52	30	82
	2°	VerSan & Dafne S.r.l.	€ 18.694,00	60	12,52	72,52
	3°	Promed S.r.l.	€ 18.200,00	55	12,86	67,86

Ne risulta quindi che l'aggiudicazione provvisoria va dichiarata nei confronti delle seguenti ditte:

<b>Lotto</b>	<b>Ditta</b>
1	-
2	Bard S.r.l.
3	Bard S.r.l.
4	Bard S.r.l.
5	-
6	-
7	Delta Med S.p.a.

La seduta ha termine alle ore 12,40.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Firmato Dott. Giorgio Miotto

Firmato Dott.ssa Chiara Menin

Firmato Dott.ssa Elisa Borin

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE E DEI CAMPIONI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "CATETERI PER LA TERAPIA ENDOVENOSA AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC, MEDLINE) ED ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO" - ID SINTEL 126431076**

In data 05/11/2020 alle ore 14.30, si è riunita presso la sala riunioni dell'U.O. Medicina 1 Ospedale San Bortolo – Vicenza, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di "CATETERI PER LA TERAPIA ENDOVENOSA AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC, MEDLINE) ED ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO" – ID SINTEL 126431076.

La Commissione, nominata con prot. 0099167 del 20/10/2020 risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Anna Radin – Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera Arzignano

Componenti: Dott. Stefano Checcacci Carboni – Dirigente Medico c/o U.O.C. Anestesia e Rianimazione Vicenza

Dott.ssa Elena Piana – Infermiera professionale c/o U.O.C. Medicina Generale 1 Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- TSS Medical S.r.l.;
- Bard S.r.l.;
- Delta Med S.p.A.;
- Promed S.r.l.;
- Teleflex Medical S.r.l.;
- Ver San & Dafne m.d. S.r.l.;
- Vygon Italia S.r.l.;
- Clini-Lab S.r.l.

Ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, Dott. Giorgio Miotto, le buste contenenti la documentazione tecnica prodotta da tali ditte e la campionatura, la Commissione procede all'analisi di tale documentazione per verificarne la corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato e precisato nei chiarimenti (prot.0076136 del 10/08/2020).

La documentazione presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto.

L'art. 9 del disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016 ed il Presidente, ad inizio seduta, richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato di gara:

- a) Qualità: punteggio massimo - 70/100  
 b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100

Il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito per singolo lotto, in base ai criteri ed i punti massimi specificati nell'art. 9 del disciplinare di gara.

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 42 su 70** complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

La Commissione procede quindi allo svolgimento della valutazione qualitativa, attribuendo i seguenti punteggi:

**LOTTO 1. CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA (PICC) A MEDIO TERMINE, MEDICATO, IMPIANTABILE CON ACCESSO BRACHIALE, A PUNTA APERTA, VARI LUMI**

- TELEFLEX MEDICAL S.r.l.

	<b>Caratteristiche soggette a valutazione</b>		<b>Punteggio massimo</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>N. Lotto 1</b>	<b>Kit posizionamento</b>	Ecogenicità dell'ago introduttore	0-5	<b>5</b>
		Indeformabilità del filo guida durante la manovra	0-10	<b>10</b>
		Flessibilità del filo guida	0-10	<b>10</b>
		Assenza di memoria di forma dell'introduttore	0-5	<b>5</b>
	<b>Sistema di fissaggio</b>	Facilità di applicazione	0-8	<b>8</b>
		Tenuta	0-12	<b>12</b>
	<b>Catetere</b>	Presenza di sostanze ad attività anti trombogena	0-8	<b>8</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Confezionamento</b>	ergonomicità del kit (disposizione dei vari componenti in ordine di utilizzo)	0-12	<b>12</b>
			<b>0-70</b>	<b>70</b>

**LOTTO 2 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA (PICC) A MEDIO TERMINE, IMPIANTABILE CON ACCESSO BRACHIALE, A PUNTA CHIUSA, IN SILICONE, MONOLUME, CALIBRO 4 FR, CON VALVOLA A TRE POSIZIONI**

- BARD S.r.l.

	<b>Caratteristiche soggette a valutazione</b>		<b>Punteggio massimo</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>N. Lotto 2</b>	<b>Kit posizionamento</b>	Ecogenicità dell'ago introduttore	0-6	<b>6</b>
		Indeformabilità del filo guida durante la manovra	0-14	<b>14</b>
		Flessibilità del filo guida	0-14	<b>14</b>
	<b>Sistema di fissaggio</b>	Facilità di applicazione	0-10	<b>10</b>
		Tenuta	0-10	<b>10</b>
	<b>Confezionamento</b>	ergonomicità del kit (disposizione dei vari componenti in ordine di utilizzo)	0-16	<b>16</b>
<b>TOTALE</b>			<b>0-70</b>	<b>70</b>

La Commissione interrompe quindi i lavori alle ore 17.30 e li riprende alle ore 14.30 del 22/12, per l'analisi dei rimanenti lotti:

**LOTTO 3 CATETERE VENOSO A MEDIO TERMINE, PERIFERICO, PER IL POSIZIONAMENTO DELLA PARTE TERMINALE ALL'ALTEZZA DELLA VENA ASCELLARE O DELLA VENA SUCLAVIA, IMPIANTABILE CON ACCESSO BRACHIALE (MIDLINE), A PUNTA CHIUSA, MONOLUME, IN SILICONE, CON VALVOLA A TRE POSIZIONI**

- BARD S.r.l.

	<b>Caratteristiche soggette a valutazione</b>		<b>Punteggio massimo</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>Lotto 3</b>	<b>Kit posizionamento</b>	Ecogenicità dell'ago introduttore	0-10	<b>10</b>
		Indeformabilità del filo guida durante la manovra	0-15	<b>15</b>
		Flessibilità del filo guida	0-15	<b>15</b>
		Indeformabilità del microintroduttore durante la manovra	0-10	<b>10</b>
	<b>Catetere</b>	Termoadattabilità del catetere	0-20	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>			<b>0-70</b>	<b>70</b>

**LOTTO 4 CATETERE VENOSO A BREVE TERMINE, PERIFERICO CON LUNGHEZZA TRA 8 e 12 cm, IMPIANTABILE CON ACCESSO BRACHIALE POWER INJECTION TERMOSENSIBILE A PUNTA APERTA LATEX FREE MONOLUME, 18-22 G, CON MICROINTRODUTTORE INTEGRATO**

- BARD S.r.l.

	<b>Caratteristiche soggette a valutazione</b>		<b>Punteggio massimo</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>Lotto 4</b>	<b>Kit posizionamento</b>	Praticità impugnatura	0-20	<b>20</b>
		Facilità inserimento	0-10	<b>10</b>
	<b>Catetere</b>	Morbidezza della cannula	0-20	<b>20</b>
		Presenza di sistema per identificazione catetere power injection dopo il posizionamento	0-10	<b>10</b>
		Radiopacità del catetere SI/NO	0-10	<b>10</b>
<b>TOTALE</b>			<b>0-70</b>	<b>70</b>

**LOTTO 5 CATETERE VENOSO A BREVE TERMINE, PERIFERICO CON LUNGHEZZA TRA 8 e 12 CM, IMPIANTABILE CON ACCESSO BRACHIALE POWER INJECTION A PUNTA APERTA MONOLUME DA 3 – 4 Fr**

• VYGON ITALIA S.r.l.

	Caratteristiche soggette a valutazione		Punteggio massimo	Punteggio attribuito
Lotto 5	Kit posizionamento	Ecogenicità dell'ago introduttore	0-10	<b>7</b> (discreta visione della punta dell'ago all'interno del fascio ultrasonoro)
		Indeformabilità del filo guida durante la manovra	0-10	<b>3</b> (il filo guida mantiene memoria di forma che limita la possibilità di rimuoverlo attraverso l'ago/introduttore, in caso di piega)
		Flessibilità del filo guida	0-15	<b>3</b> (risulta troppo morbido e deformabile con rischia di loop durante l'inserimento)
	Sistema di fissaggio	Facilità di applicazione	0-10	non valutabile in quanto non presente nella confezione
		Tenuta	0-10	non valutabile in quanto non presente nella confezione
	Confezionamento	ergonomicità del kit (disposizione dei vari componenti in ordine di utilizzo)	0-15	<b>9</b> (manca il tagliente e il sistema di tenuta - non disporre del tagliente comporta difficoltà di inserzione dell'introduttore, in primis per il dolore che il paziente riferisce, in secondo luogo perché si rischia di sfondare la vena con la pressione che si è costretti ad esercitare sulla cute)
<b>TOTALE</b>			<b>0-70</b>	<b>22</b>

• DELTA MED S.p.a.

	Caratteristiche soggette a valutazione		Punteggio massimo	Punteggio attribuito
Lotto 5	Kit posizionamento	Ecogenicità dell'ago introduttore	0-10	<b>7</b> (discreta visione della punta dell'ago all'interno del fascio ultrasonoro)
		Indeformabilità del filo guida durante la manovra	0-10	<b>3</b> (il filo guida mantiene memoria di forma che limita la possibilità di rimuoverlo attraverso l'ago/introduttore, in caso di piega)
		Flessibilità del filo guida	0-15	<b>3</b> (risulta troppo morbido e deformabile con rischia di loop durante l'inserimento)
	Sistema di fissaggio	Facilità di applicazione	0-10	<b>10</b>
		Tenuta	0-10	<b>2</b> (scarsa adesione alla cute dei sistemi di fissaggio)
	Confezionamento	ergonomicità del kit (disposizione dei vari componenti in ordine di utilizzo)	0-15	<b>12</b> (il kit non dispone del tagliente)
<b>TOTALE</b>			<b>0-70</b>	<b>37</b>



• CLINILAB S.r.l

	Caratteristiche soggette a valutazione		Punteggio massimo	Punteggio attribuito	
<b>Lotto 5</b>	<b>Kit posizionamento</b>	Ecogenicità dell'ago introduttore	0-10	<b>7</b> (discreta visione della punta dell'ago all'interno del fascio ultrasonoro)	
		Indeformabilità del filo guida durante la manovra	0-10	<b>3</b> (il filo guida mantiene memoria di forma che limita la possibilità di rimuoverlo attraverso l'ago/introduttore, in caso di piega)	
		Flessibilità del filo guida	0-15	<b>3</b> (risulta troppo morbido e deformabile con rischia di loop durante l'inserimento)	
	<b>Sistema di fissaggio</b>	Facilità di applicazione		0-10	<b>10</b>
		Tenuta		0-10	<b>2</b> (scarsa adesione alla cute dei sistemi di fissaggio)
	<b>Confezionamento</b>	ergonomicità del kit (disposizione dei vari componenti in ordine di utilizzo)		0-15	<b>15</b>
<b>TOTALE</b>			<b>0-70</b>	<b>40</b>	

**LOTTO 7 SISTEMA DI FISSAGGIO SENZA SUTURA PER CATETERE VENOSO A MEDIO TERMINE PERIFERICO IMPIANTABILE CON ACCESSO BRACHIALE (MIDLINE)**

• TSS Medical S.r.l.

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito
<b>Lotto 7</b>	<b>Tenuta del sistema dopo posizionamento catetere</b>	0-30	<b>20</b> (non garantiscono il fissaggio ottimale dei midline a punta aperta e dei groshong)
	<b>Facilità di posizionamento</b>	0-20	<b>15</b> (buona facilità di posizionamento)
	<b>Tenuta del sistema sulla cute</b>	0-20	<b>5</b> (scarsa adesione alla cute dei sistemi di fissaggio - i sistemi di fissaggio con struttura in velcro, sono di facile rimozione dalla cute, sia per trazione, che per condizioni di umidità della cute (sudorazione), quindi non ritenuti sicuri)
<b>TOTALE</b>		<b>0-70</b>	<b>40</b>

• VYGON ITALIA S.r.l.

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito
<b>Lotto 7</b>	<b>Tenuta del sistema dopo posizionamento catetere</b>	0-30	<b>20</b> (non garantiscono il fissaggio ottimale dei midline a punta aperta e dei groshong)
	<b>Facilità di posizionamento</b>	0-20	<b>15</b> (buona facilità di posizionamento)
	<b>Tenuta del sistema sulla cute</b>	0-20	<b>5</b> (scarsa adesione alla cute dei sistemi di fissaggio - i sistemi di fissaggio con struttura in velcro, sono di facile rimozione dalla cute, sia per trazione, che per condizioni di umidità della cute (sudorazione), quindi non ritenuti sicuri)
<b>TOTALE</b>		<b>0-70</b>	<b>40</b>

- TELEFLEX MEDICAL S.r.l.

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito
Lotto 7	Tenuta del sistema dopo posizionamento catetere	0-30	20 (non garantiscono il fissaggio ottimale dei midline a punta aperta e dei groshong)
	Facilità di posizionamento	0-20	15 (buona facilità di posizionamento)
	Tenuta del sistema sulla cute	0-20	5 (scarsa adesione alla cute dei sistemi di fissaggio - i sistemi di fissaggio con struttura in velcro, sono di facile rimozione dalla cute, sia per trazione, che per condizioni di umidità della cute (sudorazione), quindi non ritenuti sicuri)
<b>TOTALE</b>		<b>0-70</b>	<b>40</b>

- PROMED S.r.l.

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito
Lotto 7	Tenuta del sistema dopo posizionamento catetere	0-30	25 (non garantiscono il fissaggio ottimale dei midline groshong)
	Facilità di posizionamento	0-20	15 (buona facilità di posizionamento)
	Tenuta del sistema sulla cute	0-20	15 (discreta adesione alla cute dei sistemi di fissaggio)
<b>TOTALE</b>		<b>0-70</b>	<b>55</b>

- DELTAMED S.p.a.

	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito
Lotto 7	Tenuta del sistema dopo posizionamento catetere	0-30	25 (non garantiscono il fissaggio ottimale dei midline a punta aperta e dei groshong, ma il problema viene superato dalla presenza nella confezione della medicazione trasparente di copertura)
	Facilità di posizionamento	0-20	15 (buona facilità di posizionamento)
	Tenuta del sistema sulla cute	0-20	12 (sufficiente adesione alla cute dei sistemi di fissaggio, presenza di medicazione di copertura, quindi anche se in velcro rimane in posizione)
<b>TOTALE</b>		<b>0-70</b>	<b>52</b>

- VER SAN & DAFNE M.D. S.r.l.


	Caratteristiche soggette a valutazione	Punteggio massimo	Punteggio attribuito
Lotto 7	Tenuta del sistema dopo posizionamento catetere	0-30	25 (non garantiscono il fissaggio ottimale dei midline a punta aperta)
	Facilità di posizionamento	0-20	15 (buona facilità di posizionamento)
	Tenuta del sistema sulla cute	0-20	20
<b>TOTALE</b>		<b>0-70</b>	<b>60</b>

La Commissione conclude i lavori alle ore 17.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

**Dott.ssa Anna Radin**



---


I COMPONENTI

**Dott. Stefano Checcacci Carboni**



---

**Dott.ssa Elena Piana**



---



**VERBALE DELLA SEDUTA APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE IN ORDINE ALLA  
PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "CATETERI PER TERAPIA ENDOVENOSA  
AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC, MIDLINE) ED ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO"**

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 29 del mese di settembre alle ore 14.15 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si è svolta la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine alla procedura negoziata per la fornitura di "Cateteri per terapia endovenosa ad inserimento periferico (PICC, Midline) ed accessori di posizionamento " di cui alla Richiesta di Offerta ID 126431076.

Il seggio di gara è composto da:

dott. Giorgio Miotto,	Direttore U.O.C. Provveditorato in qualità di Presidente,
dott. Chiara Menin	Collaboratore Amministrativo
dott. Elisa Borin	Collaboratore Amministrativo

Preliminarmente il Seggio di gara verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro il termine previsto (entro le ore 18.00 del giorno 15.09.2020).

Il Seggio di gara verifica che sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

- TSS Medical S.r.l.;
- Bard S.r.l.;
- Delta Med S.p.a.;
- Promed S.r.l.;
- Teleflex Medical S.r.l.;
- Ver San & Dafne m.d. S.r.l.;
- Vygon Italia S.r.l.;
- Clini-Lab S.r.l..

Il seggio di gara procede:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- alla verifica della corretta apposizione della firma digitale da parte degli offerenti nei documenti presentati;
- all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" contenente la Documentazione amministrativa;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale nei documenti presentati, la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Successivamente il Seggio di gara prosegue con il download della documentazione amministrativa e successivamente all'esame della stessa per verificare la completezza documentale e la correttezza della firma digitale secondo quanto disposto all'art. 4 Modalità di partecipazione - "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – Step 1.

Al termine dell'esame della documentazione prodotta, non avendo riscontrato anomalie, si ammettono i concorrenti alla fase successiva.

La seduta ha termine alle ore 16.05.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Firmato Dott.Giorgio Miotto

Firmato Dott.ssa Chiara Menin

Firmato Dott.ssa Elisa Borin