

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 533

del 18-3-2021

## O G G E T T O

Assegnazione della fornitura di n. 2 lampade scialitiche in fabbisogno al Gruppo Operatorio del Distretto Est dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 574

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti i Direttori delle UOC di Cardiochirurgia e Chirurgia Pediatrica del P.O. San Bortolo di Vicenza hanno richiesto l'acquisto di n. 2 lampade scialitiche costituite da doppia cupola gemellare di dimensioni analoghe a quelle di una lampada principale, di cui una cupola dotata di telecamera ambientale, un terzo braccio ausiliario per l'installazione della telecamera per la ripresa ambientale, un quarto braccio con supporto per doppio monitor per bioimmagini, due monitor per bioimmagini ad alta definizione per ogni sala operatoria, predisposizione di tutti i sistemi per la trasmissione di immagini dai supporti video, comandi remoti per l'impostazione, regolazione e settaggio di tutti i parametri video e di illuminazione e predisposizione per l'interfacciamento con un sistema di integrazione di sala;

con Delibera n. 1354 del 04.09.2019 è stata disposta l'indizione della procedura di gara telematica, aperta a tutti i potenziali concorrenti, per la fornitura di n. 2 lampade da destinare alle sale operatorie di Cardiochirurgia e Chirurgia Pediatrica del P.O. San Bortolo di Vicenza, approvando contestualmente il capitolato tecnico per l'espletamento della gara in parola avente base d'asta pari ad € 140.000,00;

in data 09.09.2019 (CIG 80222645AD) è stata quindi avviata la procedura di gara ed entro la data ultima per la presentazione delle offerte, fissata al 30.09.2019, sono pervenute le proposte delle seguenti ditte:

- ✓ CS Med srl;
- ✓ Getinge Italia srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Trumpf Med Italia srl;
- ✓ Zaccanti spa

così come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, in data 17.10.2019, come risultante dal verbale agli atti (All. 01), si è svolta la seduta riservata per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa della procedura di gara in oggetto, dalla quale è risultato che tutte le ditte partecipanti hanno presentato la documentazione richiesta e pertanto il RUP ammette tutte le ditte alla fase successiva di gara le ditte:

con protocollo n. 109455 del 29.10.2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice chiamata ad effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute;

in data 11.11.2019, così come da verbale agli atti (All. 02), la Commissione Giudicatrice ha provveduto all'apertura dei plichi per la verifica della regolare presentazione della documentazione tecnica riscontrando che la documentazione presentata dagli operatori economici risulta idonea come da lettera invito ed ammettendo le ditte partecipanti alle fasi successive di gara;

in data 23.01.2020 la Commissione Giudicatrice ha fatto pervenire allo scrivente Servizio il verbale della prima seduta riservata per la verifica della documentazione tecnica (All. 03) nella quale faceva presente che *“Dalla lettura delle schede si evince che la ditta SIDEM ha offerto un prodotto non conforme ai requisiti minimi richiesti dal Disciplinare di Gara, l'apparecchiatura proposta dalla ditta SIDEM Spa non è in configurazione gemellare, in quanto le due cupole differiscono nel numero di “petali” per l'illuminazione. Inoltre, la proposta SIDEM SPA non prevede la fornitura di “Nm. 2 monitor medicali Full HD da 26” (pollici)”, come si evince nel documento “2. SCHEDE TECNICHE.pdf” a pag. 8, sezione “BRACCIO PORTA MONITOR”. A fronte di quanto sopra, non deve procedersi alla prova visione del prodotto del concorrente SIDEM, né è possibile ammettere tale ditta alla fase successiva e, pertanto, deve essere dichiarato escluso”*;

con prot. 9607 del 29.01.2020 veniva comunicata alla ditta Sidem spa l'esclusione dalla procedura di gara;

in data 12.02.2021 la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad inoltrare allo scrivente Servizio i verbali contenenti le valutazioni tecnico – qualitative ed i relativi punteggi (all. 04 e 05), assegnati sulla base dei criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara, dal quale risulta che sono stati assegnati i seguenti punteggi;

- ✓ CS Med srl punti 43,20 su 70;
- ✓ Getinge Italia srl punti 67,60 su 70;
- ✓ Trumpf Med Italia srl punti 66 su 70;
- ✓ Zaccanti spa punti 57 su 70;

visto il protrarsi della procedura di gara, mediante la funzione “comunicazione procedura” della piattaforma Sintel, è stata richiesta alle ditte partecipanti, le quali hanno riscontrato positivamente, la disponibilità alla proroga della validità delle offerte economiche presentate;

in data 25.02.2021, così come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche come di seguito riepilogate (all. 06):

- ✓ CS Med srl prezzo offerto € 109.379,96 iva esclusa;
- ✓ Getinge Italia srl prezzo offerto € 106.862,00 iva esclusa;
- ✓ Trumpf Med Italia srl prezzo offerto € 109.000,00 iva esclusa;
- ✓ Zaccanti spa prezzo offerto € 115.575,35 iva esclusa;

tramite la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel si è quindi proceduto, al calcolo della somma dei punteggi qualità e prezzo ottenuti da ogni concorrente ed alla redazione della conseguente graduatoria di gara che risulta essere la seguente:

<b>Ditta aggiudicataria</b>	<b>Punteggio Qualità</b>	<b>Punteggio Prezzo</b>	<b>Punteggio finale (P+Q)</b>
Getinge Italia srl	67,60	30	97,60

Trumpf Med Italia srl	66	29,41	95,41
Zaccanti spa	57	27,74	84,74
CS Med srl	43,20	29,31	72,51

rilevato che l'offerta prima in graduatoria è risultata anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, con prot. 21931 del 26.02.2021 è stato chiesto alla ditta Getinge Italia srl, la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo dell'offerta;

con comunicazione "Sintel" ID 135.643.543, la ditta Getinge Italia srl ha provveduto ad inviare le giustificazioni richieste sulla base delle quali il RUP ha dichiarato congrua, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, l'offerta presentata dalla ditta Getinge Italia srl (all.07);

tutto ciò premesso si propone di assegnare la fornitura di n. 2 lampade scialitiche in configurazione gemellare, dotate di sorgente luminosa a LED da destinare alle sale operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Pediatrica del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Getinge Italia srl per un importo complessivo pari ad € 106.862,00 iva esclusa:

ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è necessario accantonare il 2% dell'importo posto a base d'asta per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di assegnare la fornitura di n. 2 lampade scialitiche in configurazione gemellare, dotate di sorgente luminosa a LED da destinare alle sale operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Pediatrica del P.O. San Bortolo di Vicenza, alla ditta Getinge Italia srl per un importo complessivo pari ad € 106.862,00 iva esclusa e quindi pari ad € 130.371,64 iva inclusa così suddiviso:

2. di approvare il verbale di apertura delle buste amministrative (all.01), il verbale di apertura delle buste Tecniche (all.02), il verbale della Commissione giudicatrice (all. 03, 04 e 05), il verbale di apertura delle buste economiche (all.06) ed il verbale di verifica dell'offerta anomala (All. 07) allegati al presente provvedimento di cui ne fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 130.371,64 sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 20VD0574Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "Fondi propri da rettifiche FSR";
4. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale;
5. di nominare Assistente DEC il Coordinatore Infermieristico dell'UOC di Cardiocirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza Sig. Renato Tonello;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il 2% dell'importo posto a base d'asta, pari ad € 2.800,00 deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS.
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 19-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 19-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

### VERBALE DEL 17.10.2019

**SEDUTA RISERVATA PER L'APERUTRA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN ORDINE PROCEDURA GARA FORNITURA DI N. 2 LAMPADIE SCIALITICHE IN CONFIGURAZIONE GEMELLARE, DOTATE DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD**

L'anno 2019, addì 17 del mese di ottobre alle ore 11:50 in Vicenza, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica si svolge, così come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, la seduta riservata per l'apertura delle buste n. 1 contenenti la documentazione amministrativa relativa alla gara in epigrafe, espletata tramite piattaforma "SINTEL".

Presiede la seduta il Dott. Giorgio Miotto, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, sono presenti il Dott. Francesco Trunfio ed il Sig. Roberto Carollo, della medesima UOC, in qualità di testimoni.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente prende atto che entro il termine di ricezione delle offerte prescritto negli atti di gara e fissato per il giorno 15 ottobre alle ore 15:00, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- ✓ CS Med srl;
- ✓ Getinge Italia srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Trumpf Med Italia srl;
- ✓ Zaccanti spa

Il presidente procede all'apertura della busta amministrativa e constata che tutti gli operatori hanno presentato la documentazione richiesta dall'Avviso di gara.

Si precisa che la ditta Zaccanti spa ha provveduto a presentare una polizza fideiussoria per l'importo di € 1.380,00 anziché di € 1.400,00 come precisato nel chiarimenti prot. n. 96840 del 26.09.2019. Tuttavia, vista l'esiguità dell'importo (€ 20,00) e in ragione della celerità e del buon andamento dell'azione amministrativa non si ritiene, ai fini dell'ammissione, necessario esperire il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente propone, pertanto, che le ditte:

- ✓ CS Med srl;
- ✓ Getinge Italia srl;

- ✓ Sidem spa;
- ✓ Trumpf Med Italia srl;
- ✓ Zaccanti spa

vengano ammesse alla fase successiva di gara.

La seduta è tolta alle ore 12:22

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Presidente  
Dott. Giorgio Miotto

Il Testimone  
Dott. Francesco Trunfio

Il Testimone  
Sig. Roberto Carollo

---



**VERBALE DEL 11.11.2019**

**SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APERTURA DEI PLICHI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARE PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN ORDINE ALLA PROCEDURA GARA FORNITURA DI N. 2 LAMPADINE SCIALITICHE IN CONFIGURAZIONE GEMELLARE, DOTATE DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD**

In data 11.11.2019 alle ore 11:20 si è riunita presso gli uffici della Direzione Medica Ospedaliera del Distretto Est dell'U.L.SS. n. 8 Berica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di N. 2 Lampadine scialitiche in configurazione gemellare, dotate di sorgente luminosa a led da destinare al Gruppo Operatorio del Distretto Est dell'Azienda Ulss n. 8 Berica. ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD

La commissione, nominata con prot. 109455 del 29.10.2019 risulta così composta:

**Presidente:** Dott.ssa Anna Carla Modenese  
Dirigente Medico presso DMO – Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

**Componenti:** Ing. Francesco Bellato  
U.O.S. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Sig. Renato Tonello  
Coord. Infermieristico S.O. Cardiocirurgia Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il presidente comunica che, in esito alla prima seduta riservata di gara, tenutasi in data 17.09.2019 presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica del Distretto Est dell'U.L.SS. n. 8 Berica, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dalla ditte offerenti a corredo dell'offerta, sono stati ammessi al prosieguo della gara le ditte:

- ✓ CS Med srl;
- ✓ Getinge Italia srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Trumpf Med Italia srl;
- ✓ Zaccanti spa

Così come risultante dal verbale agli atti presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

La Commissione, preliminarmente, procede alla lettura della documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare laddove dispone che la stessa accederà, *“per lo svolgimento delle loro funzioni alla piattaforma Sintel con le credenziali del RUP o di un suo delegato”*.

La Commissione, pertanto, accede in Sintel con le credenziali del personale in servizio presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e procede all'apertura della "busta telematica" contenente la Documentazione Tecnica.

La Commissione procede a riscontrare la presenza di tutte le buste 2 "Documentazione Tecnica" degli operatori economici e accerta la presenza della documentazione richiesta all'art. 2 Modalità di presentazione dell'offerta – "STEP 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA".

Il Presidente della Commissione dà atto che la documentazione tecnica presentata dalle ditte risulta idonea come dalla lettera d'invito, pertanto le suddette ditte vengono ammesse alle successive fasi di gara.

Nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna la commissione decide di aggiornare i lavori a data da decidersi in considerazioni degli impegni dei componenti stessi.

La seduta ha termine alle ore 12:10

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Anna Carla Modenese

---

I COMPONENTI

Ing. Francesco Bellato

---

Sig. Renato Tonello

---

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Francesco Trunfio

---

**VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CAPIONATURA IN ORDINE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 LAMPADE SCIALITICHE IN CONFIGURAZIONE GEMELLARE, DOTATE DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL DISTRETTO EST DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD**

In data 20.01.2020 alle ore 9:00 si è riunita presso gli uffici della DMO del Distretto Est dell’U.L.SS. n. 8 Berica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di 2 Lampade scialitiche in configurazione gemellare, dotate di sorgente luminosa a led da destinare al Gruppo Operatorio del Distretto Est dell’Azienda Ulss n. 8 Berica. ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD

La commissione, nominata con prot. 109455 del 29.10.2019 risulta così composta:

**Presidente:** Dott.ssa Anna Carla Modenese  
Dirigente Medico presso DMO – Distretto Est dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

**Componenti:** Ing. Francesco Bellato  
U.O.S. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale Distretto Est dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Sig. Renato Tonello  
Coord. Infermieristico S.O. Cardiocirurgia Distretto Est dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gare le seguenti ditte:

- ✓ CS Med srl;
- ✓ Getinge Italia srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Trumpf Med Italia srl;
- ✓ Zaccanti spa

La Commissione riceve dal Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la documentazione tecnica prodotta dalle ditte tramite la piattaforma Sintel e, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte, procede all’analisi delle schede tecniche.

Dalla lettura delle schede si evince che la ditta SIDEM ha offerto un prodotto non conforme ai requisiti minimi richiesti dal Disciplinare di Gara, l’apparecchiatura proposta dalla ditta SIDEM Spa non è in configurazione gemellare, in quanto le due cupole differiscono nel numero di “petali” per l’illuminazione. Inoltre, la proposta SIDME SPA non prevede la fornitura di “Nm. 2 monitor medicali Full HD da 26” (pollici)”, come si evince nel documento “2. SCHEDE TECNICHE.pdf” a pag. 8, sezione “BRACCIO PORTA MONITOR”

A fronte di quanto sopra, non deve procedersi alla prova visione del prodotto del concorrente SIDEM, né è possibile ammettere tale ditta alla fase successiva e, pertanto, deve essere dichiarato escluso.

La seduta ha termine alle ore 11:00

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Anna Carla Modenese

---

I COMPONENTI

Ing. Francesco Bellato

---

Sig. Renato Tonello

---

**VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CAPIONATURA IN ORDINE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 LAMPADIE SCIALITICHE IN CONFIGURAZIONE GEMELLARE, DOTATE DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD**

In data 02/09/2020 alle ore 11:00 si è riunita presso gli uffici della DMO del Distretto Est dell'U.L.SS. n. 8 Berica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di 2 Lampade scialitiche in configurazione gemellare, dotate di sorgente luminosa a led da destinare al Gruppo Operatorio del Distretto Est dell'Azienda Ulss n. 8 Berica. ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD

La commissione, nominata con prot. 109455 del 29.10.2019 risulta così composta:

**Presidente:** Dott.ssa Anna Carla Modenese  
Dirigente Medico presso DMO – Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

**Componenti:** Ing. Francesco Bellato  
U.O.S. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Sig. Renato Tonello  
Coord. Infermieristico S.O. Cardiocirurgia Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gare le seguenti ditte:

- ✓ CS Med srl;
- ✓ Getinge Italia srl;
- ✓ Trumpf Med Italia srl;
- ✓ Zaccanti spa

Dalla documentazione tecnica presi in analisi e dalle campionature eseguite presso il Gruppo operatorio dell'Ospedale di Vicenza, la Commissione procede con l'analisi della documentazione tecnica e delle informazioni recepite in fase di campionatura.

Nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna decide di aggiornare i lavori a data da decidersi in considerazione degli impegni dei componenti stessi

La seduta ha termine alle ore 13:00

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Anna Carla Modenese

---

I COMPONENTI

Ing. Francesco Bellato

---

Sig. Renato Tonello

---

**VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CAPIONATURA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARE PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN ORDINE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 LAMPADIE SCIALITICHE IN CONFIGURAZIONE GEMELLARE, DOTATE DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD.**

In data 10/02/2021 alle ore 11:00 si è riunita presso gli uffici della DMO del Distretto Est dell'U.L.SS. n. 8 Berica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura n. 2 Lampade Scialitiche in configurazione gemellare, dotate di sorgente luminosa a LED da destinare al Gruppo Operatorio del Distretto Est dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD

La commissione, nominata con prot. 109455 del 29.10.2019 risulta così composta:

**Presidente:** Dott.ssa Anna Carla Modenese  
Dirigente Medico presso UO Direzione Medica = Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

**Componenti:** Sig. Renato Tonello  
Coordinatore Sala Operatoria Cardiocirurgia di Cardiocirurgia di Vicenza –  
Distretto Ovest dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Ing. Francesco Bellato  
U.O.S. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale Distretto Est  
dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- ✓ CS MED srl;
- ✓ GETINGE Italia srl;
- ✓ Trumpf Med Italia S.r.l.;
- ✓ Zaccanti S.p.a.

Ricevuta dal Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la documentazione prodotta dalle ditte, la Commissione inizia la valutazione della documentazione tecnica presentata dalla ditta

- ✓ CS MED srl;
- ✓ GETINGE Italia srl;
- ✓ Trumpf Med Italia S.r.l.;
- ✓ Zaccanti S.p.a.

**Responsabile del Procedimento:** dott. Giorgio Miotto  
**Referente procedura:** Dott. Francesco Trunfio  
Tel. 0444-75.7120 Fax 0444-75.3407  
e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it



Si procede con l'attribuzione dei punteggi delle singole ditte partecipanti.

**Ditta CS Med**

**Criterio: Configurazione, monitor, telecamere - massimo 19 punti**

- Sub-criterio 1: *Qualità immagine monitor - massimo 5 punti*  
Si assegnano 5 punti.
- Sub-criterio 2: *Qualità immagini telecamera (zoom, antisfarfallio, messa a fuoco) - massimo 6 punti*  
La telecamera sul braccio ha una risoluzione massima di 1080i.  
Si assegnano 3 punti.
- Sub-criterio 3: *Possibilità di registrazioni immagini e foto - massimo 2 punti*  
Elemento non presente.  
Si assegnano 0 punti.
- Sub-criterio 4: *Trasmissione immagini telecamera (via cavo vs wireless) - massimo 3 punti*  
Si assegnano 3 punti.
- Sub-criterio 5: *Controllo telecamere dal campo operatorio - massimo 3 punti*  
Il comando della telecamera è eseguibile tramite un telecomando wireless, difficilmente utilizzabile nel campo operatorio  
Si assegnano 0 punti.

**Criterio: Specifiche generali e movimentazione - massimo 17 punti**

- Sub-criterio 1: *Movimentazione e rotazione braccia e cupole (agevolezza) - massimo 5 punti*  
La soluzione proposta presenta attacchi ausiliari indipendenti dal piantone dei bracci centrali, utili in caso di implementazione di ulteriori bracci accessori, ma non del tutto funzionali nel caso di una installazione già completa come l'oggetto di gara. Si ritiene sufficiente l'ergonomia e la movimentazione dei corpi lampada e delle cupole.  
Si assegnano 3 punti.
- Sub-criterio 2: *Ampiezza angolo di rotazione braccia - massimo 5 punti*  
Si assegnano 5 punti.
- Sub-criterio 3: *Ampiezza movimento verticale braccia (in particolare quelli supportanti monitor e telecamera) - massimo 5 punti.*  
L'escursione braccio monitor è di 81 cm, range inferiore tra tutti i prodotti proposti.  
L'escursione braccio telecamera è di 100 cm, range inferiore tra tutti i prodotti proposti.  
Si assegnano 1 punto.
- Sub-criterio 4: *Manipoli di movimentazione lampade sterilizzabili (anche per telecamera coassiale al corpo lampada) - massimo 2 punti*  
Si assegnano 2 punti.

**Criterio: Specifiche illuminazione e controllo parametri - massimo 28 punti**

- Sub-criterio 1: *Consumi dei singoli corpi lampada - massimo 2 punti*  
Il consumo medio dichiarato è di 100W, il secondo maggiore tra tutte le proposte.  
Si assegnano 1,2 punti.
- Sub-criterio 2: *Durata stimata della vita utile del LED (min. 40.000 ore) - massimo 2 punti*  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 3: *Qualità illuminazione: - massimo 5 punti*  
L'intensità di illuminazione massima è di 160 Klux, con un indice Ra di 96 con tolleranza del 10%. Il range di regolazione della temperatura del colore va da 3500° a 5000° K, e le specifiche costruttive non prevedono la dotazione di led bianchi uniformi. Vengono descritti 5 step regolazione colore 3750, 4000, 4250, 4500, 4750K, non dettagliati come il range proposto fino a 5000°K.  
Si assegnano 3 punti.





- Sub-criterio 4: *Possibilità di ridurre l'illuminazione durante procedure endoscopiche - massimo 3 punti*  
La luce endoscopica non è di tipo dedicato, ma si abbassa l'intensità della luce operativa. In tale modalità si spengono i LED esterni e restano accesi solo quelli centrali, che in caso di installazione della telecamera vengono sacrificati per motivi costruttivi.  
Si assegnano 1 punti.
- Sub-criterio 5: *Regolazione spot luminoso con manipolo sterile - massimo 3 punti*  
Tale funzionalità è di tipo meccanico  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 6: *Dispositivo di messa a fuoco automatica (efficacia) - massimo 4 punti*  
Dispositivo non presente  
Si assegnano 0 punti.
- Sub-criterio 7: *Modalità e tempistiche preimpostazione - massimo 3 punti*  
Specifiche non descritte  
Si assegnano 0 punti.
- Sub-criterio 8: *Praticità utilizzo dei comandi funzionali sui corpi lampada di entrambe le unità - massimo 4 punti*  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 9: *Comando funzionale remoto lampade - massimo 3 punti*  
Disponibilità di solo comando a parete  
Si assegnano 2 punti.

**Criterio: Estensione garanzia - massimo 6 punti**

- *2 punti per ogni 12 mesi di garanzia ulteriore offerta per un massimo di 36 mesi*  
Si assegnano 6 punti.

Totale punteggio CS-Med: 43,2 su 70

**Ditta Getinge**

**Criterio: Configurazione, monitor, telecamere - massimo 19 punti**

- Sub-criterio 1: *Qualità immagine monitor - massimo 5 punti*  
Si assegnano 5 punti.
- Sub-criterio 2: *Qualità immagini telecamera (zoom, antisfarfallio, messa a fuoco) - massimo 6 punti*  
Si assegnano 6 punti.
- Sub-criterio 3: *Possibilità di registrazioni immagini e foto - massimo 2 punti*  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 4: *Trasmissione immagini telecamera (via cavo vs wireless) - massimo 3 punti*  
Si assegnano 3 punti.
- Sub-criterio 5: *Controllo telecamere dal campo operatorio - massimo 3 punti*  
Si assegnano 3 punti.

**Criterio: Specifiche generali e movimentazione - massimo 17 punti**

- Sub-criterio 1: *Movimentazione e rotazione braccia e cupole (agevolezza) - massimo 5 punti*  
Gli attacchi ausiliari indipendenti dal piantone dei bracci centrali. Ottima ergonomia e movimentazione, anche grazie al tipo di aggancio a soffitto (Satelite), che permette di modificare o implementare altri bracci in tempi molto brevi, evitando fermi sala, e limitando l'ingombro in altezza. La forma delle lampade permette configurazioni ad "incastro" per le situazioni più difficili. Risulta comoda la maniglia per la movimentazione della lampada.

Si assegnano 5 punti.

- Sub-criterio 2: *Ampiezza angolo di rotazione braccia - massimo 5 punti*

Si assegnano 5 punti.

- Sub-criterio 3: *Ampiezza movimento verticale braccia (in particolare quelli supportanti monitor e telecamera) - massimo 5 punti*

L'escursione braccio monitor è di 106 cm, range maggiore tra tutti i prodotti proposti

L'escursione braccio telecamera è di 119 cm, range maggiore tra tutti i prodotti proposti

Si assegnano 5 punti.

- Sub-criterio 4: *Manipoli di movimentazione lampade sterilizzabili (anche per telecamera coassiale al corpo lampada) - massimo 2 punti*

Si assegnano 2 punti.

#### **Criterio: Specifiche illuminazione e controllo parametri - massimo 28 punti**

- Sub-criterio 1: *Consumi dei singoli corpi lampada - massimo 2 punti*

Il consumo medio dichiarato è di 90W, il secondo minore tra tutte le proposte

Si assegnano 1,6 punti.

- Sub-criterio 2: *Durata stimata della vita utile del LED (min. 40.000 ore) - massimo 2 punti*

Si assegnano 2 punti.

- Sub-criterio 3: *Qualità illuminazione: - massimo 5 punti*

Presenza di LED bianchi ad elevata qualità, con intensità massima di 160 Klux e indice Ra di 95. Il range della temperatura di colore è ampio, da 3900 a 5100°K, regolabile in 3 step.

Si assegnano 5 punti.

- Sub-criterio 4: *Possibilità di ridurre l'illuminazione durante procedure endoscopiche - massimo 3 punti*

Dedicata, regolabile in 5 livelli di luce verde con LED dedicati.

Si assegnano 3 punti.

- Sub-criterio 5: *Regolazione spot luminoso con manipolo sterile - massimo 3 punti*

Si assegnano 3 punti.

- Sub-criterio 6: *Dispositivo di messa a fuoco automatica (efficacia) - massimo 4 punti*

Sistema efficace con tecnologia costruttiva dedicata che non necessita di un sistema in modalità autofocus.

Si assegnano 3 punti.

- Sub-criterio 7: *Modalità e tempistiche preimpostaggio - massimo 2 punti*

Fino a 6 pre-impostaggi rapidi

Si assegnano 2 punti.

- Sub-criterio 8: *Praticità utilizzo dei comandi funzionali sui corpi lampada di entrambe le unità - massimo 4 punti*

Si assegnano 4 punti.

- Sub-criterio 9: *Comando funzionale remoto lampade - massimo 3 punti*

Disponibilità di solo comando a parete

Si assegnano 2 punti.

#### **Criterio: Estensione garanzia - massimo 6 punti**

- *2 punti per ogni 12 mesi di garanzia ulteriore offerta per un massimo di 36 mesi*

Si assegnano 6 punti.

Totale punteggio Getinge: 67,6 su 70



## Ditta Trumpf

### **Criterio: Configurazione, monitor, telecamere - massimo 19 punti**

- Sub-criterio 1: *Qualità immagine monitor - massimo 5 punti*  
Si assegnano 5 punti.
- Sub-criterio 2: *Qualità immagini telecamera (zoom, antisfarfallio, messa a fuoco) - massimo 6 punti*  
La telecamera sul braccio ha una risoluzione in 4K.  
Si assegnano 6 punti.
- Sub-criterio 3: *Possibilità di registrazioni immagini e foto - massimo 2 punti*  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 4: *Trasmissione immagini telecamera (via cavo vs wireless) - massimo 3 punti*  
Si assegnano 3 punti.
- Sub-criterio 5: *Controllo telecamere dal campo operatorio - massimo 3 punti*  
Si assegnano 3 punti.

### **Criterio: Specifiche generali e movimentazione - massimo 17 punti**

- Sub-criterio 1: *Movimentazione e rotazione braccia e cupole (agevolezza) - massimo 5 punti*  
L'installazione in modalità con unico piantone per tutti i bracci, rende svincolati nel miglior modo possibile tutti i movimenti senza interferenza tra elementi. Buona l'ergonomia. L'altezza occupata dal sistema è maggiore rispetto alle altre ditte, ciò comporta maggior ingombro, e tempi più lunghi per eventuali modifiche e implementazioni future, con possibili fermi sala. La lampada priva di maniglie laterali per la movimentazione, a discapito della semplicità di movimentazione e spostamento.  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 2: *Ampiezza angolo di rotazione braccia - massimo 5 punti*  
Si assegnano 5 punti.
- Sub-criterio 3: *Ampiezza movimento verticale braccia (in particolare quelli supportanti monitor e telecamera) - massimo 5 punti*  
L'escursione braccio monitor è di 90,4 cm, secondo range inferiore tra tutti i prodotti proposti  
L'escursione braccio telecamera è di 117 cm, secondo range maggiore tra tutti i prodotti proposti  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 4: *Manipoli di movimentazione lampade sterilizzabili (anche per telecamera coassiale al corpo lampada) - massimo 2 punti*  
Si assegnano 2 punti.

### **Criterio: Specifiche illuminazione e controllo parametri - massimo 28 punti**

- Sub-criterio 1: *Consumi dei singoli corpi lampada - massimo 2 punti*  
Il consumo medio dichiarato è < 80W, il minore tra tutte le proposte  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 2: *Durata stimata della vita utile del LED (min. 40.000 ore) - massimo 2 punti*  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 3: *Qualità illuminazione: - massimo 5 punti*  
La dotazione di LED bianchi ad elevata qualità non è uniforme, con intensità massima di 160 Klux e indice Ra di 97. Il range della temperatura di colore è ampio, da 3500 a 5000°K, regolabile in 4 step.  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 4: *Possibilità di ridurre l'illuminazione durante procedure endoscopiche - massimo 3 punti*  
La luce endoscopica non è di tipo dedicato, ma si abbassa l'intensità della luce operativa al 5%, non utilizzando LED dedicati  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 5: *Regolazione spot luminoso con manipolo sterile - massimo 3 punti*  
Si assegnano 3 punti.



- Sub-criterio 6: *Dispositivo di messa a fuoco automatica (efficacia) - massimo 4 punti*  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 7: *Modalità e tempistiche presettaggio - massimo 3 punti*  
In fase di installazione, non programmabile  
Si assegnano 1 punto.
- Sub-criterio 8: *Praticità utilizzo dei comandi funzionali sui corpi lampada di entrambe le unità - massimo 4 punti*  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 9: *Comando funzionale remoto lampade - massimo 3 punti*  
Disponibilità di comando portatile (tablet)  
Si assegnano 3 punti.

**Criterio: Estensione garanzia - massimo 6 punti**

- *2 punti per ogni 12 mesi di garanzia ulteriore offerta per un massimo di 36 mesi*  
Si assegnano 6 punti.

Totale punteggio Trumpf: 66,0 su 70

**Ditta Zaccanti**

**Criterio: Configurazione, monitor, telecamere - massimo 19 punti**

- Sub-criterio 1: *Qualità immagine monitor - massimo 5 punti*  
La risoluzione dei monitor è di 1920x1080: durante la prova è stato evidenziato un evidente sfarfallio delle immagini.  
Si assegnano 3 punti.
- Sub-criterio 2: *Qualità immagini telecamera (zoom, antisfarfallio, messa a fuoco) - massimo 6 punti*  
La telecamera su manopola e sul braccio ha una risoluzione in FullHD: non è evidente l'efficacia dell'antisfarfallio.  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 3: *Possibilità di registrazioni immagini e foto - massimo 2 punti*  
Elemento non presente.  
Si assegnano 0 punti.
- Sub-criterio 4: *Trasmissione immagini telecamera (via cavo vs wireless) - massimo 3 punti*  
Si assegnano 3 punti.
- Sub-criterio 5: *Controllo telecamere dal campo operatorio - massimo 3 punti*  
I controlli da bordo lampada sono i seguenti per la rotazione e lo zoom  
Si assegnano 2 punti.

**Criterio: Specifiche generali e movimentazione - massimo 17 punti**

- Sub-criterio 1: *Movimentazione e rotazione braccia e cupole (agevolezza) - massimo 5 punti*  
Installazione su unico piantone per tutti i bracci, per una rotazione degli elementi che compongono il sistema più libera. Buona l'ergonomia. L'altezza occupata dal sistema è maggiore rispetto alle altre ditte, ciò comporta maggior ingombro, e tempi più lunghi per eventuali modifiche e implementazioni future.  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 2: *Ampiezza angolo di rotazione braccia - massimo 5 punti*  
Si assegnano 5 punti.
- Sub-criterio 3: *Ampiezza movimento verticale braccia (in particolare quelli supportanti monitor e telecamera) - massimo 5 punti*



L'escursione braccio monitor è di 106 cm, range maggiore tra tutti i prodotti proposti  
L'escursione braccio telecamera è di 117 cm, secondo range minore tra tutti i prodotti proposti  
Si assegnano 4 punti.

- Sub-criterio 4: *Manipoli di movimentazione lampade sterilizzabili (anche per telecamera coassiale al corpo lampada) - massimo 2 punti*  
Si assegnano 2 punti.

**Criterio: Specifiche illuminazione e controllo parametri - massimo 28 punti**

- Sub-criterio 1: *Consumi dei singoli corpi lampada - massimo 2 punti*  
Il consumo medio dichiarato è 130W, il maggiore tra tutte le proposte  
Si assegnano 1 punto.
- Sub-criterio 2: *Durata stimata della vita utile del LED (min. 40.000 ore) - massimo 2 punti*  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 3: *Qualità illuminazione: - massimo 5 punti*  
La dotazione è di LED bianchi, con intensità massima di 160 Klux e indice Ra di 99. Il range della temperatura di colore è ampio, da 3000 a 5500°K, regolabile in continuo.  
Si assegnano 5 punti.
- Sub-criterio 4: *Possibilità di ridurre l'illuminazione durante procedure endoscopiche - massimo 3 punti*  
La luce endoscopica non è di tipo dedicato, ma si abbassa l'intensità della luce operativa, non utilizzando LED dedicati  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 5: *Regolazione spot luminoso con manipolo sterile - massimo 3 punti*  
Sistema elettronico automatico di focalizzazione costante  
Si assegnano 2 punti.
- Sub-criterio 6: *Dispositivo di messa a fuoco automatica (efficacia) - massimo 4 punti*  
Sistema efficace con tecnologia costruttiva dedicata che non necessita di un sistema in modalità autofocus.  
Si assegnano 3 punti.
- Sub-criterio 7: *Modalità e tempistiche preimpostaggio - massimo 3 punti*  
Possibile richiamare una regolazione di default pre-impostata.  
Si assegnano 1 punto.
- Sub-criterio 8: *Praticità utilizzo dei comandi funzionali sui corpi lampada di entrambe le unità - massimo 4 punti*  
Si assegnano 4 punti.
- Sub-criterio 9: *Comando funzionale remoto lampade - massimo 3 punti*  
Disponibilità di comando portatile (tablet).  
Si assegnano 3 punti.

**Criterio: Estensione garanzia - massimo 6 punti**

- *2 punti per ogni 12 mesi di garanzia ulteriore offerta per un massimo di 36 mesi*  
Si assegnano 6 punti.

Totale punteggio Zaccanti: 57,0 su 70

**Riepilogo punteggi**

Ditta CS MED: punti 43,20 su 70.  
Ditta GETINGE: punti 67,60 su 70.  
Ditta TRUMPF: punti 66,00 su 70.  
Ditta ZACCANTI: punti 57,00 su 70.



La seduta ha termine alle ore 13:00

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

Dott.ssa Anna Carla Modenese




I COMPONENTI

Sig. Renato Tonello



Ing. Francesco Bellato



**VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE IN ORDINE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 LAMPADE SCIALITICHE IN CONFIGURAZIONE GEMELLARE, DOTATE DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 25 del mese di febbraio alle ore 11:05 in Vicenza, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica si svolge, così come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla gara in oggetto, di cui alla richiesta di offerta, pubblicata tramite la piattaforma SINTEL, ID 114867433.

Presiede la seduta il Dott. Giorgio Miotto, RUP della procedura nonché Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, alla presenza dei testimoni Dott. Francesco Trunfio e Dott.ssa Anna Zanon

Il RUP procede quindi alla lettura del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle Ditte, con i seguenti punteggi qualità:

<b>Ditta</b>	<b>Punteggio qualità</b>
CS Med srl	43,20
Getinge Italia srl	67,60
Trumpf Med Italia srl	66
Zaccanti spa	57

Il seggio di gara procede quindi i lavori inserendo nella piattaforma Sintel i punteggi assegnati alle offerte tecniche.

Il seggio di gara procede a riscontrare la presenza delle buste 3 "offerta economica" presentate dai seguenti concorrenti:

- ✓ CS Med srl;
- ✓ Getinge Italia srl;
- ✓ Trumpf Med Italia srl;
- ✓ Zaccanti spa;

nonché ad effettuare il download della documentazione d'offerta ivi contenuta.

Il Seggio di gara procede quindi all'apertura, sulla piattaforma Sintel, delle offerte economiche che vengono di seguito riepilogate:

<b>Ditta</b>	<b>Prezzo offerto</b>
CS Med srl	€ 109.379,96
Getinge Italia srl	€ 106.862,00
Trumpf Med Italia srl	€ 109.000,00

Zaccanti spa	€ 115.575,35
--------------	--------------

Alle suddette offerte economiche, sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gare ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati i seguenti punteggi:

- ✓ CS Med srl punti 29,31 su 30 punti;
- ✓ Getinge Italia srl punti 30 su 30 punti;
- ✓ Trumpf Med Italia srl punti 29,41 su 30 punti;
- ✓ Zaccanti spa punti 27,74 su 30 punti;

Tramite la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel si procede, quindi, al calcolo della somma dei punteggi qualità e prezzo ottenuti da ogni concorrente, ed alla redazione della conseguente graduatoria di gara che risulta essere la seguente:

<b>Ditta aggiudicataria</b>	<b>Punteggio Qualità</b>	<b>Punteggio Prezzo</b>	<b>Punteggio finale (P+Q)</b>
Getinge Italia srl	67,60	30	97,60
Trumpf Med Italia srl	66	29,41	95,41
Zaccanti spa	57	27,74	84,74
CS Med srl	43,20	29,31	72,51

Il RUP rileva che l'offerta che risulta prima in graduatoria si presenta come anomala, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, avendo conseguito un punteggio, per entrambi i parametri di qualità e prezzo, superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Per quanto detto, si procede a determinare la graduatoria, sospendendo l'aggiudicazione provvisoria fino ad intervenuta valutazione della congruità dell'offerta

La seduta ha termine alle ore 11:40

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

Dott. Giorgio Miotto

\_\_\_\_\_

I TESTIMONI

Dott. Francesco Trunfio

\_\_\_\_\_

Dott.ssa Anna Zanon

\_\_\_\_\_



**VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA IN ORDINE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 LAMPADE SCIALITICHE IN CONFIGURAZIONE GEMELLARE, DOTATE DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 114867433 – CIG: 80222645AD**

La Commissione Giudicatrice,

tenuto conto:

- dell'offerta presentata dalla Ditta Getinge Italia srl pari ad € 106.862,00 iva esclusa, del ribasso offerto di € 33.138,00, pari al 23,67% circa della base d'asta fissata in € 140.000,00 iva esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima Ditta in data 03 marzo 2021 con comunicazione "Sintel" ID 135.643.543, a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n. 21931 del 26 febbraio 2021, inviata tramite piattaforma "Sintel";

tanto considerato,

**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

dichiara che l'offerta presentata dalla Ditta Getinge Italia srl appare congrua, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Vicenza, 03.03.2021

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Anna Carla Modenese

---

I COMPONENTI

Ing. Francesco Bellato

---

Sig. Renato Tonello

---