

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 562

del 24-3-2021

## O G G E T T O

Assegnazione della fornitura di n. 20 defibrillatori/monitor da destinare alle UU.OO. varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 665

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

a seguito dell'avviso di sicurezza emesso dalla ditta Philips spa riguardante i monitor/defibrillatori manuali/semiautomatici mod. Heartstart XL, alla conseguente ricognizione del Servizio di Ingegneria Clinica volta ad individuare i defibrillatori oggetto di avviso ed alla nota con la quale la Direzione Medica (prot. 77739 del 14.08.2020) richiedeva la sostituzione di n. 20 defibrillatori oggetto di avviso di sicurezza, con delibera 1919 del 03.12.2020 è stata disposta l'indizione della procedura di gara aperta a tutti i potenziali concorrenti per la fornitura di n. 20 Defibrillatori/Monitor da destinare alle UU.OO. varie dell'Azienda Ulss 8 Berica, approvando contestualmente il capitolato tecnico per l'espletamento della gara in parola avente base d'asta pari ad € 150.000,00;

in data 04.12.2020 (CIG 8546949D6D) è stata quindi avviata la procedura di gara ed entro la data ultima per la presentazione delle offerte, fissata al 23.12.2020, sono pervenute le proposte delle seguenti ditte:

- ✓ Atesmedica.com
- ✓ Burke & Burke spa;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl;
- ✓ Officina Biomedica srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Stryker Italia srl;
- ✓ Zoll Medical Italia srl

così come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, in data 24.12.2020, come risultante dal verbale agli atti (All. 01), si è svolta la seduta riservata per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa della procedura di gara in oggetto, dalla quale è risultato che le ditte:

- ✓ Burke & Burke spa;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl;
- ✓ Officina Biomedica srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Stryker Italia srl;

hanno presentato la documentazione richiesta e pertanto vengono ammesse alla fase successive di gara le ditte, mentre per le ditte Atesmedica.com e Zoll Medical Italia srl è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, pur presentando la Cauzione provvisoria ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016, non hanno presentato copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

a seguito della presentazione delle copie conformi della certificazione che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione stessa, con verbale del 11.01.2021 (All. 02) anche le ditte Atesmedica.com e Zoll Medical Italia srl venivano ammesse alle fasi successive di gara;

con protocollo n. 128623 del 31.01.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice chiamata ad effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute;

in data 12.01.2021, così come da verbale agli atti (All. 03), la Commissione Giudicatrice ha provveduto all'apertura dei plichi per la verifica della regolare presentazione della documentazione tecnica riscontrando che la documentazione presentata dagli operatori economici risulta idonea come da lettera invito ed ammettendo le ditte partecipanti alle fasi successive di gara;

in data 10.03.2021 la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad inoltrare allo scrivente Servizio i verbali contenenti le valutazioni tecnico – qualitative ed i relativi punteggi (All. 04, 05 e 06), assegnati sulla base dei criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara, dal quale risulta che sono stati assegnati i seguenti punteggi;

- ✓ Atesmedica.com punti 66 su 70;
- ✓ Burke & Burke spa punti 37 su 70;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl punti 53 su 70;
- ✓ Officina Biomedica srl punti 50 su 70;
- ✓ Sidem spa punti 58 su 70;
- ✓ Stryker Italia srl punti 61 su 70;
- ✓ Zoll Medical Italia srl punti 47 su 70;

a seguito dell'assegnazione dei punteggi è emerso che la ditta Burke & Burke spa ha conseguito il punteggio di 37 punti su 70, pertanto non avendo raggiunto il punteggio minimo di 42 punti, come previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara con nota prot 28604 del 16.03.2021 è stata comunicata l'esclusione;

in data 12.03.2021, così come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche come di seguito riepilogate (all. 07):

- ✓ Atesmedica.com € 87.874,00 iva esclusa;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl € 106.592,00 iva esclusa;
- ✓ Officina Biomedica srl € 111.780,00 iva esclusa;
- ✓ Sidem spa € 75.600,00 iva esclusa;
- ✓ Stryker Italia srl € 92.638,75 iva esclusa;
- ✓ Zoll Medical Italia srl € 116.000,00 iva esclusa

tramite la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel si è quindi proceduto, al calcolo della somma dei punteggi qualità è prezzo ottenuti da ogni concorrente ed alla redazione della conseguente graduatoria di gara che risulta essere la seguente:

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2021/665

<b>Ditta aggiudicataria</b>	<b>Punteggio Qualità</b>	<b>Punteggio Prezzo</b>	<b>Punteggio finale (P+Q)</b>
Atesmedica.com	66	12,43	78,43
Sidem spa	58	14,88	72,88
Stryker Italia srl	61	11,47	72,47
Nihon Kohden Italia srl	53	8,68	61,68
Officina Biomedica srl	50	7,64	57,64
Zoll Medical Italia srl	47	6,8	53,8

tutto ciò premesso si propone di assegnare la fornitura di n. n. 20 Defibrillatori/Monitor da destinare alle UU.OO. varie dell'Azienda Ulss 8 Berica alla ditta Atesmedica.com per un importo complessivo pari ad € 87.874,00 iva esclusa:

ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 è necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è necessario accantonare il 2% dell'importo posto a base d'asta per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di assegnare la fornitura di n. n. 20 Defibrillatori/Monitor da destinare alle UU.OO. varie dell'Azienda Ulss 8 Berica, alla ditta Atesmedica.com per un importo complessivo pari ad € 87.874,00 iva esclusa e quindi pari ad € 107.206,28 iva inclusa;
2. di approvare il verbale di apertura delle buste amministrative (all.01), verbale di verifica della documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio (All.02), il verbale di apertura delle buste Tecniche (all.03), il verbale della Commissione giudicatrice (all. 04, 05 e 06) ed il verbale di apertura delle buste economiche (all.07) allegati al presente provvedimento di cui ne fanno parte

integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

3. di dare atto che il costo complessivo di € 107.206,28 sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 21BD0665Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “Fondi propri da rettifiche FSR”;
4. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il 2% dell’importo posto a base d’asta, pari ad € 3.000,00 deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all’appalto, svolte da personale non dirigente dell’ULSS.
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 25-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 25-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---

### VERBALE DEL 24.12.2020

**SEDUTA RISERVATA PER L'APERUTRA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 20 DEFIBRILLATORI MANUALI SEMIAUTOMATICI DA DESTINARE AD UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D**

L'anno 2020, addì 24 del mese di dicembre alle ore 10:40 in Vicenza, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica si svolge, così come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, la seduta riservata per l'apertura delle buste n. 1 contenenti la documentazione amministrativa relativa alla gara in epigrafe, espletata tramite piattaforma "SINTEL".

Presiede la seduta il Dott. Giorgio Miotto, RUP della procedura nonché Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, sono presenti il Dott. Francesco Trunfio e la Dott.ssa Anna Zanon, della medesima UOC, in qualità di testimoni.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente prende atto che entro il termine di ricezione delle offerte prescritto negli atti di gara e fissato per il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 15:00, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- ✓ Atesmedica.com
- ✓ Burke & Burke spa;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl;
- ✓ Officina Biomedica srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Stryker Italia srl;
- ✓ Zoll Medical Italia srl

Il RUP procede all'apertura della busta amministrativa e constata che gli operatori economici di seguito indicati hanno presentato la documentazione richiesta dall'Avviso di gara.

- ✓ Burke & Burke spa;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl;
- ✓ Officina Biomedica srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Stryker Italia srl;

Il RUP propone, pertanto, che le ditte sopra elencate vengano ammesse alla fase successiva di gara.

Il RUP da inoltre atto che le ditte Atesmedica.com e Zoll Medical Italia srl pur presentando la Cauzione provvisoria ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 non hanno presentato copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, disponendo, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016, alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa come sopra specificato mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL:

La seduta è tolta alle ore 11:20

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Presidente  
Dott. Giorgio Miotto

Il Testimone  
Dott. Francesco Trunfio

Il Testimone  
Dott.ssa Anna Zanon

---

**SEDUTA RISERVATA PER L'APERUTRA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 20 DEFIBRILLATORI MANUALI SEMIAUTOMATICI DA DESTINARE AD UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D**

**VERBALE  
DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN SEDE DI SOCCORSO  
ISTRUTTORIO**

L'anno 2021, addì 11 gennaio in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, si svolge la II seduta riservata per la verifica della documentazione amministrativa richiesta alle ditte partecipanti, quale soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come richiesta inoltrata tramite la piattaforma Sintel in data 24.12.2020

Presiede la seduta il Dott. Giorgio Miotto, RUP della procedura nonché Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica. Sono presenti il Dott. Francesco Trunfio e la Dott. Sergio Rossi, della medesima U.O.C., in qualità di testimoni.

Il RUP dà atto che, come risulta dall'apposito verbale all'uopo redatto nella seduta del 24.12.2020 si faceva riserva di ammissione delle ditte Atesmedica.com srl e Zoll Medical Italia srl in quanto a fronte della presentazione della cauzione provvisoria ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016, le succitate Ditte non hanno provveduto alla presentazione delle copie conformi della certificazione che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione stessa.

Codesta Amministrazione ha, quindi, invitato le Ditte ad integrare la documentazione mancante.

Si dà atto che entrambe le ditte hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta.

Il RUP dichiara che le ditte Atesmedica.com srl e Zoll Medical Italia srl hanno provveduto ad integrare la documentazione amministrativa come da richiesta. A fronte di tali integrazioni si dichiara che le ditte sono ammesse alle successive fasi di gara.

La seduta è tolta alle ore 11:20

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Presidente  
Dott. Giorgio Miotto

Il Testimone  
Dott. Francesco Trunfio

Il Testimone  
Dott. Sergio Rossi

## VERBALE DEL 12.01.2021

### **SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICHE PER L'APERTURA DEI PLICHI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARE PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 20 DEFIBRILLATORI MANUALI SEMIAUTOMATICI DA DESTINARE AD UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D**

In data 12.01.2021 alle ore 16:05 si è riunita presso gli uffici della Direzione Medica Ospedaliera del Distretto Est dell'U.L.SS. n. 8 Berica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di n. 20 defibrillatori manuali semiautomatici da destinare ad UU.OO. varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D

La commissione, nominata con prot. 128623 del 31.12.2020 risulta così composta:

**Presidente:** Dott.ssa Sara Mondino  
Dirigente Medico Direzione Medica Ospedaliera del P.O. San Bortolo di Vicenza

**Componenti:** Dott. Efrem Bonaldi  
Dirigente Medico UOC Anestesia e Rianimazione Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Ing. Francesco Bellato  
Collaboratore Tecnico Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il presidente comunica che, in esito alla prima seduta riservata di gara, tenutasi in data 24.12.2020 presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica del Distretto Est dell'U.L.SS. n. 8 Berica a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dalla ditte offerenti a corredo dell'offerta, sono stati ammessi al prosieguo della gara le ditte:

- ✓ Atesmedica.com
- ✓ Burke & Burke spa;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl;
- ✓ Officina Biomedica srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Stryker Italia srl;
- ✓ Zoll Medical Italia srl

così come risultante dai verbali agli atti presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

La Commissione, preliminarmente, procede alla lettura della documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare laddove dispone che la stessa accederà, *“per lo svolgimento delle loro funzioni alla piattaforma Sintel con le credenziali del RUP o di un suo delegato”*.

La Commissione, pertanto, accede in Sintel con le credenziali del personale in servizio presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e procede all'apertura della "busta telematica" contenente la Documentazione Tecnica.

La Commissione procede a riscontrare la presenza di tutte le buste 2 "Documentazione Tecnica" degli operatori economici e accerta la presenza della documentazione richiesta all'art. 2 Modalità di presentazione dell'offerta – "STEP 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA".

Il Presidente della Commissione dà atto che la documentazione tecnica presentata dalle ditte:

- ✓ Atesmedica.com
- ✓ Burke & Burke spa;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl;
- ✓ Officina Biomedica srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Stryker Italia srl;
- ✓ Zoll Medical Italia srl

risulta idonea come dalla lettera d'invito, pertanto le suddette ditte vengono ammesse alle successive fasi di gara,

Nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna decide di aggiornare i lavori a data da decidersi in considerazioni degli impegni dei componenti stessi.

La seduta ha termine alle ore 16:45

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sara Mondino

---

I COMPONENTI

Dott. Efrem Bonaldi

---

Ing. Francesco Bellato

---

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Francesco Trunfio

---

**VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CAPIONATURA PER LA FORNITURA DI N. 20 DEFIBRILLATORI MANUALI SEMIAUTOMATICI DA DESTINARE AD UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D.**

In data 19/01/2021 alle ore 9:00 si è riunita presso gli uffici della DMO del Distretto Est dell'U.L.SS. n. 8 Berica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura n. 20 defibrillatori manuali semiautomatici da destinare a UU.OO. varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D.

La commissione, nominata con prot. 128623 del 31.12.2020 risulta così composta:

**Presidente:** Dott.ssa Sara Mondino  
Dirigente Medico presso UO Direzione Medica – Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

**Componenti:** Dr. Efrem Bonaldi  
Direttore Medico Anestesia e Rianimazione di Vicenza – Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Ing. Francesco Bellato  
U.O.S. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- ✓ Atesmedica.com;
- ✓ Burke & Burke;
- ✓ Nihon Kohden;
- ✓ Officina Biomedica;
- ✓ SIDEM;
- ✓ Stryker;
- ✓ Zoll

Ricevuta dal Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la documentazione prodotta dalle ditte, la Commissione continua la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte


- ✓ Atesmedica.com;
- ✓ Burke & Burke;
- ✓ Nihon Kohden;
- ✓ Officina Biomedica;
- ✓ SIDEM;

**Responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Miotto**

Referente procedura: Dott. Francesco Trunfio

Tel. 0444-75.7120 Fax 0444-75.3407

e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it



- ✓ Stryker;
- ✓ Zoll


Nell'impossibilità di ultimare l'analisi, la commissione rimanda i lavori a data successiva, in attesa delle date per la presentazione da parte dei fornitori di tutti i prodotti in gara.

La seduta ha termine alle ore 11:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sara Mondino




I COMPONENTI

Dr. Efrem Bonaldi



Ing. Francesco Bellato



**VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CAPIONATURA PER LA FORNITURA DI N. 20 DEFIBRILLATORI MANUALI SEMIAUTOMATICI DA DESTINARE AD UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D.**

In data 18/02/2021 alle ore 11:00 si è riunita presso gli uffici della DMO del Distretto Est dell'U.L.SS. n. 8 Berica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura n. 20 defibrillatori manuali semiautomatici da destinare a UU.OO. varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D.

La commissione, nominata con prot. 128623 del 31.12.2020 risulta così composta:

**Presidente:** Dott.ssa Sara Mondino  
Dirigente Medico presso UO Direzione Medica – Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

**Componenti:** Dr. Efrem Bonaldi  
Direttore Medico Anestesia e Rianimazione di Vicenza – Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Ing. Francesco Bellato  
U.O.S. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- ✓ Atesmedica.com;
- ✓ Burke & Burke;
- ✓ Nihon Kohden;
- ✓ Officina Biomedica;
- ✓ SIDEM;
- ✓ Stryker;
- ✓ Zoll

Ricevuta dal Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la documentazione prodotta dalle ditte, la Commissione continua la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte

- ✓ Atesmedica.com;
- ✓ Burke & Burke;
- ✓ Nihon Kohden;
- ✓ Officina Biomedica;
- ✓ SIDEM;


**Responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Miotto**

Referente procedura: Dott. Francesco Trunfio

Tel. 0444-75.7120 Fax 0444-75.3407

e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it





- ✓ Stryker;
- ✓ Zoll

in considerazione anche delle campionature eseguite in data 2 e 4 febbraio 2021 presso la Sala riunioni della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza.

L'attribuzione dei punteggi viene assegnata sulla base dei criteri e coefficienti come da Disciplinare di gara elencati nelle tabelle di seguito riportate:

Sezione	Descrizione	Punteggio Massimo
A	Ergonomia: - dimensioni - peso - praticità di trasporto da parte dell'operatore - sanificazione sicura senza interferenza nella modalità di funzionamento	25
B	Interfaccia utente: - semplicità e intuitività dei comandi di accensione - semplicità di regolazione dei parametri - intuitività selezione delle modalità funzionali - semplicità impostazione sincronizzazione - intuitività selezione tasto di scarica	25
C	Tempo di ricarica delle batterie al 90% e al 100%	10
D	Ulteriori elementi innovativi non richiesti da capitolato	4
E	Estensione della garanzia: 2 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti	6
<b>Totale</b>		<b>70</b>

COEFFICIENTI		
Ottimo	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Adeguate	Proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Sufficiente	Proposta rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Sacorso	Proposta rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0

Si procede con l'attribuzione dei punteggi delle singole ditte partecipanti.

**Ditta Atesmedica.com**

Sez. A: *Ergonomia: dimensioni, peso, praticità di trasporto da parte dell'operatore, sanificazione sicura senza interferenza nella modalità di funzionamento.*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti  
Si assegnano 25 punti.

Sez. B: *Interfaccia utente: semplicità e intuitività dei comandi di accensione, semplicità di regolazione dei parametri, intuitività selezione delle modalità funzionali, semplicità impostazione sincronizzazione, intuitività selezione tasto di scarica*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti  
Si assegnano 25 punti.

Sez. C: *Tempo di ricarica delle batterie al 90% e al 100%*

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti. La carica totale dichiarata in massimo 4 ore non risulta ottimale come per altri prodotti concorrenti, ma più che adeguata alle esigenze.

Si assegnano 8 punti.

Sez. D: *Ulteriori elementi innovativi non richiesti da capitolato*

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti  
Si assegnano 4 punti.

Sez. E: *Estensione della garanzia: 2 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti.*

Garanzia full risk proposta di 48 mesi

Si assegnano 4 punti.

Totale punteggio Atesmedica.com: 66 punti su 70.

**Ditta Burke & Burke**

Sez. A: *Ergonomia: dimensioni, peso, praticità di trasporto da parte dell'operatore, sanificazione sicura senza interferenza nella modalità di funzionamento.*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: le dimensioni di ingombro e il peso rendono lo strumento maggiormente ingombrante e meno agevole per il trasporto rispetto ad altri prodotti concorrenti.

Si assegnano 10 punti.

Sez. B: *Interfaccia utente: semplicità e intuitività dei comandi di accensione, semplicità di regolazione dei parametri, intuitività selezione delle modalità funzionali, semplicità impostazione sincronizzazione, intuitività selezione tasto di scarica*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: in fase di campionatura è stato evidenziato un forte riflesso nel display con visualizzazione laterale. La guida vocale



non rispecchia perfettamente quanto riportato nella guida visiva e il test in modalità manuale risulta un po' indaginoso.

Si assegnano 15 punti.

*Sez. C: Tempo di ricarica delle batterie al 90% e al 100%*

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

Il tempo di ricarica al 100% è minore di 3 ore, ma non viene specificato il tempo di ricarica richiesto al 90%, ma solamente all'80%. La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 8 punti.

*Sez. D: Ulteriori elementi innovativi non richiesti da capitolato*

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti, con migliorie a livello hardware significative come il grado IP44, i moduli aggiuntivi inclusi in offerta, il contrasto elevato a display per la visualizzazione critica, la predisposizione per la messa in rete con centrale di monitoraggio e la doppia batteria.

Si assegnano 4 punti.

*Sez. E: Estensione della garanzia: 2 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti.*

Garanzia full risk proposta di 24 mesi

Si assegnano 0 punti.

Totale punteggio Burke & Burke: 37 punti su 70.

### **Ditta Nihon Kodan**

*Sez. A: Ergonomia: dimensioni, peso, praticità di trasporto da parte dell'operatore, sanificazione sicura senza interferenza nella modalità di funzionamento.*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: il peso risulta contenuto e la configurazione generale è adeguata alle procedure di sanificazione, pur avendo alcune zone dell'involucro non facilmente raggiungibili.

Si assegnano 20 punti.

*Sez. B: Interfaccia utente: semplicità e intuitività dei comandi di accensione, semplicità di regolazione dei parametri, intuitività selezione delle modalità funzionali, semplicità impostazione sincronizzazione, intuitività selezione tasto di scarica*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: la separazione dei comandi di defibrillazione e di pacing a destra e a sinistra risulta meno funzionale rispetto alle configurazioni con i comandi semplici e intuitivi in un'unica zona del display frontale. La funzionalità con rotella per selezione risulta pratica, non del tutto per la selezione pediatrica. L'energia massima erogabile è di 270J, e la scelta dell'energia può essere eseguita solo sul display e non sulle piastre pluriuso. Non è dotato di aggancio per barella e il display si autoregola con intensità luminosa.

La proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 15 punti.



*Sez. C: Tempo di ricarica delle batterie al 90% e al 100%*

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

Il tempo di ricarica al 100% è di 3 ore, ma non viene specificato il tempo di ricarica richiesto al 90%, ma solamente all'80%. La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 8 punti.

*Sez. D: Ulteriori elementi innovativi non richiesti da capitolato*

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti

Si assegnano 4 punti.

*Sez. E: Estensione della garanzia: 2 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti.*

Garanzia full risk proposta di 60 mesi

Si assegnano 6 punti

Totale punteggio Nihon Kohden: 53 punti su 70.

#### **Ditta Officina Biomedica**

*Sez. A: Ergonomia: dimensioni, peso, praticità di trasporto da parte dell'operatore, sanificazione sicura senza interferenza nella modalità di funzionamento.*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

Il peso totale del sistema risulta abbastanza contenuto, ma la posizione frontale del connettore cavo piastre senza protezione risulta più esposta ad eventuali rotture per urti o traumi.

La proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 15 punti.

*Sez. B: Interfaccia utente: semplicità e intuitività dei comandi di accensione, semplicità di regolazione dei parametri, intuitività selezione delle modalità funzionali, semplicità impostazione sincronizzazione, intuitività selezione tasto di scarica*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: il display touch screen risulta comodo per la pulizia ma di difficile gestione in emergenza per il passaggio tra le varie schermate e impostazioni. La stampante frontale toglie spazio utile al display, che in configurazione touchscreen meriterebbe più ampiezza per maggiore ergonomia dei comandi. L'energia massima erogabile è 200 J

Si assegnano 15 punti.

*Sez. C: Tempo di ricarica delle batterie al 90% e al 100%*

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti

Si assegnano 10 punti.

*Sez. D: Ulteriori elementi innovativi non richiesti da capitolato*

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti

Si assegnano 4 punti.



Sez. E: *Estensione della garanzia: 2 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti.*

Garanzia full risk proposta di 60 mesi  
Si assegnano 6 punti.

Totale punteggio Officina Biomedica: 50 punti su 70.

#### **Ditta SIDEM**

Sez. A: *Ergonomia: dimensioni, peso, praticità di trasporto da parte dell'operatore, sanificazione sicura senza interferenza nella modalità di funzionamento.*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.  
Si assegnano 25 punti.

Sez. B: *Interfaccia utente: semplicità e intuitività dei comandi di accensione, semplicità di regolazione dei parametri, intuitività selezione delle modalità funzionali, semplicità impostazione sincronizzazione, intuitività selezione tasto di scarica*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

Il sistema presenta dei tempi di avvio e carica nettamente superiori a qualsiasi altro prodotto concorrente.  
La proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.  
Si assegnano 15 punti.

Sez. C: *Tempo di ricarica delle batterie al 90% e al 100%*

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

Il tempo di ricarica al 100% è minore di 3 ore, ma non viene specificato il tempo di ricarica richiesto al 90%, ma solamente all'80%. La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 8 punti.

Sez. D: *Ulteriori elementi innovativi non richiesti da capitolato*

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti  
Si assegnano X punti

Sez. E: *Estensione della garanzia: 2 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti.*

Garanzia full risk proposta di 60 mesi  
Si assegnano 6 punti

Totale punteggio SIDEM: 58 punti su 70.



### **Ditta Stryker**

*Sez. A: Ergonomia: dimensioni, peso, praticità di trasporto da parte dell'operatore, sanificazione sicura senza interferenza nella modalità di funzionamento.*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: il peso risulta abbastanza contenuto e la configurazione generale è adeguata alle procedure di sanificazione, pur avendo alcune zone dell'involucro non facilmente raggiungibili.

Si assegnano 20 punti.

*Sez. B: Interfaccia utente: semplicità e intuitività dei comandi di accensione, semplicità di regolazione dei parametri, intuitività selezione delle modalità funzionali, semplicità impostazione sincronizzazione, intuitività selezione tasto di scarica*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti

Si assegnano 25 punti

*Sez. C: Tempo di ricarica delle batterie al 90% e al 100%*

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

Il tempo di ricarica al 100% è minore di 4 ore, ma non viene specificato il tempo di ricarica richiesto al 90%.

La proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 6 punti.

*Sez. D: Ulteriori elementi innovativi non richiesti da capitolato*

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 4 punti.

*Sez. E: Estensione della garanzia: 2 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti.*

Garanzia full risk proposta di 60 mesi.

Si assegnano 6 punti.

Totale punteggio Stryker: 61 punti su 70.

### **Ditta Zoll**

*Sez. A: Ergonomia: dimensioni, peso, praticità di trasporto da parte dell'operatore, sanificazione sicura senza interferenza nella modalità di funzionamento.*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

Il peso e l'ingombro del sistema risultano importanti ai fini pratici del posizionamento sul carrello di emergenza. La proposta rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 15 punti.

*Sez. B: Interfaccia utente: semplicità e intuitività dei comandi di accensione, semplicità di regolazione dei parametri, intuitività selezione delle modalità funzionali, semplicità impostazione sincronizzazione, intuitività selezione tasto di scarica*

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti.

Il sistema in modalità manuale pediatrica può impostare anche energie superiori a 150 J.

La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti

Si assegnano 20 punti.



Sez. C: *Tempo di ricarica delle batterie al 90% e al 100%*

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

Il tempo di ricarica al 100% è minore di 4 ore, e al 90%. Pari a 3 ore e mezza. La proposta rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 8 punti.

Sez. D: *Ulteriori elementi innovativi non richiesti da capitolato*

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

La proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Si assegnano 4 punti.

Sez. E: *Estensione della garanzia: 2 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti.*

Garanzia full risk proposta di 24 mesi

Si assegnano 0 punti

Totale punteggio Zoll: 47 punti su 70.

**Riepilogo punteggi:**

Ditta Atesmedica.com: punti 66 su 70.

Ditta Burke & Burke: punti 37 su 70.

Ditta Nihon Kohden: punti 53 su 70.

Ditta Officina Biomedica: punti 50 su 70.

Ditta SIDEM: punti 58 su 70.

Ditta Stryker: punti 61 su 70.


Ditta Zoll: : punti 47 su 70.

La seduta ha termine alle ore 13:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sara Mondino



I COMPONENTI

Dr. Efrem Bonaldi



Ing. Francesco Bellato





**VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE IN ORDINE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 20 DEFIBRILLATORI MANUALI SEMIAUTOMATICI DA DESTINARE AD U.U.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 12 del mese di marzo 2021 alle ore 15:05 in Vicenza, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica si svolge, così come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla gara in oggetto, di cui alla richiesta di offerta, pubblicata tramite la piattaforma SINTEL, ID 132100614.

Presiede la seduta il Dott. Giorgio Miotto, RUP della procedura nonché Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, alla presenza dei testimoni Dott. Francesco Trunfio e Dott.ssa Anna Zanon

Il RUP procede quindi alla lettura del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle Ditte, con i seguenti punteggi qualità:

Ditta	Punteggio qualità
Atesmedica.com	66
Burke & Burke spa	37
Nihon Kohden Italia srl	53
Officina Biomedica srl	50
Sidem spa	58
Stryker Italia srl	61
Zoll Medical Italia srl	47

Il RUP prende atto che le ditta Burke & Burke spa ha conseguito il punteggio di 37 su 70, pertanto non avendo raggiunto il punteggio minimo di 42 punti, come previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara ne dichiara l'esclusione;

Il seggio di gara procede quindi i lavori inserendo nella piattaforma Sintel i punteggi assegnati alle offerte tecniche.

Il seggio di gara procede a riscontrare la presenza delle buste 3 "offerta economica" presentate dai seguenti concorrenti:

- ✓ Atesmedica.com
- ✓ Nihon Kohden Italia srl;
- ✓ Officina Biomedica srl;
- ✓ Sidem spa;
- ✓ Stryker Italia srl;
- ✓ Zoll Medical Italia srl;

nonché ad effettuare il download della documentazione d'offerta ivi contenuta.

Il Seggio di gara procede quindi all'apertura, sulla piattaforma Sintel, delle offerte economiche che vengono di seguito riepilogate:

Ditta	Prezzo offerto
Atesmedica.com	€ 87.874,00
Nihon Kohden Italia srl	€ 106.592,00
Officina Biomedica srl	€ 111.780,00

Sidem spa	€ 75.600,00
Stryker Italia srl	€ 92.638,75
Zoll Medical Italia srl	€ 116.000,00

Alle suddette offerte economiche, sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gare ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati i seguenti punteggi:

- ✓ Atesmedica.com – punti 12,43 su punti 70;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl – punti 8,68 su punti 70;
- ✓ Officina Biomedica srl – punti 7,64 su punti 70;
- ✓ Sidem spa – punti 14,88 su punti 70;
- ✓ Stryker Italia srl – punti 11,47 su punti 70;
- ✓ Zoll Medical Italia srl – punti 6,8 su punti 70;

Tramite la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel si procede, quindi, al calcolo della somma dei punteggi qualità e prezzo ottenuti da ogni concorrente, ed alla redazione della conseguente graduatoria di gara che risulta essere la seguente:

<b>Ditta aggiudicataria</b>	<b>Punteggio Qualità</b>	<b>Punteggio Prezzo</b>	<b>Punteggio finale (P+Q)</b>
Atesmedica.com	66	12,43	78,43
Sidem spa	58	14,88	72,88
Stryker Italia srl	61	11,47	72,47
Nihon Kohden Italia srl	53	8,68	61,68
Officina Biomedica srl	50	7,64	57,64
Zoll Medical Italia srl	47	6,8	53,8

Il RUP, ultimate le operazioni di gara e sulla base delle risultanze della valutazione tecnico – qualitativa ed economica, approva la graduatoria finale degli offerenti e procedere alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della ditta Atesmedica.com;

La seduta ha termine alle ore 15:40

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

Dott. Giorgio Miotto

\_\_\_\_\_

I TESTIMONI

Dott. Francesco Trunfio

\_\_\_\_\_

Dott.ssa Anna Zanon

\_\_\_\_\_