

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 712

del 16-4-2021

O G G E T T O

Assegnazione della fornitura di n. 1 microscopio operatorio in fabbisogno all'UOC di Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 859

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti il direttore dell'UOC di Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore ha richiesto l'acquisto di n. 1 microscopio operatorio per interventi oftalmici in quanto uno dei due microscopi attualmente in dotazione è guasto e non più riparabile per mancanza di pezzi di ricambio;

l'apparecchiatura andrà ad affiancare il microscopio utilizzato per gli interventi di cataratta e sarà impiegata per l'effettuazione di interventi di correzione dello strabismo (circa 110 interventi annui), della chirurgia palpebrale (es. tumori delle palpebre), e per chirurgia episclerale dei distacchi di retina;

l'utilizzo in contemporanea di 2 microscopi permette operare simultaneamente su 2 sale operatorie senza interrompere l'attività di intervento chirurgico per la correzione della cataratta permettendo di tenere sotto controllo le liste di attesa per questo genere di interventi;

interpellato il Gruppo Aziendale per la valutazione dell'acquisizione di nuove tecnologie (Gruppo HTA) ha espresso parere favorevole all'acquisto;

da indagini di mercato è emerso che il costo dell'apparecchiatura nella configurazione richiesta dal Direttore dell'UOC di Microbiologia si aggira tra gli € 70.000,00 e gli € 75.000,00 per cui, la base d'asta è stata individuata in € 72.000,00 iva esclusa;

per acquisti di valore inferiore ad € 75.000,00 iva esclusa, la L. 120/2020, art. 1, comma 2, prevede due possibilità:

- a) affidamento diretto, previa idonea motivazione, senza la richiesta e la valutazione di più preventivi;
- b) procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistenti;

come per la quasi totalità dei casi, anche in questa occasione, si è proceduto con la pubblicazione di un avviso aperto a tutti sia sulla piattaforma Sintel che sul sito dell'Aulss, con affidamento previsto sulla base della valutazione contestuale degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, da parte di un gruppo di esperti, così come previsto possibile per acquisti di valore inferiore ad € 75.000,00;

l'avviso è stato pubblicato in data 28.12.2020 ed entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto per giorno 21.01.2021, sono pervenute le offerte delle ditte di seguito indicate:

- ✓ Emmeci 4 srl, la quale ha offerto il microscopio operatorio Leica mod. M822 F40 al prezzo complessivo di € 71.320,00 iva esclusa;
- ✓ Micromed srl, la quale ha offerto il microscopio operatorio Zeiss mod. Opmi Lumera T al prezzo complessivo di € 62.000,00 iva esclusa;

a seguito dell'inoltro della documentazione inviata dalle ditte, il gruppo di esperti chiamato a valutare gli elementi economici e tecnici delle singole proposte, in data 26.03.2021 faceva pervenire il proprio verbale (All.01) dal quale risulta che *"... visto il maggior diametro dell'obiettivo a grande campo, il range maggiore di messa a fuoco e del movimento XY, le dimensioni del monitor medicale significativamente maggiori, unitamente alla migliore ergonomia per il posizionamento, l'efficacia*

maggiore del riflesso rosso e la tecnologia a LED per l'illuminazione che riduce i costi gestione del materiale consumabile, si richiede l'acquisizione del sistema Leica modello M822 F40 proposto dalla ditta Emmeci 4”;

tutto ciò premesso si propone di assegnare la fornitura di n. 1 microscopio operatorio in fabbisogno all'UOC di Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore alla ditta Emmeci 4 srl per un importo complessivo pari ad € 71.320,00 iva esclusa;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra;

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di assegnare la fornitura di n. 1 microscopio operatorio in fabbisogno all'UOC di Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore alla ditta Emmeci 4 srl i srl per un importo complessivo srl pari ad € 87.010,40 iva inclusa;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 87.010,40 sarà imputato al conto 0204000020 CDEL 21AD0859Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “fondi propri da rettifiche FSR”;
3. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Sandra Radin, Direttore UOC Oculistica del P.O. di Montecchio Maggiore;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il 1% dell'importo posto a base d'asta, pari ad € 720,00 deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS.
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 17-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

U.O. OCULISTICA OSPEDALE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Via Cà Rotte n. 9 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI "N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER OCULISTICA IN FABBISOGNO ALL'UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI MONTECCHIO MAGGIORE - DISTRETTO OVEST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA" – RELAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Alla c.a. Direttore UOC Provveditorato,
 Economato e gestione della Logistica
 Dr. Giorgio Miotto

Offerte economiche

Ditta MICROMED: € 62.000,00 più iva

Ditta EMMECI 4: € 71.3200,00 più iva

Relazione tecnico-clinica

Sulla base della documentazione tecnica trasmessa e delle prove eseguite in sede di campionatura, si riportano le seguenti considerazioni comuni ad entrambi i prodotti proposti dalle Ditte concorrenti.

Risultano ottimali i volumi di ingombro generali dei sistemi, gli aspetti costruttivi del corpo ottico, il rapporto di ingrandimento, la gestione dello zoom, la gestione del braccio snodato auto-bilanciato, l'ergonomia e l'efficacia della pedaliera wireless e di tutti i suoi comandi gestibili.

Il prodotto proposto dalla Ditta EMMECI 4 presenta aspetti tecnico-funzionali ottimali rispetto agli standard attesi. Nello specifico:

- il diametro dell'obiettivo (f 200) a grande campo è di 80 mm
- la messa a fuoco motorizzata ha un range di 54 mm
- il range del movimento XY è di 50 mm
- il tilting è motorizzato
- l'illuminazione è a tecnologia a LED,
- il monitor medico è delle dimensioni di 24" (pollici)
- è esplicitata la possibilità di integrazione con il cheratoscopio e la gestione delle IOL toriche
- l'efficienza del riflesso rosso è ottimale
- l'ergonomia per il posizionamento durante l'intervento è ottimale

Il prodotto proposto dalla Ditta MICROMED presenta aspetti tecnico-funzionali adeguati rispetto agli standard attesi. Nello specifico:


- il diametro dell'obiettivo (f 200) a grande campo è di 65 mm
- la messa a fuoco motorizzata ha un range di 50 mm
- il range del movimento XY è di 40 mm
- l'illuminazione è a tecnologia tradizionale a Xenon
- il monitor medicale è delle dimensioni di 15" (pollici)
- non è esplicitata la possibilità di integrazione con il cheratoscopio e la gestione delle IOL toriche
- l'efficienza del riflesso rosso è adeguata

In conclusione, visto il maggior diametro dell'obiettivo a grande campo, il range maggiore di messa a fuoco e del movimento XY, le dimensioni del monitor medicale significativamente maggiori, unitamente alla migliore ergonomia per il posizionamento, l'efficacia maggiore del riflesso rosso e la tecnologia a LED per l'illuminazione che riduce i costi di gestione del materiale consumabile, si richiede l'acquisizione del sistema Leica modello M822 F40 proposto dalla Ditta EMMECI4.

Si evidenzia inoltre che la proposta di EMMECI 4 include il sistema di registrazione nell'importo totale offerto, mentre la Ditta MICROMED propone il sistema come opzionale a parte.

Montecchio Maggiore 25/03/2020

Dott.ssa Sandra Radin



Ing. Francesco Bellato

